



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 30 listopada 2018 r.

AG.ZP.3320.27. .18

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na **dostawę opatrunków i opatrunków specjalistycznych wraz z dzierżawą pomp do terapii podciśnieniowej dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II.** Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień:

Pytanie 1 dotyczy zadania 2 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na Zaoferowanie opatrunku o wymiarach 5,8 x 8 cm?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie 2 dotyczy zadania 9 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski elastycznej z przędzą elastomerową, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie 3 dotyczy zadania 10 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu pakowanego po 12 szt.?

Wyjaśnienie:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4 dotyczy zadania 10 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bandażu gipsowego pakowanego po 2 szt.?

Wyjaśnienie:

Tak. Zamawiający dopuszcza.



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



KOMITET
UPRZASZCZANIA
KARMIEŃIA
PIERSIĄ



tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Pytanie 5 dotyczy zadania 10 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bandaża gipsowego szybkowiązającego o deklarowanym czasie wiązania 5 min, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że ulegają zmianie termin składania ofert, otwarcia ofert i termin wnoszenia wadium. Obowiązujące terminy to:

termin składania ofert – **07 grudnia 2018r. godz. 11:00;**

termin otwarcia ofert – **07 grudnia 2018r. Godz. 12:00;**

termin na wnoszenie wadium – **do 07 grudnia 2018r do godz. 11:00**

**lek. med. Andrzej Mielcarek
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala
Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu**