



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu <sup>(A)</sup>

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



AG. Z. 2150. 31. 3b .2016

Zamość , dnia 04.05.2016 r

Dotyczy : odpowiedzi na pytania .

Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/F  
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/P  
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/P  
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/P  
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/P  
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/P  
ISO 22000 : 2005

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje , że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę odczynników do gazometrii wraz z dzierżawą analizatorów wpłynęło pytanie .

Poniżej podajemy treść pytania i odpowiedź :

Pytanie dotyczy: załącznika nr. 1 parametry analizatora.

Czy Zamawiający dopuści analizator z wyliczaną Hb ?

Odpowiedź:

Nie. Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia podany w zaproszeniu do złożenia ofert.



Z-ca DYREKTORA  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
ds. Lecznictwa  
lek. med. Marek Lipiec



tel. Centrala  
84 6773333

tel. Sekretariat  
84 6773300

Fax  
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
000021024

PEKAO S.A. I Oddział  
w Zamościu  
61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524