



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10

Zamość, dnia 24 stycznia 2020 r.

AG.ZP 3320.3. .20

Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego **na dostawę protez naczyniowych**. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienia:

1. Dotyczy zadania nr 1. Czy Zamawiający dopuści do przetargu Protezy proste, impregnowane solami srebra o następujących parametrach technicznych:

- 1) proteza prosta, dziana, uszczelniana kolagenem, impregnowana solami srebra długości 10-20cm, średnica 6mm
- 2) proteza prosta, dziana, uszczelniana kolagenem, impregnowana solami srebra długości 10-40cm, średnica 6mm
- 3) proteza prosta, dziana, uszczelniana kolagenem, impregnowana solami srebra długości 60-80cm, średnica 6mm
- 4) proteza prosta, dziana, uszczelniana kolagenem, impregnowana solami srebra długości 10-20cm, średnica 8mm
- 5) proteza prosta, dziana, uszczelniana kolagenem, impregnowana solami srebra długości 20-40cm, średnica 8mm
- 6) proteza prosta, dziana, uszczelniana kolagenem, impregnowana solami srebra długości 60-80cm, średnica 8mm
- 7) proteza prosta, dziana, uszczelniana kolagenem, impregnowana solami srebra długości 20-40cm, średnica 10mm
- 8) proteza prosta, dziana, uszczelniana kolagenem, impregnowana solami srebra długości 10-20cm, średnica 12mm
- 9) proteza prosta, dziana, uszczelniana kolagenem, impregnowana solami srebra długości 20-40cm, średnica 12mm
- 10) proteza prosta, dziana, uszczelniana kolagenem, impregnowana solami srebra długości 10-20cm, średnica 20mm
- 11) proteza prosta, dziana, uszczelniana kolagenem, impregnowana solami srebra długości 10-20cm, średnica 22mm
- 12) proteza prosta, dziana, uszczelniana kolagenem, impregnowana solami srebra długości 10-20cm, średnica 24mm

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie protez naczyniowych o zaproponowanych parametrach.

2. Dotyczy zadania nr 2. Czy Zamawiający dopuści do przetargu protezy rozwidlone (Y) o następujących parametrach technicznych:

Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po

ISO 9001:2015

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po

ISO 14001:2015

Certyfikat nr 51705/X/0001/UA/Po

PN-N 18001:2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po

OHSAS 18001:2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po

ISO 27001:2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po

ISO 22000:2005



KOMITET
UPOWAŻENIOWCÓW
KARMIEŃIA
PIERSIĄ



tel. centrala:
84 677 33 33

tel. sekretariat:
84 677 33 00

fax:
84 638 66 69

www.szpital.zam.pl

e-mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP: 922-22-92-491

REGON: 006050134

KRS: 0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu

- 1) proteza rozwidlona (Y), dziana, uszczelniana kolagenem, impregnowana solami srebra, średnica 14/7mm
- 2) proteza rozwidlona (Y), dziana, uszczelniana kolagenem, impregnowana solami srebra, średnica 16/8mm
- 3) proteza rozwidlona (Y), dziana, uszczelniana kolagenem, impregnowana solami srebra, średnica 18/9mm
- 4) proteza rozwidlona (Y), dziana, uszczelniana kolagenem, impregnowana solami srebra, średnica 20/10mm
- 5) proteza rozwidlona (Y), dziana, uszczelniana kolagenem, impregnowana solami srebra, średnica 22/11mm
- 6) proteza rozwidlona (Y), dziana, uszczelniana kolagenem, impregnowana solami srebra, średnica 24/12mm

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie protez naczyniowych o zaproponowanych parametrach.

3. Dotyczy zadania nr 3. Czy Zamawiający dopuści do przetargu protezy PTFE o następujących parametrach technicznych:

- 1) proteza prosta, niezbrojona z PTFE, dł. 30cm, średnica 6mm
- 2) proteza prosta, niezbrojona z PTFE, dł. 70cm, średnica 6mm
- 3) proteza prosta, niezbrojona z PTFE, dł. 40cm, średnica 8mm
- 4) proteza prosta, niezbrojona z PTFE, dł. 70cm, średnica 8mm

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie protez naczyniowych o zaproponowanych parametrach.

4. Dotyczy Zadania nr 3 poz. 3. Czy w zadaniu nr poz. 3 Zamawiający dopuści protezy o długości 40 cm (pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami Zamawiającego)?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza.

5. Dotyczy Zadania Nr 4. Czy w Zadaniu nr 4 Zamawiający dopuści protezy o długości 70 – 80cm (pozostałe parametry zgodnie z wymogami Zamawiającego)?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza.

6. Zadanie 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 1 w miejsce pierwotnych parametrów protez uszczelnionych żelatyną wchłanianą w drodze hydrolizy, dwustronnie welurowanych, z niskim welurem wewnętrznym i wysokim zewnętrznym o grubości ściany 0,55mm, niesrebrzonych, ale z możliwością łączenia jonowego powleczenia protezy z antybiotykiem.

Wyjaśnienie: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie proponowanych protez.

7. Zadanie nr 2. Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 2 w miejsce pierwotnych parametrów protez uszczelnionych żelatyną na drodze hydrolizy, dwustronnie welurowanych, z niskim welurem wewnętrznym i wysokim zewnętrznym o grubości ściany 0,55mm, niesrebrzonych, ale z możliwością łączenia jonowego powleczenia protezy z antybiotykiem.

Wyjaśnienie: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie proponowanych protez.

8. Zadanie nr 5. Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 5 poz. 1 w miejsce pierwotnych parametrów łąt uszczelnianych żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy, bez impregnacji solami srebra ale z możliwością jonowego łączenia powleczenia łąty z antybiotykiem,

rozmiar 75x15mm.

Wyjaśnienie: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie proponowanych łąt.

9. Zadanie nr 5. Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 5 poz. 2 w miejsce pierwotnych parametrów łąt uszczelnianych żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy, bez impregnacji solami srebra ale z możliwością jonowego łączenia powleczenia łąty z antybiotykiem, rozmiar 25x120mm.

Wyjaśnienie: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie proponowanych łąt.

lek. med. Andrzej Mielcarek
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II