



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu<sup>®</sup>

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



AG.ZP.3320.76. . 18

Zamość, dnia 17 grudnia 2018 r.

## Dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na **dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego**. Poniżej podajemy treść wniosków i wyjaśnienia:

### 1. Zadanie 4 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacz nożykowy o głębokości wklucia 2 mm lub nakłuwacz igłowy 21G x 1,8 mm?

**Wyjaśnienie:** Zamawiający nie dopuszcza.

### 2. Zadanie 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a 200 sztuk?

**Wyjaśnienie:** Zamawiający dopuszcza.

### 3. Zadanie 4 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycji 1 z zadania 4 nakłuwaczy igłowych z igłą o głębokości nakłucia 1,8 mm?

**Wyjaśnienie:** Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga nakłuwacza nożykowego, głębokość wklucia do 1,8 mm.

### 4. SIWZ

Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

*Zgodnie, bowiem z najnowszą linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki końcówki, czy szkiełka). (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06).*

**Wyjaśnienie:** Zamawiający nie dopuszcza.

### 5. Projekt umowy - § 1 pkt 3

Prosimy o modyfikację par. 1 pkt. 3 wzoru umowy, poprzez zmianę na: „(...) niewykorzystanie w trakcie umowy w pełnej ilości przedmiotu umowy przez Zamawiającego nie stanowi podstawy do roszczeń ze strony Wykonawcy, jednakże wartość niezrealizowanej umowy nie może przekroczyć 20% jej wartości

**Wyjaśnienie:** Zamawiający uzupełnia treść § 1 pkt 3 wzoru umowy o zapis „przy czym wartość niezrealizowanej umowy nie może przekroczyć 20% ceny umowy określonej w § 4 pkt 1.”.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu –  
AG.ZP.3320.76.18 – wyjaśnienia SIWZ

Strona 1 z 3



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po  
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po  
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po  
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po  
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po  
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po  
ISO 22000 : 2005



KOMITET  
UROWYŻNIAWIENIA  
KARMIEŃIA  
PIERSIĄ



tel. Centrala  
84 6773333

tel. Sekretariat  
84 6773300

Fax  
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział  
w Zamościu  
61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524

#### **6. Projekt umowy - § 2 pkt 1**

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania,

iz „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł netto”?

*Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł koszty transportu na które składają się m. in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktur, koszty dostarczania towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.*

**Wyjaśnienie:** Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **7. Projekt umowy - § 5 pkt 1**

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z paragrafu sformułowania „prawidłowo”?

*Prośbę motywuje faktem, iż zmiana tego zapisu umożliwi Wykonawcy precyzyjne określenie daty, od której płynie termin płatności.*

**Wyjaśnienie:** Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **8. Projekt umowy - § 9 pkt 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z „zmiany ceny jednostkowe netto/brutto ulegną odpowiednim zmianom” na „W takiej sytuacji zmiane ulega wartość brutto, zaś wartość netto pozostaje bez zmian”

**Wyjaśnienie:** Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **9. Zadanie 1 pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści próbówki z wciskany korkiem, pozostałe parametry bez zmian?

**Wyjaśnienie:** Zamawiający dopuszcza.

#### **10. Zadanie 1 pozycja 10 i 11**

Czy przez określenie „Naczynie reakcyjne ...” należy rozumieć pojemnik typu Technicon?

**Wyjaśnienie:** Tak.

#### **11. Zadanie 1 pozycja 10 i 11**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sumatora hematologicznego bez drukarki wewnętrznej, z drukarką zewnętrzną, ponieważ producent sumatora wycofał z oferty sumatory

z drukarką wewnętrzną, obecnie sprzedajemy sumatory bez drukarki wewnętrznej i drukarkę osobno.

**Wyjaśnienie:** Zamawiający dopuszcza, w takim przypadku Zamawiający wymaga zaoferowania sumatora z drukarką zewnętrzną.

#### **12. Zadanie 6 pozycja 1**

Czy Zamawiający wymaga strzykawek do gazometrii sterylnych z heparyną litową.

**Wyjaśnienie:** Tak.

### **13. Zadanie 4**

Czy ze względu na eliminację ryzyka przypadkowego zakłucia Zamawiający wymaga nakłuwaczy aktywowanych przez kontakt ze skórą.

**Wyjaśnienie:** Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

### **14. Zadanie 4 pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze o głębokości nakłucia 2,0 mm?

**Wyjaśnienie:** Zamawiający nie dopuszcza.

Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert:

- obowiązujący termin składania ofert to **20 grudnia 2018 r. godz. 12:00**

- obowiązujący termin otwarcia ofert to **20 grudnia 2018 r. godz. 13:00**

Zmianie ulega oznakowanie kopert:

„Przetarg nieograniczony – dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego. Zadanie nr ... .

Nie otwierać przed **20 grudnia 2018 r, godz. 13:00"**.

#### **D Y R E K T O R**

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

**lek. med. Andrzej Mielcarek**