



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu<sup>®</sup>

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 30 marca 2017 r.

AG.ZP 3320.29.17

Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę respiratorów dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Poniżej podajemy treść wniosków i wyjaśnienie:

1. Dotyczy: Respirator transportowy – 2 szt.: Czy Zamawiający dopuści nowoczesny respirator transportowy VR1 marki Smiths Medical przeznaczony do wentylacji dorosłych, jak i dzieci powyżej 10 kg?

Wyjaśnienie: Tak.

2. Zadanie 1 – Respirator z możliwością regulacji stężenia tlenu w zakresie 21-100% - 1 szt. Lp. 6 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator przystosowany do zasilania gazami o ciśnieniu: Tlen medyczny od 2,8 do 6 bar ze szpitalnej centralnej instalacji gazów medycznych z punktami poboru typu AGA oraz wyposażony we własne źródło powietrza (turbinę)?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

3 Zadanie nr 2: Respirator stacjonarno – transportowy – 2 szt. Pytanie do pkt 6. Czy Zamawiający dopuści respirator z czasem pracy na zasilaniu akumulatorowym do 90 minut ?

Wyjaśnienie: Tak.

4. Zadanie nr 2: Respirator stacjonarno – transportowy – 2 szt. W związku z tym, że postępowanie przetargowe dotyczy respiratorów stacjonarno – transportowych, czy Zamawiający będzie wymagał aby respiratory były wyposażone w duże czytelne ekrany o przekątnej min. 13 cali?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

5. Zadanie nr 2: Respirator stacjonarno – transportowy – 2 szt. Pkt 23 – Proszę o określenie jakich rur wielorazowych wymaga Zamawiający, jednoramiennych czy dwuramiennych?

Wyjaśnienie: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

6. Zadanie nr 2 – respirator stacjonarno – transportowy – 2 szt. Pkt 4 – Czy Zamawiający zaakceptuje respirator stacjonarno – transportowy, w którym autotest jest przeprowadzany automatycznie? Zaletą proponowanego przez nas rozwiązania



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po  
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po  
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/UA/Po  
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po  
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po  
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po  
ISO 22000 : 2005



tel. Centrala  
84 6773333

tel. Sekretariat  
84 6773300

Fax  
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
000021024

PEKAO S.A. I Oddział  
w Zamościu  
61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



jest natychmiastowe rozpoczęcie wentylacji po włączeniu respiratora, zaś autotest jest przeprowadzany w jej trakcie.

Wyjaśnienie: Tak, zgodnie z SIWZ.

7. Zadanie nr 2 – respirator stacjonarno – transportowy – 2 szt. Pkt 19 – Czy Zamawiający zaakceptuje respirator z regulacją PEEP 4-25 cmH<sub>2</sub>O, lub 0-25cmH<sub>2</sub>O w zależności od użytego typu układu oddechowego?

Wyjaśnienie: Tak, zgodnie z SIWZ.

8. Zadanie nr 2 – respirator stacjonarno – transportowy – 2 szt. Pkt 23 – Czy Zamawiający zaakceptuje dostawę z respiratorem 20 kpl. jednorazowych układów pacjenta dla każdego respiratora, zamiast opisanego jednego wielorazowego?

Wyjaśnienie: Nie.

9. Zadanie nr 2 – respirator stacjonarno – transportowy – 2 szt. Pkt 24 – Czy w związku z tym, że respiratory turbinowe zazwyczaj wymagają specyficznych układów jednorurowych z zastawką wydechową, lub portem wydechowym (jest to spowodowane głównie szerokimi możliwościami prowadzenia wentylacji nieinwazyjnej), Zamawiający zrezygnuje z zapisu ujętego w punkcie 24?

Wyjaśnienie: Nie.

10. Zadanie nr 2 – respirator stacjonarno – transportowy – 2 szt. Dot.: wzór umowy §1, §2, pkt. 1 – Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu przeprowadzenia szkoleń serwisowych dla pracowników Inżynierii Klinicznej Kupującego potwierdzonych wydaniem certyfikatu/zaświadczenia na wykonanie napraw, konserwacji i przeglądów respiratorów będących przedmiotem umowy po okresie obowiązywania gwarancji?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

11. Zadanie nr 2 – respirator stacjonarno – transportowy – 2 szt. Dot.: wzór umowy §2, pkt. 6 – Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu dotyczącego dostarczenia kodów serwisowych?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

12. Zadanie nr 2 - respirator stacjonarno – transportowy – 2 szt. Dot.: wzór umowy §3, pkt 2, lit. c) – Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu dostarczenia instrukcji serwisowej?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

13. Zadanie 1: Do punktu 51: Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy respirator z pomiarem przecieku w postaci procentowej, bez oddzielnego pomiaru dla wdechu jaki i wydechu?

Wyjaśnienie: Tak.

14. Wzór umowy: Do par 1: Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu przeprowadzenia szkoleń serwisowych dla pracowników Inżynierii Klinicznej i zmianę brzmienia par. 1 w następujący sposób:

„Kupujący zleca, a Sprzedający przyjmuje do realizacji dostawę wraz z instalacją i uruchomieniem respiratorów dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego tj. .... produkcji ... o parametrach i konfiguracji określonych w załączniku do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część. Dostawa obejmuje szkolenie personelu Kupującego w zakresie obsługi respiratorów, które odbędzie się podczas instalacji i/lub uruchomienia. ~~Dostawa obejmuje także szkolenie serwisowe dla pracowników Inżynierii Klinicznej Kupującego potwierdzone wydaniem certyfikatu/zaświadczenia na wykonywanie napraw, konserwacji i przeglądów respiratorów będących przedmiotem umowy po okresie obowiązywania gwarancji. Szkolenia odbędą się w siedzibie Kupującego~~”

Wyjaśnienie: Nie.

15. Wzór umowy: Do par. 4 ust. 6 – Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu opisanego w par. 4 ust. 6 i zmianę paragrafu poprzez wykreślenie ustępu 6.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki

Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Wyjaśnienie treści SIWZ –AG.ZP 3320.29.17

Wyjaśnienie: W § 4 wzoru umowy integralnej części SIWZ nie ma ustępu 6.

16. Wzór umowy. Do par. 10 ust. 3 – Czy Zamawiający uznaje z reakcją serwisową zdalną diagnostykę/naprawę wykonaną za pomocą połączenia serwisanta z urządzeniem za pośrednictwem sieci komputerowej lub poprzez rozmowę telefoniczną?

Wyjaśnienie: Tak.

17. Zad 2 pkt. 20 Czy Zamawiający dopuści w pkt 20 czas wdechu od 0.1 do 3.0 sek?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ

18. Zad 2 pkt 23 Czy Zamawiający dopuści w p. 23 tylko układy jednopacjentowe w ilości 10 sztuk na respirator?

Wyjaśnienie: Nie.

19. Zad 2 pkt 24 Czy Zamawiający dopuści w p. 24 dedykowane układy oddechowe z zastawką wydechową od strony pacjenta?

Wyjaśnienie: Nie.

20. Zad 2 pkt 25 Czy Zamawiający dopuści w p. 25 alarm wysokiej objętości oddechowej i niskiej wentylacji minutowej, ale bez niskiej objętości oddechowej?

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

Z-ca Dyrektora  
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
ds. Lecznictwa  
lek. med. Marek Lipiec