



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu<sup>®</sup>

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 27 listopada 2018 r.

AG.ZP.3320.27. .18

## Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na **dostawę opatrunków i opatrunków specjalistycznych wraz z dzierżawą pomp do terapii podciśnieniowej dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II.** Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień:

### **Pytanie 1 dotyczy zadania 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. nr 4 do oddzielnego pakietu, co pozwoli na przystąpienie do przetargu większej liczbie Wykonawców, co znacznie zwiększy konkurencyjność ofert, a Zamawiającemu pozwoli na uzyskanie niższych cen?

#### **Wyjaśnienie:**

Wiążące są zapisy SIWZ.

### **Pytanie 2 dotyczy zadania 2 i 4**

Czy mając na względzie bezpieczeństwo pacjenta Zamawiający oczekuje opatrunków w klasie II a?

#### **Wyjaśnienie:**

Zamawiający wymaga opatrunków w klasie sterylności

### **Pytanie 3 dotyczy zadania 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 4 sterylnej, hipoalergicznego opatrunku z przezroczystej folii poliuretanowej do mocowania wkłuc centralnych, z ramką pozwalającą na pewne zamocowanie cewnika oraz metką służącą do zapisywania danych wkłucia. Większość brzegów zaokrąglonych. Rozmiar 10 x 12 cm?

#### **Wyjaśnienie:**

Wiążące są zapisy SIWZ



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po  
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po  
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po  
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po  
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po  
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po  
ISO 22000 : 2005



KOMITET  
UPOPOWZECHNIANIA  
KARMIENIA  
PIERSIĄ



tel. Centrala  
84 6773333

tel. Sekretariat  
84 6773300

Fax  
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział  
w Zamościu  
61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524

**Pytanie 4 dotyczy zadania 11**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. nr 1.4 „rozmiar 10 cm x 10 cm, 8 W, 13 N a 100 szt. z nitką radiacyjną” do oddzielnego pakietu, co pozwoli na przystąpienie do przetargu większej liczby Wykonawców, co znacznie zwiększy konkurencyjność ofert, a Zamawiającemu pozwoli na uzyskanie niższych cen?

**Wyjaśnienie:**

Nie. Wiążące są zapisy SIWZ.

**Pytanie 5 dotyczy zadania 11**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 2 i 3 do oddzielnego pakietu, co pozwoli na przystąpienie do przetargu większej liczby wykonawców, co znacznie zwiększy konkurencyjność ofert, a Zamawiającemu pozwoli na uzyskanie niższych cen?

**Wyjaśnienie:**

Nie. Wiążące są zapisy SIWZ.

**Pytanie 6 dotyczy zadania 26**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 26 elastycznych siatek do podtrzymania opatrunków o długości 6,5 m w stanie swobodnym z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości sztuk oraz z niżej opisanymi sposobami aplikacji:

- poz. 1 – 54 szt. - „palec/paluch”
- poz. 2 – 231 szt. - dłoń/ stopa
- poz. 3 – 154 szt. - podudzie lub udo/kolano lub ramię/przedramię
- poz. 4 – 77 szt. - udo/kolano lub głowa
- poz. 5 – 16 szt. - dłoń/stopa lub palec/paluch?

**Wyjaśnienie:**

Tak. Wyraża zgodę.

**Pytanie 7 dotyczy zadania 2**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunków do mocowania kaniul spełniających wymagania SIWZ na hypoalergicznym kleju kauczukowym nie wywołującym uczuleń nawet przy dłuższym pozostawianiu opatrunku na ranie?

**Wyjaśnienie:**

Wiążące są zapisy SIWZ.

**Pytanie 8 dotyczy zadania 3**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania plastrów o poniższych właściwościach?

- Hipoalergiczny plaster opatrunkowy z miękkiej włókniny;
- Naniesiony paskami klej z syntetycznego kauczuku, oraz wysoka przepuszczalność powietrza i pary wodnej przez włókninę czynią go szczególnie przyjaznym dla skóry;
- dzięki dużej elastyczności poprzecznej włókniny plaster dobrze dopasowuje się i pewnie trzyma na stawach i zaokrąglonych częściach ciała
- Plaster trzyma się pewnie skóry, przy czym daje się usuwać bezboleśnie i bez pozostawienia resztek kleju
- Opatrunek plastra ma dobrą chłonność i nie przykleja się do rany.

**Wyjaśnienie:**

Wiążące są zapisy SIWZ.

**Pytanie 9 dotyczy zadania 7**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunków na rany pooperacyjne wykonanych w 100 % z poliestru – pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Ponadto prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie opatrunków o wymiarach:

- 10 cm x 8 cm zamiast 10 cm x 10 cm
- 8 cm x 15 cm zamiast 10 cm x 15 cm?

**Wyjaśnienie:**

Wiążące są zapisy SIWZ.

**Pytanie 10 dotyczy zadania 9**

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek elastycznych tkanych 5 m x 15 cm bez zawartości lycry z dwiema zapinkami?

**Wyjaśnienie:**

Wiążące są zapisy SIWZ.

**Pytanie 11 dotyczy zadania 10 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania bandaży gipsowych szybkowiązających 3 m x 12 cm o czasie wiązania 4 – 6 minut?

**Wyjaśnienie:**

Wiążące są zapisy SIWZ.

**Pytanie 12 dotyczy zadania 11**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych w rozm. 10 cm x 10 cm a nitką radiacyjną pakowanych a' 100 szt. 12 W 17 N zamiast 8 W 13 N

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający dopuszcza kompresy 12W 17 N z nitką radiacyjną w rozmiarze 10 cm x 10 cm.

**Pytanie 13 dotyczy zadania 12**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych z nitką radiacyjną w rozmiarze 10 cm x 10 cm pakowanych a' 50 szt. 32W 20N z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości lub 12 W 17 N pakowanych a' 100 szt? - pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Wyjaśnienie:**

Wiążące są zapisy SIWZ.

**Pytanie 14 dotyczy zadania 16 poz. 1 – 2.**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet gazowych niejałowych 4 W, 17 N 30 cm x 30 cm z nitką radiacyjną i tasiemką?

**Wyjaśnienie:**

Wiążące są zapisy SIWZ.

**Pytanie 15 dotyczy zadania 16 poz. 3.**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania niejałowych serwet gazowych z tasiemką i nitką RTG 2W 17 N w rozmiarze 75 cm x 75 cm?

**Wyjaśnienie:**

Wiążące są zapisy SIWZ.

**Pytanie 16 dotyczy zadania 16 poz. 4.**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania niejałowych serwet gazowych z

tasiemką i nitką RTG 4 W 20 N w rozm. 45 cm x 45 cm?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 17 dotyczy zadania 17**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania serwet operacyjnych gazowych sterylnych 4 W 17 N w roz. 45 cm x 45 cm z dodatkową tasiemką?

Prosimy jednocześnie Zamawiającego o odstąpienie wymogu, aby opakowania pojedyncze posiadały samoprzylepne metryczki produktu z kontrolą jałowości opakowania, gdyż taki zapis ogranicza możliwość złożenia ofert znacznej części wykonawców.

**Wyjaśnienie:**

Wiążące są zapisy SIWZ.

**Pytanie 18 dotyczy zadania 20**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania opatrunku hydrokolidowego, który szybko wchłania wydzielinę z rany wraz ze znajdującymi się w niej drobnoustrojami i zamykają ją w strukturze rany. Wysoki potencjał chłonności pozwala na dłuższe pozostawienie opatrunku na ranie, co wpływa na ekonomiczność jego stosowania. Wydłużone okresy między zmianami opatrunków zapewniają pożądaną stabilizację obszaru rany. Opatrunek tworzy w ranie idealny wilgotny mikroklimat, w szczególności dla fibroblastów, uczestniczących w procesie tworzenia nowej tkanki. Nawet przy niewielkim wysięku nie istnieje niebezpieczeństwo wysychania rany. Zmiany opatrunku są całkowicie bezurazowe i bezbolesne. Warstwa wierzchnia stanowi barierę dla bakterii, brudu i wilgoci, można brać prysznic w nałożonym opatrunku.

**Wyjaśnienie:**

Wiążące są zapisy SIWZ.

**Pytanie 19 dotyczy zadania 23**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania hydroaktywnego opatrunku z unikatowym mechanizmem płuczaco – absorpcyjnym. Opatrunek usuwa wszystkie znane miejscowe bariery upośledzające gojenie rany: przywraca równowagę biochemiczną w łożysku rany, obniżając poziom aktywnych metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej, umożliwia usunięcie obciążenia nekrotycznego, zapewnia optymalnie wilgotne środowisko w obrębie rany, niszczy biofilm oraz obniża wartość pH do poziomu fizjologicznego. Strona opatrunku stykająca się z raną pokryta jest nieprzywierającym do rany paskami silikonu. Zewnętrzna warstwa opatrunku pokryta jest wodoszczelną folią polipropylenową, chroniącą przed przemakaniem opatrunku i przedostawaniem się do rany drobnoustrojów chorobotwórczych. Opatrunek pozwala na obniżenie kosztu terapii rany przewlekłej, ryzyko powikłań oraz zwiększa komfort pacjenta. Zastosowanie – rany z wysiękiem od umiarkowanego do lekkiego, znajdujące się w końcowym etapie fazy oczyszczania oraz na etapie budowania nowej tkanki?

oraz

czy Zamawiający dopuści opatrunek opisany powyżej w rozmiarze 15 cm x 15 cm lub 20 cm x 20 cm zamiast 15 cm x 20 cm?

**Wyjaśnienie:**

Wiążące są zapisy SIWZ.

**Pytanie 20 dotyczy zadania nr 26**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania elastycznych siatek do podtrzymywania opatrunków o długości 11,6 cm w stanie luźnym o poniższy zastosowaniach w odniesieniu do podanych pozycji?

- poz. 1 nr 1 przeznaczona na palce osoby dorosłej oraz palce, dłoni dziecka
- poz. 2 nr 3 przeznaczona na dłoń i rękę osoby dorosłej oraz głowę dziecka
- poz. 3 nr 4 przeznaczona na nogę i stopę osoby dorosłej oraz tułów dziecka
- poz. 4 nr 5 przeznaczona na głowę osoby dorosłej oraz tułów dziecka
- poz. 5 nr 2 przeznaczona na palce osoby dorosłej oraz dłoń, rękę, nogę i stopę dziecka.

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie 21 dotyczy zadania 29**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania paków do zamykania ran spełniających wymagania SIWZ bez włókien syntetycznego jedwabiu oraz zamiast rozmiaru 6 mm x 75 mm dopuści rozmiar 6 mm x 76 mm?

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie 22 dotyczy zadanie 31 pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu opatrunkowego do leczenia ran brzucha w podciśnieniowej terapii leczenia ran składającego się z:

- 1 x folia ochronna do zabezpieczenia organów o śr. 65 cm z wbudowanymi kieszeniami ułatwiającymi zakładanie opatrunku
- 2 x opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 38 cm x 25 cm 1,6 cm. Opatrunek piankowy z nacięciami.
- samoprzylepnej podkładki z portem połączonej z dwuświatłowym drenem
- 6 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20 cm x 30 cm

Całość pakowana umieszczona na polipropylenowej tacce.

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie 23 dotyczy zadania 35**

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku powlekanego silikonem o wym. 7,5 cm x 10 cm zamiast 10 cm x 10 cm?

**Wyjaśnienie:**

Wiążące są zapisy SIWZ.

**Pytanie 24 dotyczy wzoru umowy**

Czy w celu miarkowania kar umownych Kupujący dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1:

1. Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy przedmiotu umowy albo poszczególnych jego części, określonego w § 2 ust. 3 w wysokości 0,2% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień roboczy opóźnienia, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto opóźnionej części dostawy.
2. Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną za opóźnienia w

uzupełnieniu braków ilościowych lub usunięcia wad ujawnionych w asortymencie, w ramach postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w § 3 ust. 2 – 4 w wysokości 0,2 % wartości brutto przedmiotu zamówienia objętego reklamacją za każdy dzień opóźnienia w uzupełnieniu lub wymianie ponad termin określony w umowie, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto przedmiotu zamówienia objętego reklamacją.

**Wyjaśnienie:**

Wiążące są zapisy wzoru umowy stanowiącego integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie 25 dotyczy zadania nr 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości przeliczenia w formularzu asortymentowo – cenowym szt. na opakowania po 100 szt.

**Wyjaśnienie:**

Tak

**Pytanie 26 dotyczy zadania nr 2**

Czy można zaoferować opatrunek w rozmiarach 6 cm x 9 cm? Pozostałe parametry zgodne z wymogami SIWZ.

**Wyjaśnienie:**

Wiążące są zapisy SIWZ.

**Pytanie 27 dotyczy zadania nr 4**

Czy można zaoferować opatrunek prostokątny w rozmiarach 18 cm x 13 cm posiadający ramkę z pianki oraz elastyczne taśmy do mocowania centralnych i obwodowych kateterów tętnicznych i żylnych?

**Wyjaśnienie:**

Wiążące są zapisy SIWZ.

**Pytanie 28 dotyczy zadania 7 poz. 1**

Czy można zaoferować opatrunek w rozmiarach 8 cm x 10 cm? Pozostałe parametry zgodne z wymogami SIWZ.

**Wyjaśnienie:**

Wiążące są zapisy SIWZ.

**Pytanie 29 dotyczy zadania 17**

Czy można zaoferować serwety wykonane z gazy 20 – nitkowej w rozmiarach 23 cm x 33 cm a kontrastem RTG w formie chipa, sterylizowane tlenkiem etylenu? Pozostałe parametry zgodne z wymogami SIWZ.

**Wyjaśnienie:**

Nie.

**Pytanie 30 dotyczy zadania 20 poz. 2**

Czy można zaoferować opatrunek w rozmiarach 15 cm x 15 cm lub 20 cm x 20 cm?

**Wyjaśnienie:**

Wiążące są zapisy SIWZ.

**Pytanie 31 dotyczy zadania 26 poz. 1 – 5**

prosimy o dopuszczenie do złożenia oferty na siatkę, której długość w stanie spoczynku wynosi 6 mb. Z oferowanej przez nas siatki otrzymuje się tyle samo opatrunku, co z siatki

o długości 10 mb w stanie spoczynku tj. 25 mb.

**Wyjaśnienie:**

Wiążące są zapisy SIWZ.

**Pytanie 32 dotyczy zadania 11 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ostatniej pozycji (rozm. 10 x 10 cm) kompresów 17 – nitkowych, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 33 dotyczy zadania 16 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet operacyjnych wyposażonych dodatkowo w nitkę RTG, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Wyjaśnienie:**

Wiążące są zapisy SIWZ.

**Pytanie 34 dotyczy zadania 20 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 15 x 15 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Wyjaśnienie:**

Wiążące są zapisy SIWZ.

**Pytanie 35 dotyczy zadania 20 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 20 x 20 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

**Wyjaśnienie:**

Wiążące są zapisy SIWZ.

**Pytanie 36 dotyczy zapisów SIWZ.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materiału gazowego sterylizowanego parą wodną w procesie walidowanym zgodnym z EN ISO 17665-1:2008 w temperaturze 134°C, 3 atmosfery nadciśnienia w czasie co najmniej 5 min?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 37 dotyczy wzoru umowy.**

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie 38 dotyczy wzoru umowy**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 wzoru umowy został dodany punkt o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Kupujący pisemnie wezwie Sprzedającego do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonania umowy i pozwoli uniknąć skutków odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla

obu stron.

**Wyjaśnienie:**

Wiążące są zapisy wzoru umowy stanowiącego integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie 39 dotyczy wzoru umowy.**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 11 ust. 3 wzoru umowy został dodany punkt o następującej (lub podobnej) treści: „w przypadku wynikającej ze zmiany przepisów prawa zmiany stawki podatku VAT bądź w razie przekraczającej 3 % zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy bądź w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3 % - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy”?

Dodanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość do podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich jak zmiana stawki VAT, inflacja lub znaczna zmiana kursów walut. Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

**Wyjaśnienie:**

Wiążące są zapisy wzoru umowy stanowiącego integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie 40 dotyczy zadania 1 pozycja 1.**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. 10 m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie 41 dotyczy zadania 1 poz. 2, 3, 4**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wyceny za przylepce o szerokości 12,5 mm o długości 9,14 m w opakowaniu a' 24 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie 42 dotyczy zadania 1 pozycja 2, 3, 4.**

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wyceny za przylepce o szerokości 25 mm o długości 9,14 m w opakowaniu a' 12 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie 43 dotyczy zadania 1 pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści przylepiec tkaninowy nawinięty na szpulkę?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

**Pytanie 44 dotyczy zadania 2 pozycja 1**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wyceny za op. a'100 szt z odpowiednim

przeliczeniem zamawianych ilości?

**Wyjaśnienie:**

Tak

**Pytanie 45 dotyczy zadania 6 pozycja 1**

czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10 cm x 15 cm, spełniając pozostałe wymagania SIWZ

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 46 dotyczy zadania 7 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek wykonany ze 100 % poliestru?

**Wyjaśnienie:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 47 dotyczy zadania 9 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści opaskę elastyczną składającą się z 72% przędzy bawełnianej, 26 % przędzy poliamidowej teksturowanej, 2 % wysokoplastycznej przędzy poliuretanowej?

**Wyjaśnienie:**

Wiążące są zapisy SIWZ.

**Pytanie 48 dotyczy zadania 10 pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za podkład pod gips pakowany a,6 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie 49 dotyczy zadania 11 pozycja 1.4**

Czy Zamawiający dopuści kompres włókninowy z nitką radiacyjną w rozmiarze 10 cm x 10 cm 17 nitkowy, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający dopuszcza 17 nitkowe

**Pytanie 50 dotyczy zadania 12 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści kompres włókninowy z nitką radiacyjną w rozmiarze 10 cm x 10 cm 17 nitkowy, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Wyjaśnienie:**

Wiążące są zapisy SIWZ.

**Pytanie 51 dotyczy zadania 14 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za gazę opatrunkową pakowaną a' 100 m z odpowiednim przeliczeniem ilości, opakowanie foliowe?

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie 52 dotyczy zadania 17 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45 cm x 45 cm?

**Wyjaśnienie:**

Nie. Wiążące są zapisy SIWZ.

**Pytanie 53 dotyczy zadania 17 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści serwetę bez samoprzylepnych metryczek? Informacja o jałowości znajduje się w karcie technicznej produktu.

**Wyjaśnienie:**

Wiążące są zapisy SIWZ.

**Pytanie 54 dotyczy zadania 24 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek z folii poliuretanowej w rozmiarze 10 x 10 cm?

**Wyjaśnienie:**

Wiążące są zapisy SIWZ.

**Pytanie 55 dotyczy zadania 24 pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek z folii poliuretanowej w rozmiarze 20 x 10 cm?

**Wyjaśnienie:**

Wiążące są zapisy SIWZ.

**Pytanie 56 dotyczy zadania 29**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie pasków wykonanych z poliamidu, wzmocnionych włóknami poliestrowymi reszta parametrów bez zmian?

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie 57 dotyczy zadania 9**

Czy Zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?

**Wyjaśnienie:**

Wiążące są zapisy SIWZ.

**Pytanie 58 dotyczy zadania 14**

Czy Zamawiający wymaga gazę w roli 13 nitkowej, niejałową, szer. 90 cm x 100 m?

**Wyjaśnienie:**

Wiążące są zapisy SIWZ.

**Pytanie 59 dotyczy zadania 14**

Czy Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem ilości?

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie 60 dotyczy zadania 14**

Czy Zamawiający dopuści gazę pakowaną w opakowanie podwójne zabezpieczające całkowicie przed zabrudzeniem, do transportu zbiorczo w karton?

**Wyjaśnienie:**

Wiążące są zapisy SIWZ.

**Pytanie 61 dotyczy zadania 16 poz. 4**

Prosimy o wydzielenie poz. 4 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi?

**Wyjaśnienie:**

Nie. Wiążące są zapisy SIWZ.

**Pytanie 62 dotyczy zadania 16 poz. 4.**

Czy Zamawiający dopuści serwetę 4 warstwową, 17 nitkową, z nitką RTG i tasiemką, o wymiarach 45 cm x 45 cm, pakowaną indywidualnie, sterylną, sterylizowaną EO?

**Wyjaśnienie:**

Wiążące są zapisy SIWZ.

**Pytanie 63 dotyczy zadania 26, poz. 1-5**

Czy Zamawiający pisząc w kolumnie j.m. 1 szt., ma na myśli 1 szt. = 1 opakowanie 10 mb w stanie swobodnym?

**Wyjaśnienie:**

Wiążące są zapisy SIWZ.

**Pytanie 64 dotyczy zadania 26 poz. 1-5.**

Czy w związku z komfortem użytkowania siatek oraz wysoką przepuszczalnością zamawiający wymaga poniższej wielkości oczek?

Rozmiar 1 – 9 mm x 10 mm

Rozmiar 2 – 13 mm x 15 mm

Rozmiar 3 – 13 mm x 15 mm

Rozmiar 4 – 13 mm x 15 mm

Rozmiar 6 – 13 mm x 15 mm

Rozmiar 8 – 13 mm x 15 mm

Rozmiar 10 – 13 mm x 15 mm

Rozmiar 14 – 13 mm x 15 mm

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

**Pytanie 65 dotyczy zadania 26 poz. 1-5**

Czy Zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadających poszczególnym częściom ciała rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym?

Rozmiar 1 – palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku

Rozmiar 2 – dłoń, palec – 10-25 mm jw.

Rozmiar 3 – dłoń, stopa – 15-35 mm jw.

Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć – 25 – 45 mm jw.

Rozmiar 6 – głowa, ramię, podudzie, kolano – 40 – 65 mm jw.

Rozmiar 8 – udo, głowa, biodro – 50-95 mm jw.

Rozmiar 10 – biodro, brzuch – 65 – 135 mm jw.

Rozmiar 14 – klatka piersiowa, brzuch – 80 – 140 mm j.w.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

**Pytanie 66 dotyczy zadania 9**

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 9 opaskę elastyczną z 2 zapinkami, o składzie: przędza bawełniana, elastil, przędza wysokoelastomerowa typu lycra, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 67 dotyczy zadania 11**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania 11 pozycji: kompres gazowy niesterylny z nitką radiacyjną 13N 8W 10 x 10 cm a;100 szt, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?

**Wyjaśnienie:**

Wiążące są zapisy SIWZ.

**Pytanie 68 dotyczy zadania 14**

Czy Zamawiający wymaga w zadaniu 14 gazy niejakoowej 13 – nitkowej, czy 17 – nitkowej?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający dopuszcza 13 nitkową i 17 nitkową.

**Pytanie 69 dotyczy zadania 14**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 14 dopuści opisany poniżej sposób pakowania gazy niejakoowej w składkach: każda składka gazy (100 mb) oferowanej przez firmę Paso – Trading zapakowana jest w opakowanie foliowe, a następnie podczas przygotowania zamówienia umieszczana w kartonowym opakowaniu oraz dodatkowo owijana warstwą stretch. Podczas realizowania dotychczasowych zamówień ten sposób pakowania wystarczająco zabezpieczał produkt przed zabrudzeniem oraz uszkodzeniem.

**Wyjaśnienie:**

Wiążące są zapisy SIWZ.

**Pytanie 70 dotyczy zadania 21 i 22**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy pisząc opatrunek hydrofibreowy, miał na myśli opatrunki wykonane w Technologii Hydrofiber?

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie 71 dotyczy zadania 9**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie opaski elastycznej z zapinka 5m x 15cm w naprężeniu o składzie 65% bawełna i 35% poliester o rozciągliwości 100%.

**Wyjaśnienie:**

Wiążące są zapisy SIWZ.

**Pytanie 72 dotyczy zadania 11 poz. 1 C**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie czy kompresy 7,5 cm x 7,5 cm 8W, 13 N – ilość op. 34500 op dotyczy opakowań a' 100 sztuk ?

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie 73 dotyczy zadania 11 poz. 1 D**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie kompresów 10cm x 10cm 8W, 17N a' 100 sztuk z nitką radiacyjną. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

**Wyjaśnienie:**

Nie. Wiążące są zapisy SIWZ.

**Pytanie 74 dotyczy zadania 14**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie gazy opatrunkowej w opakowaniu foliowym i dodatkowo opakowanie foliowe zawartości kartonu zbiorczego umożliwiające bezpieczny transport w warunkach bloku operacyjnego lub centralnej sterylizacji.

**Wyjaśnienie:**

Wiążące są zapisy SIWZ.

**Pytanie 75 dotyczy zadania 16 poz. 1**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie serwet operacyjnych posiadającej dodatkowo nitkę radiacyjną. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

**Wyjaśnienie:**

Wiążące są zapisy SIWZ.

**Pytanie 76 dotyczy zadania 16 poz. 3**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie serwet operacyjnych w rozmiarze 45cm x 70cm. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

**Wyjaśnienie:**

Nie. Wiążące są zapisy SIWZ.

**Pytanie 77 dotyczy treści umowy nr 1**

1. Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich zmniejszenie do wysokości 0,1 % (jednak nie więcej niż 50 zł za jeden dzień) w § 8 ust. 1 oraz ust. 2. Pragniemy podkreślić, że zastrzeżone kary umowne mogą zostać uznane za wygórowane i narażają Wykonawcę na odpowiedzialność niewspółmiernie wysoką do ewentualnych naruszeń. Ponadto, w przypadku obniżenia wysokości kar umownych interes Zamawiającego nie zostanie zagrożony, ponieważ ma możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

**Wyjaśnienie:**

Wiążące są zapisy wzoru umowy stanowiącego integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Prosimy o dodanie do projektu umowy zapisu § 11 ust. 8 o następującej treści: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.”

**Wyjaśnienie:**

Wiążące są zapisy wzoru umowy stanowiącego integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Prosimy o dodanie do projektu umowy zapisu § 11 ust. 9 o następującej treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.”

**Wyjaśnienie:**

Wiążące są zapisy wzoru umowy stanowiącego integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

*Lek. med. Andrzej Mielcarek  
Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego Szpitala  
Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II  
w Zamościu*