

**„Dostawa laryngoskopów do trudnej intubacji w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im.
Papieża Jana Pawła II w Zamościu .”**

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Lp.	Parametr / warunek	Ilość	Warunek graniczny	Podać opis i numer katalogowy
1.	Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2023 r. lub 2024 r. Producent Model Kraj pochodzenia	-	TAK podać	
2.	Laryngoskop do trudnej intubacji: - kolorowy monitor o przekątnej 3,5” i rozdzielczości min. 640×480 - możliwość obrotu i pochylania monitora - waga do 300 g - kamera Full HD o rozdzielczości min. 1 Mpx - wbudowana bateria - możliwość zapisywania nagrań i zdjęć w pamięci wewnętrznej urządzenia - wbudowany przycisk uruchamiający nagrywanie procesu intubacji	4 kpl	TAK podać	
3	łyżki metalowe, wielorazowego użytku, do ww laryngoskopu, do sterylizacji (moczenie w płynach dezynfekcyjnych/sterylizacja niskotemperaturowa) W zestawie następujące łyżki: Miller 0 – 2 sztuki Miller 1 – 2 sztuki MacIntosh 1 – 2 sztuki MacIntosh 2 – 2 sztuki MacIntosh 3 – 4 sztuki MacIntosh 4 – 4 sztuki D-Blade – 4 sztuki D-Blade S – 2 sztuki D-Blade L - 2 sztuki	1 kpl	TAK	

Wymogiem jest aby wartości podane w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.