



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 14.12.2015r.

AG.Z.2150.19.1.2015

Dotyczy: odpowiedzi na pytania.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę lamp operacyjnych wpłynęły pytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi.

Pytanie 1:

„ Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową diodową bez uchwyty przystosowanego do sterylizacji?”

Pytanie 2:

„ Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną diodową z funkcją oświetlenia endoskopowego z poziomem 15% maksymalnego natężenia?”

Pytanie 3:

„ Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną diodową ze średnicą kopuły głównej 60cm? ”

Pytanie 4:

„ Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną diodową z temperaturą barwową 4300K?”

Pytanie 5:

„ Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną diodową z sterylizowanym uchwytem służącym do pozycjonowania jak również do manualnej zmiany wielkości płamy świetlnej?”

Pytanie 6:

„ Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną diodową bez tzw brudnego uchwyty?”

Pytanie 7:

„ Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową ze współczynnikiem odwzorowania barw na poziomie RA 95 ?”

AG.Z.2150.19.1.2015



Certyfikat nr 51705/BI/0001/AJK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/AJK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/AJA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/AJK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/AJK/Po
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 64151/A/0001/AJK/Po
ISO 22000 : 2005



KOMITET
UOWSZECHNIANIA
KARMENIA
PIERSIĄ

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:

szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
000021024

PEKAO S.A. | Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Pytanie 8:

„ Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną wykorzystującą białe diody LED emitujące snop jednorodnego światła z uzyskiwaniem temperatury barwionej w czaszy lampy poprzez zwiększenie udziału parametru R9 w uzyskiwanej temperaturze barwionej? ”

Pytanie 9:

„ Czy Zamawiający dopuści do zaferowania lampę operacyjną , której osłona źródeł światła wykonana jest z odpornego na żółknięcia, zarysowania i matowienie tworzywa oraz jest całkowicie bezpieczna?”

Pytanie 10:

„ Czy Zamawiający dopuści do zaferowania lampę operacyjną ze współczynnikiem odwzorowania barw na poziomie RA 95?”

Pytanie 11:

„ Czy Zamawiający dopuści do zaferowania lampę operacyjną wyposażoną w zintegrowane brudne uchwyty umożliwiające operatorowi pewne uchwycenie dłonią całej czaszy (konstrukcja monolityczna z czaszą), tak by w sposób precyzyjny ustawić kierunek padania wiązki światła niezależnie od położenia kopuły?”

Pytanie 12:

„ Czy Zamawiający dopuści do zaferowania lampę operacyjną wyposażoną w tzw uchwyt brudny w postaci relingu okalającego 25% czaszy lampy ?”

Odpowiedź na pytanie 1 do 12:

NIE, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

Z-ca Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Szpitala
Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu
ds. Lecznictwa
lek med. Marek Lipiec