



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu<sup>®</sup>

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 9 listopada 2017 r.

AG.ZP.3320.44. .17

## Dotyczy: Wyjaśnienia, zmiany treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę stymulatorów resynchronizujących, defibrylatorów wszczepialnych, elektrod oraz zestawów wprowadzających. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

### **Pytanie dotyczy zadania 3:**

Czy Zamawiający w zadaniu 3 dopuści elektrodę DF-1 bez standardu MRI? Dostępne na rynku elektrody zazwyczaj posiadają dopuszczenie do MRI jedynie w standardzie DF-4.

**Wyjaśnienie:** Nie.

### **Pytanie dotyczy zadania 3:**

Czy Zamawiający w zadaniu 3 dopuści defibrylatory jednojamowe bez funkcji zmiany konfiguracji polarności dla kolejnych szoków?

**Wyjaśnienie:** Tak.

### **Pytanie dotyczy zadania 4:**

Czy Zamawiający w zadaniu 4 dopuści defibrylatory jednojamowe bez funkcji zmiany konfiguracji polarności dla kolejnych szoków?

**Wyjaśnienie:** Tak.

### **Pytanie dotyczy zadania 5:**

Czy Zamawiający w zadaniu 5 dopuści elektrodę DF-1 bez standardu MRI? Dostępne na rynku elektrody zazwyczaj posiadają dopuszczenie do MRI jedynie w standardzie DF-4.

**Wyjaśnienie:** Nie.

### **Pytanie dotyczy zadania 5:**

Czy Zamawiający w zadaniu 5 dopuści defibrylatory dwujamowe bez funkcji zmiany konfiguracji polarności dla kolejnych szoków?

**Wyjaśnienie:** Tak.

### **Pytanie dotyczy zadania 6:**

Czy Zamawiający w zadaniu 6 dopuści defibrylatory dwujamowe bez funkcji zmiany konfiguracji polarności dla kolejnych szoków?

**Wyjaśnienie:** Tak.

### **Pytanie dotyczy zadania 7:**

Czy Zamawiający w zadaniu 7 dopuści elektrodę DF-1 bez standardu MRI? Dostępne na rynku elektrody zazwyczaj posiadają dopuszczenie do MRI jedynie w standardzie DF-4.



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po  
ISO 9001 : 2008  
Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po  
ISO 14001 : 2004  
Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po  
PN-N 18001 : 2004  
Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po  
OHSAS 18001 : 2007  
Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po  
ISO 27001 : 2013  
Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po  
ISO 22000 : 2005



KOMITET  
UPRAWY CHIRURGA  
KARMIEŃIA  
PIERSIĄ



tel. Centrala  
84 6773333

tel. Sekretariat  
84 6773300

Fax  
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział  
w Zamościu  
61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524

**Wyjaśnienie:** Nie.

**Pytanie dot. Zadanie 3:**

Czy Zamawiający w Zadaniu 3 – ICD jednojamowym DF-1 z elektrodą uzna za równoważne zamiast stymulacji antyarytmicznej podczas ładowania kondensatorów – stymulację antyarytmiczną przed ładowaniem kondensatorów? Po dostarczeniu stymulacji antyarytmicznej bezzwłocznie następuje ładowanie kondensatorów w trakcie którego sprawdzana jest skuteczność terapii ATP.

**Wyjaśnienie:** Tak.

**Pytanie dot. Zadanie 4:**

Czy Zamawiający w Zadaniu 4 – ICD jednojamowym DF-4 z elektrodą uzna za równoważne zamiast stymulacji antyarytmicznej podczas ładowania kondensatorów – stymulację antyarytmiczną przed ładowaniem kondensatorów? Po dostarczeniu stymulacji antyarytmicznej bezzwłocznie następuje ładowanie kondensatorów w trakcie którego sprawdzana jest skuteczność terapii ATP.

**Wyjaśnienie:** Tak.

**Pytanie dot. Zadanie 5:**

Czy Zamawiający w Zadaniu 5 – ICD DR DF-1 z elektrodami uzna za równoważne zamiast stymulacji antyarytmicznej podczas ładowania kondensatorów – stymulację antyarytmiczną przed ładowaniem kondensatorów? Po dostarczeniu stymulacji antyarytmicznej bezzwłocznie następuje ładowanie kondensatorów w trakcie którego sprawdzana jest skuteczność terapii ATP.

**Wyjaśnienie:** Tak.

**Pytanie dot. Zadanie 6:**

Czy Zamawiający w Zadaniu 6 – ICD DR DF- 4 z kompletem elektrod uzna za równoważne zamiast stymulacji antyarytmicznej podczas ładowania kondensatorów – stymulację antyarytmiczną przed ładowaniem kondensatorów? Po dostarczeniu stymulacji antyarytmicznej bezzwłocznie następuje ładowanie kondensatorów w trakcie którego sprawdzana jest skuteczność terapii ATP.

**Wyjaśnienie:** Tak.

**Pytanie dot. Zadanie 7:**

Czy Zamawiający w Zadaniu 7 – defibrylator z funkcją resynchronizacji CRTD DF-1 z elektrodami RA i DF-1, bez elektrody uzna za równoważne zamiast stymulacji antyarytmicznej podczas ładowania kondensatorów – stymulację antyarytmiczną przed ładowaniem kondensatorów? Po dostarczeniu stymulacji antyarytmicznej bezzwłocznie następuje ładowanie kondensatorów w trakcie którego sprawdzana jest skuteczność terapii ATP.

**Wyjaśnienie:** Tak.

**Pytanie dot. Zadanie 8:**

Czy Zamawiający w Zadaniu 8 – defibrylator z funkcją resynchronizacji CRTD DF-4 z elektrodami RA i DF-1, bez elektrody LV uzna za równoważne zamiast stymulacji antyarytmicznej podczas ładowania kondensatorów – stymulację antyarytmiczną przed ładowaniem kondensatorów? Po dostarczeniu stymulacji antyarytmicznej bezzwłocznie następuje ładowanie kondensatorów w trakcie którego sprawdzana jest skuteczność terapii ATP.

**Wyjaśnienie:** Tak.

**Pytanie dot. Zadanie 9:**

Czy Zamawiający w Zadaniu 9 – defibrylator z funkcją resynchronizacji CRTD DF-4 z kompletem elektrod i elektrodą LV czteropolową uzna za równoważne zamiast stymulacji antyarytmicznej podczas ładowania kondensatorów – stymulację antyarytmiczną przed ładowaniem kondensatorów? Po dostarczeniu stymulacji antyarytmicznej bezzwłocznie następuje ładowanie kondensatorów w trakcie którego sprawdzana jest skuteczność terapii ATP.

**Wyjaśnienie:** Tak.

Pytanie nr 8 dot. Zadanie 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o klaryfikację warunku wymaganego: „elektroda defibrylująca jednokoilowa” w zadaniu 1 – Stymulatory resynchronizujące komorowe DDDBiV MRI z kompletem elektrod.

**Wyjaśnienie:** Zamawiający informuje, iż wpisane to zostało omyłkowo.

**Pytanie dot. Zadanie 1:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatorów resynchronizujących komorowych DDD BiV MRI z kompletem elektrod o czasie pracy 9 lat 8 mies. przy stymulacji 10%, 2.5 V/0.4 ms, 60 bpm, 500  $\Omega$  w przedsionku i stymulacji 100%, 2.5 V/0.4 ms, 60 bpm, 500  $\Omega$  w prawej i lewej komorze?

**Wyjaśnienie:** Tak.

**Pytanie dot. Zadanie 2:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatorów resynchronizujących DDD BiV bez elektrod o czasie pracy 9 lat 8 mies. przy stymulacji 10%, 2.5 V/0.4 ms, 60 bpm, 500  $\Omega$  w przedsionku i stymulacji 100%, 2.5 V/0.4 ms, 60 bpm, 500  $\Omega$  w prawej i lewej komorze?

**Wyjaśnienie:** Tak.

**Pytanie dot. Zadania nr 25:**

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na Zestawy do stymulatorów w skład którego wchodzi prześcieradło do okrycia chorego 235 x 330 cm z dwoma prostokątnymi otworami o wymiarach 12 x 16 cm w okolicy podobojczykowej wypełnionymi folią chirurgiczną, otoczone warstwą chłonną o wymiarach 75 x 120 cm, z prawej strony od dołu serwety przezroczysta folia o wym. 90 x 145 cm? Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami SIWZ.

**Wyjaśnienie:** Tak, pod warunkiem zaoferowania folii po lewej stronie pacjenta lub do wyboru folia po lewej lub prawej stronie.

**Pytanie dot. wzoru umowy:**

Czy Kupujący dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT? (dot. § 4 ust. 2 oraz § 6 ust. 2 wzoru umowy nr 2).

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy wzoru umowy.

**Pytanie dot. wzoru umowy:**

Czy w celu miarkowania kar umownych Kupujący dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1 (dot.: wzoru umowy nr 1):

1. Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy przedmiotu umowy albo poszczególnych jego części,

określonego w §2 ust. 1, w wysokości 0,2% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień roboczy zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej części dostawy.

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy wzoru umowy.

**Pytanie dot. wzoru umowy:**

Czy Kupujący wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania, której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. § 1 ust. 3 wzoru umowy nr 2).

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy wzoru umowy.

**Pytanie dot. wzoru umowy:**

Czy Kupujący wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu o wykorzystaniu w pierwszej kolejności towarów z najkrótszym terminem ważności? (dot. § 3 ust. 1 wzoru umowy nr 2).

**Wyjaśnienie:** Zamawiający, na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany § 3 ust. 1 wzoru umowy nr 2, który otrzymuje brzmienie: „1. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia Sprzedającego o wykorzystaniu powierzonego w ramach Banku sprzętu, określając szczegółowo jego ilość i asortyment. Kupujący zobowiązuje się do wykorzystania w pierwszej kolejności towarów z najkrótszym terminem ważności”.

**Pytanie dot. wzoru umowy:**

Czy w celu miarkowania kar umownych Kupujący dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1 (dot.: wzoru umowy nr 2):

1. Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną:

1) w przypadku niedotrzymania terminu utworzenia Banku w wysokości 0,2% wartości brutto sprzętu mającego być przedmiotem Banku zgodnie z §2 ust. 1 za każdy dzień roboczy zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nieutworzonego Banku.

2) w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy przedmiotu umowy albo poszczególnych jego części w wysokości 0,2% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień roboczy zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej części dostawy.

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego  
Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
lek. med. Andrzej Mielcarek