



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ^(A)

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 06.04.2016 r

AG. Z.2150.31.3.2016

Dotyczy : odpowiedzi na pytania .

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje , że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę odczynników do gazometrii wraz z dzierżawą analizatorów wpłynęły pytania .

Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/P
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/P
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/P
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/P
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/P
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/P
ISO 22000 : 2005

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi :

Pytanie nr 1 – dot. zał. 1 poz.1

Czy Zamawiający dopuści analizator z wyliczoną hemoglobina ?

Odpowiedź

Nie. Zamawiający nie dopuszcza analizatora z wyliczoną hemoglobina.

Pytanie Nr 2- dot. zał.1 poz. 7

Zamawiający wpisał wymaganie „elektrody i pozostałe materiały eksploatacyjne aparatu wymieniane w czasie trwania dzierżawy na koszt wykonawcy ‘ . Czy do tych materiałów eksploatacyjnych Zamawiający zalicza również pak odczynnikowy, materiały kontrolne, materiały zużywalne ?

Odpowiedź

Zamawiający nie ma wiedzy jakie aparaty zaoferują poszczególni oferenci , tym samym jakie odczynniki i inne materiały oraz w jakiej ilości należy zaoferować do wykonania 30.000 oznaczeń gazometrycznych . Na ofercie spoczywa obowiązek sporządzenia oferty tak by ilości zaoferowanych odczynników i innych materiałów gwarantowały wykonanie w/w ilości oznaczeń .

Pytanie Nr 3- dot. zał. 1 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści, aby jeden z analizatorów był wyprodukowany w 2014 r. ?

Odpowiedź

Tak . Zamawiający dopuszcza aby jeden analizator był wyprodukowany w 2014 r.

Pytanie Nr 4-dot. zał.1 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści analizator bez oprogramowania pozwalającego na zdalną kontrolę ?

Odpowiedź

Nie. Zamawiający nie dopuści analizatora bez oprogramowania pozwalającego na zdalną kontrolę.

Pytanie Nr 5-dot. zał.1 poz. 13

Co Zamawiający rozumie przez określenie „oprogramowanie pozwalające na zdalną kontrolę „,-np. zewnętrzną kontrolę jakości czy kontrolę serwisową nad analizatorami ?

Odpowiedź

Możliwość podłączenia do sieci Szpitalnej SIS GEM

Pytanie Nr 6-dot. pkt.II

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy przynajmniej jednego analizatora do 4 tygodni ?

Odpowiedź

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy przynajmniej jednego analizatora do 4 tygodni.

Pytanie Nr 7

Czy w przypadku ustawowej stawki podatku VAT Zamawiający dopuszcza zmiany jednostkowych cen brutto o wartość podatku VAT przy zachowaniu stałych cen jednostkowych netto ?

Odpowiedź

Tak.

Jednocześnie Zamawiający wydłuża termin składania ofert do **dnia 11.04.2016 r**



tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Z-ca DYREKTORA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ds. Lecznictwa
lek. med. Marek Lipiec