

Zamość, 24.03.2020r.



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001:2015

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001:2015

Certyfikat nr 51705/X/0001/UA/Po
PN-N 18001:2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001:2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001:2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000:2005



KOMITET
UPOWSZECHNIANIA
KARMIENIA
PIERSIĄ



tel. centrala:
84 677 33 33

tel. sekretariat:
84 677 33 00

fax:
84 638 66 69

www.szpital.zam.pl

e-mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP: 922-22-92-491

REGON: 006050134

KRS: 0000021024

PEKAO S.A. | Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

AG.Z.2150.2.1.2020

Dotyczy: odpowiedzi na pytania

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę wyposażenia dla Oddziału Kardiologii wpłynęły pytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi.

Dotyczy: Zadanie nr 1

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający dopuści wózki z możliwością wyboru koloru z poniższych propozycji: w każdym wózku blat w kolorze jasnoniebieskim, 3 wózki z frontami szuflad w kolorze zielonym, 1 wózek z frontami szuflad w kolorze żółtym, stelaż każdego wózka tworzywowy w kolorze siwym?

Odpowiedź na pytanie nr 1: Tak, dopuszcza.

Dotyczy: Zadanie nr 2 – Leżanki do badań EKG

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający dopuści leżankę do badań EKG o szerokości 68cm?

Odpowiedź na pytanie nr 2: Tak, dopuszcza.

Dotyczy: Zadanie nr 3 – Parawany dwuskrzydłowe

Pytanie nr 3: Czy Zamawiający dopuści parawan dwuskrzydłowy jezdny o wymiarach: szerokości 134 cm i wysokość 165 cm na kółkach bez blokady?

Odpowiedź na pytanie nr 3: Nie dopuszcza.

Dotyczy: Zadanie nr 8 – Taboret szpitalny

Pytanie nr 4: Czy Zamawiający dopuści taboret szpitalny o konstrukcji stalowej malowanej proszkowo na 4 stopkach z nasadkami antypoślizgowymi o wysokości od 53,3 cm do 68,5 cm i szerokości siedziska 34,5 cm, dopuszczalnym obciążeniu 150 kg i siedzisku pokrytym materiałem skóropodobnym odpornym na zmywanie?

Odpowiedź na pytanie nr 4: Nie dopuszcza.

Pytanie nr 5: Czy Zamawiający w zadaniu 3 dopuści parawan o wymiarach 170cm x 150 cm?

Pozostałe parametry zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź na pytanie nr 5: Nie dopuszcza.

Pytanie nr 6: Czy Zamawiający w zadaniu 7 dopuści leżankę lekarską o długości 188 cm?

Pozostałe parametry zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

Odpowiedź na pytanie nr 6: Tak, dopuszcza.

Pytanie nr 7: Czy Zamawiający w zadaniu 1 dopuści wózek opatrunkowy o następujących parametrach:

Wózek stworzony dla potrzeb oddziałów szpitalnych oraz gabinetów zabiegowych. Łatwość w utrzymaniu czystości zapewnia blat roboczy wykonany z ABS.

Akcesoria:

kosz uniwersalny
zamykany kosz na odpady
pojemnik na rękawiczki
koła przeciwpyłowe

Wózek wyposażony w centralny zamek i w dodatkowy automatycznie wysuwany blat roboczy.

Szuflady: 3 samoczynne domykanie

wymiary: 569 mm x 398 mm x 76 mm; 569 mm x 398 mm x 155 mm; 569 mm x 398 mm x 234 mm

Wymiary wózka:

szerokość 690 mm
głębokość 518 mm
wysokość 927 mm
wysokość bez kół 793 mm

Poniżej zdjęcie poglądowe:



Odpowiedź na pytanie nr 7: Nie dopuszcza.

Dotyczy: Zadanie nr 1 – Wózek opatrunkowy:

Pytanie nr 8: Czy Zamawiający dopuści wózek opatrunkowy o poniższych parametrach, lepszych od wymaganych?

Wózek medyczny wykonany z materiałów charakteryzujących się wysoką wytrzymałością i trwałością, wózek wykonany z blach ocynkowanych lakierowanych farbami o właściwościach antybakteryjnych, systemie podwójnej ścianki z wygłuszeniem, wykonany w sposób gwarantujący łatwe utrzymanie w czystości.

Blat wykonany z tworzywa łatwego w utrzymaniu czystości i odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych. Wózek wyposażony w 5 szuflad: 2 o wysokości 150 mm +/-3mm i 3 o wysokości 100mm +/- 3 mm (możliwość dostosowania wysokości szuflad do potrzeb użytkownika), Szuflady stalowe lakierowane proszkowo farbami antybakteryjnymi, o pełnym wysuwie, fronty wyposażone w silikonowe uszczelki, łatwe w utrzymaniu czystości, wnętrza szuflad stalowe, lakierowane proszkowo, bez miejsc narażonych na kumulację brudu i ognisk infekcji (dodatkowo farby antybakteryjne blokują namnażanie się bakterii). Wózek z układem jezdnym wyposażonym w 4 koła jezdne w tym min 2 kółka z blokadą o średnicy min.125mm, z elastycznym niebrudzącym podłóg bieżnikiem. Wózek wyposażony w: blat zabezpieczony przed zsuwaniem się przedmiotów czyli trójstronną bandę i zagłębienie z czterech stron, uchwyt z pojemnikiem do zużytych igieł, otwieracz ampulek, wysuwany blat boczny (spod blatu). Kolorystyka: możliwość wyboru na etapie realizacji. wymiary zewnętrzne wózka: wysokość : 9 50 mm +/-5 cm, głębokość : 660mm, +/-5 cm, szerokość: 820 mm +/-5cm.

Odpowiedź na pytanie nr 8: Nie dopuszcza.

Pytanie nr 9: Czy Zamawiający dopuści wózek opatrunkowy lepszych od wymaganych, o poniższych parametrach?

Wózek medyczny wykonany z materiałów charakteryzujących się wysoką wytrzymałością i trwałością, wózek wykonany z blach ocynkowanych lakierowanych farbami o właściwościach antybakteryjnych, systemie podwójnej ścianki z wygłuszeniem, wykonany w sposób gwarantujący łatwe utrzymanie w czystości.

Blat wykonany z tworzywa łatwego w utrzymaniu czystości i odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych. Wózek wyposażony w 4 szuflad: - wysokość szuflad ustalana na etapie realizacji-dostosowana do potrzeb użytkownika. Szuflady stalowe lakierowane proszkowo farbami antybakteryjnymi, o pełnym wysuwie, fronty wyposażone w silikonowe uszczelki, łatwe w utrzymaniu czystości, wnętrza szuflad stalowe, lakierowane proszkowo, bez miejsc narażonych na kumulację brudu i ognisk infekcji (dodatkowo farby antybakteryjne blokują namnażanie się bakterii). Wózek z układem jezdnym wyposażonym w 4 koła jezdne w tym min 2 kółka z blokadą o średnicy min.125mm, z elastycznym niebrudzącym podłóg bieżnikiem. Wózek wyposażony w: blat zabezpieczony przed zsuwaniem się przedmiotów czyli trójstronną bandę i zagłębienie z czterech stron, uchwyt z pojemnikiem do zużytych igieł, otwieracz ampulek, wysuwany blat boczny (spod blatu). Kolorystyka: możliwość wyboru na etapie realizacji. wymiary zewnętrzne wózka: wysokość : 9 50 mm +/-5 cm, głębokość : 660mm, +/-5 cm, szerokość: 820 mm +/-5cm.

Odpowiedź na pytanie nr 9: Nie dopuszcza.

Dotyczy: Zadanie nr 3 – Parawany dwuskrzydłowe

Pytanie nr 10: Czy Zamawiający dopuści parawan medyczny, dwuskrzydłowy z zasłoną z tkaniny, o wysokości 1700 mm oraz szerokości 2020mm?

Odpowiedź na pytanie nr 10: Nie dopuszcza.

Dotyczy: Zadanie nr 7 – Leżanka lekarska

Pytanie nr 11: Czy Zamawiający dopuści leżankę lekarską o wymiarach: 1880x550x510 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 11: Tak, dopuszcza.

Dotyczy: Zadanie nr 8 – Taboret szpitalny

Pytanie nr 12: Czy Zamawiający dopuści taboret na stabilnej czteronożnej, chromowanej podstawie z miękkim siedziskiem tapicerowanym materiałem łatwozmywalnym, o wymiarach: średnica siedziska 340 mm, szer./gł.: 410, wysokość: 475 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 12: Nie dopuszcza.

Pytanie nr 13: Czy Zamawiający dopuści taboret na stabilnej czteronożnej, chromowanej podstawie z frezowanym siedziskiem ze sklejki bukowej, o wymiarach: średnica siedziska 310 mm, szer./gł.: 450, wysokość: 450 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 13: Nie dopuszcza.

Dotyczy: Zadanie nr 8 – Taboret przyłóżkowy – 36 szt.

Pytanie nr 14: Czy Zamawiający dopuści taboret, który nie jest wyrobem medycznym? Taboret służy raczej do siedzenia dla osób odwiedzających pacjenta w związku z powyższym nie jest wymagane, aby był wyrobem medycznym i posiadał deklarację zgodności.

Odpowiedź na pytanie nr 14: Nie dopuszcza.

Dotyczy: Zadanie nr 7 – Leżanka lekarska – 8 szt

Pytanie nr 15: Czy zamawiający dopuści leżankę o długości 1852mm?

Odpowiedź na pytanie nr 15: Tak, dopuszcza.

Pytanie nr 16: Czy Zamawiający dopuści całkowite wymiary – wysokość, głębokość, szerokość odpowiednio 100x64x83 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 16: Tak, dopuszcza.

Pytanie nr 17: Czy Zamawiający dopuści całkowite wymiary – wysokość, głębokość, szerokość odpowiednio 105x60x78 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 17: Nie dopuszcza.

Pytanie nr 18: Czy Zamawiający dopuści trwałe wykonanie wózka ze stali (konstrukcja) i tworzywowych odlewów łatwych do czyszczenia i dezynfekcji?

Odpowiedź na pytanie nr 18: Tak, dopuszcza.

Pytanie nr 19: Czy Zamawiający dopuści blat zabezpieczony przed zsuwaniem się przedmiotów z trzech stron dając naturalny dostęp do blatu dla użytkownika od frontu?

Odpowiedź na pytanie nr 19: Tak, dopuszcza.

Pytanie nr 20: Czy Zamawiający dopuści wózek, który nie posiada otwieracza ampułek?

Odpowiedź na pytanie nr 20: Tak, dopuszcza.

Dotyczy: Zadanie nr 1 – wózek opatrunkowy, 4 szt.

Pytanie nr 21: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka, którego narożniki, ściany boczne i tył wózka wykonane są z anodowanego wyłaczanego aluminium (tylna ściana dodatkowo wzmocniona, a ściany boczne malowanego proszkowo); blat górny oraz szuflady (w tym czoła szuflad) z natryskowo formowanego tworzywa ABS bez miejsc łączenia i składania – wszystkie materiały charakteryzujące się wysoką wytrzymałością i trwałością.

Odpowiedź na pytanie nr 21: Tak, dopuszcza.

Pytanie nr 22: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z wyposażonego w 5 szuflad:

- 1 szuflada o wysokości 76 mm
- 4 szuflady o wysokości 156 mm,

Oferowane wysokości wynikają z konstrukcji wózka. Szuflady wykonane bez miejsc łączenia i składania w celu łatwego utrzymania czystości, odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulacje brudu i ognisk infekcji.

Odpowiedź na pytanie nr 22: Nie dopuszcza.

Pytanie nr 23: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z wyposażonego w 5 szuflad:

- 2 szuflada o wysokości 76 mm,
- 2 szuflady o wysokości 156 mm,
- 1 szuflada o wysokości 236mm.

Oferowane wysokości wynikają z konstrukcji wózka. Szuflady wykonane bez miejsc łączenia i składania w celu łatwego utrzymania czystości, odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulacje brudu i ognisk infekcji.

Odpowiedź na pytanie nr 23: Tak, dopuszcza.

Pytanie nr 24: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka wyposażonego w blat zabezpieczony przed zsuwaniem się przedmiotów z czterech stron – z trzech stron uniesione brzegi blatu z wyprofilowanymi uchwytami do prowadzenia wózka (po bokach i z tyłu) oraz niższy brzeg na froncie blatu.

Odpowiedź na pytanie nr 24: Tak, dopuszcza.

Pytanie nr 25: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka bez otwieracza ampulek, który nie jest istotny elementem wyposażenia wózka opatrunkowego.

Odpowiedź na pytanie nr 25: Tak, dopuszcza.

Pytanie nr 26: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie 1 wózka – kolor blatu szary (standardowy), szuflady szare (kolor standardowy) z żółtymi nakładkami na uchwyty szuflad, boki wózka w kolorze żółtym; 3 wózki – kolor blatu szary (standardowy), szuflady szare (kolor standardowy) z zielonymi nakładkami na uchwyty szuflad, boki wózka w kolorze zielonym.
(poglądowe zdjęcia oferowanych wózków poniżej)

Odpowiedź na pytanie nr 26: Tak, dopuszcza.

Pytanie nr 27: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka o wymiarach zewnętrznych: 1060mm wysokość (do blatu 1000mm), głębokość 650mm, szerokość 830mm.

Odpowiedź na pytanie nr 27: Tak, dopuszcza.

Pytanie nr 28: Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu przewidzianego na dostarczenie przedmiotu zamówienia z 6 do 8 tygodni od podpisania umowy, lub wskazanie wydłużonego terminu, na który Zamawiający wyrazi zgodę. W obecnie panującej sytuacji jest to standardowy termin realizacji dla przedmiotowych wózków.

Odpowiedź na pytanie nr 28: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu przewidzianego na dostarczenie przedmiotu umowy do 8 tygodni.

Pytanie nr 29: Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje 30-dniowy termin płatności licząc od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego. Powszechną praktyką w zamówieniach publicznych jest stosowanie 30-dniowego terminu płatności.

Odpowiedź na pytanie nr 29: Nie akceptuje.

Dotyczy: ZADANIE NR 1. Wózek opatrunkowy

Pytanie nr 30: Czy Zamawiający dopuści jako wózek opatrunkowy, produkt o poniższych parametrach:

WYKONANIE:

-blat z tworzywa ABS, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 40 mm, w kolorze białym

-szafka stalowa lakierowana proszkowo, front lakierowany na kolor wybrany przez Zamawiającego (20 kolorów do wyboru), prowadnice szuflad z samodociągiem, szuflady wyposażone w odlane wkłady z tworzywa ABS zabezpieczające przed gromadzeniem się brudu

-podstawa stalowa, z odbojami, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa

sztucznego o średnicy 125 mm (szare), w tym dwa z blokadą

WYPOSAŻENIE:

- pojemnik do zużytych igieł
- otwieracz ampułek
- wysuwana spod blatu półka do pisania

Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 650x550x1000 mm



Wizualizacja poglądowa-
przykładowe rozwiązanie

Odpowiedź na pytanie nr 30: Nie dopuszcza.

Dotyczy: ZADANIE NR 3. Parawany dwuskrzydłowe

Pytanie nr 31: Czy Zamawiający dopuści parawan o szerokości całkowitej 141 cm? Konstrukcja parawanu składająca się z dwóch skrzydeł o optymalnej szerokości 70 cm, pozwala na osłonięcie zarówno małych jak i dużych przestrzeni w zależności od aktualnego zapotrzebowania.

Odpowiedź na pytanie nr 31: Tak, dopuszcza.

Dotyczy: ZADANIE NR 7. Leżanka lekarska

Pytanie nr 32: Czy Zamawiający dopuści leżankę lekarską o długości 185 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 32: Tak, dopuszcza.

Dotyczy: ZADANIE NR 8. Taboret Szpitalny

Pytanie nr 33: Czy Zamawiający dopuści siedzisko o średnicy 330 mm, w kolorze czarnym z pianki poliuretanowej, która charakteryzuje się wysoką wytrzymałością, odpornością na uderzenia, uszkodzenia mechaniczne oraz środki dezynfekcyjne?

Odpowiedź na pytanie nr 33: Nie dopuszcza.

Dotyczy: WZÓR UMOWY § 9

Pytanie nr 34: Zwracam się z prośbą o usunięcie zapisu § 9 projektu umowy o prawie ograniczenia części dostaw lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym z powodu braku środków finansowych. Pragnę zwrócić uwagę na fakt, iż nadrzędnym celem zawarcia umowy w stosunku

cywilnoprawnym jest przyjęcie jej w takiej formie, by była zobowiązaniem równo traktującym obie ze Stron. Podjęcie zobowiązania określonego umową uruchomi u Wykonawcy wieloetapowy proces produkcji przedmiotu zamówienia, zgodnego technicznie z wymaganiami Zamawiającego ściśle określonymi w załączniku nr 2 do zaproszenia, co jest równoznaczne z poniesieniem kosztów i nakładów materiału i pracy. Żaden z producentów nie magazynuje bowiem produktów o wszystkich możliwych wymiarach/ parametrach technicznych, takowe są każdorazowo przygotowywane pod specjalne wymogi Zamawiającego.

Alternatywnie:

W przypadku pozostawienia § 9 projektu umowy w obecnym brzmieniu, mając na względzie poszanowanie równości stron w umowie, zwracam się z prośbą o poszerzenie treści § 6 o ust. 3 o zdanie drugie o treści:

„W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn określonych w § 9 niniejszej Umowy, Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto Umowy, o której mowa w § 4 ust.3/ wartości brutto kosztów poniesionych na rzecz realizacji niniejszej Umowy.”

Odpowiedź na pytanie nr 34: Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisu.

Dotyczy: Pytanie nr 1 dot. Leżanek do badań EKG.

Pytanie nr 35: Czy Zamawiający dopuści do postępowania leżanki drewniane o szerokości 64cm i wysokości 70cm ?

Odpowiedź na pytanie nr 35: Tak, dopuszcza.

Dotyczy: Pytanie nr 2 dot. Wąg lekarskich.

Pytanie nr 36: Czy Zamawiający dopuści do postępowania wagi o nośności 200kg z podziałką 100g<150kg>200g?

Odpowiedź na pytanie nr 36: Nie dopuszcza.

Dotyczy: Pytanie nr 3 dot. Leżanek lekarskich.

Pytanie nr 37: Czy Zamawiający dopuści do postępowania leżanki metalowe z uchwytem na papier zamontowanym od strony nóg o całkowitej długości 193cm?

Odpowiedź na pytanie nr 37: Nie dopuszcza.

Dotyczy: Zadanie nr 5 - Wagi lekarskie

Pytanie nr 38: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagi z obciążeniem maksymalnym i zakresem tary: 300 kg ?

Rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego, ponieważ wymagana jest 150 kg? Zakres obciążenia jak i zakres tary nie powinna stanowić kryterium wykluczającego jeśli waga ma lepsze parametry od wymaganych oraz spełnia pozostałe istotne wymagania. Dla użytkownika Zakres obciążenia jak i zakres tary nie ma wpływu na komfort pracy a większe obciążenie pozwala nam na zważenie osób o dużej nadwadze, co w naszej populacji jest coraz częstszym problemem.



Odpowiedź na pytanie nr 38: Nie dopuszcza.

Dodatkowo przedstawiamy prawidłową treść pytania nr 8 oraz odpowiedź do niego z dnia 18.03.2020r. W ramach zaproszenia do złożenia oferty na dostawę wyposażenia dla Oddziału Kardiologii, a mianowicie:

Pytanie nr 8: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek opatrunkowy wyposażony w 5 szuflad o poniższej konfiguracji:

- 1 szuflada o wysokości 75mm,
- 4 szuflady o wysokości 110mm?

Odpowiedź na w/w pytanie: Nie dopuszcza.

p.o. DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

(-) lek. med. Marta Węgrzyn - Bąk