



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość 2.03.2017r



URS is a member of Register of Standards (Holdings) Ltd.

AG.Z .2150.4.1.2017

Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

dotyczy: odpowiedzi na pytania.

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/JA/Po
PN-N 18001 : 2004

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje ,że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę filtrów dializacyjnych dla Stacji Dializ wpłynęły pytania.

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi, dotyczy :



KOMITET
UPOWSZECZNIANIA
KARMIENIA
PIERŚNIĄ

Zadanie 3

1.Czy zamawiający dopuści dializatory niskoprzepływowe, z błoną heliksonową charakteryzującą się klirensami zgodnie z EN 1283 (przy przepływie krwi 300 ml/min i UF=0) dla mocznika 261 ml/min, fosforanów 210ml/min, wit B12 138 ml/min, kreatyniny 231 ml/min, o pow. 1,8m², sterylizowane parą wodną ?

tel. Centrala
84 6773333

Odpowiedź

NIE

tel. Sekretariat
84 6773300

2.Czy zamawiający wyrazi zgodę na dializatory syntetyczne z klirensem dla mocznika nie mniejszego niż 274 zamiast 275, spełniającego pozostałe wymagania zawarte w zaproszeniu ?

Fax
84 6386669

Odpowiedź

TAK

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
000021024

PEKAO S.A. Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Z-ca Dyrektora
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ds. Lecznictwa
lek. med. Marek Lipiec