



**Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu ^(A)**

22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10

Zamość, dnia 30 stycznia 2020r.

AGZP 3320.2. .20

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na **dostawę odczynników do badań wirusologicznych wraz z dzierżawą dwóch analizatorów dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II.** Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień:

Pytanie 1 dot. zadania 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostawy odczynników z 3 dni roboczych na 5 dni roboczych. Uzasadnienie: Oferent nie posiada magazynu oraz nie prowadzi produkcji na terenie Polski. Przedmiot zamówienia transportowany jest z Niemiec?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie 2 dot. zadania 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostawy aparatu z 14 dni na min. 21 dni. Uzasadnienie: oferent nie posiada magazynu oraz nie prowadzi produkcji na terenie Polski. Przedmiot zamówienia transportowany jest z Niemiec.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie 3 dot. zadania 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wraz z pierwszą dostawą wykonawca dostarczył instrukcję obsługi analizatora, ulotki odczynnikowe, karty charakterystyk substancji niebezpiecznych oraz informacje dotycząca wartości referencyjnych w postaci elektronicznej tj. CD lub pendrive. Uzasadnienie: ulotki zawierają ok. 10-15 stron, karty charakterystyki od 15-55 stron. Instrukcja obsług ok. 3500 stron.

Wyjaśnienie:


TAK

Pytanie 4 dot. zadania 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby w związku z punktem 1 parametrów ocenianych

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Wyjaśnienie SIWZ – AG.ZP 3320.2.20

1



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/UA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



KOMITET
UPOWSZECZNIANIA
KARMIEŃIA
PIERSIĄ

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. | Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

dołączyć ulotki odczynnikowe w postaci elektronicznej tj. na CD lub pendrive.
Uzasadnienie: ulotki zawierają ok. 10-15 stron

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga dołączenia wyciągów, fragmentów ulotek odczynnikowych dot. potwierdzenia wymagania opisanego w pkt. 1 parametrów ocenianych, w formie pisemnej

Pytanie 5 dot. wzoru umowy pkt. 1, 2 par. 1 oraz pkt. 3 par. 2 oraz pkt. 1, 2, 3, 5, 6 par 4 oraz pkt. 3 par. 5 oraz pkt. 2 i par 6 oraz ust. 1 pkt. 2 i 3, 3 par. 8.

Czy na etapie podpisania umowy Zamawiający przewiduje modyfikację tego zapisu w związku z ilością oferowanych analizatorów dla każdego z pakietu? (np. w pakiecie nr 1 – wymagany jest 1 analizator).

Wyjaśnienie:

Zapisy umowy będą dostosowane do wyników postępowania.

Pytanie 6 dot. wzoru umowy

Czy w związku z regulacją art. 144 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający zechce wprowadzić do wzoru umowy dodatkowo do par. 10 zapis o dopuszczalności zmian w brzmieniu przedstawionym poniżej?

Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie:

- numeru katalogowego produktu (zmiana nr kat nie wymaga aneksowania umowy)
- nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów
- przedmiotowym/produkt zamienny
- sposobu konfekcjonowania (zmiana nr kat nie wymaga aneksowania umowy)
- liczby opakowań
- wymiany/uzupełnienia elementów składowych aparatury w sytuacji gdy: wprowadzony zostanie do sprzedaży przez wykonawcę produkt zmodyfikowany/udoskoniony
- wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy, stanowiącego integralną część SIWZ.

Pytanie 7

Czy Zamawiający poprzez zapis „Minimalna wydajność: 90 testów/godz” rozumie konieczność zaoferowania takiego analizatora którego maksymalna wydajność będzie nie mniejsza niż 90 testów/h, jednocześnie dopuszcza, że wydajność ta może być niższa przy pewnych panelach zleczanych oznaczeń?

Wyjaśnienie:

TAK

Pytanie 8

Prosimy o podanie informacji na jaką ilość wydruków formatu A4 (lub A5) wykonawca powinien skalkulować ilość materiałów eksploatacyjnych do drukarek tj. bębny, tonery?

Wyjaśnienie:

Ok. 3000 wydruków.



Pytanie 9

Czy Zamawiający do badań cytomegalii wymaga kalibratorów wielorazowego użycia, umożliwiających wykonanie więcej niż jednej kalibracji z jednego kalibratora?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10 dot. wzoru umowy.

§ 2 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Dostawy odczynników do badań wirusologicznych i innych niezbędnych produktów będą odbywały się przez okres 18 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) bezpośrednio do magazynu Laboratorium Analitycznego Kupującego. Kupujący będzie określał odrębnymi zleceniami za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres asortyment i ilość zapotrzebowanego przedmiotu umowy. Sprzedający zobowiązuje się do realizacji dostawy w ciągu czterech dni roboczych licząc od dnia otrzymania zlecenia”? Uzasadnienie: Wykonawca planuje w najbliższym czasie zrezygnować z użytkowania faksu jako środka komunikacji. W bezpieczeństwie o poprawienie i sprawne odbieranie korespondencji przez cały okres trwania umowy, zwracamy się z prośbą o modyfikację powyższego postanowienia.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy, stanowiącego integralną część SIWZ.

Pytanie 11 dot. wzoru umowy

§ 2 ust. 1 – jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, czy wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw do 4 dni roboczych?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy, stanowiącego integralną część SIWZ.

Pytanie 12 dot. wzoru umowy


§ 2 ust. 7 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „W przypadku gdy Sprzedający nie będzie dostarczał wyrobu będącego przedmiotem umowy, Kupujący po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy będzie miał prawo dokonać zakupu wyrobu / jego odpowiednika u innego sprzedawcy. Jeżeli koszt zakupu będzie wyższy od kosztu zakupu w ramach niniejszej umowy, powstałą różnicą zostanie obciążony Sprzedający. Sprzedający zobowiązany jest do udokumentowania poniesionych kosztów”? Uzasadnienie: Wykonawca planuje w najbliższym czasie zrezygnować z użytkowania faksu jako środka komunikacji. W bezpieczeństwie o poprawienie i sprawne odbieranie korespondencji przez cały okres trwania umowy, zwracamy się z prośbą o modyfikację powyższego postanowienia.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy, stanowiącego integralną część SIWZ.

Pytanie 13 dot. wzoru umowy

§ 2 ust. 8 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Reklamacje ilościowe Kupujący będzie zgłaszać Sprzedającemu pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej niezwłocznie po dokonaniu odbioru zleconej dostawy. Sprzedający uzupełni przedmiot dostawy w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od chwili otrzymania reklamacji Kupującego. Uzasadnienie: Wykonawca planuje w najbliższym czasie zrezygnować z użytkowania faksu jako środka komunikacji. W bezpieczeństwie o poprawienie i sprawne odbieranie korespondencji przez cały okres trwania umowy, zwracamy się z prośbą o modyfikację powyższego postanowienia.



modyfikację powyższego postanowienia.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy, stanowiącego integralną część SIWZ.

Pytanie 14 wzoru umowy

§ 2 ust. 9 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Reklamacje jakościowe Kupujący będzie zgłaszać Sprzedającemu pisemnie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej wraz z uzasadnieniem. W takiej sytuacji kupujący informując Sprzedającego o stwierdzonej wadliwości wstrzymuje jednocześnie zapłatę za zakwestionowany przedmiot umowy (do momentu wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad?” uzasadnienie: Wykonawca planuje w najbliższym czasie zrezygnować z użytkowania faksu jako środka komunikacji. W bezpieczeństwie o poprawienie i sprawne odbieranie korespondencji przez cały okres trwania umowy, zwracamy się z prośbą o modyfikację powyższego postanowienia.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy, stanowiącego integralną część SIWZ.

Pytanie 15 dot. wzoru umowy.

§ 2 ust. 10 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 7 dni roboczych?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy, stanowiącego integralną część SIWZ.

Pytanie 16 dot. rozdziału V pkt. 4 (dokumenty składane na wezwanie)

Czy Zamawiający poprzez „cenę brutto” rozumie wartość rynkową brutto oferowanego analizatora potwierdzoną oświadczeniem wykonawcy?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie 17 dot. parametrów granicznych analizatora immunochemicznego – zadanie nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie instrukcji obsługi analizatora oraz ulotek odczynnikowych w formie elektronicznej na płycie CD oraz udostępni adres strony internetowej, na której znajdują się aktualne karty charakterystyk substancji niebezpiecznych i tym samym odstąpi od dostarczenia ww. dokumentów przy pierwszej dostawie? Dodatkowo na stronie internetowej wykonawcy znajdują się również aktualne dokumenty tj. ulotki, deklaracje zgodności, certyfikaty itp. do której wykonawca będzie miał całodobowy dostęp.

Wyjaśnienie:

TAK

Z-ca DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ds. Administracyjno-Logistycznych

mgr Andrzej Szewczuk