



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 12 kwietnia 2017r.

AG.ZP.3320.32. .17

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na **dostawę sprzętu do Pracowni Elektrofizjologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II**. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień:

Pytanie 1 dot. zadania nr 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tym zadaniu jednoczęściowych przewodników nitalolowych pokrytych polimerem hydrofilnym, bez oplotu z końcówką zagiętą pod kątem 45 st., spełniających pozostałe wymagania?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie 2 dot. zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści elektrodę o długości użytkowej 90 cm? Natomiast długość całkowita elektrody przekracza 115 cm?

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie 3 dot. zadania nr 1

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie w postępowaniu cewników diagnostycznych czteropolowych w 7 krzywiznach do wyboru (wymagane 8 krzywizn) oraz z pierścieniami platynowo – irydowymi (wymagane oliwki wypukłe). Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4 dot. zadania nr 2

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie w postępowaniu cewników diagnostycznych 10 – polowych o stałej krzywiznie z końcem dystalnym 2 mm oraz pierścieniami platynowo – irydowymi.

Wyjaśnienie:



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



KOMITET
UPOWSZECHNIANIA
KARMENIA
PIERSIA



tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5 dot. zadania nr 3

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie cewników diagnostycznych sterowalnych do trzepotania przedsionków 20 – polowych o dł. 100 cm, w rozmiarze 7 Fr (wymagane 115 cm i 6 oraz 7 F). Pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6 dot. zadania nr 4

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie w postępowaniu cewników diagnostycznych 10 – polowych o zmiennej krzywiznie do zatoki wieńcowej o długości 110 cm, w rozmiarach 5 i 6 Fr (wymagane 115 cm oraz 6 i 7 Fr). Pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Wyjaśnienie:


Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7 dot. zadania nr 6

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie w postępowaniu zestawu do nakłucia przegrody międzyprzedsionkowej o następujących parametrach:

- Koszulka w rozmiarach 8 F, 8,5 F dla długości 62 cm oraz 80 cm, przy krzywiznie TO – odpowiadająca wymaganej SLO
- Koszulka w rozmiarze 10 F dla długości 60 cm przy krzywiznie T2, odpowiadająca SL2
- Atraumatyczna końcówka z wysoką widocznością w skopii
- dostępna jedna krzywizna igły – odpowiadająca krzywiznie BRK

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.




Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8 dot. zadania nr 9

Czy Zamawiający dopuści introducer sterowalny dwukierunkowy, symetryczny z zastawką od amerykańskiego producenta. Jako jedyny produkt tego typu na rynku koszulka dostępna jest w rozmiarach 8,5 F; 10 F i 12 F przy 3 krzywiznach do wyboru: 17 mm, 22 mm oraz 50 mm?



Dodatkowym atutem jest możliwość wyboru krzywizny dylatora – prosty lub zagięty pod kątem 50 st. Produkt ten jest najwyższej jakości i cieszymy się dużym uznaniem wśród użytkowników dzięki cechom tj.

- zwiększona widoczność końcówki w promieniach rentgenowskich umożliwiającą dokładne pozycjonowanie końcówki
- koszulka z powłoką hydrofobową, umożliwiającą łatwe wprowadzenie
- technologia Flexsteer – koszulka zbrojona, co zapewnia wyjątkową kontrolę i opór podczas manewrowania, przy zachowaniu optymalnej elastyczności
- Ergonomiczny uchwyt z wyraźnym nadrukiem o rozmiarze, długości koszulki oraz wybranej krzywiznie
- efektywna praca z przewodnikami w rozmiarach 0.014 – 0.038”
- rozmiary koszulki 61 cm, 67 cm, 71 cm
- w zestawie koszulka sterowalna, dylatora prosty lub zagięty 50 st.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 9 dot. zadania nr 1

Czy Zamawiający w zakresie Zadania 1 – cewniki diagnostyczne czteropolowe – 80 szt. dopuści spacing co najmniej pięć typów w tym 10-10-10 – czy zamawiający dopuści zaoferowanie elektrod posiadających spacing w co najmniej 4 typach, w tym 10-10-10?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10 dot. zadania nr 1

Czy Zamawiający w zakresie Zadania 1 – cewniki diagnostyczne czteropolowe – 80 szt. dopuści krzywizny co najmniej 8 – czy Zamawiający dopuści zaoferowanie elektrod posiadających co najmniej 4 krzywizny?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11 dot. zadania nr 3

Czy Zamawiający w zakresie Zadania 3 – cewniki diagnostyczne sterowalne do trzepotania przedsionków 20 – polowe – 50 szt. - dopuści długość co najmniej 115 cm –

czy zamawiający dopuści zaoferowanie elektrod o długości co najmniej 110 cm?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ

*lek. med. Marek Lipiec
Z-ca Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Szpitala
Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu.
ds. Lecznictwa*