



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

DZP.3320.57.23

Zamość, dnia 1 września 2023 r.

Dotyczy: wyjaśnienia, zmiany treści SWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia opracowanej do postępowania o udzielenie zamówienia pn. **Dostawa materiału szewnego**. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień:

Pytanie dot. zadania 1 poz. 8:

Czy Zamawiający dopuści następujący produkt:

Pętla podwiązkowa, laparoskopowa z aplikatorem; szew wchłaniający od 56 do 70 dni, pleciony, mieszanina kwasu poliglikolowego i polimlekowego, powlekany, podtrzymywanie tkankowe: początkowe 140% według USP, 80 % po 14 dniach, 30% po 21 dniach, długość nitki 52 cm, grubość nici 2-0?

Wyjaśnienie: Wiążące pozostają zapisy SWZ.

Pytanie dot. zadania 1 poz. 9:

Czy Zamawiający dopuści następujący produkt:

Pętla podwiązkowa, laparoskopowa z aplikatorem; szew wchłaniający od 56 do 70 dni, pleciony, mieszanina kwasu poliglikolowego i polimlekowego, powlekany, podtrzymywanie tkankowe: początkowe 140% według USP, 80 % po 14 dniach, 30% po 21 dniach, długość nitki 52 cm, grubość nici 0?

Wyjaśnienie: Wiążące pozostają zapisy SWZ.

Pytanie dot. zadania 1 poz. 8, 9:

Czy Zamawiający umożliwi złożenie oferty w Zadaniu 1 z pominięciem pozycji 8 i 9?

Wyjaśnienie: Wiążące pozostają zapisy SWZ.

Pytanie dot. zadania 2 poz. 2, 7:

Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75 cm?

Wyjaśnienie: Wiążące pozostają zapisy SWZ.

Pytanie dot. zadania 2 poz. 2, 5:

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą tępą?

Wyjaśnienie: Wiążące pozostają zapisy SWZ.

Pytanie dot. zadania 2 poz. 3, 4:

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym ostrzem?

Wyjaśnienie: Wiążące pozostają zapisy SWZ.

Pytanie dot. zadania 2 poz. 7:

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą czarną, bez określenia „rozwarstwiająca”?

Wyjaśnienie: Wiążące pozostają zapisy SWZ.

Pytanie dot. zadania 2 poz. 7:

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą rozwarstwiającą nie czarną?

Wyjaśnienie: Wiążące pozostają zapisy SWZ.

Pytanie dot. zadania 3:

Czy Zamawiający dopuści nici syntetyczne, jednowłóknowe, wchłaniające, z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu, o okresie wchłaniania 90-120 dni?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie dot. zadania 3:

Czy Zamawiający dopuści nici syntetyczne, plecione, wchłaniające, z kopolimeru kwasu glikolowego, o okresie wchłaniania 60-90 dni?

Wyjaśnienie: Wiążące pozostają zapisy SWZ.

Pytanie dot. zadania 4 poz. 2, 5, 6, 8:

Czy Zamawiający dopuści szew bez powleczenia antybakteryjnego?

Wyjaśnienie: Wiążące pozostają zapisy SWZ.

Pytanie dot. zadania 4 poz. 4, 7, 8:

Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75 cm?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie dot. zadania 4:

Czy Zamawiający w Zadaniu 4 w pozycji 2, 5, 6, 8 wymagając szwów z powleczeniem antybakteryjnym ma na myśli szwy uwalniające substancję antybakteryjną (chlorheksydyne) przez okres do 10 dni?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie dot. zadania 5:

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny bez udokumentowanego plastycznego odkształcania węzła i kontrolowanego rozciągu?

Wyjaśnienie: Wiążące pozostają zapisy SWZ.

Pytanie dot. zadania 5 poz. 2 - 8:

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą bez właściwości uszczelniających?

Wyjaśnienie: Wiążące pozostają zapisy SWZ.

Pytanie dot. zadania 6 poz. 12:

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą bez określenia „odczepiana” z nitką o długości 1 x 45 cm z odpowiednim przeliczeniem kolumny „ilość szas.”?

Wyjaśnienie: Wiążące pozostają zapisy SWZ.

Pytanie dot. zadania 7 poz. 7:

Czy Zamawiający dopuści szew z odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point)?

Wyjaśnienie: Wiążące pozostają zapisy SWZ.

Pytanie dot. zadania 8:

Czy Zamawiający w Zadaniu 8 dopuści szew syntetyczny, monofilamentowy, wchłaniający o początkowej wytrzymałości węzła na rozciąganie 65-90% po 28 dniach od zaimplantowania?

Wyjaśnienie: Wiążące pozostają zapisy SWZ.

Pytanie dot. zadania 10:

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 10 poz. 1,2,3,4 makroporową monofilamentową niewchłaniającą siatkę polipropylenową. Niska masa 43,7 g/m². Biokompatybilna. Dwuwymiarowy, lekki profil ułatwiający ułożenie siatki. Wytrzymała, zwarta konstrukcja splotu może być dowolnie kształtowana bez efektu strzępienia Miękką, łatwodopasowującą się strukturą splotu, grubość siatki: 0,44 mm, wielkość porów: 6,29 mm², średnica włókna 0,12 mm. Pozwala na szybkie przerastanie tkanki. Pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie: Wiążące pozostają zapisy SWZ.

Pytanie dot. zadania 10:

Czy Zamawiający dopuści siatki bez barwionych na niebiesko pasów o gramaturze 55 g/m² i wielkości porów 1,3 x 2,0 mm?

Wyjaśnienie: Wiążące pozostają zapisy SWZ.

Pytanie dot. zadania 11 poz. 5:

Biorąc pod uwagę, że produkty opisane przez Zamawiającego w ramach Pakietu nr 11 Pozycja nr 5 są pakowane przez wytwórcę po 10 sztuk w opakowaniu, a wykonawca jest w stanie realizować dostawy wyłącznie w pełnych opakowaniach (bez podziału), to czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do treści opisu przedmiotu zamówienia zastrzeżenia, że zamówienia będą realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach oraz dokona odpowiedniej zmiany liczby wymaganych sztuk tak, aby łączne zapotrzebowanie Zamawiającego mogło zostać zrealizowane w pełnych opakowaniach (bez konieczności dostarczania pojedynczych sztuk)?

Wyjaśnienie: Zamawiający informuje, że należy przeliczyć wymagane ilości na ilość opakowań handlowych, podać z ilu sztuk składa się opakowanie handlowe i podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę.

Pytanie dot. zadania 11 poz. 5:

Ze względu na to, iż w Zadaniu nr 11 Zamawiający wymaga w każdej pozycji ilości sztuk, to czy w pozycji nr 5 nie doszło do omyłki pisarskiej i czy Zamawiający oczekuje złożenia oferty na odpowiednio:

- 80 sztuk (dla rozmiaru 2,5 x 5,1 cm +/- 1 cm),
- 80 sztuk (dla rozmiaru 5,1 cm x 10,2 cm +/- 1 cm) i
- 100 sztuk (dla rozmiaru 10,2 cm x 10,2 cm +/- 1 cm)?

Wyjaśnienie: Zamawiający informuje, że stosownie do art. 137 ust. 1 ustawy PZP, zostaje zmieniona treść SWZ w zakresie jednostek miary zadania 11 poz. 5. Jednostka miary „Opakowanie” zostaje zmieniona na „Sztuka”.

Pytanie dot. zadania 12:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taśmy urologicznej do operacji wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet o następujących parametrach:

- wytwarzana techniką dziewiarską z monofilamentowej przędzy polipropylenowej;
- przeznaczona do stosowania w chirurgicznym leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą TOT i TVT;
- dostępna w dwóch długościach- 45cm oraz 60cm;
- szerokość wynosi 1cm +/- 0,1 cm;
- porowatość (70%);
- wielkość porów 4,1mmx1,2mm;
- masa liniowa 0,075g/dm;
- grubość taśmy wynosi 0,54mm;
- gramatura około 67 g/m².

-posiada atraumatyczne brzegi, bezpieczniejsze niż taśma o ostrych krawędziach zabezpieczonych osłonką, która w toku procedury musi być usuwana.

Wyjaśnienie: Wiążące pozostają zapisy SWZ.

Pytanie dot. zadania 14:

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie staplerów skórnych z 35 zszywkami, ze wskaźnikiem ilości zszywek, zszywki ze stali nierdzewnej, niepowlekanie, w rozmiarze 7,0 mm grzbiet x 4,5 mm nóżka x 0,6 mm grubość.

Wyjaśnienie: Wiążące pozostają zapisy SWZ.

Pytanie dot. zadania 15:

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie staplerów okrężnych wygiętych w rozmiarze 26 mm, wysokość otwartej zszywki 4,5 mm, ostrze standardowe.

Wyjaśnienie: Wiążące pozostają zapisy SWZ.

Pytanie dot. zadania 15:

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie staplerów okrężnych wygiętych w rozmiarze 29 mm, średnica ostrza 20 mm, wysokość otwartej zszywki 4,8 mm, ostrze standardowe.

Wyjaśnienie: Wiążące pozostają zapisy SWZ.

Pytanie dot. zadania 15:

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie staplerów okrężnych wygiętych w rozmiarze 34 mm, średnica ostrza 24 mm, wysokość otwartej zszywki 5,0 mm, ostrze standardowe.

Wyjaśnienie: Wiążące pozostają zapisy SWZ.

Pytanie dot. zadania 15 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści stapler okrężny o średnicy ostrza 16,5 mm, z regulowaną wysokością zszywek w zakresie 1,5-2,2 mm, wysokość otwartej zszywki 5,2 mm. Pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Wiążące pozostają zapisy SWZ.

Pytanie dot. zadania 15 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści stapler okrężny o średnicy ostrza 20,4 mm, z regulowaną wysokością zszywek w zakresie 1,5-2,2 mm, wysokość otwartej zszywki 5,2 mm. Pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Wiążące pozostają zapisy SWZ.

Pytanie dot. zadania 15 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści stapler okrężny o średnicy ostrza 24,4 mm, z regulowaną wysokością zszywek w zakresie 1,5-2,2 mm, wysokość otwartej zszywki 5,2 mm. Pozostałe parametry bez zmiany?

Wyjaśnienie: Wiążące pozostają zapisy SWZ.

Pytanie dot. zadania 15 poz. 3:

Biorąc pod uwagę, że produkty opisane przez Zamawiającego w ramach Zadania nr 15 Pozycja nr 3 są pakowane przez wytwórcę po 3 sztuki w opakowaniu a wykonawca jest w stanie realizować dostawy wyłącznie w pełnych opakowaniach (bez podziału), to czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do treści opisu przedmiotu zamówienia zastrzeżenia, że zamówienia będą realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach oraz dokona

odpowiedniej zmiany liczby wymaganych sztuk tak, aby łączne zapotrzebowanie Zamawiającego mogło zostać zrealizowane w pełnych opakowaniach (bez konieczności dostarczania pojedynczych sztuk)?

Wyjaśnienie: Zamawiający informuje, że należy przeliczyć wymagane ilości na ilość opakowań handlowych, podać z ilu sztuk składa się opakowanie handlowe i podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę.

Pytanie dot. zadania 15 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler okrężny o średnicy zewnętrznej kowadełka 26 mm, zakrzywiony jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego, kowadełko bez otworu do przeciągania szwu prowadzącego. Stapler wyposażony jest w dwa rzędy zszywek wykonanych ze stopu tytanu z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zszywek w zakresie od 1,6-2,4 mm, wysokość otwartej zszywki 4,8 mm. Bez systemu obrotowego ostrza, wbudowana automatyczna blokada bezpieczeństwa zapobiegająca przypadkowego oddaniu strzału?

Wyjaśnienie: Wiążące pozostają zapisy SWZ.

Pytanie dot. zadania 15 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler okrężny o średnicy zewnętrznej kowadełka 29 mm, zakrzywiony jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego, kowadełko bez otworu do przeciągania szwu prowadzącego. Stapler wyposażony jest w dwa rzędy zszywek wykonanych ze stopu tytanu z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zszywek w zakresie od 1,6-2,4 mm, wysokość otwartej zszywki 4,8 mm. Bez systemu obrotowego ostrza, wbudowana automatyczna blokada bezpieczeństwa zapobiegająca przypadkowego oddaniu strzału?

Wyjaśnienie: Wiążące pozostają zapisy SWZ.

Pytanie dot. zadania 15 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler okrężny o średnicy zewnętrznej kowadełka 32 mm, zakrzywiony jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego, kowadełko bez otworu do przeciągania szwu prowadzącego. Stapler wyposażony jest w dwa rzędy zszywek wykonanych ze stopu tytanu z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zszywek w zakresie od 1,8-2,6 mm, wysokość otwartej zszywki 5,0 mm. Bez systemu obrotowego ostrza, wbudowana automatyczna blokada bezpieczeństwa zapobiegająca przypadkowego oddaniu strzału?

Wyjaśnienie: Wiążące pozostają zapisy SWZ.

Pytanie dot. zadania 20:

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 20 szew niewchłaniający, syntetyczny, jednowłóknowy, wykonany z polipropylenu, pakowany na prosto w celu zmniejszenia pamięci włókna po wyjęciu z opakowania?

Wyjaśnienie: Wiążące pozostają zapisy SWZ.

Pytanie dot. zadania 20 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 20, Pozycji nr 3 igłę srebrną, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Wiążące pozostają zapisy SWZ.

Pytanie dot. zadania 20 poz. 7, 9:

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 20, Pozycjach nr 7 i 9 igłę o długości 2x18mm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Wiążące pozostają zapisy SWZ.

Pytanie dot. zadania 20 poz. 10:

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 20, Pozycji nr 10 igłę o długości 2x36mm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Wiążące pozostają zapisy SWZ.

Pytanie dot. zadania 20:

Czy Zamawiający dopuści szew polipropylenowy bez dodatku polietylenu?

Wyjaśnienie: Wiążące pozostają zapisy SWZ.

Pytanie dot. zadania 20 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści szew z igły okrągłe nie oksydowane?

Wyjaśnienie: Wiążące pozostają zapisy SWZ.

Pytanie dot. zadania 20:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby opakowania bezpośrednio były typu RacePack?

Wyjaśnienie: Wiążące pozostają zapisy SWZ.

Pytanie dot. zadania 21:

Czy Zamawiający dopuści szew polipropylenowy bez dodatku glikolu polietylenowego?

Wyjaśnienie: Wiążące pozostają zapisy SWZ.

Pytanie dot. zadania 21:

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 20 szew niewchłaniający, syntetyczny, jednowłóknowy, wykonany z polipropylenu, pakowany na prosto w celu zmniejszenia pamięci włókna po wyjęciu z opakowania?

Wyjaśnienie: Wiążące pozostają zapisy SWZ.

Pytanie dot. zadania 21 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 21, Pozycji nr 2 igłę o długości 2x10mm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Wiążące pozostają zapisy SWZ.

Pytanie dot. zadania 22, 23:

Czy Zamawiający dopuści szew polipropylenowy bez udokumentowanego kontrolowanego rozciągania oraz plastycznego odkształcania węzła?

Wyjaśnienie: Wiążące pozostają zapisy SWZ.

Pytanie dot. zadania 24:

Czy Zamawiający dopuści niewchłaniający syntetyczny szew wielowłókienny powlekany w całości silikonem?

Wyjaśnienie: Wiążące pozostają zapisy SWZ.

Pytanie dot. zadania 24 poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym ostrzem?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie dot. zadania 26:

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 26 szew niewchłaniający, syntetyczny, wielowłóknowy, poliestrowy, powlekany silikonem, z podkładkami teflonowymi do operacji

wad zastawkowych dla kardiochirurgii?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie dot. zadania 26 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 26, Pozycji nr 1 igłę o długości 2x18mm oraz podkładkę w rozmiarze 7x3x1,5mm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza..

Pytanie dot. zadania 26 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 26, Pozycji nr 2 igłę o długości 2x25mm oraz podkładkę w rozmiarze 7x3x1,5mm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie dot. zadania 26 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 26, Pozycji nr 3 igłę o długości 2x25mm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie dot. zadania 26 poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 26, Pozycji nr 4 igłę o długości 2x18mm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie dot. zadania 28 poz. 3, 5:

Czy Zamawiający dopuści szew bez powleczenia antybakteryjnego?

Wyjaśnienie: Wiążące pozostają zapisy SWZ.

Pytanie dot. zadania 28 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75 cm?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie dot. zadania 29:

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 29 igłę okrągło-tnącą dedykowaną do zamykania mostka o dł. 48mm oraz nić o długości 45cm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie dot. zadania 31:

Czy Zamawiający w Zadaniu 31 w pozycji 1 dopuści воск kostny do kontrolowania krwawień po urazach kości o gramaturze 2,5g ? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie dot. zadania 38 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 6,3 mm? Reszta parametrów bez zmian/

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 38:

Czy w Zadaniu nr 38 Zamawiający dopuści szew 10/0 o długości 15cm, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 39:

Czy w Zadaniu nr 39 poz. 4 i 5 Zamawiający dopuści szwy 4/0 o długości 50cm, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 39 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 6,3 mm (zamiast 6,5 – 6,6 mm)? Reszta parametrów bez zmian.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 39 poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 50 cm?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 40 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 6,3 mm (zamiast 6,5 – 6,6 mm)? Reszta parametrów bez zmian.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 40 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 7,4 mm (zamiast 7,6 – 8,0 mm)? Reszta parametrów bez zmian.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 40 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 40, Pozycji nr 2 igłę o długości 2x6,4mm oraz nić o długości 45cm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 40 poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 40, Pozycji nr 4 igłę o długości 18mm oraz opakowanie handlowe zawierające 36 saszetek, z przeliczeniem wymaganych ilości w załączniku asortymentowo-cenowym, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 41:

Czy w Zadaniu nr 41 poz. 1 Zamawiający dopuści szew 6/0 o dł. 45cm z igłą odwrotnie tnącą 3/8 koła, pozostałe wymagania bez zmian?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 41:

Czy w Zadaniu nr 41 poz. 2 Zamawiający dopuści szew 5/0 o dł. 50cm, z dwoma igłami odwrotnie tnącymi o dł. 11mm 3/8 koła, 1op. = 12 saszetek?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 41:

Czy w Zadaniu nr 41 poz. 3 Zamawiający dopuści szew 6/0 o dł. 30cm, , z dwoma igłami odwrotnie tnącymi, 1op. = 12 saszetek, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 41 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 8 mm?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 41 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści szew z jedną igłą?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 41 (poz. 2, 3):

Czy Zamawiający dopuści opakowania handlowe zawierające 12 saszetek?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesyłanie faktur w formacie pdf na wskazany e-mail?

Wyjaśnienie: Zamawiający wyraża zgodę an przesyłanie faktur w formacie elektronicznym zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prywatnym poprzez platformę PEF brokerinifinite.efaktura.gov.pl

Pytanie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na termin ważności produktów co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy? Termin ważności wynoszący 36 miesięcy stanowi czasem cały określony czas przydatności do użytku.

Wyjaśnienie: Wiążące pozostają zapisy SWZ.

Adam Fimiarz

/-/

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu