



DZP.3320.72.21

Zamość, dnia 5 stycznia 2022 r.

Dotyczy: wyjaśnienia treści SWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia opracowanej do postępowania o udzielenie zamówienia **na dostawę papierów do sterylizacji, testów, rękawów oraz materiałów zużywalnych dla Centralnej Sterylizatorni**. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień:

Pytanie dot. Zadania 4, pozycja nr 1:

„Czy w miejsce rękawa o szerokości 50mm Zamawiający dopuści rękaw 75mm?”

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie dot. Zadania 4:

„Prosimy o odstąpienie od wymogu by informacje na rękawie były w języku polskim. Oznaczenia na wyrobie są czytelne i jednoznaczne, dodatkowo Wykonawca dostarcza wraz z rękawami instrukcje w języku polskim.”

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie dot. Zadania 8, pozycja nr 2:

„Czy Zamawiający dopuści testy do umieszczenia w przyrządzie pod kątem mniejszym niż 90°?”

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie dot. Zadania 8, pozycja nr 2:

„Prosimy o dopuszczenie uchwytu w którym test zostaje umieszczony poprzez wsunięcie?”

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie dot. Zadania 8, pozycja nr 3:

„Wnosimy o odstąpienie od wymogu by testy odpowiadały wymaganiom dla testów typu 6 wg PN-EN ISO 11140-1 w zakresie tolerancji na zmienne krytyczne procesu (czas i temperaturę). Norma ISO 11140-1 i wskazane w niej typy testów, dotyczą wyłącznie testów do procesu sterylizacji. Również określenie tolerancji na zmienne krytyczne jest wymogiem stawianym testom do kontroli procesu sterylizacji (zgodnie z normą ISO 11140-1).”

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie dot. Zadania 8, pozycja nr 3:

„Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 200 sztuki? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. Zadania 10, pozycja nr 1:

„Czy Zamawiający dopuści testy składające się z fiolek z substancją testową oraz oddzielnie, sterylnie zapakowanych wymazówek. W przypadku obecności białek substancja testowa zmienia kolor w 10 sekund z czerwonego na niebieski.”

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie dot. Zadania 10, pozycja nr 1:

„Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 24 sztuki? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. Zadania 16, pozycja nr 1:

„Czy Zamawiający dopuści testy o odczycie po 3h, kompatybilne z innym autoczytnikiem niż posiadany przez Zamawiającego w przypadku bezpłatnego użyczenia sprzętu na czas trwania umowy?”

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza wraz z autoczytnikiem skalibrowanym na czas trwania umowy dostarczonym wraz z pierwszą dostawą.

Pytanie dot. Zadania 17, pozycja nr 1:

„Sposób wykonania substancji wskaźnika nie ma wpływu na ocenę właściwości cyklu sterylizacji. Wskaźniki muszą jedynie dostarczyć wyraźnie dostateczny dowód ekspozycji po poddaniu działaniu czynnika sterylizującego o określonych parametrach. Czy – wobec powyższego - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie testu o punktowym rozmieszczeniu wskaźnika, którego przebarwienie zmienia się po procesie sterylizacji z koloru fioletowego na zielony?”

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie dot. Zadania 17, pozycja nr 2:

„Czy Zamawiający dopuści taśmę o szerokości 1,8cm?”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. Zadania 11, pozycja nr 1, 2:

„Czy Zamawiający dopuści taśmy spełniające opis SWZ o szerokości 1,8 cm?”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. Zadania 13, pozycja nr 1:

„Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie lepsze od opisanego tj. test emulacyjny typu 6 w formie paska samoklejącego z substancją wskaźnikową zmieniającą kolor w sposób jednoznaczny (z żółtego na granatowy) o wymiarach 10 cm x 1,9 cm, zgodny z poniższymi parametrami: zakres temperatur i czasu: 134°C/ 7 min, 121°C/ 20 min. Test zgodny z normą PN EN ISO 11140-1:2014 – potwierdzenie wydane przez niezależną jednostkę notyfikowaną. Na teście informacja graficzna wskazująca kolor referencyjny, norma, nazwa produktu, numer LOT, data przydatności i produkcji. Wielkość opakowania 200 szt. (z odpowiednim przeliczeniem ilości). Testy kompatybilne z przyrządem symulacyjnym - tubą PCD Control?”

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie dot. Zadania 23, pozycja nr 1:

„Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny w opakowaniu 400 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości?”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. Zadania 1:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby okres sterylności wynoszący 180 dni został potwierdzony deklaracją wydaną przez Producenta?”

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie dot. Zadania 2, pozycja nr 8:

„Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania rękawów papierowo – foliowych z fałdą?”

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie dot. treści wzoru umowy:

„Czy Zamawiający zgadza się aby do wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed wypowiedzeniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?”

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Małgorzata Popławska

/-/

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu