



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

DZP 3320.72.23

Zamość, dnia 09 października 2023 r.

Dotyczy: wyjaśnienia treści SWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605) udostępnia treść zapytania wraz z wyjaśnieniem treści SWZ opracowanej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników do Pracowni Mikrobiologii z dzierżawą analizatorów.

1. „Czy Zamawiający w pakiecie 15 wymaga zaokrąglenia do pełnych opakowań w górę czy wymaga wycenę za wielkości ułamkowe opakowania?”

Wyjaśnienie:

Wiążące pozostają zapisy zawarte w specyfikacji warunków zamówienia.

2. „Dotyczy zadania Nr XV. Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 1 wymazówka sterylna do antybiogramów z aplikatorem plastikowym, pakowana pojedynczo?”

Wyjaśnienie :

Wiążące pozostają zapisy zawarte w specyfikacji warunków zamówienia.

3. „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów z minimalnym terminem ważności dla podłoży na płytkach z krwią – min. 4 – 5 tygodnie, dla podłoży na płytkach krwi oraz podłoży chromogennych – min. 4 – 8 tygodni oraz dla pozostałych produktów 4-6 miesięcy od daty pojedynczej dostawy?”

Uzasadnienie : Ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników – nie można określić terminu ważności oferowanego asortymentu na podany w SWZ. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta.

Uzasadnienie: Ze względu na skład i komponenty nie można określić terminu ważności odczynników na minimum określone przez Zamawiającego. Wykonawca nie ma prawa gwarantować okresu ważności dłuższego niż zalecany przez producenta. Brak zgody Zamawiającego na powyższe terminy uniemożliwi Wykonawcy złożenie wiążącej oferty.”

Wyjaśnienie :

Wiążące pozostają zapisy zawarte w specyfikacji warunków zamówienia.

4. Pakiet nr 3, poz. 16

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie podłoża FAA z krwią końską z pakietu i przeniesienie go do osobnego pakietu?”

Wyjaśnienie :

Wiążące pozostają zapisy zawarte w specyfikacji warunków zamówienia.

5. Pakiet 3, poz. 17

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie podłoża hektoen niechromogenego – standardowego?”

Wyjaśnienie :

Tak, zamawiający dopuszcza.

6. Pakiet nr 4 poz. 1

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie pasków z gradientem stężeń antybiotyku naniesionym na nośniku wykonanym z plastiku?”

Wyjaśnienie:

Tak, zamawiający dopuszcza.

7. Pakiet nr 4 poz. 2

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie pasków z min. terminem ważności wynoszącym 7 miesięcy?”

Wyjaśnienie :

Wiążące pozostają zapisy zawarte w specyfikacji warunków zamówienia.

8. Pakiet nr 4 poz. 4

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie pasków w opakowaniu zbiorczym nie większym niż 30szt?”

Wyjaśnienie :

Tak, zamawiający dopuszcza.

9. „Czy Zamawiający odstąpi od wymogu złożenie przedmiotowych środków dowodowych w postaci Deklaracji zgodności CE, certyfikat zgodności jednostki notyfikowanej (jeżeli są wymagane certyfikaty jednostki notyfikowanej) dla oferowanych w ramach dzierżawy analizatorów/aparatów innych urządzeń dotyczy zadania I, II, IV, IX, XII; i uzna za spełnienie wymogu, jeśli Wykonawca udostępni dokumenty na stronie internetowej i zobowiąże się dostarczyć je na każde wezwanie?

Uzasadnienie: Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o uwzględnienie możliwości samodzielnego pobieranie wymaganych dokumentów przez Zamawiającego. Dzięki nieograniczonemu dostępowi do biblioteki technicznej Zamawiający będzie miał całodobowy i bezpłatny dostęp do wymienionych dokumentów w ich najbardziej aktualnej wersji, co usprawni pracę oraz skróci czas oczekiwania na dokumenty.”

Wyjaśnienie :

Wiążące pozostają zapisy zawarte w specyfikacji warunków zamówienia.

10. „Dotyczy Opisu przedmiotu za zamówienia – zał. nr 1. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia do pierwszej dostawy oryginalnej w języku polskim instrukcji użycia producenta i uzna za spełnieni warunku udostępnienie certyfikatów jakości w bibliotece technicznej Wykonawcy dostępnej pod adresem: www.....?”

Uzasadnienie: Wykonawca nie ma możliwości dostarczenia certyfikatów jakości na zasadach i w sposób wskazany powyżej.”

Wyjaśnienie :

Wiążące pozostają zapisy zawarte w specyfikacji warunków zamówienia.

11. „Pytania do umowy (dotyczy zadania I, II, IV, IX, XII)

§7 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 10% łącznej wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 2 w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy?”

Wyjaśnienie :

Zamawiający nie wyraża zgody. Wiążące pozostają projektowane postanowienia umowy w brzmieniu stanowiącym załącznik do SWZ.

12. „Pytania do umowy (dotyczy zadania III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII, XIV)
§1 – Wykonawca zwraca się z prośbą o poprawienie numeracji ust. Zawartych w §1.”

Wyjaśnienie :

W załączeniu przekazujemy wzór umowy z poprawioną numeracją.

13. „Pytania do umowy (dotyczy zadania III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII, XIV)
§2 – Wykonawca zwraca się z prośbą o poprawienie numeracji ust. Zawartych w §2.”

Wyjaśnienie :

W załączeniu przekazujemy wzór umowy z poprawioną numeracją.

14. „Pytania do umowy (dotyczy zadania III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII, XIV)
§4 – Wykonawca zwraca się z prośbą o poprawienie numeracji ust. Zawartych w §4.”

Wyjaśnienie :

W załączeniu przekazujemy wzór umowy z poprawioną numeracją.

15.” Pytania do umowy (dotyczy zadania III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII, XIV)
§7 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 10% łącznej wartości brutto wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 2 w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy?”

Wyjaśnienie :

Zamawiający nie wyraża zgody. Wiążące pozostają projektowane postanowienia umowy w brzmieniu stanowiącym załącznik do SWZ.

16. „Pytania do umowy (dotyczy zadania III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII, XIV)
§9 ust. 7 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na :
„Jeżeli z wnioskiem o dokonanie zmiany wynagrodzenia występuje Zamawiający, jest on uprawniony do żądania od Wykonawcy przedstawienia dokumentów, z których będzie wynikać, w jakim zakresie okoliczności, o których mowa w ust. 4, mają wpływ na koszty wykonania zamówienia, w tym przedłożenia odpowiednich zestawień, o których mowa w ust. 6, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego żądania Zamawiającego. W przypadku uchybienia wyznaczonemu terminowi, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki?””

Wyjaśnienie :

Zamawiający nie wyraża zgody. Wiążące pozostają projektowane postanowienia umowy w brzmieniu stanowiącym załącznik do SWZ.

17. „Dotyczy §7 ust. 1.1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu „nie mniej niż 20zł” z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełniania świadczenia umowy?”

Wyjaśnienie :

Zamawiający nie wyraża zgody. Wiążące pozostają projektowane postanowienia umowy w brzmieniu stanowiącym załącznik do SWZ.

18. „Dotyczy § 7 ust. 1.2 i 1.3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu „nie mniej niż 10zł” z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełniania świadczenia umowy?”

Wyjaśnienie :

Zamawiający nie wyraża zgody. Wiążące pozostają projektowane postanowienia umowy w brzmieniu stanowiącym załącznik do SWZ

19. „Dotyczy §7 ust. 1.4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 10% wartości wynagrodzenia brutto niezrealizowanej części umowy (...), ze względu na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełniania świadczenia umowy?

Zamawiający zastrzegł sobie prawo do częściowej realizacji umowy, a zatem prawo zmniejszenia wartości zakupionego towaru. W kontekście tego prawa, naliczanie kar przez Zamawiającego od wartości całej umowy w przypadku odstąpienia od umowy za winy wykonawcy jest niesprawiedliwe i krzywdzące wykonawcę. Zapis § 7 ust. 1.4 umowy powoduje, że wykonawca który ponosi ryzyko braku zamierzonego zysku, ponosi dodatkowo ryzyko obciążenia karami za pułap cenowy, które jest szacunkowy i nie wiążący Zamawiającego.

W związku z powyższym prosimy o zmianę sposobu liczenia kary na od niezrealizowanej wartości umowy.”

Wyjaśnienie :

Zamawiający nie wyraża zgody. Wiążące pozostają projektowane postanowienia umowy w brzmieniu stanowiącym załącznik do SWZ.

20. „Dotyczy OPZ Zadanie XV

poz. 2 i poz. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wymazówek MDD klasy I, sterylnych? Zarówno wymazówki klasy I i wymazówki klasy IIa podlegają obowiązkowi certyfikowania przez Jednostkę Notyfikowaną, dlatego też Klasa IIa nie wskazuje na to, że wymazówki te posiadają lepszą jakość niż wymazówki klasy I.”

Wyjaśnienie :

Wiążące pozostają zapisy zawarte w specyfikacji warunków zamówienia.

21. „Czy Zamawiający dopuści w zadaniu XV, pozycja 1 wymazówek z aplikatorem z tworzywa sztucznego? Obecna forma pakietu zawęży krąg potencjalnych dostawców, co uniemożliwia uzyskanie korzystniejszej ceny i nie pozwala na zoptymalizowanie wydatków środków publicznych.”

Wyjaśnienie :

Wiążące pozostają zapisy zawarte w specyfikacji warunków zamówienia.

22. „Zadanie X – Testy serologiczne

Czy Zamawiający dopuści w poz. nr 6 test półilościowy?”

Wyjaśnienie :

Wiążące pozostają zapisy zawarte w specyfikacji warunków zamówienia.

23. „Zadanie X – Testy serologiczne

Czy Zamawiający dopuści w poz. nr 8 dwustudzienkowy immunochromatograficzny test kasetkowy do jednoczesnego wykrywania GDH i toksyn C. Difficile. Czulość dla toksyny A min. 0,75 ng/ml, toksyny B min. 0,75 ng/ml, GDH min. 0,8 ng/ml?

Uzasadnienie: Obecny zapis SWZ ogranicza konkurencję o tworzy preferencje wobec jednego Wykonawcy. Dopuszczenie większej ilości ofert wpłynie na lepsze zarządzanie środkami publicznymi.”

Wyjaśnienie :

Wiążące pozostają zapisy zawarte w specyfikacji warunków zamówienia.

24. „Zadanie XI – Testy immunochromatograficzne

Czy Zamawiający dopuści w poz. nr 1 Test kasetkowy immunochromatograficzny do wykrywania Rota -Adenowirusów w kale o czulości 98,8% dla Adenowirusa oraz czulości 96,3% dla Rotawirusa?”

Wyjaśnienie:

Wiążące pozostają zapisy zawarte w specyfikacji warunków zamówienia.

25. „Zadanie XI – Testy immunochromatograficzne

Czy Zamawiający dopuści w poz. nr 6 test z kontrolą pozytywną (bez kontroli negatywnej)?”

Wyjaśnienie:

Wiążące pozostają zapisy zawarte w specyfikacji warunków zamówienia.

Adam Fimiarz

/-/

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu