



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

DZP.3320.83.22

Zamość, dnia 18 listopada 2022 r.

Dotyczy: wyjaśnienia treści SWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia opracowanej do postępowania o udzielenie zamówienia pn. **Dostawa sprzętu do zamykania wad strukturalnych serca i zamknięcia uszka lewego przedsionka.** Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień:

Pytanie dot. zadania 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 4 urządzenia do zamykania uszka lewego przedsionka o następujących parametrach:

- urządzenie o konstrukcji jednoczęściowej wykonane z nitinolu z PET (tetraftalan polietylenu) o konstrukcji samorozprężalnej z 18-stoma aktywnie fiksującymi się ramionami
- dostępne rozmiary urządzenia: 20mm, 24mm, 27mm, 31mm i 35 mm
- dostępne 3 krzywizny koszulki dostępowej

Pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie: Tak.

Adam Fimiarz

/-/

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu