



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 10 listopada 2016 r.

AG.ZP.3320.4. .16

Dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że za najkorzystniejszą ofertę w ramach zaproszenia do złożenia ofert na dostawę aparatu USG uznano ofertę wykonawcy:

Miro Sp. z o.o., ul. Floriańska 6/ 9, 03-707 Warszawa, cena brutto oferty – 131 000,00 zł.

Uzasadnienie wyboru: Jest to oferta najkorzystniejsza tzn. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryterium Cena – 70%, kryterium Wydłużony okres gwarancji – 20% oraz kryterium Ocena techniczna – jakość – 10%.

Jednocześnie zamawiający informuje, w przedmiotowym postępowaniu została odrzucona oferta wykonawcy Euromed Medical Solution Sp. z o.o. Sp. k., ul. Szczęsna 2, 60-587 Poznań – treść oferty nie spełnia wymagań zaproszenia do złożenia oferty.

Zamawiający w zaproszeniu do złożenia oferty zastrzegł sobie prawo wystąpienia do Wykonawcy o udostępnienie oficjalnego dokumentu producenta przedstawiającego dane techniczne - Product Data celem weryfikacji wartości technicznych oferowanego aparatu USG podanych w ofercie. Zamawiający informował, iż nieprzedstawienie przez Wykonawcę tego dokumentu na wezwanie Zamawiającego spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający zwrócił się z prośbą o przedstawienie Product Data dla oferowanego aparatu DC-40. Wykonawca przedstawił przedmiotowy dokument jednakże brakuje w nim informacji o następujących parametrach:

1. Cyfrowy system formowania i przetwarzania wiązki ultradźwiękowej, przetwornik min. 12 bitowy.
2. Zakres dynamiki systemu 205 dB
3. Zakres częstotliwości pracy aparatu w trybie 2D co najmniej 1-17MHz.

Brak tych informacji powoduje, że treść oferty nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty.

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek. med. Marek Lipiec



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/AJ/Po
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



KOMITET
UPOWSZECZNIANIA
KARMIENIA
PIERSIĄ



tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524