

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI
IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II
ul. ALEJE JANA PAWŁA II 10
22 – 400 ZAMOŚĆ
tel.: (84) 677 – 33 – 33
faks: (84) 638 – 66 – 69
strona internetowa: www.szpital.zam.pl

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego**

**na dostawę stymulatorów jedno i dwujamowych,
stymulatorów resynchronizujących, defibrylatorów,
elektrod oraz sprzętu pomocniczego**

nr sprawy: DZP.3320.72.20

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera:

1. Opis przedmiotu zamówienia wraz z instrukcją dla Wykonawców.
2. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz „Oferta Wykonawcy”.
3. Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia
4. Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
5. Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy.
6. Załącznik nr 5 do SIWZ - Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.

Zamość, dnia 7 października 2020 r.

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Al. Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość

- tel.: 84 677 33 33 – Kancelaria Szpitala

- faks: 84 638 66 69

- adres strony internetowej: www.szpital.zam.pl

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach 7²⁵ - 15⁰⁰

II. Tryb udzielania zamówienia.

1. Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą PZP” lub „ustawą”.
2. Wartość postępowania przekracza równowartość kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP oraz jej aktów wykonawczych, jak również Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 1282).

III. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa stymulatorów jedno i dwujamowych, stymulatorów resynchronizujących, defibrylatorów, elektrod oraz sprzętu pomocniczego** dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. Ofertę można złożyć na całość przedmiotu zamówienia lub na dane zadanie oddzielnie (Zamawiający nie ustanawia maksymalnej liczby części, na które zamówienie może być udzielone temu samemu Wykonawcy).
CPV: 33182200-1, 33182100-0, 31711140-6

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie 1 - Stymulator do stymulacji sekwencyjnej DDD-R z funkcją aktywnego szukania własnego rytmu komór – 25 szt.

Parametry wymagane:

- żywotność baterii przy 100% stymulacji 2V/0,4 ms co najmniej 8 lat
- możliwość programowania A-V do co najmniej 300 ms
- algorytm umożliwiający automatyczne przełączenie trybu stymulacji AAI na DDD
- funkcja R-drop
- auto capture w kanale przedsionkowym i komorowym
- automatyczne przełączenie polarności w przypadku nagłego wzrostu oporności elektrody A i V
- mode switch i/ lub mode conversion

Parametry oceniane:

- żywotność baterii przy stymulacji 100% > 10 lat 3 pkt

Zadanie 2 – Stymulator MRI z automatyką do stymulacji sekwencyjnej DDD-R z kompletem elektrod i z funkcją promowania własnego rytmu komór - 150 szt.

Parametry wymagane:

- żywotność baterii przy 100% stymulacji 2V/ 0,4 ms co najmniej 8 lat
- możliwość programowania A-V do co najmniej 300 ms
- algorytmy promujące własne przewodzenie A-V, np.: DDD/AAI, A-V histereza, serach, scan itp.
- auto capture w kanale komorowym
- automatyczne przełączenie polarności w przypadku nagłego wzrostu oporności elektrody A i V
- mode switch
- funkcjonalność MRI
- elektrody MRI do stymulacji RA i RV z aktywna fiksacją

Parametry oceniane:

- żywotność baterii przy stymulacji 100% > 10 lat 3 pkt

Zadanie 3 - Stymulator do stymulacji sekwencyjnej DDD-R prosty - 100 szt.

Parametry wymagane:

- żywotność baterii przy 100% stymulacji 2V/0,4 ms co najmniej 8 lat
- auto capture w kanale komorowym
- automatyczne przełączenie polarności w przypadku nagłego wzrostu oporności elektrody V
- mode switch i/ lub mode conversion

Parametry oceniane:

- żywotność baterii przy stymulacji 100% > 10 lat 3 pkt
- funkcjonalność MRI 3 pkt

Zadanie 4 - Stymulator z automatyką do stymulacji jednojamowej SSI-R – 90 szt.

Parametry wymagane:

- żywotność baterii przy 100% stymulacji 2V/0,4 ms co najmniej 8 lat
- maks. amplituda impulsu co najmniej 6 V
- szerokość impulsu co najmniej 0,2 - 1,0 ms
- czułość przedsionka co najmniej od 0,25 mV
- auto capture
- automatyczne przełączenie polarności w przypadku nagłego wzrostu oporności elektrody

Parametry oceniane:

- żywotność baterii przy stymulacji 100% > 10 lat 3 pkt
- funkcjonalność MRI 3 pkt

Zadanie 5 - Stymulator MRI z elektrodą i z automatyką do stymulacji jednojamowej SSI-R - 90 szt.

Parametry wymagane:

- żywotność baterii przy 100% stymulacji 2V/ 0,4 ms co najmniej 8 lat
- maks. amplituda impulsu co najmniej 6 V
- szerokość impulsu co najmniej 0,2-1,0 ms
- czułość przedsionka co najmniej od 0,25 mV
- auto capture

- automatyczne przełączenie polarności w przypadku nagłego wzrostu oporności elektrody
- funkcjonalność MRI
- elektroda MRI RA lub RV z aktywną fiksacją

Parametry oceniane:

- żywotność baterii przy stymulacji 100% > 10 lat 3 pkt

Zadanie 6 - Stymulator prosty do stymulacji jednojamowej SSI-R – 50 szt.

Parametry wymagane:

- żywotność baterii przy 100% stymulacji 2V/0,4 ms co najmniej 8 lat
- maks. amplituda impulsu co najmniej 6 V
- szerokość impulsu co najmniej 0,2-1,0 ms
- czułość przedsionka co najmniej od 0,5 mV

Parametry oceniane:

- żywotność baterii przy 100% stymulacji > 10 lat 3 pkt
- funkcjonalność MRI 3 pkt

Zadanie 7 - Stymulator do stymulacji sekwencyjnej DDD-R z funkcją closed loop stimulation – 20 szt.

Parametry wymagane:

- żywotność baterii przy 100% stymulacji 2V/0,4 ms co najmniej 8 lat
- możliwość programowania A-V co najmniej 300 ms
- algorytmy promujące własne przewodzenie A-V, np.: A-V histereza, serach, scan itp.
- mode switch i/ lub mode conversion

Parametry oceniane:

- żywotność baterii przy stymulacji 100% > 10 lat 3 pkt
- funkcjonalność MRI 3 pkt

Zadanie 8 - Stymulatory resynchronizujące komorowe DDD BiV MRI z kompletem elektrod – 15 szt.

Parametry wymagane:

- czas pracy co najmniej 8 lat przy stymulacji 2,5V, 500 Ohm 60/min 0,4 ms 100% komór i 20% przedsionka
- kompatybilność urządzenia i elektrod z ICD i MRI
- amplituda imp. RV i LV min. 1-7V
- szerokość imp. min. 0.4 - 1.0 ms
- czułość przeds. min. 0.5 - 4 mV
- czułość komorowa min. 1 – 6 mV
- switch mode
- elektrody bipolarne
- możliwość programowania elektrod LVup
- funkcje Holtera

Parametry oceniane:

- auto-capture RV i LV 2 pkt
- auto-capture RA 1 pkt
- automatyczne pomiary czułości 2 pkt

- czas pracy: - >8 lat przy 100% stymulacji 2,5V 500 Ohm 60/min 0,4 ms 2 pkt
- - > 10 lat przy 100% stymulacji 2,5V, 500 Ohm 60/min 0,4 ms 5 pkt
- automatyczny tryb MRI 2 pkt
- automatyczna optymalizacja A-V del „hemodynamiczna” 5 pkt
- automatyczna optymalizacja A-V del „elektryczna” 3 pkt

Zadanie 9 - Stymulatory resynchronizujące DDD BiV bez elektrod – 10 szt.

Parametry wymagane:

- czas pracy co najmniej 6 lat przy stymulacji 2,5V, 500 Ohm 60/min 0,4 ms 100% komór i 20% przedsionka
- kompatybilność z ICD
- amplituda imp. min. 1-7 V
- szerokość imp. min. 0.5-1.0 ms
- czułość przeds. min. 0.5-4 mV
- czułość komorowa min. 1-6 mV
- switch mode
- możliwość programowania elektrod LVup

Parametry oceniane:

- czas pracy: - > 8 lat przy 100% stymulacji 2,5V, 500 Ohm 0,4ms 1 pkt
- - > 10 lat przy 100% stymulacji 2,5V, 500 Ohm 0,4ms 3 pkt

Zadanie 10 - Defibrylatory ICD jednojamowe DF-1 z elektrodą – 10 szt.

Parametry wymagane:

- czas pracy co najmniej 6 lat
- elektrody sterydowe DF-1 jednokoilowe
- maksymalna energia co najmniej 35 J
- automatyczna ocena stanu baterii
- rozbudowane IEGM powyżej 20 min
- możliwość zmiany konfiguracji polarności dla kolejnych szoków
- elektroda z aktywną fiksacją jednokoilowa sterydowa
- funkcje Holtera

Parametry oceniane:

- algorytmy rozpoznawania arytmii, 2 typy; 3 i więcej 0 pkt – dwa typy;
- 2 pkt – trzy typy i więcej
- automatyczna stymulacja programowana antyarytmiczna 0 pkt – dwa typy;
- 2 pkt trzy typy i więcej
- czas pracy: - >8 lat przy 100% stymulacji 2,5V 500 ohm 60/min 3 pkt
- - > 10 lat przy 100% stymulacji 2,5V 500 ohm 60/min 6 pkt
- stymulacja antyarytmiczna przed/podczas ładowania kondensatora 2 pkt

Zadanie 11 - Defibrylatory ICD jednojamowe DF-4 MRI z elektrodą – 45 szt.

Parametry wymagane:

- czas pracy co najmniej 6 lat (co najmniej 4 wyładowania/rok)
- elektrody sterydowe DF- 4 jednokoilowe
- maksymalna energia co najmniej 35 J

- automatyczna ocena stanu baterii
- rozbudowane IEGM powyżej 20 min
- możliwość zmiany konfiguracji polarności dla kolejnych szoków
- funkcje Holtera
- elektroda MRI

Parametry oceniane:

- | | |
|---|----------------------------|
| • algorytmy rozpoznawania arytmii, 2 typy; 3 i więcej | 0 pkt – dwa typy; |
| • | 2 pkt – trzy typy i więcej |
| • automatyczna stymulacja programowana antyarytmiczna | 0 pkt – dwa typy; |
| • | 2 pkt trzy typy i więcej |
| • czas pracy: - >8 lat przy 100% stymulacji 2,5V 500 ohm 60/min 0,4ms | 3 pkt |
| - > 10 lat przy 100% stymulacji 2,5V 500 ohm 60/min 0,4ms | 6 pkt |
| • stymulacja antyarytmiczna podczas/przed ładowania kondensatora | 2 pkt |
| • automatyczny przełącznik MRI | 6 pkt |

Zadanie 12 - Defibrylatory ICD DR DF-1 z elektrodami – 15 szt.

Parametry wymagane:

- czas pracy co najmniej 6 lat
- elektrody sterydowe I DF-1 do wyboru jednokoilowe
- maksymalna energia co najmniej 35 J
- automatyczna ocena stanu baterii
- mode switch
- rozbudowane IEGM co najmniej 20 min
- możliwość zmiany konfiguracji polarności dla kolejnych szoków
- elektroda defibrylująca z aktywną fiksacją jednokoilowa sterydowa MRI
- funkcje Holtera

Parametry oceniane:

- | | |
|--|-------|
| • a-v histereza | 1 pkt |
| • algorytm aktywnego szukania rytmu komór (np. AAI/DDD) | 4 pkt |
| • funkcja zapamiętywania skutecznej terapii | 4 pkt |
| • stymulacja antyarytmiczna przed/podczas ładowania kondensatora | 2 pkt |
| • czas pracy >8 lat przy 100% stymulacji 2,5V 500 Ohm 60/min 0,4ms | 3 pkt |
| • elektrody MRI | 4 pkt |

Zadanie 13 - Defibrylatory ICD DR DF-4 MRI z kompletem elektrod – 25 szt.

Parametry wymagane:

- czas pracy co najmniej 6 lat
- elektrody sterydowe DF-4 do wyboru jednokoilowe
- maksymalna energia co najmniej 35 J
- automatyczna ocena stanu baterii
- mode switch
- rozbudowane IEGM co najmniej 20 min
- możliwość zmiany konfiguracji polarności dla kolejnych szoków
- funkcje Holtera
- elektrody MRI

Parametry oceniane:

- a-v histereza 1 pkt
- algorytm aktywnego szukania rytmu komór (np. AAI/DDD) 4 pkt
- stymulacja antyarytmiczna przed/ podczas ładowania kondensatora 2 pkt
- czas pracy: - >8 lat przy 100% stymulacji 2,5V 500 ohm 60/min 0,4ms 3 pkt
- > 10 lat przy 100% stymulacji 2,5V 500 ohm 60/min 0,4ms 6 pkt
- automatyczny czujnik MRI 4 pkt

Zadanie 14 - Defibrylatory z funkcją resynchronizacji CRTD DF-1 z elektrodami RA i DF-1, bez elektrody LV – 25 szt.

Parametry wymagane:

- czas żywotności baterii min 6 lat (100% stym BiV 2,5V 500 Ohm)
- maksymalna energia co najmniej 35 J
- automatyczna ocena stanu baterii
- amplituda LV imp. min. 1-7V
- szerokość imp. min. 0.5-1.0ms
- switch mode
- możliwość programowania elektrody LV up
- rozbudowane IEGM co najmniej 10 min
- telemetria: RA/RV/LV
- funkcje holtera
- elektroda defibrylująca z aktywną fiksacją jednokoilowa sterydowa MRI
- port elektrody LV IS-1

Parametry oceniane:

- system monitorowania niewydolności serca, np.: ocena płynu w klp. 1 pkt
- stymulacja antyarytmiczna w trakcie/przed ładowaniem kondensatora 2 pkt
- czas pracy: - >8 lat przy 100% stymulacji 2,5V 500 ohm 60/min 0,4ms 3 pkt
- > 10 lat przy 100% stymulacji 2,5V 500 ohm 60/min 0,4ms 6 pkt
- auto-capture RA 1 pkt
- auto-capture LV 1 pkt
- auto-capture RV 1 pkt
- funkcja zapamiętywania skutecznej terapii 2 pkt
- możliwość stymulacji LV up 8 pkt

Zadanie 15 - Defibrylatory z funkcją resynchronizacji CRTD MRI DF-4 z elektrodami RA i DF-4, bez elektrody LV – 30 szt.

Parametry wymagane:

- urządzenie i elektrody MRI
- elektrody sterydowe DF-4 jednokoilowe MRI z aktywną fiksacją
- port dla elektrody LV IS-1
- czas żywotności baterii min 6 lat
- maksymalna energia co najmniej 35 J
- automatyczna ocena stanu baterii
- amplituda LV imp. min. 1-7V
- szerokość imp. min. 0.5-1.0ms
- switch mode

- rozbudowane IEGM co najmniej 10 min
- telemetria: RA/RV/LV
- funkcje holtera
- możliwość programowania LV up

Parametry oceniane:

- | | |
|---|-------|
| • rejestracja trendów oporności | 1 pkt |
| • system monitorowania niewydolności serca, np.: ocena płynu w klp: | 1 pkt |
| • stymulacja antyarytmiczna w trakcie/przed ładowaniem kondensatora | 1 pkt |
| • czas pracy: - >8 lat przy 100% stymulacji 2,5V 500 ohm 60/min 0,4ms | 2 pkt |
| - > 10 lat przy 100% stymulacji 2,5V 500 ohm 60/min 0,4ms | 5 pkt |
| • auto-capture RA | 1 pkt |
| • auto-capture LV | 1 pkt |
| • auto-capture RV | 1 pkt |
| • funkcja zapamiętywania skutecznej terapii | 2 pkt |
| • automatyczne rozpoznawanie i przełączanie w tryb MRI | 2 pkt |

Zadanie 16 – Defibrylatory MRI z funkcją resynchronizacji CRT-D MRI DF-4 z kompletem elektrod i elektrodą LV czteropolową – 30 szt.

Parametry wymagane:

- elektrody sterydowe MRI (elektroda def jednokoilowa)
- czas żywotności baterii min 6 lat
- maksymalna energia co najmniej 35 J
- automatyczna ocena stanu baterii
- amplituda imp. LV min. 1-5V lub więcej
- szerokość imp. min. 0.5-1.0ms lub więcej
- switch mode
- rozbudowane IEGM co najmniej 10 min
- możliwość stymulacji różnych wektorów z elektrody 4-polowej LV
- elektroda LV czteropolowa OTW jednolita średnica lub zwężająca się w odc. dystalnym, bez zgrubień na oliwkach

Parametry oceniane:

- | | |
|---|-------|
| • rejestracja trendów oporności | 1 pkt |
| • stymulacja antyarytmiczna w trakcie lub przed ładowaniem kondensatora | 1 pkt |
| • czas pracy > 10 lat przy 100% stymulacji 2,5V 500 ohm 60/min 0,4ms | 5 pkt |
| • maksymalna energia wyładowania 40J | 5 pkt |
| • średnica dystalnego odcinka elektrody mniej niż 5 F | 5 pkt |

Zadanie 17 - Kardiowerter defibrylator podskórny - 3 szt.

Parametry wymagane:

- w komplecie elektroda i zestaw do tunelowania
- energia defibrylacji/ kardiowersji min.75J
- strefa wykrywania arytmii – programowana, co najmniej w zakresie 170-220/min
- możliwość stosowania stymulacji po wysłaniu terapii wysokoenergetycznej (post-shock pacing)
- możliwość programowania polarności interwencji wysokoenergetycznej
- przewidywana żywotność baterii co najmniej 7 lat

Zadanie 18 – Elektrody do stymulacji przedsionkowej z aktywną fiksacją, bipolarne – 220 szt.

Parametry wymagane:

- co najmniej dwie krzywizny przewodników do implantacji i przewodnik prosty
- mechanizm aktywnej fiksacji pozwalający na wielokrotne wkręcanie i wykręcanie spirali
- jednolita średnica (lub zmniejszająca się ku dystalnemu końcowi) bez zgrubień (np. na oliwkach) na całej długości
- długość 52 +/- 3 cm
- sterydowa
- funkcjonalność MRI
- rozmiar introduktora 7F lub mniej

Parametry oceniane:

- bardzo dobrze czytelny/ widoczny wskaźnik uwolnienia spirali 1 – 3 pkt
- łatwość implantacji do uszka lub przegrody międzyprzedsionkowej 1 – 3 pkt

Zadanie 19 – Elektrody do stymulacji komorowej z aktywną fiksacją, bipolarne – 220 szt.

Parametry wymagane:

- mechanizm aktywnej fiksacji pozwalający na wielokrotne wkręcanie i wykręcanie spirali
- jednolita średnica (lub zmniejszająca się ku dystalnemu końcowi) bez zgrubień (np. na oliwkach) na całej długości
- długość 52 +/- 3 cm i 60 +/- 3 cm
- sterydowa
- funkcjonalność MRI
- rozmiar introduktora 7F lub mniej
- długowieczne pokrycie

Parametry oceniane:

- bardzo dobrze czytelny/ widoczny wskaźnik uwolnienia spirali 1 – 3 pkt
- łatwość implantacji do uszka lub przegrody międzykomorowej 1 - 3 pkt

Zadanie 20 - Elektrody do stymulacji przezżyłnej lewej komory z zagięciem dystalnego odcinka w kształcie litery L – 30 szt.

Parametry wymagane:

- elektroda sterydowa, MRI bipolarna
- co najmniej dwa typy i dwie długości
- over the wire

Parametry oceniane:

- łatwość implantacji 1 - 3 pkt

Zadanie 21 - Elektrody do stymulacji przezżyłnej lewej komory co-radialne – 20 szt.

Parametry wymagane:

- elektroda sterydowa, silikonowa MRI
- co najmniej dwa kształty w tym spirala i S
- over the wire

Parametry oceniane:

- łatwość implantacji 1 - 3 pkt

Zadanie 22 - Elektrody do stymulacji przezżylniej lewej komory o bardzo małej średnicy (≤ 5 Fr) bipolarne – 40 szt.

Parametry wymagane:

- elektroda sterydowa
- over the wire
- jednakowa średnica lub zwężająca się w kierunku dystalnym bez zgrubień

Parametry oceniane:

- łatwość implantacji 1 - 3 pkt

Zadanie 23 - Elektrody do stymulacji przezżylniej lewej komory z aktywną fiksacją – 2 szt.

Parametry wymagane:

- elektroda sterydowa
- bipolarna
- over the wire

Zadanie 24 – Elektroda <5 Fr z aktywną fiksacją do implantacji przez zestaw wprowadzający – 60 szt.

Parametry wymagane:

- mała średnica elektroda < 5 Fr

Parametry oceniane:

- łatwość implantacji (sterowalność) przegrody i drogi odpływu 1 - 3 pkt

Zadanie 25 - Sterowalna elektrofizjologiczna elektroda do zatoki wieńcowej 7F - 50 szt.

Parametry wymagane:

- zakończona „pinami”
- co najmniej dwie oliwki

Parametry oceniane:

- sterowalność 1 - 3 pkt

Zadanie 26 – Elektrody do czasowej stymulacji serca bipolarne - 120 szt.

Parametry wymagane:

- średnica elektrody 6 F
- typ końca dystalnego zagięty
- połączenie elektrody ze stymulatorem czasowym bez użycia łączników

Zadanie 27 – Zestawy z rozrywalną koszulką do implantacji elektrod przez nakłucie żyły – 500 szt.

Parametry wymagane:

- rozmiary 7-11 F
- w zestawie: rozrywalna koszulka, igła, dilatator i przewodnik

Parametry oceniane:

- odporność na załamania 1 - 3 pkt
- mała traumatyczność 1 – 3 pkt

Zadanie 28 – Zestawy z rozrywalną lub rozcinaną koszulką do implantacji elektrod przez nakłucie żyły z zastawką hemostatyczną – 40 szt.

Parametry wymagane:

- rozmiary 7-11 F
- w zestawie: rozrywalna koszulka, igła, dilatator i przewodnik

Parametry oceniane:

- odporność na załamania 1 - 3 pkt
- mała traumatyczność 1 – 3 pkt

Zadanie 29 - Zestawy do wprowadzania elektrod 7-10F – 250 szt.

Parametry wymagane:

- zestaw typu peel away, lub rozcinany

Parametry oceniane:

- odporność na załamanie 1 – 3 pkt
- łatwość rozrywania 1 – 3 pkt

Zadanie 30 - Zestaw sterowalny do stymulacji pęczka Hisa z elektrodą – 40 szt.

Parametry wymagane:

- ruchoma koszulka z krzywizną do pęczka Hisa
- mała średnica zestawu: elektroda < 5Fr

Parametry oceniane:

- łatwość implantacji elektrody w okolicy pęczka Bachmana/ Hisa/ przegrody RV 1 - 3 pkt

Zadanie 31 - Zestawy: do wprowadzania elektrody i kontrastowania zatoki wieńcowej cewnikiem - 120 szt. z kompatybilnym cewnikiem typu subselector - 40 szt.

Parametry wymagane:

- zbrojona koszulka z atraumatyczną końcówką
- szczelna zastawka
- do wyboru co najmniej trzy kształty
- w zestawie igła, przewodnik i dilatator
- subsektor o średnicy wewnętrznej co najmniej 1,9 mm

Parametry oceniane:

- manewrowość 1 - 3 pkt

Zadanie 32 - Cewnik sterowalny do kontrastowania zatoki wieńcowej – 10 szt.

Parametry wymagane:

- miękka końcówka atraumatyczna
- kanał wewnętrzny do zakontrastowania zatoki wieńcowej co najmniej 2 mm umożliwiający wprowadzenie elektrody do stymulacji stałej

Parametry oceniane:

- łatwość wprowadzania do zatoki wieńcowej 1 - 3 pkt

Zadanie 33 - Cewnik balonowy do kontrastowania zatoki wieńcowej - 30 szt.

Parametry wymagane:

- balon do napełniania powietrzem
- wewnętrzny kanał do kontrastowania zatoki wieńcowej

Parametry oceniane:

- atraumatyczność 1 - 3 pkt

Zadanie 34 - Śrubokręty do stymulatora - 50 szt.

Zadanie 35 - Silikonowe kapturki do zamknięcia końcówki elektrod – 30 szt.

Zadanie 36 - Silikonowe mufki do naprawy elektrod - 30 szt.

Zadanie 37 - Nożyk automatyczny do rozcinania koszulek podczas wprowadzania elektrod - 140 szt.

Parametry wymagane:

- uchwyt zaciskowy automatyczny na elektrodę uniemożliwiający jej przesunięcie podczas rozcinania
- pasujący do elektrod od 4F do 6F lub więcej

Parametry oceniane:

- stabilność elektrody podczas rozcinania 1 - 3 pkt

Zadanie 38 – Y-konektor/ adapter szeregowy: dwa IS-1 UNI na IS-1 BI - 5 szt.

Parametry wymagane:

- mały rozmiar, zwarta konstrukcja

Zadanie 39 - Zestawy jałowe do zabiegów implantacji stymulatorów - 450 szt.

Parametry wymagane:

- 1 fartuch w rozmiarze L oraz XL dodatkowo z przodu wzmacniany warstwą absorpcyjną
- prześcieradło do okrycia chorego wykonane z paroprzepuszczalnego nieprzemakalnego materiału wytrzymałego na rozerwanie w stanie mokrym i suchym o wymiarze pasującym do wielkości stołu (1,5 - 1,8/ 3 m) z dwoma otworami eliptycznymi o wymiarach 12 x 15 cm w okolicy podobojczykowej wypełnionymi folią chirurgiczną, otoczone warstwą chłonną o wymiarach 50 x 80 cm. Prześcieradło o dużej wodoodporności w okolicy zabiegowej wyposażone w warstwą absorpcyjną
- zestaw owinięty serwetą na stół instrumentalny o wymiarze nie mniej niż 150/120 cm
- przezroczysta osłona foliowa pasująca na wzmacniacz o wymiarach 85/ 90 cm ± 5 cm z elastyczną krawędzią 1 szt.
- miseczka 0.4-0.5 litra (miseczka ze sztywnego tworzywa niepodatnego na odkształcenie pod wpływem ciężaru wypełniającego płynu), dwa ręczniki chłonne
- wszystkie elementy obłożenia pasujące wielkością do stołu i wzmacniacza

Zadanie 40 - Cewnik zbrojony o stałej krzywiznie 3D przeznaczony do implantacji elektrody 4F do pęczka Hisa - 90 szt.

Parametry wymagane:

- cewnik odporny na załamanie
- w zestawie przewodnik i dilatator

Parametry oceniane:

- wybór rozmiarów 1 pkt za każdy rozmiar

Zadanie 41 – Kabel elektryczny dwużyłowy giętki zakończony obustronnie krokodylkami jałowy do pomiarów elektrycznych podczas implantacji stymulatora - 200 szt.

Zadanie 42 – Klej silikonowy do naprawy elektrod jałowy - 20 szt.

Zadanie 43 – Zestawy do napraw elektrod – 5 szt.

Parametry wymagane:

- możliwość naprawy elektrod o różnych średnicach, po akceptacji na podstawie opisu

Zadanie 44 – Zatyczka portu DF-1 – 30 szt.

Parametry wymagane:

- pasująca do portu DF 1

Zadanie 45 – Zatyczka portu IS-1 – 30 szt.

Parametry wymagane:

- pasująca do portu DF 1

Zadanie 46 – Przewodnik diagnostyczny o b. wysokiej hydrofilności z zagiętą końcówką – 50 szt.

Parametry wymagane:

- średnica 0,038 lub 0,035 długość 150 +/- 5 cm
- dobra widoczność w skopii
- stałość konstrukcji
- pokrycie hydrofilne bez oplotu
- ciągłość materiału zabezpieczająca bezpieczeństwo zabiegu
- sztywne części proksymalne
- kąt zagięcia końcówki 45°

Parametry oceniane:

- sprężystość 1 - 3 pkt
- odporność na odkształcenia 1 – 3 pkt

Zadanie 47 – Przewodnik diagnostyczny o b. wysokiej hydrofilności z zagiętą końcówką – 20 szt.

Parametry wymagane:

- średnica 0,038 lub 0,035 długość 250 +/- 10 cm

- dobra widoczność w skopii
- stałość konstrukcji
- pokrycie hydrofilne bez oplotu
- ciągłość materiału zabezpieczająca bezpieczeństwo zabiegu
- sztywna część proksymalna
- kąt zagięcia końcówki 45°

Parametry oceniane:

- sprężystość 1 - 3 pkt
- odporność na odkształcenia 1 – 3 pkt

- Zamawiający informuje, że Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w poszczególnych zadaniach 1 - 16 będzie zobowiązany do utworzenia w siedzibie Zamawiającego „Banku sprzętu” w ilości 20% wymaganego w poszczególnych zadaniach asortymentu w terminie dwóch tygodni licząc od daty zawarcia umowy. Sprzęt dostarczony w ramach „Banku” będzie własnością Wykonawcy do chwili wykorzystania go przez Zamawiającego, o czym Wykonawca zostanie powiadomiony na piśmie.
- Zamawiający informuje, że Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w zadaniach 1 - 16 zobowiązany będzie do uzupełnienia stanu posiadania programatorów o:
 - 4 sztuki, jeżeli obecny stan posiadania 0
 - 3 sztuki, jeżeli obecny stan posiadania 1
 - 2 sztuki, jeżeli obecny stan posiadania 2
 - 1 sztukę, jeżeli obecny stan posiadania 3
 - 0 sztuk, jeżeli obecny stan posiadania 4 i więcej
- Zamawiający informuje, że oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia w danym zadaniu oraz spełniać wymagania opisu przedmiotu zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona jako nieodpowiadająca treści SIWZ.
- Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia standardy odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia (jest to sprzęt wysokospecjalistyczny) oraz uwzględnił w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia zgodnie z art. 91 ust. 2a ustawy PZP.

IV. Termin realizacji zamówienia - przez okres 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.

V. Warunki udziału w postępowaniu.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 - 1) nie podlegają wykluczeniu;
 - 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
 - a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie,
 - b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie,
 - c) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

VI. Podstawy wykluczenia.

- Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu w przypadku wystąpienia przesłanek wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy PZP.
- Zamawiający wyklucza również Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 3 ustawy PZP.

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw odrzucenia.

1. Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.

Wykonawcy winni przedłożyć następujące dokumenty:

1) aktualne na dzień składania ofert **oświadczenie** w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ w **formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia** (dalej zwanego „JEDZ”) – załącznik nr 2 do SIWZ.

a) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia formularz JEDZ składa każdy z Wykonawców (w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów selekcji wypełniony w zakresie, w jakim Wykonawca wykazuje ich spełnianie);

b) w przypadku podmiotów trzecich:

- JEDZ podmiotu trzeciego składa Wykonawca jeżeli powołuje się na jego zasoby w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji;
- JEDZ powinien być wypełniony w zakresie, w jakim Wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego;
- JEDZ powinien dotyczyć także weryfikacji podstaw wykluczenia podmiotu trzeciego; – dotyczy zarówno sytuacji, gdy podmiot trzeci nie będzie Podwykonawcą w trakcie realizacji zamówienia, jak i sytuacji gdy takim Podwykonawcą będzie;

c) w przypadku Podwykonawców:

- dotyczy Podwykonawców wskazanych przez Wykonawcę, którym Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia;
- JEDZ powinien dotyczyć weryfikacji podstaw wykluczenia;
- JEDZ Podwykonawcy składa Wykonawca.

2) instrukcja wypełniania JEDZ-a jest dostępna pod adresem:

https://www.uzp.gov.pl/_data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf;

3) w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu **oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej**, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP – załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

W przypadku **gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Zamawiający dopuszcza złożenie ww. oświadczenia wraz z ofertą.

2. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy:

1) **informacja z Krajowego Rejestru Karnego** w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) **zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego** potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem

- terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- 3) **zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego** albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 - 4) **odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
 - 5) **oświadczenie Wykonawcy** o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
 - 6) **oświadczenie Wykonawcy** o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
 - 7) **oświadczenie Wykonawcy** o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów o których mowa w:
- 1) rozdziale VII ust. 3 pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 - 2) rozdziale VII ust. 3 pkt 2–4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 - b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę

- lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
6. Dokumenty lub oświadczenia należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca albo podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca - odpowiednio, w zakresie dokumentów/ oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
 7. Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów/ oświadczeń, lub złożenie dokumentu/ oświadczenia w niewłaściwej formie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania (po dokonaniu czynności przewidzianych w art. 26 ust. 3 ustawy PZP).
 8. Wszelkie druki stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ są wzorami mającymi ułatwić Wykonawcy złożenie oferty. Dopuszcza się zastosowanie innych druków oświadczeń pod warunkiem, że będą one zawierały wszystkie wymagane w SIWZ informacje.

VIII. Dokumenty potwierdzające, że oferowana dostawa odpowiada określonym przez Zamawiającego wymaganiom oraz informacje i oświadczenia, które musi zawierać oferta.

1. Informacje i oświadczenia, które musi zawierać oferta:
 - 1) **Formularz „oferta Wykonawcy”** (zał. nr 1 do SIWZ);
 - 2) **Oferta cenowa** przygotowana w sposób podany w SIWZ str. 22.
2. Zamawiający informuje, że niezłożenie oświadczeń, informacji określonych w ust. 1 pkt 1 i 2 spowoduje odrzucenie oferty.
3. Dokumenty potwierdzające, że oferowana dostawa odpowiada określonym przez Zamawiającego wymaganiom:
 - 1) **Karty katalogowe/ ulotki** oferowanego przedmiotu zamówienia;
 - 2) **Charakterystyka techniczno – jakościowa oferowanego przedmiotu zamówienia** z podaniem nazwy handlowej. Charakterystyka musi zawierać co najmniej dane na temat parametrów wymaganych określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający informuje, że niezłożenie dokumentów określonych w ust. 3 pkt 1, 2 spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający uprzednio zastosuje art. 26 ust. 3 i 4 ustawy PZP – są to dokumenty potwierdzające, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego.
5. Dokumenty określone w ust. 3 Wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy.

XI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

1. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy zakupowej znajdującej się pod adresem:
<https://szpital-zam.ezamawiajacy.pl>
oraz poczty elektronicznej adres: **zamowienia@szpital.zam.pl**.
2. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem DZP.3320.72.20.
3. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji (innych niż oferta) przekazywanych na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail Zamawiającego. W przypadku skorzystania z Platformy za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/ wysłania na Platformie.
4. Ogólne zasady korzystania z Platformy:

- 1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie <https://szpital-zam.ezamawiajacy.pl> lub <https://oneplace.marketplanet.pl>;
- 2) Wykonawca po wybraniu opcji „przystap do postępowania” zostanie przekierowany do strony <https://oneplace.marketplanet.pl>, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”;
- 3) rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu;
- 4) po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej w zakładce "Pytania i odpowiedzi". Za datę przekazania zawiadomień oraz informacji przyjmuje się ich datę wczytania do Systemu.
5. Zamawiający informuje, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa Tel. +48 22 5768790, e-mail: oneplace.admin@marketplanet.pl.
6. Zamawiający, zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych - zwane dalej „Rozporządzeniem”, określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako:
 - 1) dokumenty w formacie „pdf” zaleca się podpisywać formatem PadES;
 - 2) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć oddzielny plik z podpisem.
8. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
 - 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
 - 2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
 - 3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
 - 4) włączona obsługa JavaScript;
 - 5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
9. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia, określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: pdf, excel, doc, zip.
10. Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj. plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otwarcia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.
11. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Instytutu Miar.

12. W sprawach formalnych Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Agata Bosiak tel. 84 677 33 29.
13. Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszej SIWZ kierowane w formie ustnej lub drogą telefoniczną.
14. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

X. Wymagania dotyczące wadium

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości **59 530,00 zł** (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści złotych) za całość przedmiotu zamówienia. Wysokość wadium dla poszczególnych zadań wynosi:

Zadanie 1 – 900,00 zł	Zadanie 17 – 2 200,00 zł	Zadanie 33 – 100,00 zł
Zadanie 2 – 5 800,00 zł	Zadanie 18 – 1 500,00 zł	Zadanie 34 – 100,00 zł
Zadanie 3 – 1 900,00 zł	Zadanie 19 – 1 500,00 zł	Zadanie 35 – 50,00 zł
Zadanie 4 – 1 600,00 zł	Zadanie 20 – 600,00 zł	Zadanie 36 – 50,00 zł
Zadanie 5 – 2 100,00 zł	Zadanie 21 – 400,00 zł	Zadanie 37 – 350,00 zł
Zadanie 6 – 900,00 zł	Zadanie 22 – 700,00 zł	Zadanie 38 – 50,00 zł
Zadanie 7 – 700,00 zł	Zadanie 23 – 50,00 zł	Zadanie 39 – 400,00 zł
Zadanie 8 – 1 300,00 zł	Zadanie 24 – 900,00 zł	Zadanie 40 – 2 300,00 zł
Zadanie 9 – 500,00 zł	Zadanie 25 – 400,00 zł	Zadanie 41 – 700,00 zł
Zadanie 10 – 1 100,00 zł	Zadanie 26 – 200,00 zł	Zadanie 42 – 50,00 zł
Zadanie 11 – 4 800,00 zł	Zadanie 27 – 300,00 zł	Zadanie 43 – 10,00 zł
Zadanie 12 – 1 800,00 zł	Zadanie 28 – 50,00 zł	Zadanie 44 – 50,00 zł
Zadanie 13 – 3 100,00 zł	Zadanie 29 – 200,00 zł	Zadanie 45 – 50,00 zł
Zadanie 14 – 4 800,00 zł	Zadanie 30 – 1 000,00 zł	Zadanie 46 – 50,00 zł
Zadanie 15 – 5 700,00 zł	Zadanie 31 – 1 800,00 zł	Zadanie 47 – 20,00 zł
Zadanie 16 – 6 300,00 zł	Zadanie 32 – 100,00 zł	

2. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 w Banku PEKAO S.A. I Oddział Zamość nr: 87 1240 2816 1111 0010 3901 4026.
4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. przed **18 listopada 2020 r. godz. 11:00**. Wadium w sposób fizyczny musi wpłynąć do Zamawiającego w wyznaczonym terminie. Niewniesienie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, spowoduje odrzucenie oferty.
5. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa

w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

8. Zamawiający zatrzyma także wadium wraz z odsetkami Wykonawcy, którego oferta została wybrana jeżeli:
- 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
 - 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

XI. Termin związania ofertą.

1. Wykonawca pozostanie związany ofertą przez 60 dni. Bieg terminu rozpocznie się wraz z upływem terminu składania ofert. Co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
2. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wadium to zostało wniesione w sposób nieprawidłowy albo nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą, zostanie odrzucona. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.

XII. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: <https://szpital-zam.ezamawiajacy.pl>. Złożenie oferty wraz z załącznikami następuje poprzez polecenie „Złóż ofertę”. Potwierdzeniem prawidłowo złożonej oferty jest komunikat systemowy „Oferta złożona poprawnie”. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przetworzenia transakcji na platformie. Po zapisaniu plik jest w systemie zaszyfrowany. Jeśli Wykonawca zamieścił niewłaściwy plik można go usunąć zaznaczając plik i klikając polecenie „usuń”. Wykonawca składa ofertę w formie zaszyfrowanej dlatego też oferty nie są widoczne do momentu odszyfrowania ich przez Zamawiającego.
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych doc, docx, pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ofertę należy złożyć w oryginale.
3. Do oferty należy dołączyć JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę, skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
4. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
5. Oferta powinna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną do reprezentacji firmy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w Krajowym Rejestrze Sądowym/ CEIDG lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub osobę posiadającą stosowne pełnomocnictwo.

6. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe lub alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
7. Oferta winna być złożona przed upływem terminu składania ofert.
8. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
9. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie.
10. Oferta wraz z wszelkimi oświadczeniami i pozostałymi dokumentami jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę, zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione.
11. W przypadku, gdy Wykonawca chce zastrzec informacje zawarte w ofercie, musi:
 - 1) załączyć szczegółowe uzasadnienie wykazujące, że zastrzeżone w ofercie informacje spełniają łącznie trzy warunki:
 - mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub inny posiadający wartość gospodarczą,
 - nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej,
 - podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności;
 - 2) dane objęte tajemnicą przedsiębiorstwa załączyć do oferty w sposób wskazany w ust. 4 niniejszego rozdziału.
12. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku złożenia ofert wspólnych oferta musi spełniać następujące wymagania:
 - 1) każdy z Wykonawców ubiegający się wspólnie (np. konsorcjum) o zamówienie oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1), 2) i 3) ustawy PZP i przedstawić dokumenty wymienione w rozdziale XII SIWZ;
 - 2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie;
 - 3) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie niniejszego zamówienia;
 - 4) umocowanie może wynikać z treści umowy lub może zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą i określeniem zakresu umocowania;
 - 5) korespondencja i rozliczenia będą dokonywane wyłącznie z pełnomocnikiem;
 - 6) składając oferty wspólne na formularzu "oferta Wykonawcy" i w innych dokumentach dołączonych do oferty w miejscu nazwy i adresu „Wykonawcy” należy wymienić wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie.
13. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ust. 12, została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
14. Zamawiający wymaga, aby umowa, o której mowa w ust. 13, zawierała co najmniej postanowienia dotyczące:
 - 1) stron umowy;
 - 2) czasu trwania;
 - 3) solidarnej odpowiedzialności każdego z Wykonawców oferty wspólnej wobec Zamawiającego.
15. Należy umieścić w ofercie spis treści z wyszczególnieniem ilości arkuszy (kartek lub stron) wchodzących w skład oferty.
16. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
17. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
18. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
19. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem

terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku lub dotyczyć będzie udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

20. W uzasadnionych przypadkach w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający może zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej.
21. Zamawiający przedłuży określony termin składania ofert jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach oraz zmiany zamieści na stronie internetowej.
22. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. **Termin składania ofert upływa 18 listopada 2020 r. o godzinie 11:00.** Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy pod adresem: <https://szpital-zam.ezamawiajacy.pl>.
2. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **18 listopada 2020 r. o godz 12:00** w siedzibie Zamawiającego, tj. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II ul. Aleje Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość, pok. 210.
4. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
6. Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane nazwy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz informacje zawarte w ofertach zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy PZP.
7. Informacje, o których mowa w przepisie art. 86 ust. 5 ustawy PZP, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego niezwłocznie po otwarciu ofert.

XIV. Opis sposobu obliczania ceny.

1. **Wykonawcy są zobowiązani do zachowania sposobu obliczania ceny (sporządzania oferty cenowej) zgodnie ze wzorem podanym:**
Nazwa towaru, nr katalogowy, jednostka miary, ilość, cena jednostkowa netto (bez podatku VAT), stawka podatku VAT, cena jednostkowa brutto (z podatkiem VAT), łączna cena netto pozycji (wynik pomnożenia ilości przez cenę jednostkową netto), łączna cena brutto pozycji (łączna cena netto powiększona o VAT), kwota podatku VAT, producent, kraj pochodzenia. Cena ostateczna za całość przedmiotu zamówienia (suma cen łącznych) musi być podana w wartości netto (bez podatku VAT) i wartości brutto (z podatkiem VAT).
2. Ceny muszą być wyrażone w polskich złotych i muszą być podane zgodnie z obowiązującym w Polsce systemem monetarnym (zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku).
3. Zamawiający informuje, że rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone tylko w złotych polskich.
4. Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydadzą się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny.
5. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
6. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena

wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

XV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów.

1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny:

2. Dla zadań 17, 23, 26, 34 – 36, 38, 39, 41 – 45:

1) Cena – 100%

Kryterium „Cena” - będzie oceniana na podstawie oferty cenowej. Najwyżej oceniona zostanie oferta o najniższej cenie. Porównywane będą ceny ostateczne brutto za całość przedmiotu zamówienia w danym zadaniu.

Sposób obliczania punktów za kryterium „Cena”: przyjmuje się zasadę poziomego odniesienia - w tym przypadku stosunek ceny minimalnej do ceny oferty badanej. Uwzględniając wartość tego kryterium 100 punktów (1% = 1 pkt) obliczamy przyznaną liczbę punktów dla danej oferty mnożąc wyliczony współczynnik przez wagę kryterium tj. 100 pkt.

3. Dla zadań 1 – 16, 18 – 22, 24, 25, 27 – 33, 37, 40, 46, 47:

1) Cena – 60%

2) Ocena techniczna – jakość – 40%

Kryterium „Cena” - będzie oceniana na podstawie oferty cenowej. Najwyżej oceniona zostanie oferta o najniższej cenie. Porównywane będą ceny ostateczne brutto za całość przedmiotu zamówienia w danym zadaniu.

Sposób obliczania punktów za kryterium „Cena”: przyjmuje się zasadę poziomego odniesienia - w tym przypadku stosunek ceny minimalnej do ceny oferty badanej. Uwzględniając wartość tego kryterium 60 punktów (1% = 1 pkt) obliczamy przyznaną liczbę punktów dla danej oferty mnożąc wyliczony współczynnik przez wagę kryterium tj. 60 pkt.

Kryterium „Ocena techniczna - jakość” – będzie oceniana na podstawie złożonej charakterystyki techniczno – jakościowych/ kart katalogowych/ ulotek oferowanego przedmiotu zamówienia w zakresie parametrów ocenianych oraz na podstawie złożonych próbek. Najwyżej będzie oceniona oferta, która zaoferuje sprzęt o najwyższej jakości i najlepszych parametrach ocenianych.

Zasady przyznawania punktów wstępnych:

- przy ocenie parametrów niemierzalnych (np. manewrowość) ocena będzie następująca: 3 pkt - b. dobry, 2 pkt - dobry, 1 pkt – dostateczny,
- w zadaniach 1 – 16 oraz 40 parametry oceniane mają określone i konkretne wartości punktowe. W przypadku braku danego parametru ocenianego bądź jego niespełnienia wartość punktowa będzie równała się 0 pkt.
- Wykonawca powinien dostarczyć próbki oferowanego przedmiotu zamówienia w następujących ilościach:
 - po 2 szt. w zad. 27, 28
 - po 1 szt. w zad. 18 – 22, 24, 25, 29, 30 – 32, 46, 47

Próbki stanowią integralną część oferty i nie będą podlegały zwrotom. Brak wymaganych próbek spowoduje przyznanie Wykonawcy 0 pkt w danym parametrze ocenianym. Próbki zostaną wykorzystane w praktyce (tj. w trakcie badań i zabiegów) do oceny technicznej, jakości.

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wykazu dostarczonych próbek. Wykaz powinien zawierać: nazwę i numer zadania, nazwę próbki, nazwę własną próbki stosowaną przez producenta, numer katalogowy, określenie producenta, ilość. Przedmiotowe próbki należy dostarczyć do siedziby zamawiającego: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, Al. Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość, pok. 248, w nieprzekraczalnym terminie wyznaczonym do składania ofert tj. **do dnia 18 listopada**

2020 r. godz. 11:00.

- Wykonawca powinien wraz z ofertą przedstawić informacje odnoszące się do parametrów ocenianych (charakterystykę techniczno – jakościową/ karty katalogowe/ ulotki oferowanego przedmiotu zamówienia w zakresie parametrów ocenianych). W przypadku braku w ofercie danego parametru ocenianego bądź określenia go w innych jednostkach niż wymagane wartość punktowa będzie równała się 0 pkt. Informacje nt. parametrów ocenianych oraz wymagane próbki nie podlegają uzupełnieniu stosownie do art. 26 ust. 3 ustawy PZP.

Sposób obliczania punktów za kryterium „Ocena techniczna – jakość”: punkty wstępne uzyskane za parametry podlegające ocenie będą podstawą do obliczenia punktów porównywalnych. Przyjmuje się zasadę poziomu odniesienia tj. stosunek oceny oferty badanej (ilość uzyskanych punktów wstępnych przez ofertę badaną) do oceny oferty maksymalnej (największa uzyskana ilość punktów wstępnych). Uwzględniając wartość tego kryterium 40 pkt (1 pkt = 1%) obliczamy liczbę punktów dla danej oferty mnożąc wyliczony współczynnik przez wagę kryterium tj. 40 pkt.

4. Za ofertę najkorzystniejszą złożoną w ramach tego przetargu zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów za wszystkie kryteria oceny.

XVI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
 - 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
 - 2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;
 - 3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty;
 - 4) unieważnieniu postępowania
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 4 na stronie internetowej.
3. Zamawiający zawrze umowę w terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania drogą elektroniczną zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający będzie mógł zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa wcześniej, jeżeli w niniejszym przetargu nieograniczonym zostanie złożona tylko jedna oferta.
4. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy będzie tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ.
5. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy jedynie w przypadkach określonych we wzorze umowy.

XVII. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVIII. Wszystkie istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy są w załączniku nr 4 do SIWZ - wzór umowy.

XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia

- doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.
 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechaniu czynności do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
 4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
 6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
 7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 ustawy wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
 8. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
 - 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
 - 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
 9. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. Złożenie oferty wariantowej spowoduje jej odrzucenie jako niezgodnej z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający wymaga by termin płatności wynosił 60 dni od daty otrzymania faktury VAT.

Sporządziła: Agata Bosiak

Zaakceptowała: Anna Kokoć