

Zadanie nr 1 – Materac szpitalny z pokrowcem w ilości 20 kpl

Lp.	Wymagane parametry	Wymagane parametry	Oferowane parametry
1.	Asortyment fabrycznie nowy, rok produkcji minimum 2023 Producent Model Kraj pochodzenia	Tak podać	
2.	Materac szpitalny jednoczęściowy, gąbkowy	Tak podać	
3.	Gęstość gąbki minimum 25 kg / m ³ (T25)	Tak podać	
4.	Wymiary materaca: - długość 200 cm - szerokość 90 cm - wysokość 10 cm	Tak podać	
5.	W komplecie pokrowiec na materac z materiału zmywalnego, kolor jasny, zamykany na zamek	Tak podać	
6.	Gwarancja minimum 24 miesiące	Tak podać	

Wymogiem jest aby wartości podane w kolumnie „Wymagane parametry” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne urządzenia. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji w wyznaczonym przez siebie terminie. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Zadanie nr2

Materac przeciwodłężynowy zmiennociśnieniowy z pompą – 15 sztuk

Lp.	Nazwa parametru	Wymaganie graniczne	Wartość oferowana
1.	Urządzenie fabrycznie nowe, 2024 rok produkcji Producent Model/typ Kraj pochodzenia	TAK podać	
1.	Wymiary materaca po napompowaniu 195 x 85cm (+/- 5 cm)	TAK podać	
1.	Wysokość materaca po napompowaniu min. 11 cm	TAK podać	
1.	Min. 18 wymiennych komór poprzecznych, wykonanych z elastycznego, nieusztynionego trwałego poliuretanu odpornego na rozciąganie i pęknięcia. Komory powinny napełnić się i opróżniać na przemian co trzecia.	TAK opisać	
1.	Materac wyposażony w pasy mocujące oraz zawór reanimacyjny CPR. Komory materaca z zabezpieczeniem antyrotacyjnym	TAK opisać	
1.	Materac pokryty odpinanym na zamek błyskawiczny z okapnikiem półprzepuszczalnym pokrowcem z tworzywa przepuszczającego powietrze i parę wodną, ale nie przepuszczającego płynów, rozciągliwego we wszystkich kierunkach, z możliwością mycia i dezynfekcji w temp. min. 90 st. C i suszenia w temp. min. 100 st. C.	TAK podać	
1.	Materac wytrzymały na obciążenie sięgające 180 kg masy ciała pacjenta	TAK podać	
1.	Pompa z manualną regulacją ciśnienia w zakresie min. od 10 do 50 mmHg	TAK podać	
1.	Wydajność pompy min. 9 l/min	TAK podać	
1.	Czas trwania pełnego cyklu 12 min. (+/- 2 min)	TAK podać	
1.	System utrzymania ciśnienia wewnątrz komór materaca przy braku zasilania (funkcja transportowa)	TAK opisać	
1.	Pompa wyposażona w: - przewód zasilający o dł. min 4m - wizualny alarm spadku ciśnienia - szybkozłączkę - zaczepy do zawieszenia na łóżku - funkcję trybu statycznego - wymienny zewnętrzny filtr antybakteryjny - instrukcję obsługi na obudowie pompy w języku polskim	TAK opisać	

Wymogiem jest aby wartości podane w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania w wyznaczonym przez siebie terminie dokonania przez Wykonawcę prezentacji/pokazu oferowanego materaca.

Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ