



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ^(A)

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość dnia 12 sierpnia 2016r.



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005

AG.ZP 3320.46. .16

Dotyczy: zmiany treści SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. przetargu nieograniczonego na **dostawę jednorazowego sprzętu diagnostycznego i stentów uwalniających leki dla Pracowni Hemodynamiki Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu** w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

Zmiana opisu przedmiotu zamówienia dot. zadania nr 22 – Stent wieńcowy bezpolimerowy uwalniający lek.

Obowiązujący opis przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 22 – Stent wieńcowy bezpolimerowy uwalniający lek to:

Warunki techniczne wymagane:

- na balonie semicompliant
- rejestracja jako "drug eluting stent" (stent uwalniający lek)
- długości w zakresie 8-36mm dla średnic 2.5-3.5mm
- średnice w zakresie 2.25-3.0mm dla średnicy 3.0mm co najmniej 8 rozmiarów
- substancja czynna biolimus A9 uwalniana na zewnętrznej części stentu bez użycia polimeru.
- ciśnienie nominalne 6atm dla pełnego zakresu średnic
- dobra widoczność w skopi
- publikacje z udokumentowanymi danymi dotyczącymi późnej zakrzepicy- co najmniej jedna publikacja w dowolnym ogólnoligistycznym czasopiśmie medycznym (badania randomizowane)

Warunki techniczne oceniane:

-profil (wyrażony w mm) max ocena za najniższy profil max 5 pkt.



tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Jednocześnie zamawiający informuje że ulega zmianie termin składania ofert, otwarcia ofert i wnoszenia wadium. Obowiązujące terminy to:

termin składania ofert to **23 sierpnia 2016r godz. 12:00**

termin otwarcia ofert to **23 sierpnia 2016r godz. 13:00**

termin wnoszenia wadium to **23 sierpnia 2016 r do godz. 12:00**

**lek. med. Marek Lipiec
Z-ca Dyrektor ds. Lecznictwa
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu**