

Zamość, dnia 13 września 2017 r.

AG.ZP.3320.58. .17

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę stymulatorów jedno i dwujamowych oraz elektrod. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienia:

**1. Pytanie dot. zadania 1:**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatora do stymulacji sekwencyjnej DDD-R z funkcją aktywnego szukania własnego rytmu komór nie posiadającego funkcji rate drop? Stymulator posiada funkcję rate fading (rate smoothing) oraz bezprzewodową komunikację z programatorem, śródklatkowy pomiar płynów i jest przystosowany do badania MRI (full body scan) pod warunkiem użycia certyfikowanych elektrod.

**Wyjaśnienie: Nie.** Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**2. Pytanie dot. zadania 5:**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatora z automatyką do stymulacji jednojamowej SSI-R posiadającego czułość przedsionka w zakresie 0,5 – 7,5 mV, niewiele różniący się od parametru wymaganego?

**Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza taką możliwość.**

**3. Pytanie dot. zadania 6:**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatora MRI z elektrodą i automatyką do stymulacji jednojamowej SSI-R posiadającego czułość przedsionka w zakresie 0,5 – 7,5 mV, niewiele różniący się od parametru wymaganego?

**Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza taką możliwość.**

**4. Pytanie dot. zadania 16:**

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie w postępowaniu przewodników hydrofilnych spełniających wszystkie wymagania SIWZ, których dodatkową zaletą jest konstrukcja z metalowym oplothem, co podnosi jakość produktu.

**Wyjaśnienie: Nie.**

**5. Pytanie dot. zadania 16:**

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w zadaniu 16 przewodników hydrofilnych o końcówce zagiętej 45 stopni, zamiast „J”. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

**Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza taką możliwość.**

**6. Pytanie dot. zapisów wzoru umowy:**

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po  
ISO 9001 : 2008  
Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po  
ISO 14001 : 2004  
Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po  
PN-N 18001 : 2004  
Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po  
OHSAS 18001 : 2007  
Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po  
ISO 27001 : 2013  
Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po  
ISO 22000 : 2005



tel. Centrala  
84 6773333

tel. Sekretariat  
84 6773300

Fax  
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział  
w Zamościu  
61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524

obowiązki umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT? (dot. § 4 ust. 2 wzoru umowy nr 1 oraz § 6 ust. 2 wzoru umowy nr 2).

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy wzoru umowy.

**7. Pytanie dot. zapisów wzoru umowy:**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1 wzoru umowy nr 1:

1. Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy przedmiotu umowy albo poszczególnych jego części, określonego w § 2 ust. 1, w wysokości 0,2% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień roboczy zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej części dostawy.

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy wzoru umowy.

**8. Pytanie dot. zapisów wzoru umowy:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania, której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. § 1 ust. 3 wzoru umowy nr 2).

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy wzoru umowy.

**9. Pytanie dot. zapisów wzoru umowy:**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1 wzoru umowy nr 2:

1. Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną:

1) w przypadku niedotrzymania terminu utworzenia Banku w wysokości 0,2% wartości brutto sprzętu mającego być przedmiotem Banku zgodnie z § 2 ust. 1 za każdy dzień roboczy zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto sprzętu mającego być przedmiotem Banku.

2) w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy przedmiotu umowy albo poszczególnych jego części w wysokości 0,2% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień roboczy zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej części dostawy.

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
lek. med. Andrzej Mielcarek