



W SŁUŻBIE PACJENTOM

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ^(A)

22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10

Zamość 25.05.2020.



rtyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001:2015

rtyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001:2015

rtyfikat nr 51705/X/0001/UA/Po
PN-N 18001:2004

rtyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001:2007

rtyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001:2013

rtyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000:2005



KOMITET
UPOWSZECHNIANIA
KARMIEŃIA
PIERSIĄ



Szpital
bez bólu

tel. centrala:
84 677 33 33

tel. sekretariat:
84 677 33 00

fax:
84 638 66 69

www.szpital.zam.pl

e-mail:
zpital@szpital.zam.pl

NIP: 922-22-92-491

REGON: 006050134

KRS: 0000021024

TEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

AG.Z.2150.27.1.04899/2020

Dotyczy: Odpowiedzi na pytania

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje, iż wpłynęło pytanie do postępowania o udzielenie zamówienia do 30.000 EURO nr AG.Z.2150.27.1.2020 na dostawę 3 szt pomp insulinowych o następującej treści:

- W załączniku nr 2, Pkt. 10, parametr wymagany „Pompa z systemem CGM”. Prosimy o wyjaśnienie, czy Ciągłe Monitorowanie Glikemii ma być cechą pompy i jej funkcją zintegrowaną z pompą insulinową, by była możliwość odczytu danych z systemu ciągłego monitorowania bezpośrednio z ekranu pompy?

Odpowiedź.

W odpowiedzi na w/w pytanie Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje:

- **TAK, CGM ma być funkcją zintegrowaną z pompą insulinową – możliwość odczytu CGM z ekranu pompy.**

p.p. DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Marta Węgrzyn
lek. med. Marta Węgrzyn - Bąk