



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10

Zamość, dnia 03 czerwca 2019 r.



AG.ZP 3320.39.19



Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego **na dostawę materiału szewnego**. Poniżej podajemy treść wniosków i wyjaśnienia:

1. Zadanie 16. Czy Zamawiający dopuści do postępowania ofertę zakupu taśmy do operacyjnego leczenia WNM o następujących parametrach:

– taśma polipropylenowa, monofilamentowa, makroporowa o długości 44 cm i szerokości 1,2 cm. Przestrzenie międzywłóknowe o wielkości 750 - 2073 μm . Taśma zakończona pętlami do podłączenia igieł. Taśma posiada wzdłużne pętelkowe zakończenie brzegów niebieską nicią, zapewniające atraumatyczne przejście przez tkanki. Taśma wykonana w technologii bezwęzłowej, z pamięcią kształtu wzdłużną i poprzeczną. Gramatura 58g/m². Grubość taśmy 0,47 mm. Taśma umieszczona w plastikowej osłonce;

- dwie wielorazowe igły o średnicy ostrza 3,5 mm z uchwytemi o ostrzach wyprofilowanych heliakalnie do zakładania taśmy przez otwory zasłonowe. Igły z zakończeniem kotwicznym umożliwiającym połączenie z pętlami na końcach taśmy.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

2. Zadanie 10 pozycje 1, 2. Czy Zamawiający dopuści do postępowania opatrunk hemostatyczny Woundclot™ o wymiarach 5 cm x 5 cm wykonany z nieoksydowanej celulozy, wzmocniony na poziomie molekularnym, przeznaczony do tamowania krwawień, nie wymagający mocnego ucisku, zdolność do absorpcji płynów w kontakcie z krwią wynosi 2500% jego własnej wagi?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

3. Zadanie 10 pozycje 1, 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany po 2 szt. w saszetce z przeliczeniem zamawianych ilości?

Wyjaśnienie: Tak.

4. Zadanie 10 poz. 1, 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1, 2 z zadania 10 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

5. Zadanie nr 9 poz. 7. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie ww. produktów do osobnego

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
Im. Papieża Jana Pawła II 10 w Zamościu –
AG.ZP 3320. 39.19 wyjaśnienie SIWZ

Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po

ISO 9001:2015

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po

ISO 14001:2015

Certyfikat nr 51705/X/0001/UA/Po

PN-N 18001:2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po

OHSAS 18001:2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po

ISO 27001:2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po

ISO 22000:2005



KOMITET
UPOWSZECHNIANIA
KARMIEŃIA
PIERSIĄ



tel. centrala:
84 677 33 33

tel. sekretariat:
84 677 33 00

fax:
84 638 66 69

www.szpital.zam.pl

e-mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP: 922-22-92-491

REGON: 006050134

KRS: 0000021024

PEKAO S.A. | Oddział
w Zamościu

pakietu. Wydzielenie ww. pozycji spowoduje dopuszczenie innych firm do udziału oraz zaproponowanie konkurencyjnych cen przy jakości wymaganej przez Zamawiającego.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wosku kostnego składającego się z wosku pszczelego 70%, parafiny 18% oraz palmitynianu izopropylu 12% ? Palmitynian izopropylu jest substancją zmiękczającą. W sztabkach 2,5 g.

Wyjaśnienie: Nie. Zgodnie z SIWZ.

6. Zadanie nr 10 poz. 3. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie ww. produktów do osobnego pakietu. Wydzielenie ww. pozycji spowoduje dopuszczenie innych firm do udziału oraz zaproponowanie konkurencyjnych cen przy jakości wymaganej przez Zamawiającego.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

7. Dot. Zadania 1 poz. 10,11. Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z Zadania.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

8. Dot. Zadania 2 poz. 3,4,6. Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach igły okrągłej z tnącym ostrzem (przyostrzonej), pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

9. Dot. Zadania 2 poz. 2,5. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji igłę okrągłą tępa, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

10. Dot. Zadania 2 poz. 7. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji igłę okrągłą bez określenia „rozwarstwiająca”, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

11. Dot. Zadania 3. Czy Zamawiający w w/w Zadaniu dopuści nici syntetyczne, jednowłóknowe, wchłaniające z kwasu glikolowego i kaprolaktanu o okresie wchłaniania 90-120 dni?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

12. Dot. Zadania 4. Czy Zamawiający w w/w Zadaniu dopuści nici syntetyczne, plecione, wchłaniające jednobarwne, wykonane w 100% z kwasu poliglikolowego o okresie wchłaniania 60-90 dni powlekane polikaprolaktanem i stearynianem wapnia?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

13. Dot. Zadania 4 poz. 1-4. Czy Zamawiający opisując igłę jako lekko pogrubioną uzna za spełnienie tego wymogu w przypadku zaoferowania przez Wykonawców igły okrągłej mocnej (igła mocna jest grubsza od igły okrągłej standardowej)?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

14. Dot. Zadania 5, 24. Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w Zadaniach nici syntetycznych, jednowłóknowych, polipropylenowych bez plastycznego odkształcania węzła i kontrolowanego rozciągania.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

15. Dot. Zadania 7 poz. 8. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igły odwrotnie tnącej z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point) lub igły odwrotnie tnącej kosmetycznej, przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego. W przypadku odpowiedzi odmownej zwracamy się z prośbą o wyłączenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

16. Dot. Zadania 8. Czy Zamawiający dopuści w w/w zadaniu szwy syntetyczne monofilamentowe, wchłaniające o okresie podtrzymywania tkankowego ok. 40% po 57 dniach, czas wchłaniania 180-210 dni?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ

17. Dot. Zadania 15 poz.1-4. Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach siatek niewchłaniających monofilamentowych, polipropylenowych, wielkość porów: 1,2-1,4mm +/- 0,1 mm; grubość: 0,55mm +/- 0,1; gramatura: 70 +/- 3 g/m²; grubość nici: 0,15mm +/-0,1mm.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

18. Dot. Zadania 21,23. Czy Zamawiający w w/w Zadaniu dopuści niewchłaniający syntetyczny szew jednowłóknowy polipropylenowy bez dodatku glikolu polietylenowego?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

19. Dot. Zadania 23 poz. 4. Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igły o długości 13mm?

Wyjaśnienie: W tym zadaniu brak pozycji nr 4.

20. Dot. Zadania 24. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach nici niewchłaniających, plecionych, poliestrowych powlekanych silikonem (bez adnotacji w dokumentach o tym, że rdzeń nici jest opleciony splotami).

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

21. Dot. Zadania 24, poz. 5. Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igły okrągłej z tnącym ostrzem (przyostrzonej), pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie: W zadaniu 24 brak pozycji nr 5.

22. Dot. Zadania 29. Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w Zadaniu nici wchłaniające syntetyczne, plecione, powlekane polikaprolaktonem i stearynią wapnia, jednokolorowe o okresie wchłaniania zgodne z SIWZ i zdolności podtrzymy-

wania tkankowego ok. 80% po 14 dniach, ok. 50% po 21 dniach oraz ok. 20% po 28 dniach.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

23. Dot. Zadania 30, poz. A. Czy Zamawiający wyłączy w/w pozycję do osobnego pakietu?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

24. Dot. Zadania 36. Czy Zamawiający w w/w pakiecie dopuści szwy syntetyczne, monofilamentowe, niepowlekanie, wchłaniające się w okresie 90-120 dni, składające się z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu, o czasie podtrzymywania ok. 4 tygodni (po 7 dniach ok. 70%, po 14 dniach ok. 40%, po 21 dniach ok. 15%, po 28 dniach ok. 5%)?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

25. Dot. Zadania 37, poz.6. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji szew z nitką o długości 50cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ ?

Wyjaśnienie: Tak.

26. Zadanie 17 Staplery liniowe.

Czy w Zadaniu nr 17 dopuszczają Państwo następujący opis: Poz. 1

Sterylny stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek, rozmiar 60 o długości linii zszywek 64 mm i długości linii cięcia 60 mm do stosowania wewnętrznego. Stapler wyposażony jest w zszywki ze stopu tytanu o wysokości 3,8 mm ułożone w 2 rzędach oraz dwustronną dźwignię do wystrzelenia ładunku.

Poz. 2

Ładunek do staplera liniowego o długości linii zszywek 64 mm i długości linii cięcia 60 mm, wysokość zszywek 3,8 mm.

Poz. 3

Sterylny stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek, rozmiar 80 o długości linii zszywek 84 mm i długości linii cięcia 80 mm do stosowania wewnętrznego. Stapler wyposażony jest w zszywki ze stopu tytanu o wysokości 4,8 mm ułożone w 2 rzędach oraz dwustronną dźwignię do wystrzelenia ładunku.

Poz. 4

Ładunek do staplera liniowego o długości linii zszywek 84 mm i długości linii cięcia 80 mm, wysokość zszywek 4,8 mm.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

27. Zadanie 18 Staplery okrężne

Czy w Zadaniu nr 18 dopuszczają Państwo następujący opis: Poz. 1

Jednorazowy stapler okrężny zakrzywiony z łamanym kowadełkiem lub bez, rozmiar: 26mm, średnica wewnętrzna 17 mm, kowadełko zaopatrzone w otwór do przeciągania szwu prowadzącego. W zestawie ładunek z dwoma naprzemiennymi szeregami tytanowych zszywek o przekroju koła. Zszywka o wysokości 4,8 mm z podwójnym zabezpieczeniem.

czeniu przed przypadkowym odpaleniem. System zamykania (SFS) zapewniający formowanie zszywek w kształt litery B, sterylny.

Poz. 2

Jednorazowy stapler okrężny zakrzywiony z łamanym kowadełkiem lub bez, rozmiar: 29 mm, średnica wewnętrzna 20 mm, kowadełko zaopatrzone w otwór do przeciągania szwu prowadzącego, w zestawie ładunek z dwoma naprzemiennymi szeregami tytanowych zszywek o przekroju koła. Zszywka o wysokości 4,8;mm z podwójnym zabezpieczeniem przed przypadkowym odpaleniem. System zamykania (SFS) zapewniający formowanie zszywek w kształt litery B, sterylny.

Poz. 3

Jednorazowy stapler okrężny zakrzywiony, z łamanym kowadełkiem lub bez, rozmiar: 32 mm, średnica wewnętrzna 24 mm, kowadełko zaopatrzone w otwór do przeciągania szwu prowadzącego, w zestawie ładunek z dwoma naprzemiennymi szeregami tytanowych zszywek o przekroju koła. Zszywka o wysokości 5,0;mm z podwójnym zabezpieczeniem przed przypadkowym odpaleniem. System zamykania (SFS) zapewniający formowanie zszywek w kształt litery B, sterylny.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

28. Zadanie 19 Szwy mechaniczne.

Czy w Zadaniu nr 19 dopuszczą Państwo następujący opis:

Sterylny stapler tnący stosowany w chirurgii onkologicznej: Jednorazowy stapler zamykająco tnący, długości linii szycia 40 mm i wysokość zszywek 4,8 mm (szczęki /główka prosta). Stapler umożliwi 8 wystrzeżeń ładunku podczas jednego zabiegu, zawierający ładunek do tkanki grubej.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

29. Czy w celu miarkowania kar umownych Kupujący dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów w §7 ust. 1,2:

1. Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy przedmiotu umowy albo poszczególnych jego części w wysokości 0,2% wartości brutto opóźnionej części dostawy za każdy roboczy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej części dostawy.

2. W przypadku niezuzupełnienia materiału szewnego w przypadkach reklamacji ilościowych lub nie dokonania wymiany na nowy w przypadku reklamacji jakościowych w terminach określonych w § 2 ust. 5 i 7, Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto reklamowanej części dostawy, za każdy dzień zwłoki w uzupełnieniu lub wymianie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanej części dostawy.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

30. §10 ust. 8: Jeżeli z wnioskiem o dokonanie zmiany wynagrodzenia występuje Zamawiający, jest on uprawniony do żądania od Wykonawcy przedstawienia dokumentów, z których będzie wynikać, w jakim zakresie okoliczności, o których mowa w ust. 5, mają wpływ na koszty wykonania zamówienia, w tym przedłożenia odpowiednich zestawień, o których mowa w ust. 4, terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego żądania Zamawiającego. W przypadku uchybienia wyznaczonemu terminowi, Wykonawca zapłaci karę umowną w wyso-

kości 50,00 zł. za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto części umowy, której dotyczy uchybienie.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

31. Zwracamy się do Państwa z prośbą o przesłanie edytowalnej wersji formularza JEDZ (xml) do postępowania wskazanego w temacie, ponieważ na stronie znajduje się plik w formacie PDF.

Wyjaśnienie: Zamawiający informuje, że formularz JEDZ, formularz „Oferta Wykonawcy”, opis przedmiotu zamówienia, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych w wersji edytowalnej jest na stronie internetowej szpitala www.szpital.zam.pl w zakładce Zamówienia publiczne – Zamówienia aktualne.

32. Dotyczy Zadania nr 16:

Czy zamawiający wymaga, aby struktura taśmy posiadała włókna skośne pod kątem 45° (struktura oczek w kształcie rombów - "karo", widoczna makroskopowo)? Struktura geometryczna taśmy z włóknami skośnymi zapewnia odporność na deformację i rozciąganie we wszystkich kierunkach.

Wyjaśnienie: Nie wymaga ale dopuszcza.

33. Czy Zamawiający w zad 13 wyrazi zgodę na złożenie oferty na stapler skórnym znanego amerykańskiego producenta, pakowany z zasobnikiem na 35 zszywek, posiadający wskaźnik ilości zszywek pozwalający na kontrolę zużycia i minimalizację strat zszywek, zszywki wykonane ze stali nierdzewnej, powlekane teflonem 6,5 mm, grzbiet x 4,7 mm, nóżka x 0,6 mm?

Wyjaśnienie: Tak.

34. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w zad 13 poz 2 na przyrząd wielorazowego użycia wykonany ze stali medycznej?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

35. Czy Zamawiający wydzieli z zad 13 poz 2?

Wyjaśnienie: Nie.

36. Dotyczy Zadania nr 1. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 1 szew syntetyczny, pleciony, wchłaniający z kwasu poliglikolowego, czas wchłaniania 60-90 dni?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

37. Dotyczy Zadania nr 1, Pozycji nr 1. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 1, Pozycji nr 1 igłę o długości 36mm oraz nić o długości 90cm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Wielkość igły tak, długość nitki nie.

38. Dotyczy Zadania nr 1, Pozycji nr 2. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 1, Pozycji nr 2 igłę wzmocnioną o długości 26mm oraz nić o długości 90cm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Wielkość igły tak, długość nitki nie.

39. Dotyczy Zadania nr 1, Pozycji nr 3. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 1, Pozycji nr 3 igłę o długości 40mm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

40. Dotyczy Zadania nr 1, Pozycji nr 5. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 1, Pozycji nr 5 igłę o długości 36mm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Tak.

41. Dotyczy Zadania nr 1, Pozycji nr 6. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 1, Pozycji nr 6 igłę o długości 40mm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

42. Dotyczy Zadania nr 1, Pozycji nr 7. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 1, Pozycji nr 7 igłę o długości 26mm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Tak.

43. Dotyczy Zadania nr 1, Pozycji nr 8. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 1, Pozycji nr 8 igłę o długości 26mm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Tak.

44. Dotyczy Zadania nr 1, Pozycji nr 10 i 11. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie z Zadania nr 1, Pozycji nr 10 i 11.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

45. Dotyczy Zadania nr 4. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 4 szew syntetyczny, pleciony, wchłaniający, jednobarwny, powlekany kaprolaktonem i stearynianem wapnia, czasie wchłaniania 60-90 dni?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

46. Dotyczy Zadania nr 4, Pozycji nr 1. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 4, Pozycji nr 1 igłę okrągłą bez katalogowego określenia „pogrubiona, lekko utwardzona”, pozostałe parametry bez zmian? Proponowana przez nas igła wykonana jest ze stopu stali A300 o wyjątkowo dużej odporności na odkształcenie.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

47. Dotyczy Zadania nr 4, Pozycji nr 2. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 4, Pozycji nr 2 igłę okrągłą bez katalogowego określenia „pogrubiona, lekko utwardzona” o długości 36mm, pozostałe parametry bez zmian? Proponowana przez nas igła wykonana jest ze stopu stali A300 o wyjątkowo dużej odporności na odkształcenie.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

48. Dotyczy Zadania nr 4, Pozycji nr 3. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 4, Pozycji nr 3 igłę o długości 36mm, pozostałe parametry bez zmian? Proponowana przez nas igła wykonana jest ze stopu stali A300 o wyjątkowo dużej odporności na odkształcenie.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

49. Dotyczy Zadania nr 4, Pozycji nr 4. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 4, Pozycji nr 4 igłę okrągłą bez katalogowego określenia „pogrubiona, lekko utwardzona” oraz nic o długości 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

50. Dotyczy Zadania nr 4, Pozycji nr 5. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 4, Pozycji nr 5 igłę o długości 40mm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

51. Dotyczy Zadania nr 4, Pozycji nr 8. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 4, Pozycji nr 8 nic o długości 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Tak.

52. Dotyczy Zadania nr 4, Pozycji nr 9. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 4, Pozycji nr 9 nic o długości 150cm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Tak.

53. Dotyczy Zadania nr 12, Pozycji nr 1. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 12, Pozycji nr 1 tasiemkę poliamidową, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Tak.

54. Dotyczy Zadania nr 12, Pozycji nr 2. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 12, Pozycji nr 2 tasiemkę o długości 90cm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

55. Dotyczy Zadania nr 15, Pozycji nr 1. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 15, Pozycji nr 1 siatkę o gramaturze 30 g/m² w rozmiarze 6,2x11,1cm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

56. Dotyczy Zadania nr 15, Pozycji nr 2. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 15, Pozycji nr 2 siatkę o gramaturze 30 g/m² w rozmiarze 10,1x15,1cm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

57. Dotyczy Zadania nr 15, Pozycji nr 3. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 15, Pozycji nr 3 siatkę o gramaturze 30 g/m² w rozmiarze 6x11cm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

58. Dotyczy Zadania nr 15, Pozycji nr 3. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 15, Pozycji nr 3 siatkę o gramaturze 45 g/m² w rozmiarze 6x13cm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

59. Dotyczy Zadania nr 15, Pozycji nr 4. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 15, Pozycji nr 4 siatkę o gramaturze 45 g/m², pozostałe parametry bez zmian? **Wyjaśnienie:** Zgodnie z SIWZ.

60. Dotyczy Zadania nr 21. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 21 szew polipropylenowy, pakowany na prosto, w celu zminimalizowania pamięci włókna po wyjęciu z opakowania, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Nie. Tego typu konfekcjonowanie powoduje zajęcie dużej powierzchni w miejscu przeznaczonym na materiał szewny. Obowiązuje SIWZ.

61. Dotyczy Zadania nr 21, Pozycji nr 3. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 21, Pozycji nr 3 igłę w kolorze srebrnym, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

62. Dotyczy Zadania nr 21, Pozycji nr 7 i 9. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 21, Pozycjach nr 7 i 9 igłę o długości 2x18mm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

63. Dotyczy Zadania nr 21, Pozycji nr 10. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 21, Pozycji nr 10 igłę o długości 2x36mm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

64. Dotyczy Zadania nr 22. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 22 bezpośrednio opakowania szwu w formie papier / folia zamiast opakowania w całości wykonanego z folii aluminiowej?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

65. Dotyczy Zadania nr 23. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 23 szew polipropylenowy, pakowany na prosto, w celu zminimalizowania pamięci włókna po wyjęciu z opakowania, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Nie. Tego typu konfekcja zajmuje za dużo miejsca na materiał szewny. Miejsce i tak jest ograniczone. Obowiązuje SIWZ.

66. Dotyczy Zadania nr 23, Pozycji nr 2. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 23, Pozycji nr 2 igłę okrągłą z precyzyjnym ostrzem mikro o długości 2x10mm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

67. Dotyczy Zadania nr 23, Pozycji nr 3. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 23, Pozycji nr 3 igłę o długości 2x10mm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

68. Dotyczy Zadania nr 24. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 24 szew polipropylenowy, pakowany na prosto, w celu zminimalizowania pamięci włókna po wyjęciu z opakowania, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Nie. Tego typu konfekcja zajmuje za dużo miejsca. Oddział ma ograniczone możliwości lokowania materiału szewnego. Obowiązuje SIWZ.

69. Dotyczy Zadania nr 24, Pozycji nr 1. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 24, Pozycji nr 1 igłę o długości 2x10mm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

70. Dotyczy Zadania nr 24, Pozycji nr 2. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 24, Pozycji nr 2 igłę okrągłą z precyzyjnym ostrzem mikro o długości 2x10mm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

71. Dotyczy Zadania nr 24, Pozycji nr 3. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 24, Pozycji nr 3 igłę okrągłą z precyzyjnym ostrzem mikro, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

72. Dotyczy Zadania nr 24, Pozycji nr 4. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 24, Pozycji nr 4 igłę o długości 2x22mm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

73. Dotyczy Zadania nr 25. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 25 bezpośrednio opakowania szwu w formie papier / folia zamiast opakowania w całości wykonanego z folii aluminiowej?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

74. Dotyczy Zadania nr 25, Pozycji nr 1-3. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 25, Pozycjach nr 1-3 igłę o długości 2x25mm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

75. Dotyczy Zadania nr 25, Pozycji nr 5. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 25, Pozycji nr 5 igłę wzmocnioną o długości 50mm oraz nić o długości 1x75cm, z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości w załączniku asortymentowo- cenowym, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

76. Dotyczy Zadania nr 27. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 27 szew powlekany silikonem, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

77. Dotyczy Zadania nr 27, Pozycji nr 1. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 27, Pozycji nr 1 igłę o długości 2x18mm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

78. Dotyczy Zadania nr 27, Pozycji nr 2. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 27, Pozycji nr 2 igłę o długości 2x18mm oraz podkładkę w rozmiarze 3x7x1,5mm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

79. Dotyczy Zadania nr 27, Pozycji nr 3. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 27, Pozycji nr 3 igłę o długości 2x25mm oraz podkładkę w rozmiarze 3x7x1,5mm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

80. Dotyczy Zadania nr 27, Pozycji nr 4. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 27, Pozycji nr 4 igłę o długości 2x25mm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

81. Dotyczy Zadania nr 27, Pozycji nr 5. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 27, Pozycji nr 5 igłę o długości 2x18mm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

82. Dotyczy Zadania nr 29. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 29 szew wchłaniaalny, syntetyczny, pleciony, powlekany kaprolaktonem i stearynianem wapnia, o czasie wchłaniania 60-90 dni oraz podtrzymywaniu tkankowym 65% po 14 dniach, 40% po 21 dniach?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

83. Dotyczy Zadania nr 29, Pozycji nr 1. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 29, Pozycji nr 1 igłę o długości 50mm oraz nić o długości 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

84. Dotyczy Zadania nr 29, Pozycji nr 2. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 29, Pozycji nr 2 igłę wzmocnioną o długości 40mm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

85. Dotyczy Zadania nr 29, Pozycji nr 3 i 4. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 29, Pozycjach nr 3 i 4 igłę o długości 36mm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

86. Dotyczy Zadania nr 29, Pozycji nr 6. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 29, Pozycji nr 6 igłę odwrotnie tnącą oraz nić o długości 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

87. Dotyczy Zadania nr 30, Pozycji nr 1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie z Zadania nr 30, Pozycji nr 1 do innego Zadania oraz o dopuszczenie w w/w Pozycji szwu stalowego o długości 45cm oraz igły okrągło-tnącej dedykowanej do zamykania mostka o długości 48mm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

88. Dotyczy Zadania nr 37, Pozycji nr 1. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 37, Pozycji nr 1 igłę o długości 6,4mm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Tak.

89. Dotyczy Zadania nr 37, Pozycji nr 2. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 37, Pozycji nr 2 igłę o długości 2x8mm oraz krzywiznie $\frac{1}{2}$ koła, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

90. Dotyczy Zadania nr 37, Pozycji nr 4, 5, 6. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 37, Pozycjach nr 4, 5, 6 igłę o długości 2x12mm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Tak.

91. Dotyczy Zadania nr 38, Pozycji nr 1. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 38, Pozycji nr 1 igłę o długości 2x 6,4mm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Tak. W opisie igła o rozmiarze 6,10 - 6,50 mm.

92. Dotyczy Zadania nr 38, Pozycji nr 2. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 38, Pozycji nr 2 igłę o długości 2x 6,4mm oraz nić o długości 45cm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Tak.

93. Dotyczy Zadania nr 38, Pozycji nr 4. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 38, Pozycji nr 4 igłę o długości 18mm oraz opakowanie zbiorcze zawierające 36 saszetek, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

94. Zadanie nr 6. Czy Zamawiający w zadaniu nr 6, dopuści nici wykonane z przędzy poliestrowej ? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

95. Zadanie nr 7, poz. 8. Czy Zamawiający w pozycji 8, dopuści igłę kosmetyczną mikrograwerowaną lub igłę kosmetyczną dwuwkłęską?

Wyjaśnienie: Tak.

96. Zadanie nr 12, poz. 2. Czy Zamawiający w pozycji 2, dopuści tasiemkę silikonową ?

Wyjaśnienie: Nie.

97. Zadanie nr 13, poz. 2. Czy Zamawiający wymaga, aby przyrząd wielorazowego użytku do usuwania zszywek można było wielokrotnie sterylizować (przetwarzać) zgodnie z jego przeznaczeniem, co powinno być potwierdzone przez producenta?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

98. Zadanie 15. Czy Zamawiający w pozycji 1 – 3 wymagając siatek ultra – lekkich do operacji naprawczych przepuklin pachwinowych ma na myśli siatki ultra – lekkie o wadze 36g/m², grubości 0,39 mm, wielkości porów 1,0 mm z niebieskimi pasami ułatwiającymi pozycjonowanie siatki, co powinno być potwierdzone przez producenta?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

99. Zadanie 15. Czy Zamawiający w pozycji 4 wymagając siatek lekkich do operacji naprawczych przepuklin brzusznych ma na myśli siatki lekkie o wadze 48g/m², grubości 0,55 mm, wielkości porów 3,6 x 2,8 mm z niebieskimi pasami ułatwiającymi pozycjonowanie siatki, co powinno być potwierdzone przez producenta?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

100. Czy Zamawiający w zadaniu 15 będzie wymagał do każdej siatki metryczek identyfikacyjnych w liczbie min. 4 szt.?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

101. Dotyczy Zadania nr 11: Czy Zamawiający dopuści:

Łatę hemostatyczną składającą się z oksydowanej celulozy oraz reaktywnego hydrożelu glikolu polietylenowego (PEG), w 100% wolną od składników pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego (eliminacja ryzyka zakażenia wirusowego) skuteczną w przypadkach hamowanego krzepnięcia – umożliwia uzyskanie hemostazy w ok 1 min.- i niezależna od zdolności krzepnięcia, całkowicie wchłanialną w ciągu ok. 28 dni od implementacji w rozmiarach:

2x4cm ; 5x5cm ; 5x10 cm?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

102. Dotyczy Zadania nr 17: Czy Zamawiający dopuści w poz. 1:

Jednorazowy stapler liniowy z nożem (nóż w ładunku), kilkukrotnego użytku podczas jednego zabiegu, ładowalny o długości 60 mm wyposażony w ładunek do tkanki standardowej i grubej z zszywkami ułożonymi naprzemiennie w dwóch podwójnych rzędach. Wysokość zszywek przed zamknięciem 3,8 mm. Możliwość wymiany ładunków w celu przeprowadzenia kolejnych aplikacji podczas zabiegu. (umożliwia wykonanie 8 aplikacji)?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

103. Dotyczy Zadania nr 17: Czy Zamawiający dopuści w poz. 2:

Ładunek do staplera liniowego z nożem, 60 mm wysokość zszywek 3,8 mm? Opakowanie 6 szt.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

104. Dotyczy Zadania nr 17: Czy Zamawiający dopuści w poz. 3:

Jednorazowy stapler liniowy z nożem (nóż w ładunku), kilkukrotnego użytku podczas jednego zabiegu, ładowalny o długości 80 mm wyposażony w ładunek do tkanki standardowej i grubej z zszywkami ułożonymi naprzemiennie w dwóch podwójnych rzędach. Wysokość zszywek przed zamknięciem 4,8 mm. Możliwość wymiany ładunków w celu przeprowadzenia kolejnych aplikacji podczas zabiegu. (umożliwia wykonanie 8 aplikacji)?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

105. Dotyczy Zadania nr 17: Czy Zamawiający dopuści w poz. 4:

Ładunek do staplera liniowego z nożem 80 mm, wysokość zszywek 4,8 mm? Opakowanie 6 szt.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

106. Dotyczy Zadania nr 18: Czy Zamawiający dopuści w poz. 1:

Stapler jednorazowy okrężny, zakrzywiony z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału, nożem i spłaszczonymi na całej długości zszywkami ułożonymi naprzemiennie w podwójnym rzędzie, wyposażony w technologię kierunkowego formowania zszywek podczas ich zamykania – zszywki po zamknięciu przyjmują kształt zbliżony do litery B. Wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8, po zamknięciu 2 mm, śr. główki **staplera 25 mm**. Stapler z optycznym i manualnym zabezpieczeniem przeciwko przypadkowemu oddaniu strzału. Rękojeść staplera antypoślizgowa, gumowana, dł. trzonu 22 cm.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

107. Dotyczy Zadania nr 18. Czy Zamawiający dopuści w poz. 2:

Stapler jednorazowy okrężny, zakrzywiony z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału, nożem i spłaszczonymi na całej długości zszywkami ułożonymi naprzemiennie w podwójnym rzędzie, wyposażony w technologię kierunkowego formowania zszywek podczas ich zamykania – zszywki po zamknięciu przyjmują kształt zbliżony do litery B. Wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8, po zamknięciu 2 mm, śr. główki **staplera 28 mm**. Stapler z optycznym i manualnym zabezpieczeniem przeciwko przypadkowemu oddaniu strzału. Rękojeść staplera antypoślizgowa, gumowana, dł. trzonu 22 cm.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

108. Dotyczy Zadania nr 18: Czy Zamawiający dopuści w poz. 3:

Stapler jednorazowy okrężny, zakrzywiony z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału, nożem i spłaszczonymi na całej długości zszywkami ułożonymi naprzemiennie w podwójnym rzędzie, wyposażony w technologię kierunkowego formowania zszywek podczas ich zamykania – zszywki po zamknięciu przyjmują kształt zbliżony do litery B. Wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8, po zamknięciu 2 mm, śr. główki **staplera 33 mm (lub 31 mm)**. Stapler z optycznym i manualnym zabezpieczeniem przeciwko przypadkowemu oddaniu strzału. Rękojeść staplera antypoślizgowa, gumowana, dł. trzonu 22 cm.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

109. Czy w zadaniu 37 poz. 1 Zamawiający dopuści nić 10/0 o dł. 15 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Tak.

110. Czy w Zadaniu nr 37 poz. 5 i 6 Zamawiający dopuści nici 4/0 o dł. 50 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Tak.

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego

Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Lek. med. Andrzej Mielcarek