



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 13.09.2016r.

AG.Z.2150.5.6.2016

Dotyczy: odpowiedzi na pytania.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę tonometru bezkontaktowego wpłynęły pytania.

Poniżej podajemy treść pytania i odpowiedź.

Pytanie 1:

„ Czy Zamawiający dopuści bezdotykową metodę pomiaru Pulsair z możliwością przełączenia na tryb EasyPuff? ”

Pytanie 2:

„ Czy Zamawiający dopuści dwa wyświetlacze niedotykowe: pierwszy będący ekranem wyświetlającym obraz z kamery, drugi wyświetlacz obsługujący panel sterowania? ”

Pytanie 3:

„ Czy Zamawiający dopuści pozycjonowanie pacjenta z wykorzystaniem ruchomego uchwytu na podbródek oraz joysticka pozycjonującego głowicę pomiarową? ”

Pytanie 4:

„ Czy Zamawiający dopuści tonometr wyposażony w system wyświetlania średniej wartości pomiaru, na podstawie kilku oddzielnie wykonanych pomiarów (tonometr informuje sygnałem dźwiękowym o wystarczającej ilości pojedynczych pomiarów służących do określenia wartości średniej? ”

Odpowiedź na pytanie 1 do 3:

NIE

Odpowiedź na pytanie 4:

TAK

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
000021024

PEKAO S.A. | Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

lek med. Andrzej Mielcarek