



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

Zamość, dnia 10 grudnia 2021 r.

AT.Z.2150.29.13.2021

Dotyczy: odpowiedzi na pytania.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że do zaproszenia na dostawę nakłuwaczy jednorazowych wpłynęły pytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi.

Pytanie 1:

„Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?”

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający dopuszcza przeliczenie ilości na opakowania zbiorowe (np. a 100, a 200).

Pytanie 2 Dotyczy § 7 ust.3:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy (...), ze względu na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełniania świadczenia umowy?”

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany postulowane przez Wykonawcę. Wiążące pozostają postanowienia wzoru umowy stanowiącego załącznik do Zaproszenia do złożenia oferty.

Pytanie 3 Dotyczy § 2 ust.3:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu 2 sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 200 zł netto?”

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4 Dotyczy § 4 ust.4:

„Prosimy o zmianę zapisu i dostosowanie go do par. 9 ust. 5 pkt 1, czyli możliwość zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT?”

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany postulowane przez Wykonawcę. Wiążące pozostają postanowienia wzoru umowy stanowiącego załącznik do Zaproszenia do złożenia oferty.

Pytanie 5 Dotyczy § 4 ust.4

„Zamawiający nie zawarł w projekcie umowy zapisu wynikającego z art. 436 ust.4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, umowa ma być zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy, w związku z tym prosimy o umieszczenie w umowie poniższych zapisów:

„Postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:

- 1)stawki podatku od towarów i usług,
- 2)wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
- 3)zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
- 4)zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę”

Odpowiedź 5:

Postulowane przez Wykonawcę postanowienia, dotyczące możliwości podwyższenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku umów zawieranych na okres przekraczający 12 miesięcy dotyczą wyłącznie umów zawieranych w wyniku rozstrzygnięcia postępowań o udzielenie zamówień prowadzonych w trybie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. W stanie faktycznym niniejszej sprawy mamy do czynienia z postępowaniem o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej 130 tys. złotych, a zatem prowadzonym z wyłączeniem zastosowania powołanej ustawy. Tym

samym, obowiązek wprowadzenia postulowanych przez Wykonawcę postanowień nie znajdzie w tym przypadku zastosowania. Mając na względzie powyższe, Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany postulowane przez Wykonawcę. Wiążące pozostają postanowienia wzoru umowy stanowiącego załącznik do Zaproszenia do złożenia oferty.

Pytanie 6 Dotyczy pozycji 1:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nakłuwaczy nożykowych z głębokością nakłucia do 2 mm?”

Odpowiedź 6:

Zamawiający dopuszcza do poz. nr 1, natomiast poz. nr 2 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 7 Dotyczy pozycji 1 i 2

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nakłuwaczy, które nie są nakłuwaczami „typu grzybkowego”.

Odpowiedź 7:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 8:

„Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a 200 szt. w poz. 1, 2 z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym.”

Odpowiedź 8:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9:

„W celu zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy o wydzielenie każdej pozycji zamówienia do osobnego zadania i zezwolenie wykonawcom na złożenie oferty tylko do jednej pozycji.”

Odpowiedź 9:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10:

„Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze igłowe posiadające ergonomiczny kształt, aktywacja przez dociśnięcie do opuszka palca?”

Odpowiedź 10:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 11 Dotyczy pozycji 2:

„Czy Zamawiający dopuści równoważne nakłuwacze, różniące się jedynie kształtem, posiadające ergonomiczny kształt, aktywacja przez dociśnięcie do opuszka palca?”

Odpowiedź 11:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 12:

„Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 17.12.2021 r.”

Odpowiedź 12:

Tak, Zamawiający wydłuża termin składania ofert do 17.12.2021 r.

Pytanie 13:

„Bardzo proszę o dopuszczenie w poz. 1 nakłuwacza jednorazowego, nożykowego Medlance 1,5x1,5 mm.”

Odpowiedź 13:

Zamawiający dopuszcza do poz.1.

Pytanie 14:

„Bardzo proszę o dopuszczenie w poz.2 Medi-Safe Solo – Nakłuwacz bezpieczny przyciskowy, automatyczny do pobierania krwi kapilarnej w celach diagnostycznych. Jednorazowy o ergonomicznej budowie z płaskim przyciskiem z wyłobieniami umożliwiającymi wygodne ułożenie palca oraz z dodatkowymi wypustkami bocznymi gwarantującymi pewny chwyt. Zabezpieczony przed ponownym użyciem, ostrze schowane, silikonowe ze stali nierdzewnej, szlifowane. Ostrze zabezpieczone poszerzoną nasadką ochronną zapewniającą sterylność ostrza i umożliwiającą sterylność ostrza i umożliwiającą mocne uchwycenie w celu łatwego usunięcia poprzez odkręcenie. Nakłuwacz sterylizowany promieniami Gamma, pozostaje sterylny przez 5 lat od sterylizacji do momentu usunięcia osłonki zabezpieczającej. Po użyciu ostrze automatycznie chowa się do obudowy. Typ ostrza IGŁA – trzyplaszczynowa 23G, głębokość nakłucia 2,0mm, opakowanie 200 szt?”

Odpowiedź 14:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Małgorzata Popławska