



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu [®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość dnia 23 grudnia 2020 r.

DZP.3320.40.20

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na **dostawę narzędzi i akcesoriów okulistycznych dla Oddziału Okulistyki Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II**. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień:

Pytanie 1 dot. zadania 2

„Czy Zamawiający dopuści nóż jednostronnie ostrzony typu Slit 2,6 mm, zagięcie 45 st, matowy?”.

Wyjaśnienie:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 dot. zadania 4.

„Czy Zamawiający w Zadaniu nr 4 dopuści nóż jednorazowy typu Crescent w rozmiarze 2.0 mm?”

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie 3 dot. zadania 7.

„Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 7 dotorebkowy pierścień napinający fabrycznie załadowany do jednorazowego iniektora, występujący w jednym rozmiarze wynoszącym w stanie sprężonym 11 mm i w stanie rozprężonym 12,45 mm?”

Wyjaśnienie:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4 dot. zapisów wzoru umowy.

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek wykonawcy?”

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Wyjaśnienie SIWZ – DZP 3320.40.20

1



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



KOMITET
UPOWAŻCZENIA
KARMIEŃIA
PIERSIĄ



tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie 5 dot. zapisów wzoru umowy.

„Czy Zamawiający wyrazi na cesję praw i obowiązków z wzoru umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej.”

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie 6 dot. zapisów wzoru umowy.

„Upierzmy prosimy o zmniejszenie kar umownych opisanych w § 6 ust. 1 pkt 1) Wzoru umowy do 0,1% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy roboczy dzień zwłoki.”

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7 dot. zapisów wzoru umowy.

„Upierzmy prosimy o zmniejszenie kar umownych opisanych w § 6 ust. 1 pkt 2) Wzoru umowy do 0,1% wartości zareklamowanych towarów za każdy roboczy dzień zwłoki.:

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8 dot. zapisów wzoru umowy.

„Upierzmy prosimy o zmniejszenie kar umownych opisanych w § 6 ust. 2 Wzoru umowy do 5% wartości niezrealizowanej części umowy.”

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 9 dot. zapisów wzoru umowy.

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do Wzoru umowy i do Wzoru umowy 2 następujących zapisów: *„W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie cena brutto, uwzględniająca nową stawkę - cena netto pozostanie niezmienną”*?”

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10 dot. zapisów SIWZ

„Czy Zamawiający biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną w naszym kraju oraz rekomendacje UZP wyrazi zgodę na składanie ofert również w formie

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym?”

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ. Platforma Market Planet z której korzysta Zamawiający nie posiada funkcji składania samych ofert w formie elektronicznej.

Pytanie nr 11 dot. zadania 21

„Czy Zamawiający dopuści mikroimplant o długości 2,64mm?”

Wyjaśnienie:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12 dot. zapisów SIWZ

„W związku z obecnym stanem epidemii w Polsce oraz mając na uwadze poniższe stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych prosimy o dopuszczenie możliwości złożenia oferty w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.”

„W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej również w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów unijnych.

Urząd Zamówień Publicznych zaleca, aby komunikacją elektroniczną objąć wszelką korespondencję występującą w postępowaniu, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń, a także dokumentów. Przypominamy jednak, że oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a składane w postaci elektronicznej należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Pragniemy również zwrócić Państwa uwagę, że zastosowanie komunikacji elektronicznej możliwe jest nie tylko przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ale także w jego trakcie. Zamawiający bowiem uprawniony jest na gruncie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp w uzasadnionych przypadkach - do których niewątpliwie należy obecna sytuacja zagrożenia epidemicznego - przed upływem terminu składania ofert do zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym sposobu komunikacji w postępowaniu. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej, a także dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zmiana sposobu komunikacji w postępowaniu powoduje, iż zamawiający wydłuża odpowiednio termin składania ofert, zapewniając tym samym wykonawcom dodatkowy czas na dostosowanie się do nowej sytuacji”

„Jednocześnie informujemy, że w związku z okresem przedsięwziętym firmy kurierskie dostarczają przesyłki z opóźnieniami.”

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ. Platforma Market Planet z której korzysta Zamawiający nie posiada funkcji składania samych ofert w formie elektronicznej.

Pytanie nr 13 dot. zapisów SIWZ

W przypadku nie wyrażenia zgody na składanie ofert w formie elektronicznej uprzejmie prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 11 stycznia 2021 roku celem starannego przygotowania ofert oraz uniknięcia problemów z firmami kurierskimi.

Wyjaśnienie:

Zamawiający przedłużył okres składania ofert do 08 stycznia 2020 r.

Pytanie nr 14 dot. zapisów projektu umowy

„Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie § 3 ust. 2 umowy w następującym brzmieniu: *„Wymienione ceny **netto** nie mogą ulec podwyższeniu przez okres obowiązywania umowy. Podwyższenie cen jednostkowych **netto** w stosunku do oferty upoważnia Zamawiającego do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez odszkodowania na rzecz Wykonawcy, **pod warunkiem, że nie wynika ono z omyłki po stronie Wykonawcy** Obniżenie cen może nastąpić w każdym przypadku”?*

Uzasadnienie:

- Wykonawca może zagwarantować jedynie stałość cen netto, nie ma bowiem wpływu na wysokość stawki podatku od towarów i usług składającej się na cenę brutto;

- Za podwyższenie ceny może zostać uznana omyłka po stronie Wykonawcy, który na skutek błędu, niedopatrzania lub problemów z systemem komputerowym może wystawić fakturę z wyższą ceną. W takiej sytuacji Zamawiający powinien wezwać Wykonawcę do wystawienia prawidłowej faktury. Rozwiązanie umowy w takiej sytuacji jest zbyt daleko posuniętym uprawnieniem.”

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie nr 15 dot. zapisów projektu umowy

„Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę § 6 ust. 1 umowy tak, aby kary umowne były naliczane od **wartości netto, a nie brutto?**”

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 32 ustawy PZP, to wartość netto określa wysokość zobowiązania i to ona powinna być podstawą do naliczania kar umownych.

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie nr 16 dot. zapisów projektu umowy

„Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §6 ust. 2 umowy w następującym brzmieniu: *„W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10% **wartości netto niezrealizowanej części umowy.**”?*

Uzasadnienie:

Kara umowna naliczana w przypadku odstąpienia od umowy powinna być oparta o wartość jeszcze niezamówionego asortymentu, w przeciwnym wypadku miałyby zawsze tę samą wielkość, niezależnie od stopnia realizacji umowy.”

Wyjaśnienie:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zapisy. Ulega zmianie zapis § 6 ust. 2 umowy. Obowiązujący zapis to „ *W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10% wartości łącznej ceny brutto niezrealizowanej części umowy.*”

Pytanie nr 17 dot. zapisów projektu umowy

„Czy Zamawiający zgodzi się wykreślić z § 6 ust. 5 umowy zdanie drugie?

Uzasadnienie:

Stosownie do przepisu art. 15r¹ ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.), w okresie obowiązywania na terytorium RP stanu epidemii nie jest możliwe dokonywania potrąceń należności zaistniałych w związku z realizacją umów zawartych na podstawie ustawy PZP.”

Wyjaśnienie:

Nie. Zakaz wynikający z ustawy jest oczywisty, ale nie oznacza, że będzie obowiązywał przez cały okres umowy.

Pytanie nr 18 dot. zapisów projektu umowy

„Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie § 7 ust. 1 umowy w następującym brzmieniu: „*Trzykrotne niewypełnianie warunków umowy przez Wykonawcę z jego wyłącznej winy, to znaczy nieterminowe lub niezgodne z zamówieniem pod względem jakości, asortymentu bądź ilości realizowanie dostaw, a także inne istotne, powtarzające się uchybienia w trakcie realizacji umowy, dają podstawę Zamawiającemu do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. W niniejszej sytuacji ma zastosowanie odpowiednio § 6 ust. 2. **Wypowiedzenie umowy wymaga uprzedniego ostatecznego wezwania Wykonawcy do działania zgodnego z umową. W sytuacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie wyłącznie z tytułu faktycznie zrealizowanej części Umowy.**”?*

Uzasadnienie:

W ocenie Wykonawcy wypowiedzenie umowy powinno być dopuszczalne tylko w wymienionych konkretnie (a nie przykładowo) istotnych powtarzających się i zawinionych przez niego uchybień, a nadto powinno zostać poprzedzone wezwaniem go do działania zgodnego z umową.”

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie nr 19 dot. zapisów projektu umowy

„Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §7 ust. 5 umowy zdanie pierwsze w następującym brzmieniu: *„Wykonawca zobligowany jest do dokonania wymiany wadliwego wyrobu na zgodny z zamówieniem i wolny od wad lub pisemnej odmowy uznania reklamacji w terminie 7 dni roboczych od daty **doręczenia mu reklamowanego asortymentu.**”*?

Uzasadnienie:

Wykonawca nie może odnieść się do reklamacji jakościowej bez naocznego zbadania reklamowanego towaru.

Wyjaśnienie:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 20 dot. zapisów projektu umowy

„Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie § 9 ust. 3 pkt 3) umowy w następującym brzmieniu: *„zmiany stawki podatku VAT – aktualna jej stawka będzie stosowana automatycznie od dnia wejście w życie stosownych przepisów powszechnie obowiązujących bez konieczności zawierania aneksu do umowy, cena netto nie ulegnie zmianie”*?

Uzasadnienie:

Jak już wskazano, strony nie mają wpływu na wysokość stawki VAT, w związku z czym Wykonawca może zagwarantować jedynie stałość cen netto. Aktualna stawka podatku od towarów i usług powinna być stosowana automatycznie bez konieczności aneksowania umowy, bez względu na to, czy cena brutto wzrośnie, czy zmaleje.”

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie nr 21 dot. zapisów projektu umowy

„Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie w § 9 umowy kolejnego ustępu w następującym brzmieniu: *„6. Dopuszcza się zmianę postanowień umowy, gdy wystąpi istotne ograniczenie możliwości wykonania przedmiotu umowy lub niemożliwość wykonania przedmiotu umowy, z przyczyn powstałych w czasie stanu epidemii w rozumieniu art. Art. 2 pkt 22 Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1239 z późn. zm.) ogłoszonego z powodu COVID-19, związanych z wprowadzeniem nowych, bardziej restrykcyjnych zakazów, nakazów, ograniczeń w aktach normatywnych w stosunku do stanu istniejącego na dzień składania ofert dotyczących epidemii COVID-19 lub wydania po terminie składania ofert decyzji administracyjnych lub poleceń dotyczących Zamawiającego/ Wykonawcy związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.”*?

Uzasadnienie:

Wykonawca prosi o dodanie kolejnego postanowienia z uwagi na obecną sytuację wywołaną pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 i związane z nią możliwe zmiany na rynku, mogące spowodować dodatkowe koszty po stronie Wykonawcy, na które Wykonawca nie ma wpływu i których Strony –

nawet w chwili obecnej działając z należytą starannością – nie są w stanie przewidzieć.”

Wyjaśnienie:

Nie. Zasady dopuszczalności zmiany umowy w związku z COVID-19 wynikają jasno z przepisów.

Pytanie nr 22 dot. zadania 1

„Czy Zamawiający w Zadaniu 1 dopuści nóż jednorazowy, prosty, szlifowany na matowo 15 stopni, z konstrukcją uchwytu zabezpieczającą przed przesunięciem?”

Wyjaśnienie:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 23 dot. zadania 2

„Czy Zamawiający w Zadaniu 2 dopuści nóż jednorazowy o kalibracji 2.65 mm, podwójnie ostrzony (dwie fazy), zakrzywiony, szlifowany na matowo?”

Wyjaśnienie:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 24 dot. zadania 3

„Czy Zamawiający w Zadaniu 3 dopuści nóż jednorazowy, trapezoidalny, z dwoma znacznikami 1.5 mm – 1.7 mm, zakrzywiony, szlifowany na matowo?”

Wyjaśnienie:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 25 dot. zadania 3

„Czy Zamawiający w Zadaniu 3 dopuści nóż jednorazowy, trapezoidalny, z dwoma znacznikami 1.7 mm – 2.00 mm, zakrzywiony, szlifowany na matowo?”

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie nr 26 dot. zadania 4

Czy Zamawiający w Zadaniu 4 dopuści nóż jednorazowego użytku typu Crescent, jednostronnie ostrzony, odgięty w rozmiarze 2,00mm?

Wyjaśnienie:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 27 dot. zadania 7

„Czy Zamawiający w Zadaniu 7 dopuści Pierścień dotorebkowy- wykonany z transparentnego, bezbarwnego PMMA, napinający, jednorazowego użytku, załadowany w iniektor. W rozmiarze 12 mm do torby o średnicy 10-12mm z możliwością wszczepu w obu kierunkach, w prawo i lewo tym samym iniektorem.”

Wyjaśnienie:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 28 dot. zadania 1

„Czy zamawiający dopuści również nóż o parametrach wymienionych poniżej:
Sterylny nóż z uchwytem trzonkowym z ostrzem prostym skośno- ściętym
pod kątem 15 stopni?”

Wyjaśnienie:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 29 dot. zadania 3

„Czy zamawiający dopuści również nóż o parametrach wymienionych poniżej:
Nóż jednorazowy, trapezoidalny 1,2 mm, zakrzywiony pod kątem 30 stopni?”

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie nr 30 dot. zadania 4

Czy zamawiający dopuści również nóż ostrzony od góry?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie nr 31 dot. zadania 2.

Czy w Zadaniu nr 2 Zamawiający dopuści noże SLIT jednostronnie ostrzone,
przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań?

Wyjaśnienie:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 32 dot. zadania 6.

„Czy w Zadaniu 6 Zamawiający dopuści produkt w 100 % równoważny tj.: Pierścień
do mechanicznego rozszerzania źrenicy w trakcie operacji okulistycznych
wszczepiany injectorem jednorazowym. Wykonany z polypropylenu, w kształcie
kwadratu, w rogach zamiast pętli kieszonki na tęczęwkę - górna i dolna, w każdym
rogu po dwa otwory do mocowania pierścienia ?

W komplecie injektor jednorazowego użytku do wszczepiania i usuwania ringu
z jednego portu operacyjnego.”

Wyjaśnienie:

Nie.