

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI
IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II
ul. ALEJE JANA PAWŁA II 10
22 – 400 ZAMOŚĆ
tel.: (84) 677 – 33 – 33
faks: (84) 638 – 66 – 69
strona internetowa: www.szpital.zam.pl

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę wyrobów medycznych dla Oddziału Kardiochirurgii**

nr sprawy: AG.ZP.3320.68.18

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera:

1. Opis przedmiotu zamówienia z instrukcją dla wykonawców.
2. Formularz „Oferta Wykonawcy” – załącznik nr 1.
3. Formularz „Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25 a ust. 1 Pzp” – załącznik nr 2.
4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – załącznik nr 3
5. Wzór umowy – załącznik nr 4
6. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zamość, dnia 18 października 2018 r.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest **dostawa wyrobów medycznych dla Oddziału Kardiochirurgii Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.**
CPV: 33.10.00.00-1.

Ofertę można składać na całość przedmiotu zamówienia lub na dane zadanie oddzielnie (oferta częściowa).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie 1

Zestaw oksygenator membranowy dla dorosłych z wbudowanym filtrem tętnicznym i zbiornikiem żylnym -kardiotomijny + zestaw drenów - 35 sztuk.

Lp	Parametr / warunek wymagany/ Oksygenator	Parametr oferowany
1.	Proszę podać nazwę oferowanego oksygenatora i zbiornika żylnego-kardiotomijnego(model, numer katalogowy)	
2.	Oksygenator membranowy z wbudowanym filtrem tętnicznym	
3.	Powłoka biokompatybilna /podać rodzaj powłoki/	
4.	Czas pracy oksygenatora z zachowaniem pełnej sprawności 6 godz. / zgodnie z instrukcją obsługi/	
5.	Objętość wypełnienia oksygenatora z filtrem tętnicznym max. 260 ml.	
6.	Rekomendowany przepływ od 1 do 7l/min.	
7.	Powierzchnia wymiany gazowej oksygenatora od 2.0-2,5 m ²	
8.	Możliwość stosowania anestetyków wziewnych.potwierdzone instrukcją użytkowania.	
9.	Polietylenowy wymiennik ciepła zespolony z oksygenatorem, sprawność oferowanego wymiennika min. 60 %	
10.	Porty umożliwiające pomiar temperatury krwi w oksygenatorze i zbiorniku żylnym	
11.	Objętość zbiornika żylnego- kardiotomijnego 4500ml	
12.	Oksygenator musi posiadać port do podłączenia zestawu do podawania krwistej kardioplegii / musi pobierać krew utlenowaną i mieć zakończenie w postaci portu ¼ cala./	
13.	Kardiotom-włot do drenażu żylnego umiejscowiony od góry zbiornika o średnicy ½ cala z redukcją do 3/8 cala.	
14.	Możliwość pracy z zastosowaniem aktywnego drenażu żylnego.	
15.	Wielkość otworów filtracyjnych :filtr kardiotomijny-.30mic.filtr,żylny – 105 mic.	

16	Termin ważności min.6 m-cy od daty dostawy	
17	Wyrób medyczny sterylny, opakowanie zewnętrzne min. podwójne	

Zestaw drenów

L.p	Parametr /warunek wymagany /	Parametr oferowany
1	Dreny wykonane z tworzywa PCV i silikonu medycznego	
2	Część drenów tworząca układ tętnica-żyła połączona i pakowana w oddzielny pakiet.	
3	Dreny oznaczone tętnica -kolor czerwony, żyła-kolor niebieski	
4	Pakiet z możliwością sterylnego podania na stół operacyjny linii tętniczej i żylniej oraz linii ssakowych	
5	Linie ssaków -dwie pakowane w oddzielny pakiet oznaczone na kolor żółty i zielony	
6	Jedna linia ssakowa wyposażona w szant	
7	Linia tętnicza z PCV-3/8 cala x 3/32 cala, dł.linii 200-220 cm	
8	Linia żylna z PCV – 1/2 cala x 3/32 cala,dł.190-200 cm	
9	Szant pomiędzy linią tętniczą i żylną	
10	Linie na bieżnie pomp: -tętnicza 1/2 cala x 3/32 cala silikon medyczny -ssakowe 3/8 x 3/32 cala silikon medyczny	
11	Linie ssakowe z PCV -1/4 cala x 1/16 cala, dł. linii 350-400 cm	
12	Linia do szybkiego wypełnienia układu	
13	W zestawie filtr gazów medycznych	
14	W zestawie szant łączący pomiędzy oksygenatorem a zbiornikiem kardiotorijnym z wyjściem 1/4 cala do podłączenia linii do podawania kardiopleginy	
15	Płytki mocujące do drenów wzmocnione klejem	
16	Termin ważności min.18 m-cy od daty dostawy	
17	Wyrób medyczny sterylny opakowanie zewnętrzne podwójne	
18	W zestawie pojemnik medyczny jednorazowego użytku na zużyty oksygenator i komplet drenów z przeznaczeniem do utylizacji. Parametry techniczne pojemnika: - pojemnik nieprzemakalny, odporny na przekłucia zestaw zawiera pojemnik główny i pokrywę szczelnie zatrzaskowaną za pojemniku głównym - oznakowane etykietą ostrzegawczą Materiał Zakaźny wraz z innymi informacjami zgodnie z wymaganiami PZH.	

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
SIWZ dostawa wyrobów medycznych dla Oddziału Kardiochirurgii
– postępowanie AG.ZP.3320.68.18

Wymiary pojemnika: -pojemność około 60 l -wysokość pojemnika min.60 cm -średnica podstawy i średnica górna pojemnika dostosowana do gabarytów oferowanego oksygenatora.	
--	--

Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian w schemacie drenów w zależności od potrzeb użytkownika. Dopuszcza się zapakowanie zestawu oksygenatora i drenów w jednym secie.

Na czas trwania umowy Wykonawca użyje: dwie elektrody cienkoigłowe do monitorowania temperatury w oksygenatorze i zbiorniku żylnym oraz dwa holdery mocujące oksygenator.

Zadanie 2

Zestaw Oksygenator membranowy dla dorosłych ze zbiornikiem żylno-kardiotomijnym + zestaw drenów - 35 sztuk.

Lp	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Oksygenator membranowy dla dorosłych- membrany powlekanie powłoką biokompatybilną / podać rodzaj powłoki/	
2	Maksymalny czas pracy oksygenatora z zachowaniem pełnej sprawności 6 godz. / zgodnie z instrukcją obsługi/	
3	Powierzchnia wymiany gazowej oksygenatora min. 1,7 m ²	
4	Objętość wypełnienia statycznego-max 250 ml	
5	Zakres przepływu krwi- od (0- 0.5)- do min 7.0 l / min	
6	Zintegrowany zbiornik kardiotomijny z oksygenatorem ,twardy o wypełnieniu min. 4000 ml.	
7	Możliwość odłączenia zbiornika kardiotomijnego od oksygenatora.	
8	Termowymiennik / podać parametry/ przy przepływie krwi 4,0 l/ min i przepływie wody 10 l / min – sprawność termowymiennika powyżej 50 %	
9	-Porty umożliwiające pomiar temperatury krwi w oksygenatorze i zbiorniku żylnym -pobór kardioplegii -żeńskie złącze z zastawką i blokadą lub port 1/4 cala	
10	Konektory łączące kardiotomu i oksygenatora - wlot żylny 1/2cala /wlot do drenażu żylnego umiejscowiony od góry zbiornika/ - wylot krwi 3/8 cala - konektory ssakowe 1/4 cala .min.4x - min.2 konektory typu luer /filtrowane/	

	-1 konektor typu luer / niefiltrowane / - wlot i wylot krwi z oksygenatora 3/8 cala -zbiornik wyposażony w zastawkę bezpieczeństwa	
11	Opakowanie zewnętrzne min .podwójne	
12	Termin przydatności do użycia min 6 m-cy od daty dostawy.	
13	Dostarczenie uchwytów montażowych / holderów/ - szt 2	

Zestaw drenów

Lp	Parametr / warunek wymagany/	Parametr oferowany
1	Zestaw drenów do krążenia pozaustrojowego dla dorosłych z filtrem wbudowanym w linię tętniczą	
2.	Dreny wykonane z tworzywa PCV i silikonu medycznego, część drenów tworząca układ tętnica-żyła połączona i pakowana w oddzielny pakiet.	
3.	Szant pomiędzy linią tętniczą a linią żylną.	
4.	Dreny oznaczone tętnica kolor czerwony , żyła kolor niebieski	
5.	Pakiet z możliwością sterylnego podania na stół operacyjny linii tętniczej oraz żylniej i linii ssakowych	
6.	Linie ssaków – dwie pakowane w oddzielny pakiet , oznaczone na kolor żółty i zielony, jedna linia ssakowa wyposażona w szant	
7.	Części drenów na bieżnię pompy wykonane z silikonu medycznego	
8	Linia tętnicza z PCV – 3/8 cala x 3/32 cala dł. 200-220 cm	
9	Linia żylna z PCV- 1/2 cala x 3/ 32 cala min, 190-200 cm	
10	Linie ssakowe z PCV- 1/4 cala x 1/16 cala, 350-400 cm	
11	Linie na bieżnię pomp: -tętnicza 1/2 cala x 3/32 cala silikon medyczny - ssakowe 3/8x 3/32 cala silikon medyczny.	
12	Linia do szybkiego wypełnienia układu	
13	W zestawie filtr gazów medycznych	
14	Płytką mocująca do drenów wzmocniona klejem	
15	Termin ważności min. 6 m-cy od daty dostawy	
16	Opakowanie zewnętrzne min. podwójne	
17	W zestawie pojemnik medyczny jednorazowego użytku na zużycie oksygenator i komplet drenów z przeznaczeniem do utylizacji. Parametry techniczne pojemnika: -pojemnik nieprzemakalny, odporny na przekłucia -zestaw zawiera pojemnik główny i pokrywę szczelnie zatrzaskowaną za pojemniku głównym - oznakowane etykietą ostrzegawczą Materiał Zakaźny wraz z innymi informacjami zgodnie z wymaganiami PZH.	

Wymiary pojemnika: -pojemność około 60 l -wysokość pojemnika min. 60 cm -średnica podstawy i średnica górna pojemnika dostosowana do gabarytów oferowanego oksygenatora.	
---	--

Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian w schemacie drenów w zależności od potrzeb użytkownika.

Na czas trwania umowy Wykonawca użyje:

- dwie elektrody do monitorowania temperatury w oksygenatorze i zbiorniku żylnym
- dwa holdery montażowe do filtra tętniczego
- dwa holdery montażowe do oksygenatora i kardiotomu.

Zadanie 3

1. Zestaw do podawania kardiopleginy krwistej 4:1 ze stalową spiralą – 60 sztuk.

Lp.	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1.	Zestaw składający się z dwóch części – część na aparat do krążenia pozaustrojowego oraz część na stół operacyjny	
2.	Zestaw zawiera filtr typu bubble-trap, czujnik do pomiaru temperatury wbudowany w układ drenów i umiejscowiony przed filtrem bubble- trap. Linia do pomiaru ciśnienia zakończona końcówką typu luer . Podwójna linia do poboru krystaloidu. Linia do poboru krwi z oksygenatora o rozmiarze ¼ cala.	
3	Linie na rolki wykonane z silikonu medycznego (1/4 x1/16 , 1/8x1/16)	
4	Zestaw musi zawierać stalową spiralę	
5	Linia na stół operacyjny (3/16 x 1/16) o długości min. 170 cm pakowana w oddzielny pakiet. Zestaw na stół operacyjny w podwójnym opakowaniu.	
6	Termin przydatności do użycia min. 6 m-cy od daty dostawy.	

Zadanie 4

1.Kaniuła żylna dwustopniowa prosta – 70 sztuk.

Lp	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Kaniuła żylna dwustopniowa prosta z konektorem łączącym ½ cala x ½ cala oraz przewodnikiem rozmiar kaniuli od 32/40 Fr do 36/51 Fr	
3.	Kaniuła musi posiadać marker zewnętrzny pozwalający na ocenę głębokości wprowadzenia kaniuli do naczynia.	

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
SIWZ dostawa wyrobów medycznych dla Oddziału Kardiochirurgii
– postępowanie AG.ZP.3320.68.18

4.	Wykonana z tworzywa medycznego, apyrogennego i nietrombogenicznego.	
5	Kaniula pakowana w sterylną kopertę – z papier - folii.	
6.	Okres przydatności do użycia min.6 m-cy od daty dostawy.	

Należy określić ilość sztuk przedmiotu zamówienia w opakowaniu zbiorczym. W przypadku gdy opakowanie zbiorcze jest podzielne należy wskazać minimalną ilość (część opakowania zbiorczego) możliwą do dostawy.

Zadanie 5

1. Kaniula żylna pojedyncza zakrzywiona z metalowym zakończeniem – 30 sztuk.

Lp	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Kaniula żylna pojedyncza prosta zakończona metalową końcówką ze stali nierdzewnej wygiętą pod kątem 90 stopni w rozmiarach od 18 fr do 31 fr w zależności od potrzeb oddziału	
2	Zbrojenie ściany kaniuli zabezpieczające przed przypadkowym zamknięciem światła kaniuli podczas krążenia pozaustrojowego.	
3	Tworzywo medyczne, apyrogenne, nietrombogeniczne	
4	Pakowane w sterylną kopertę z papier - folii	
5	Termin ważności min. 6 m-cy od daty dostawy	

Należy określić ilość sztuk przedmiotu zamówienia w opakowaniu zbiorczym. W przypadku gdy opakowanie zbiorcze jest podzielne należy wskazać minimalną ilość (część opakowania zbiorczego) możliwą do dostawy.

Zadanie 6

1. Kaniula żylna pojedyncza prosta - 30 sztuk.

Lp	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1.	Kaniule żylny pojedyncze proste w rozmiarach od 20 Fr-36 Fr /w zależności od potrzeb oddziału/.	
2.	Zbrojenie ściany kaniuli zabezpieczające przed przypadkowym zamknięciem światła kaniuli w trakcie krążenia pozaustrojowego .	
3	Kaniula z wyjściem 3/8 cala lub 1/2 cala	
4.	Kaniula wykonana z tworzywa medycznego, apyrogennego i nietrombogenicznego	
5.	Kaniula pakowana w sterylną kopertę – z papier - folii	
6	Termin ważności min. 6 m-cy od daty dostawy	

Należy określić ilość sztuk przedmiotu zamówienia w opakowaniu zbiorczym. W przypadku gdy opakowanie zbiorcze jest podzielne należy wskazać minimalną ilość (część opakowania zbiorczego) możliwą do dostawy.

Zadanie 7

1. Kaniuła aortalna zakrzywiona – 30 sztuk.

Lp	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Kaniuła aortalna /tętnicza/, zakrzywiona z kołnierzem mocującym, w rozmiarach 20 fr -24 fr/ w zależności od potrzeb oddziału/ - z konektorem 3/8 x 3/8cala oraz z przyłączem typu luer-lock	
2	Zbrojenie ściany kaniuli zabezpieczające przed przypadkowym zamknięciem światła kaniuli w trakcie krążenia pozaustrojowego	
3	Oznaczenie kierunku zakrzywienia / wypływu krwi z kaniuli	
4	Tworzywo medyczne, apyrogenne i nietrombogenne	
5	Pakowane w sterylną kopertę z papier- folii	
6	Termin ważności min.6 m-cy od daty dostawy	

Należy określić ilość sztuk przedmiotu zamówienia w opakowaniu zbiorczym. W przypadku gdy opakowanie zbiorcze jest podzielne należy wskazać minimalną ilość (część opakowania zbiorczego) możliwą do dostawy.

Zadanie 8

1. Went komorowy – 50 sztuk.

Lp	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Went komorowy ,w rozmiarze 16 i 20 Fr., konektor łączący ¼ cala długość wentu 38- 41 cm.	
2	Went wyposażony w wyjmowaną metalową plastyczną prowadnicę	
3	Tworzywo: silikon medyczny, apyrogenny i nietrombogeny	
4	Możliwość kontroli głębokości wprowadzenia wentu za pomocą markerów zewnętrznych	
5	Pakowany w sterylną kopertę – z papier- folii	
6	Termin ważności min.6 m-cy od daty dostawy	

Należy określić ilość sztuk przedmiotu zamówienia w opakowaniu zbiorczym. W przypadku gdy opakowanie zbiorcze jest podzielne należy wskazać minimalną ilość (część opakowania zbiorczego) możliwą do dostawy.

Zadanie 9

1. Blower do rozdmuchiwania strumienia krwi. Podwójna linia do podawania płynu i powietrza – 70 sztuk.

Zadanie 10

1. Kaniula do podawania kardiopleginy z wentem – 90 sztuk.

Lp	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Kaniula do podawania kardiopleginy do opuszki aorty z wentem, zakończona igłą o rozmiarze 9 Fr	
2	Igła wyposażona w stalową prowadnicę i zakończenie luer- lock	
3	went posiada zakończenie ¼ cala oraz plastikową zabkę w celu zamknięcia światła wentu	
4	Tworzywo medyczne, apyrogenne i nietrombogeniczne	
5	Pakowane w sterylną kopertę z papier- folii	
6	Termin ważności min. 6 m-cy od daty dostawy	

Należy określić ilość sztuk przedmiotu zamówienia w opakowaniu zbiorczym. W przypadku gdy opakowanie zbiorcze jest podzielne należy wskazać minimalną ilość (część opakowania zbiorczego) możliwą do dostawy.

Zadanie 11

1. Kaniula do podawania kardiopleginy do ujść wieńcowych - 60 sztuk.

Lp.	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1.	Kaniula do podawania kardiopleginy dowieńcowo zakończona automatycznie napełnianym balonikiem	
2.	Kaniula prosta bądź zakrzywiona w zależności od potrzeb oddziału.	
3.	Rozmiar balonika uszczelniającego ujścia wieńcowe od 4.0 do 7.0 mm	
4.	Pakowane w sterylną kopertę z papier- folii	

Należy określić ilość sztuk przedmiotu zamówienia w opakowaniu zbiorczym. W przypadku gdy opakowanie zbiorcze jest podzielne należy wskazać minimalną ilość (część opakowania zbiorczego) możliwą do dostawy.

Zadanie 12

1. Probówki do testu typu FTCA 510 do wykonywania badań krzepliwości krwi po aktywacji (pomiar ACT). Probówki do oznaczenia ACT muszą posiadać kod kreskowy odczytujący rodzaj wykonywanego badania i umożliwiający współpracę z aparatem HEMOCHRON RESPONSE – 190 sztuk.

Zadanie 13

1. Kaniule tętnicze. Kaniule tętnicze **20 G / 45 mm**, z zaworem odcinającym, średnica zewn. 1,1 mm, kaniula wykonana z PTFE – **225 sztuk**.

Zadanie 14

1. Introduktor 8 F z zastawką hemostatyczną i portem bocznym, zakończonym kranikiem trójdrożnym, przewodnik typu „J”, w zestawie igła prosta - **65 sztuk**.

Zadanie 15

1. Introduktor 9 F z zastawką hemostatyczną i portem bocznym, zakończonym kranikiem trójdrożnym, przewodnik typu „J”, w zestawie igła prosta – **10 sztuk**.

Zadanie 16

1. Strzykawki do pomiaru gazometrii. Strzykawki jednorazowego użytku, stosowane do pomiaru gazometrii, pojemność **2-3 ml** – **2 700 sztuk**.

Zadanie 17

1. Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, JEDNOŚWIATŁOWY 3 F/10 cm, z poliuretanu, z atraumatycznym końcem kontrastującym w RTG, ze znacznikiem długości, z podwójnymi skrzydełkami, strzykawką 5 ml, zaciskiem umożliwiającym zamknięcie kaniuli, w zestawie przewodnik typu „J” wykonany z materiału odpornego na załamywanie, opis na opakowaniu w języku polskim – **10 sztuk**.

Zadanie 18

1. Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, CZTEROŚWIATŁOWY 8,5 F/15 cm, z poliuretanu, z atraumatycznym końcem kontrastującym w RTG, ze znacznikiem długości, podwójnymi skrzydełkami, strzykawką 10 ml, w zestawie przewodnik typu „J” wykonany z materiału odpornego na załamywanie, opis na opakowaniu w języku polskim – **60 sztuk**.

Zadanie 19

1. Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, TRÓJŚWIATŁOWY 7 F/15 cm, z poliuretanu, z atraumatycznym końcem kontrastującym w RTG, ze znacznikiem długości, podwójnymi skrzydełkami, strzykawką 10 ml, w zestawie przewodnik typu „J” wykonany z materiału odpornego na załamywanie, opis na opakowaniu w języku polskim - **45 sztuk**.

Zadanie 20

1. Dreny przedłużające do szybkiego podawania płynów typu Heidelberg. Dreny przedłużające typu Heidelberg, do systemów infuzyjnych - transfuzyjnych, do szybkiego podawania płynów, końcówka męska/żeńska, długość 140 cm, średnica wewnętrzna 3 mm, średnica zewnętrzna 4.1 mm, sterylne, pakowane pojedynczo – **60 sztuk**.

Zadanie 21

1. Wkład workowy na wydzielinę, pojemność 2000 ml. Wkład workowy o pojemności

zbiorczej 2000 ml (2 L), jednorazowego użytku, minimum 2 porty (pacjent, próżnia) – 180 sztuk.

Zamawiający wymaga użyczenia na czas trwania umowy na dostawę wkładów workowych na wydzielinę: zbiorników z podziałką na wkład workowy 2000 ml (2 L) – w ilości 10 sztuk oraz wieszaków plastikowych z mechanizmem sprężynowym do mocowania do szyny instalowany bez dodatkowych narzędzi – w ilości 10 sztuk.

Zadanie 22

1. Sensory do oksymetru mózgowego. Sensory (czujniki) dla dorosłych, jednorazowego użytku, rozmiar „L”, umożliwiające współpracę z oksymetrem mózgowym FORE-SIGHT z serii MC-2000 – 6 opakowań (w opakowaniu jednostkowym - 2 sztuki sensorów).

Zadanie 23

1. Linie do monitoringu ciśnienia metodą krwawą. Linie do monitoringu ciśnienia metodą krwawą, wstępnie wykalibrowane z: połączeniem kablowania z przetwornikiem zabezpieczonym kołnierzem wodoszczelnym, z płuczką 3 ml/h, przetwornikiem półprzewodnikowym j.u., kranikami trójdrożnymi, sztywnymi nie załamującymi się drenami ciśnieniowymi, złącza bezpinowe, częstotliwość własna > 200 Hz – 240 sztuk.

Zamawiający wymaga użyczenia na czas trwania umowy na dostawę linii do monitoringu ciśnienia metodą krwawą: kabli kompatybilnych z monitorami PHILIPS CMS 2000 Viridia – w ilości 34 sztuk oraz elementów mocujących przetworniki: imadeł – 18 sztuk, płytek z możliwością jednoczesnego szeregowego umocowania czterech przetworników na jednej płytce (płytkę w całości, bez możliwości rozpinania poszczególnych elementów płytki) – 18 sztuk, a także mankietów wysokociśnieniowych o pojemności 500 ml, do płuczek – w ilości 24 sztuki.

Zadanie 24

1. Elektroda nasierdziowa – 180 sztuk

- grubość 2/0 – 3/0, długość min. 50 cm,
- igła nasierdziowa pełna 25 – 27 mm, kształt 1/2 koła,
- igła przezskórna łamana, długość min. 90 mm, tnąca,
- przewód ze stali wielowłóknowej, nie rozwarstwiający się po odcięciu igły nasierdziowej, izolowany, min. 3 cm powierzchni czynnej,
- sterylna, pakowana pojedynczo,
- elektroda nie wymaga szwów mocujących,
- proste mocowanie na nasierdziu.

Zadanie 25

1. Uchwyt elektrody czynnej – 180 sztuk

- jałowy uchwyt elektrody czynnej do koagulacji ze sterowaniem ręcznym, jednorazowego użytku z elektrodą nożową i integralnym kablem 3 wtykowym do współpracy z generatorem Valleylab Force FX.

Zadanie 26

1. Elektrody bierne neutralne – 180 sztuk

- do współpracy z diatermią Valleylab Force FX,
- jednorazowa,
- samoprzylepna,
- hydrożelowa,
- dwubiegunowa,
- zabezpieczona przed wysychaniem,
- z systemem zabezpieczającym REM,

2. Przewód kompatybilny z diatermią Valleylab Force FX, długość 4,5 – 5,0 m – 2 szt.

Zadanie 27

1. Ostrza do piły – 12 sztuk

- Jednorazowe, jałowe ostrza do sternotomii pośrodkowej do piły Stryker 7

Zadanie 28

1. Prowadnik diagnostyczny PTFE 150 cm, 260 cm – 30 sztuk.

- końcówki proste i typu J, 0,035", dobra widoczność w skopii, pokryty teflonem,
- sztywna część proksymalna, odporność na odkształcenie.

Zadanie 29

1. Dreny do klatki piersiowej proste i wygięte – 210 sztuk

- dren do klatki piersiowej prosty i wygięty, sterylny, dostępny w rozmiarach 32, 36;
- długość min. 50cm,
- zawierający linie o dobrej widoczności w promieniach RTG,
- plastyczny, zawiera min. 6 otworów przeciwległych zapewniających optymalną ewakuację wydzieliny,
- ścięty pod skosem do łatwego i szczelnego montażu z konektorem 3/8 cala.

Zadanie 30

1. Introduktor 6 Fr z zastawką hemostatyczną i portem bocznym, zakończonym kranikiem trójdrożnym, prowadnik typu „J”, w zestawie igła prosta – 20 sztuk.

Zadanie 31

1. Wkład workowy na wydzielinę odsysaną z pola operacyjnego – 192 sztuki

1. pojemność zbiorcza 3000 ml (3 L),
2. jednorazowego użytku,
3. minimum 2 porty w całym zestawie (pacjent, próżnia).

Wykonawca użyczy na okres trwania umowy: cztery kanistry na wkład 3L z podziałką oraz dwa stelaże jezdne do skompletowania całości.

Zadanie 32

1. Mandryn stalowy – 210 sztuk

- stalowy, prosty, długość 75cm, 0,035", zakończony "koreczkiem" z jednej strony,

jałowy, nietoksyczny.

Zadanie 33

1. Zestaw do wprowadzania elektrod z koszulką rozrywalną – 90 sztuk

- dostępne rozmiary 7, 8, 9Fr
- koszulka 7, 8, 9 Fr, 30 cm
- przewodnik typu "J" 0,035" dł.60 cm
- rozszerzacz dł.35cm
- igła prosta 18G, dł. 7 cm

Zadanie 34

1. Cewnik z balonem do kontrapulsacji – 9 sztuk

- wewnątrzaoortalny cewnik z balonem do kontrapulsacji 7,5 Fr,
- dostępny z pojemnością balonika 25cc, 34cc,40cc,
- cewnik z balonem z zestawem do wprowadzania, z możliwością wprowadzania z koszulką lub bez koszulki,
- budowa cewnika typu CoLumen,
- jednakowa średnica 7,5 Fr dla balonu i shaftu cewnika,
- znacznik do weryfikacji cewnika w skopii,
- kanał ciśnienia o średnicy 0,025”,
- możliwość założenia przez dowolną koszulkę o średnicy wewnętrznej 7,5 Fr,
- średnica przewodnika min.0,025”,
- cewnik do współpracy z pompą Dataskope.

Zadanie 35

1. Zestaw do drenażu klatki piersiowej i jam opłucnowych – 150 sztuk

- pakowany sterylnie, 3 – komorowy,
- komora kolekcyjna min.2100 ml
- precyzyjna podziałka w zakresie małych objętości,
- wydzielona i wyskalowana zastawka podwodna z zastawką zabezpieczającą przed utratą uszczelnienia podwodnego w przypadku wysokiego ujemnego ciśnienia w jamie opłucnej,
- mechaniczna zastawka zabezpieczająca przed wzrostami ciśnienia w kierunku dodatnim,
- wodna komora regulacji ciśnienia,
- półprzezroczysty, elastyczny dren,
- zestaw przystosowany do zawieszenia na ramie łóżka i postawienia na podłodze,
- port dostępowy do zastawki wodnej umożliwiający łatwą korektę poziomu płynu,
- port dostępowy do wodnej komory regulacji podciśnienia,
- zawiera barwnik umożliwiający łatwy odczyt płynu.

Zadanie 36

1. Nakładki silikonowe do klemu aortalnego – 4 opakowania (10 szt. w 1 opakowaniu).

- nakładki do współpracy z klemem aortalnym Geister 25 – 5050.

Zadanie 37

1. Czyściki elektrod – 150 sztuk.

- Czyściki, papierki jałowe, samoprzylepne do czyszczenia elektrod.

Zadanie 38

1. Klipsy naczyniowe – 5 500 sztuk

- klipsy stosowane w zabiegach sercowo – naczyniowych na naczynia krwionośne do pozostawienia na stałe, wykonane z biologicznie obojętnego stopu tytanu,
- nietraumatyzująca powierzchnia wewnętrzna klipsa (brak ostrych brzegów),
- podłużny rowek na całej powierzchni wewnętrznej klipsa, zabezpieczający przed zjawiskiem nożycowania,
- poprzeczne rowkowanie wewnętrznej powierzchni zabezpieczające przed ześlizgnięciem,
- rozmiar xS, S, M,
- klipsownica xS , S, M 18-20cm w ilości 12 szt. – do użyczenia na okres trwania umowy.

Zamawiający informuje, że oferta, która nie będzie odpowiadała opisowi przedmiotu zamówienia w danym zadaniu, zostanie odrzucona jako nieodpowiadająca treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferowane wyroby medyczne winny spełniać wymogi wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych, być dopuszczony do obrotu i używania na terenie RP, być oznaczony znakiem CE.

Okres przydatności oferowanych wyrobów do użytku nie może być krótszy niż 6 miesięcy licząc od daty ich dostawy.

Zamawiający informuje, że oferta, która nie będzie odpowiadała opisowi przedmiotu zamówienia zostanie odrzucona jako nieodpowiadająca treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Terminy realizacji zamówienia: przez okres 3 (trzech) miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.

II. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu;
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
 - A/ kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – zamawiający nie określa tego warunku.
 - B/ sytuacji ekonomicznej lub finansowej – zamawiający nie określa tego warunku.
 - C/ zdolności technicznej lub zawodowej – zamawiający nie określa tego warunku.

Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania wykonawców, o których mowa w art.

24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Na mocy art.24 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy również Wykonawcę:

1.w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791);

2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

3. jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 Pzp z:

a) zamawiającym,

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,

c) członkami komisji przetargowej,

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a Pzp

- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

4. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy są zobowiązani złożyć następujące dokumenty i oświadczenia:

Razem z ofertą:

Oświadczenie wstępne o braku podstaw do wykluczenia składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP.

Na wezwanie Zamawiającego skierowane do Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona Wykonawca składa:

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
SIWZ dostawa wyrobów medycznych dla Oddziału Kardiochirurgii
– postępowanie AG.ZP.3320.68.18

1. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1 składa dokument wystawiony w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, można je zastąpić dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis dotyczący terminu stosuje się.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, Zamawiający ma prawo zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Wykluczenie wykonawcy następuje:

1. w przypadkach, o których mowa w art. 24 w ust. 1 pkt 13 lit. a – c i pkt 14 ustawy PZP, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a – c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

2. w przypadkach, o których mowa:

a) w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 ustawy PZP, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 13 lit d,

b) w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy PZP,

- jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;

3. w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 18 i 20 lub ust. 5 pkt. 2 ustawy PZP, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

4. w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5. w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 22 ustawy PZP, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 – 20 lub ust. 5 ustawy PZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Zdania poprzedzającego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody, o których mowa wyżej.

W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności **przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Przedmiotowe zobowiązanie należy złożyć wraz z oświadczeniem wstępnym wykonawcy składanym na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.**

Zamawiający ocenia, czy udostępnione wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 i ust. 5 ustawy PZP. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego swoje zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający będzie żądał, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1/ zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub 2/ zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną potwierdzającą

spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt. 4 i 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. **Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego.** Jeżeli oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania umowy regulującej współpracę tych wykonawców przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia publicznego.

W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności ww. oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podanie przez wykonawcę firm podwykonawców.

Dokumenty, informacje i oświadczenia, które musi zawierać oferta:

1. Formularz „oferta wykonawcy” (sporządzony według załączonego wzoru – integralnej części SIWZ).

2. Oferta cenowa sporządzona dla każdego zadania oddzielnie w sposób podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na str. 21 i zawierająca wszystkie elementy, o których w nim mowa. W ofercie cenowej należy podać krótki opis oferowanego produktu z jego nazwą własną.

Zamawiający informuje, iż niezłożenie oświadczeń, informacji określonych w pkt 1-2 spowoduje odrzucenie oferty.

Wymagane przez zamawiającego dokumenty potwierdzające, że oferowana dostawa odpowiada określonym przez zamawiającego wymaganiom – dokumenty są składane na wezwanie zamawiającego, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy PZP, skierowane do wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej.

1. Charakterystyka oferowanego przedmiotu zamówienia, sporządzona dla każdego zadania oddzielnie, z podaniem jego nazwy handlowej, producenta i kraju pochodzenia. Charakterystyka musi zawierać co najmniej dane na temat cech i parametrów wymaganych określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

2. Instrukcje użytkowania, karty katalogowe, foldery oferowanego przedmiotu zamówienia.

3. Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu aktualnych dokumentów dopuszczających do obrotu na rynku polskim oferowany przedmiot zamówienia, tj. deklaracji zgodności o spełnieniu wymagań zasadniczych, certyfikatów zgodności dla oferowanych wyrobów medycznych - zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych a także oświadczenie Wykonawcy, że dostarczy stosowne dokumenty na każde żądanie zamawiającego w wyznaczonym przez zamawiającego terminie.

Zamawiający informuje, że niezłożenie dokumentów określonych w pkt. 1 - 3 spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający uprzednio zastosuje art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wstępne wykonawcy składane na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy PZP – wg wzoru przedstawionego w SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu wstępnym.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie wstępne składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Przed udzieleniem zamówienia zamawiający będzie wzywał wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1.

Jeżeli jest to niezbędne Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli będą zachodzić uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia wstępnego wykonawcy składanego na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy PZP, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa ich do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że

mimo ich złożenia, uzupełnienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

III. Terminy i wymagania co do sposobu sporządzania, składania i otwarcia ofert.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. Złożenie oferty wariantowej spowoduje jej odrzucenie jako niezgodnej z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu, a zadrukowane strony oferty ponumerowane. Zaleca się, aby wykonawca zbroszował ofertę. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być odpowiednio zabezpieczone np. w oddzielnej kopercie lub skoroszytcie (teczce). Oferta musi być podpisana przez wykonawcę tj. osobę (lub osoby) uprawnioną do reprezentowania firmy (zgodnie z wpisami do akt rejestrowych), bądź osobę upoważnioną przez wykonawcę na piśmie, w tym parafowane wszystkie strony oferty (wszystkie załączniki i dołączone dokumenty wymagane przez zamawiającego) oraz wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany. Pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej w tym podpisującej ofertę w imieniu wykonawcy może być przedstawione w formie oryginału bądź kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie lub przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy zgodnie z wpisami do akt rejestrowych. Przedmiotowe pełnomocnictwo musi być złożone wraz z ofertą i stanowi jej integralną część.

Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem.

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonych kopii dokumentów, innych niż oświadczenia, gdy złożona kopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Wykonawcy są zobowiązani do zachowania niżej podanego sposobu obliczania ceny

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
SIWZ dostawa wyrobów medycznych dla Oddziału Kardiochirurgii
– postępowanie AG.ZP.3320.68.18

(sporządzenia oferty cenowej):

Nazwa przedmiotu zamówienia, nazwa handlowa, numer katalogowy (jeśli wyrób posiada), jednostka miary, ilość, cena jednostkowa bez podatku VAT, stawka podatku VAT, cena jednostkowa z podatkiem VAT, łączna cena bez podatku VAT (wynik pomnożenia ilości przez cenę jednostkową bez podatku VAT), łączna cena z podatkiem VAT (łączna cena bez podatku VAT powiększona o VAT), producent, kraj pochodzenia. W cenie oferty należy zawrzeć wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w szczególności opłaty podatkowe, koszty transportu, itp.

Cena ostateczna za całość przedmiotu zamówienia musi być podana w wartości netto (bez podatku VAT) i wartości brutto (z podatkiem VAT).

Ceny muszą być wyrażone w polskich złotych, i muszą być podane zgodnie z obowiązującym w Polsce systemem monetarnym (zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku).

Zamawiający informuje, iż rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone tylko w złotych polskich.

Jeżeli zaoferowana cena, lub jej istotne części składowe, wydadzą się zamawiającemu rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i będą budziły wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający będzie się zwracał o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny, w szczególności w zakresie:

- oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 2 – 3 ustawy z dnia 10 października 2002 r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
- pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów,
- wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie,
- wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska,
- powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

W przypadku gdy cena całkowita oferty będzie niższa o co najmniej 30% od:

- wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy PZP lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa wyżej, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia,
- wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa wyżej.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
SIWZ dostawa wyrobów medycznych dla Oddziału Kardiochirurgii
– postępowanie AG.ZP.3320.68.18

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na wykonawcy.

Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie udzieli wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonym dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Oferty należy składać w nieprzejrzyistych zaklejonych kopertach w sposób uniemożliwiający ich otwarcie bez uszkodzenia. Należy stosować koperty podwójne zewnętrzne i wewnętrzne. Koperta zewnętrzna winna być zaadresowana na Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, 22 - 400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10 pok. 248 i powinna być oznakowana następująco: „Przetarg nieograniczony – dostawa wyrobów medycznych dla Oddziału Kardiologii. Zadanie nr Nie otwierać przed 26 października 2018r. godz. 12.00”, oraz powinna zawierać nazwę i dokładny adres wykonawcy. Koperta wewnętrzna musi być oznakowana identycznie jak koperta zewnętrzna. Ofertę należy złożyć w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 pok. 248 (Kancelaria Szpitala).

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczetowane i oznaczone w sposób podany wyżej, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami „Zmiana” lub „Wycofanie”. Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert. Oferty mogą być doręczone osobiście lub przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego, za pośrednictwem kuriera, z tym że nie będzie brana pod uwagę data stempla pocztowego, oferta w sposób fizyczny musi wpłynąć w wyznaczonym terminie do siedziby zamawiającego. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie.

Termin składania ofert upływa dnia 26 października 2018r. o godz. 11:00.

Wykonawca pozostanie związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu rozpocznie się wraz z upływem terminu składania ofert. Co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, w dniu **26 października 2018 r. godz. 12.00, pok. 210.**

Otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10. Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert będą podawane nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny. Informacje te będą odnotowywane w protokole postępowania.

W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

Zamawiający będzie poprawiał w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia za pośrednictwem faksu zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

2. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

3. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia, oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy PZP, braku równoważności lub braku spełnienia wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

4. unieważnieniu postępowania

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej informacje, o których mowa w pkt. 1, 4.

Wyniki przetargu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10.

IV. Warunki przeprowadzenia przetargu w tym kryteria oceny.

Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 (dwa) dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczyć będzie udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

W uzasadnionych przypadkach w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert

zamawiający może zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający udostępni na stronie internetowej.

Zamawiający przedłuży określony termin składania ofert jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zmiany zamieści na stronie internetowej.

W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi. Zamawiający nie będzie zwoływał zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pracownikami upoważnionymi przez zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są: lek. med. Jarosław Bródka tel. 84 677 31 86, mgr Monika Mizielska (tel. 84 677 31 98, mgr Elżbieta Kolano tel. 84 677 31 95 – w sprawie oferowanego przedmiotu zamówienia, inż. Teresa Huk - w sprawach formalnych tel. 84 677 32 29 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,00 - Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane faksem i za pośrednictwem operatora pocztowego. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przekazywanych faksem oświadczeń, wniosków zawiadomień oraz informacji. Numer faksu zamawiającego na który należy kierować korespondencję - **84 638 66 69**.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny ofert o znaczeniu:

cena – 100 %

Cena - będzie oceniana na podstawie oferty cenowej. Najwyżej oceniona w danym zadaniu zostanie oferta o najniższej cenie. Porównywane będą ceny ostateczne brutto za całość przedmiotu zamówienia w danym zadaniu.

Sposób obliczania punktów za kryterium ceny: przyjmuje się zasadę poziomu odniesienia - w tym przypadku stosunek ceny minimalnej do ceny oferty badanej. Uwzględniając wartość tego kryterium 100 punktów (1% = 1 pkt.) obliczamy przyznaną liczbę punktów dla danej oferty mnożąc wyliczony współczynnik przez wagę kryterium tj. 100,00 pkt.

Oferta z najniższą ceną w poszczególnych zadaniach zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający będzie wzywał wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Zamawiający zawrze umowę w terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania faksem zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający będzie mógł zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa wcześniej, jeżeli w niniejszym przetargu

nieograniczonym zaistnieją przesłanki o których mowa w art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit./a ustawy.

Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy będzie tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy z wyjątkiem zmian określonych we wzorze umowy stanowiącym integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana uchylać się będzie od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że znajdą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. Prawo zamówień publicznych.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

Zamawiający może odstąpić także odstąpić od umowy, jeżeli zaistnieje co najmniej jedna z okoliczności przewidzianych we wzorze umowy stanowiącym integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta zostanie odrzucona gdy:

- jest niezgodna z ustawą;
- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3;
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
- zawiera błędy w obliczeniu ceny;
- wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3;
- wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy PZP, na przedłużenie terminu związania ofertą;
- jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostanie unieważnione gdy zaistnieje jedna z okoliczności określonych w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechaniu czynności do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Z uwagi na wartość przedmiotowego zamówienia, która jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- określenia warunków udziału w postępowaniu,
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- odrzucenia oferty odwołującego,
- opisu przedmiotu zamówienia,
- wyboru najkorzystniejszej oferty.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł się zapoznać z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu faksu.

Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy PZP – przy użyciu faksu albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 ustawy wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

Zamawiający prześle niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.