



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 30 maja 2016 r.

AG.ZP.3320.31. .16

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na **dostawę stymulatorów, elektrod i innego niezbędnego sprzętu**. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień:

Pytanie 1 dot. zadania nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatora do stymulacji sekwencyjnej DDD-R z funkcją aktywnego szukania własnego rytmu komór nie posiadającego funkcji rate drop?

Stymulator posiada funkcje rate fading (rate smoothing) oraz bezprzewodową komunikację z programatorem, śródklatkowy pomiar płynów i jest przystosowany do badań MRI (full body scan) pod warunkiem użycia certyfikowanych elektrod.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie 2 dot. zadania nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatora z automatyką do stymulacji jednojamowej SSI-R posiadającego czułość przedsionka w zakresie 0,5-7,5mV, niewiele różniący się od parametru wymaganego?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3 dot. zadania nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatora MRI z elektrodą i z automatyką do stymulacji jednojamowej SSI-R posiadającego czułość przedsionka w zakresie 0,5 – 7,5 mV, niewiele różniący się od parametru wymaganego?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza.

*Lek. med Marek Lipiec
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Samodzielnego publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu*



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524