



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 000021024

DZP 3320.48.21

Zamość, dnia 17 września 2021 r.

Dotyczy: wyjaśnienia treści SWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SWZ opracowanej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę aparatu genetycznego i testów genetycznych.

Pytanie nr 1. Dotyczy projektu umowy § 2 ust. 12.

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: „Wykonawca zobligowany jest do dokonania wymiany wadliwego produktu na zgodny z zamówieniem i wolny od wad *lub wystawienia noty korygującej* lub też pisemnej odmowy uznania reklamacji w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od daty jej otrzymania. Brak pisemnej odmowy uznania reklamacji w tym terminie jest uważany za uznanie reklamacji przez Wykonawcę.”

Wystawienie noty korygującej pozwoli na odliczenie kosztu pojedynczych wadliwych produktów od salda zobowiązań płatniczych i jest najwygodniejszą formą rozpatrywania pojedynczych reklamacji.”

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie nr 2. Dotyczy projektu umowy § 5 ust. 2.

„Informujemy, że faktura za przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 jest wystawiana elektronicznie przez system informatyczny w dniu wysyłki przedmiotu umowy z magazynu i nie ma możliwości zmiany tego terminu. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę zapisów ustępu na: „Płatność za wykonanie Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 Zamawiający ureguluje przelewem na konto Wykonawcy podane w fakturze VAT w ciągu 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą do zapłaty faktury VAT przez Wykonawcę za dostarczenie Przedmiotu Umowy, w tym instalację i uruchomienie oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi, jest podpisany przez strony protokół odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 2.”

W przypadku zmiany zapisu proponujemy wydłużenie terminu płatności za przedmiot umowy do 60 dni.”

„Poniżej przesyłamy zmodyfikowane pytanie nr 2, proszę o zignorowanie poprzedniej wersji.

Dotyczy §5 ust. 2. Wnosimy o zmianę zapisu na: Płatność za wykonanie Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust.1 pkt 2 Zamawiający ureguluje przelewem na konto Wykonawcy podane w fakturze VAT w ciągu 60 dni od daty ziszczenia się następujących warunków: otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz podpisania przez osoby upoważnione protokołu odbioru o którym mowa w § 3 ust. 2 obejmującego instalację, uruchomienie oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi.

Informujemy, że data wystawienia faktury za aparat genetyczny jest zawsze wcześniejsza niż dzień dostawy i instalacji i jest dniem, w którym sprzęt opuszcza magazyn, po czym następuje dostawa, która trwa ok. 2-3 dni i po dostawie następuje instalacja ze szkoleniem. Faktura za aparat przesyłana jest wyłącznie drogą elektroniczną. Zgodnie z art. 106i ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, fakturę wystawia się nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru. Z kolei na podstawie art. 106i ust. 7 pkt 1 ustawy, faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30 dnia przed dokonaniem dostawy towaru. Z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wynika zatem, że faktura może zostać wystawiona najwcześniej 30 dnia przed dokonaniem dostawy towaru. Z kolei najpóźniej faktura może zostać wystawiona 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru. Z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług nie wynika zatem obowiązek wystawienia faktury w konkretnym dniu, takim jak np. dzień dokonania dostawy towaru do klienta. Przepisy prawa podatkowego dają podatnikowi swobodę wystawienia faktury w dowolnym dniu, który mieści się w przedziale czasowym wyznaczonym przez te przepisy”.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie nr 3. Dotyczy Opisu Przedmiotu Zamówienia, warunki graniczne punkt 7.

„W związku z nowo powstałymi i ciągle pojawiającymi się mutacjami wirusa SARS Cov-2 czy Zamawiający wymaga, aby testy posiadały aktualny dokument wystawiony przez producenta testów, potwierdzający, że wykrywają one obecnie pojawiający się warianty wirusa SARS CoV-2 stan na lipiec 2021 obejmujący warianty Delta, Delta Plus, Gamma i Lambda?”

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4. Dotyczy Opisu Przedmiotu Zamówienia punkt 12 „Możliwość monitorowania przebiegu reakcji.”

„Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy Zamawiający ma na myśli możliwość podglądu wykresów fluorescencji/CT, czyli krzywych sygnału reakcji PCR dla genów SARS CoV-2 i kontroli testu oraz wartości CT (cyklu progowy, Cycle Threshold)? W przypadku rozstrzygnięcia wyników niejednoznacznych lub próbek pobranych na wczesnym bądź późnym etapie zakażenia, możliwość podglądu krzywych oraz wartości CT są dodatkowymi elementami wspierającymi samą interpretację wyniku i mogą wesprzeć proces diagnostyczny”.

Wyjaśnienie: Pod pojęciem „Możliwość monitorowania przebiegu reakcji” należy rozumieć analizator, który generuje krzywe sygnału reakcji PCR dla genów SARS CoV-2 i dla kontroli testu oraz podaje wartość CT.

Małgorzata Popławska
/-/
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu