



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

Zamość, dnia 26.07.2024 r.

Sprawa: AT.Z.2150.44.5.2024

Dotyczy: odpowiedzi na pytania

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje, że do Zaproszenia do złożenia ofert na dostawę środków ochrony radiologicznej wpłynęły zapytania.

Poniżej podajemy treść pytań oraz odpowiedzi:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wymaga okularów, które posiadają boczne śruby pozwalające użytkownikowi na kątową regulację szkieł przednich oraz bocznych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, aby okulary posiadały boczne śruby pozwalające użytkownikowi na kątową regulację szkieł przednich oraz bocznych.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający wymaga aby okulary były wyposażone w taśmę zaciskową, zabezpieczającą przed zsunięciem się okularów – pozwala to na indywidualne dopasowanie do głowy użytkownika a ponadto uniemożliwia ryzyko zsunięcia się okularów podczas wykonywania zabiegów.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, aby okulary były wyposażone w taśmę zaciskową zabezpieczającą przed zsunięciem się okularów.

Pytanie 3:

Proszę o odstąpienie od wymogu, aby przedmiot zamówienia posiadał deklarację CE dla wyrobu medycznego, w przypadku, gdy takim wyrobem nie jest. Asortyment objęty postępowaniem nie jest wyrobem medycznym, stąd ww. wymóg jest nieuprawniony i niemożliwy do spełnienia.

Odpowiedź:

Oferowane środki ochrony radiologicznej powinny być zgodne z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/425 oraz normą EN 61331-3:2014. Środki ochrony radiologicznej wprowadzone do obrotu mają posiadać deklaracje zgodności CE spełniające zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu



Adam Flmierz