



Zamość, dnia 19 stycznia 2017 r.

AG.ZP.3320.2. .17

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu do zabiegów endowaskularnych udrażniania żył centralnych klatki piersiowej. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

Pytanie dot. zadania 5:

ze względu na ofertę konkurencyjną cenowo prosimy o dopuszczenie przewodników spełniających wszystkie wymagania SIWZ, posiadających elastyczną końcówkę o długościach 3 cm, 5 cm, 8 cm (wymagane 1, 3, 5, 8 cm). Dostępne krzywizny: J, prosta i angled.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 6:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 6 cewników diagnostycznych bardzo wysokiej jakości, w zakresie: 4 F – 5 F – 6 F i długości 65 – 110 cm z pominięciem krzywizny Bern? W zamian oferujemy równoważne krzywizny specyficzne dla reprezentowanego producenta. Pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 13:

Czy zamawiający dopuści cewnik balonowy powlekany lekiem:

- cewnik balonowy powlekany Paklitakselem
- system OTW
- ciśnienie nominalne co najmniej 6 atm
- kompatybilne z przewodnikiem 0,035"

- dostępne średnice: 4, 5, 6 mm
- dostępne długości: 40, 80, 120 mm?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 13:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 13 cewników balonowych powlekanych lekiem o poniższych parametrach:

- kompatybilne z przewodnikiem 0,014", 0,018" i 0,035"
- cewnik balonowy pokryty Paklitakselem w technologii TransferTech
- antyłamliwe, równomierne, wielowarstwowe pokrycie
- dawka Paklitakselu 3 ug/mm2
- zapewniona stabilność pokrycia podczas doprowadzania
- system OTW



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008
Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004
Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po
PN-N 18001 : 2004
Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007
Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2013
Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

- długości balonu: 20 mm, 40 mm, 60 mm, 80 mm, 120 mm, 150 mm, 200 mm
- średnica balonu: 2,00 mm, 2,5 mm, 3,00 mm, 3,5 mm, 4,00 mm, 5,00 mm, 6,00 mm, 7,00 mm, 8,00 mm
- długość cewnika 150 cm/ 140 cm/ 100 cm/ 80 cm
- ciśnienie nominalne 6-7 atm
- RBP 14-16 atm
- kompatybilny z introduktorem 4 F i 5-6F (prowadnik 0,035")
- czas uwalniania leku 30 - 60 sek?

Wyjaśnienie: Nie.

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek. med. Marek Lipiec