



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 04 maja 2020r.

AG.ZP 3320.23.03952.20

Dotyczy: zmiany treści SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm., informuje o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. przetargu nieograniczonego na **dostawę wyrobów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu** w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 9.

W zadaniu nr 9 ulega zmianie opis przedmiotu zamówienia. Obowiązujący opis przedmiotu zamówienia to:

Paski do oznaczania cukru we krwi kapilarnej – 50 szt. w opakowaniu, znajdujące się na aktualnej liście refundacyjnej Ministra Zdrowia wraz z kompatybilnymi aparatami pomiarowymi w ilości 450 szt. i płynami kontrolnymi w ilości 150 op.

Charakterystyka:

nie wymagające kodowania

pole pomiarowe w szczytowej części paska

funkcja bezkontaktowego wyrzutu zużytego paska

– zakres pomiaru 20-600 mg/dl

– temperatura przechowywania pasków do min.32°C potwierdzona w instrukcji

obsługi pasków lub na opakowaniu pasków

– termin ważności pasków i płynów kontrolnych co najmniej 3 miesiące od momentu otwarcia

– dokładność pomiaru: spełnianie normy ISO 15197:2015 dla proponowanych pasków, glukometrów i płynów kontrolnych, potwierdzone dokumentem zgodności z w/w normą, dołączonym do oferty.

– instrukcja użytkowania w języku polskim

– obudowa aparatu odporna na działanie środków dezynfekcyjnych

– możliwość kontroli na co najmniej 2 poziomach płynów kontrolnych

– czas pomiaru nie dłuższy niż 7 sekund

Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z pierwszą dostawą 60 szt .aparatów kompatybilnych do zaferowanych pasków i 20 op. Płynów kontrolnych.

W razie awarii aparatu, sprzedający zobowiązuje się do wymiany na nowy aparat według potrzeb Zamawiającego.

Całkowita ilość: 5000 opakowań a 50 szt

lek. med. Marta Węgrzyn – Bąk

p.o. Dyrektora

*Samodzielnego Publicznego Szpitala
Wojewódzkiego im Papieża Jana Pawła II
w Zamościu*



UKAS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.

Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/UA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



KOMITET
UPOWSZECHNIANIA
KARMIEŃIA
PIERSIĄ

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524