

# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu <sup>(A)</sup>

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 05.05.2016 r.

AG.Z.2150. 31. 4 .2016

Dotyczy: odpowiedzi na pytania.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę protez naczyniowych aortalnych z odnogą i rączek do usuwania wrośniętych elektrod, wpłynęły pytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi.

Pytanie 1. Dotyczy zadania nr 1:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu:

Proteza naczyniowa aortalna z odnogą do krążenia pozaustrojowego przeznaczonych do rekonstrukcji aorty ?

Parametry wymagane:

- proteza tkana o wysokiej hemostatyczności. Wykonane z Dakronu (poliestru – PET) w technologii tkanej, dwustronnie pokryte welurem. Zapewnia ona większą odporność na ciśnienie (powyżej 400PSI) i dlatego stosuje się ją w rekonstrukcji aorty wstępującej i piersiowej z uwagi na wyższe ciśnienie krwi. Gotowe do użycia bezpośrednio po otwarciu opakowania. Nie wymagają preclottingu.

- uszczelniona kolagenem
- proteza prosta
- posiadająca jedną odnogę do podłączenia kaniuli perfuzyjnej,
- dostępna w rozmiarze od 22 mm do 34 mm,
- termin ważności minimum 36 miesięcy od daty utworzenia „Banku”
- asortyment w „Banku”:
  - a) nr 24 mm – 1 szt.
  - b) nr 26 mm – 1 szt.
  - c) nr 28 mm – 1 szt.
  - d) nr 30 mm – 1 szt.
  - e) nr 32 mm – 1 szt.
  - f) nr 34 mm – 1 szt.

Odpowiedź: Tak.



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po  
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po  
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po  
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po  
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po  
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po  
ISO 22000 : 2005



tel. Centrala  
84 6773333

tel. Sekretariat  
84 6773300

Fax  
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział  
w Zamościu  
61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524

Pytanie 2. Dotyczy zadania nr 1:

Czy Zamawiający wymaga protezy naczyniowej aortalnej z odnogą do krążenia pozaustrojowego przeznaczonej do rekonstrukcji aorty, uszczelnianej materiałem biokompatybilnym, naturalnym kolagenem, który nie wywołuje reakcji alergicznych, jest atrombogenny. Promuje idealne formowanie się neointymy. Pozwala zachować największą drożność i światło przekroju protezy w porównaniu z innymi rodzajami uszczelnienia?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 3. Dotyczy zadania nr 1:

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 1 w miejsce pierwotnych parametrów protez tkanych uszczelnianych żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy, dwustronnie welurowanych (z niskim welurem wewnętrznym i wysokim welurem zewnętrznym) w rozmiarach 22-34 mm lub protez dzianych uszczelnianych żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy, dwustronnie welurowanych w rozmiarze od 22 do 30 mm.

Odpowiedź: Dopuszcza się protezę tkaną.

Z-CA DYREKTORA  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
ds. Lecznictwa  
(-) lek. med Marek Lipiec