



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001:2015

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001:2015

Certyfikat nr 51705/X/0001/UA/Po
PN-N 18001:2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001:2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001:2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000:2005



KOMITET
UPOWSZECHNIANIA
KARMIEŃIA
PIERSIĄ



tel. centrala:
84 677 33 33

tel. sekretariat:
84 677 33 00

fax:
84 638 66 69

www.szpital.zam.pl

e-mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP: 922-22-92-491

REGON: 006050134

KRS: 0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

AG.ZP.3320.6.01701.20

Zamość, dnia 21 lutego 2020 r.

Dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na **dostawę odczynników wraz z dzierżawą dwóch analizatorów hematologicznych i aparatu do automatycznego barwienia preparatów krwi i szpiku**. Poniżej podajemy treść wniosku i wyjaśnienia:

1. Opis przedmiotu Zamówienia, Parametry techniczno-eksploatacyjne, pkt 24

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga, aby oferowany analizator podstawowy oznaczał i prezentował na wyniku pacjenta erytroblasty w wartościach względnych i bezwzględnych, w każdym trybie morfologii oraz automatycznie korygował liczbę WBC, zaś oferowany analizator zastępczy miał minimum możliwość flagowania obecności erytroblastów **lub podobnie jak analizator podstawowy** podawał ich ilość w wartościach względnych i bezwzględnych?

Wyjaśnienia: Zamawiający dopuszcza.

2. Opis przedmiotu Zamówienia

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materiału kontrolnego stabilnego do momentu upływu daty ważności podanej na opakowaniu i fiolkach rozdysponowanego według harmonogramu dostaw materiału kontrolnego, dostępnym na stronie [www.....pl](http://www.szpital.zam.pl).

Wyjaśnienia: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Z-ca DYREKTORA

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ds. Lecznictwa

Ilek. med. Marta Węgrzyn-Bąk