



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

Zamość, dnia 8 października 2021 r.

AT.R. 334.124.2.2021

Informacja o unieważnieniu postępowania

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu (dalej: „Zamawiający”) informuje, że unieważnia prowadzone przez Zamawiającego postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej 130 tysięcy złotych pn. **„Zakup i dostawa Resektoskopu bipolarnego wraz z wyposażeniem na potrzeby Bloku Operacyjnego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu”** (dalej: „postępowanie”).

Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie Rozdziału IX punkt 3 Zapytania ofertowego, który stanowi, iż Zamawiający może unieważnić postępowanie wówczas gdy wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.

Uzasadnienie

Przygotowując opis zamówienia na potrzeby prowadzonego postępowania Zamawiający nie przewidział, iż na rynku mogą istnieć resektoskopy bipolarne, których producenci mogą stosować własne, unikalne rozwiązania, które nie będą kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego aparatem do elektrochirurgii. O powyższej okoliczności Zamawiający, pomimo zachowania należytej staranności przy dokonywaniu opisu przedmiotu zamówienia, powziął wiedzę dopiero na etapie postępowania.

Jedyny zaoferowany w prowadzonym przez Zamawiającego postępowaniu resektoskop bipolarny nie jest kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego aparatem do elektrochirurgii z uwagi na odmienne przyłącza, które posiada oferowany w toku postępowania resektoskop. Przyjęcie zatem przez Zamawiającego złożonej w ramach postępowania oferty, a w konsekwencji zakup resektoskopu, który byłby niekompatybilny

z posiadanym przez Zamawiającego aparatem powoduje, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego. Zamawiający sfinansowałby bowiem zakup urządzenia, które nie mogłoby być użytkowane zgodnie z jego przeznaczeniem.

Małgorzata Popławska
/-/
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu