



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu (A)

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



AG. Z.2150.35 .8.2016

Zamość 19.02.2016 r

Dotyczy : odpowiedzi na pytania .

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje , że do zaproszenia do złożenia ofert na dostawę wyposażenia dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego wpłynęły pytania .

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi :

### Pytania dotyczące zadania nr. 1 poz. 1: Łóżko do sali pooperacyjnej.

1. Czy Zamawiający wprowadzi wymóg elektrycznej regulacji funkcji CPR za pomocą jednego, odpowiedni oznaczonego przycisku ? Łóżko po wciśnięciu przycisku wykonuje serię skoordynowanych ruchów ustawiając się do najbliższej pozycji leża oraz poziomuje segmenty leża.
2. Czy Zamawiający wprowadzi wymóg elektrycznej regulacji funkcji antyszokowej ?  
Łóżko ustawia pacjenta nogami w górę , głową w dół oraz prostuje segmenty leża w celu dopływu krwi do mózgu na wypadek zasłabnięcia.
3. Czy Zamawiający wprowadzi wymóg elektrycznej regulacji funkcji kardiologicznej za pomocą jednego przycisku ? Łóżko ustawia się w pozycji siedzącej.
4. Czy Zamawiający wymaga elektrycznej funkcji Anty i Trendelburga ?
5. Czy Zamawiający będzie wymagał systemu blokowania szczytów ? System zapobiega przed przypadkowym przesuwaniem się szczytów podczas transportu pacjenta.
6. Czy Zamawiający będzie wymagał w pulpicie przewodowym podświetlanych przycisków ? Podświetlane przyciski pozwalają na łatwiejszą identyfikację wybieranej funkcji.
7. Czy Zamawiający będzie wymagał możliwości ustawienie łóżka na niskiej wysokości tj: 37 cm mierząc od podłogi do leża.

Odpowiedź: dotyczy pytań ( 1-7 )

**Zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia podanym w zaproszeniu do złożenia ofert.**

### Pytanie dotyczące zadania nr 1 poz. 1 Łóżko do sali pooperacyjnej.

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie , czy Zamawiający pod nazwą „ autosegregacja" ma na myśli funkcję autoregresji ?

Odpowiedź: Tak , powinno być autoregresji.

### Pytanie dotyczące zadania nr 3 poz. 6 : Dozownik do ręczników papierowych w roli:

Prosimy o bardzo precyzyjne opisanie parametrów oczekiwanego podajnika ?

Odpowiedź :

Szczegółowy opis podajnika , zgodny z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr: 22 Zadania nr 3 poz. 6 dozownik do ręczników w roli ( pismo z dnia 18.04.2016 r )

Informuję również , że :

szerokość tulei – 4 cm +/- 1 cm szerokość papieru – 20 cm +/- 2 cm

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

(-) lek. med. Andrzej Mielcarek



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po  
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po  
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po  
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po  
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po  
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po  
ISO 22000 : 2005



KOMITET  
UPOWSZECZNIANIA  
KARMIENIA  
PIERŚNIĄ



tel. Centrala  
84 6773333

tel. Sekretariat  
84 6773300

Fax  
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział  
w Zamościu  
61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524