



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ^(A)

22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10

Zamość, 14 grudnia 2020 r.



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001:2015

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001:2015

Certyfikat nr 51705/X/0001/JA/Po
PN-N 18001:2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001:2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001:2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000:2005



KOMITET
UPOWSZECHNIANIA
KARMIENIA
PIERSIĄ



tel. centrala:
84 677 33 33

tel. sekretariat:
84 677 33 00

fax:
84 638 66 69

www.szpital.zam.pl

e-mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP: 922-22-92-491

REGON: 006050134

KRS: 0000021024

PEKAO S.A. | Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

AT.Z.2150.2.6.2020

Dotyczy: odpowiedzi na pytania

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje, że do zaproszenia do złożenia ofert na dostawę odczynników do gazometrii i elektrolitów, strzykawkę do gazometrii wraz z dzierżawą analizatora wpłynęły zapytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi:

Dotyczy Zadania nr 1

Pytanie nr 1:

„Czy Zamawiający uzna za równoważny analizator wykonujący kalibrację w czasie dobowym dłuższym niż 70 minut, który równolegle oferuje możliwość przerwania kalibracji celem wykonania próbki pilnej?”

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 2:

„Czy Zamawiający uzna za równoważny analizator umożliwiający ponowne użycie niektórych odczynników w tym samym analizatorze? Możliwość przekładania odczynników do analizatora zastępczego oferuje dodatkowy benefit tylko jeśli Zamawiający posiadałby na miejscu 2 analizatory tego samego typu, podczas gdy postępowanie ogłoszone jest na dzierżawę jednego analizatora.”

Odpowiedź:

Tak

Dotyczy zadania nr 2

„Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie specjalistycznych strzykawkę do gazometrii bez kulki? Strzykawki z kulką są oferowane tylko przez jednego dostawcę na rynku firmę Radiometer, dodatkowo, aby z nich skorzystać, należy posiadać analizator firmy Radiometer, co z góry sugeruje wybór tylko jednego wykonawcy zarówno w zadaniu 1 jak i zadaniu 2. Strzykawki, które chcielibyśmy zaoferować Zamawiającemu są napyłone najwyższej jakości suchą heparyną zbalansowaną jonami wapnia, która nie wymaga zastosowania kulki.”

Odpowiedź:

Tak

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Małgorzata Popławska