



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

DZP.3320.58.22

Zamość, dnia 6 września 2022 r.

Dotyczy: wyjaśnienia treści SWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia treść zapytania wraz z wyjaśnieniem treści SWZ opracowanej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę ureterorenoskopów giętkich dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.**

Pytanie 1

„Prosimy o dopuszczenie zaoferowania w pełni giętki ureterorenoskopu jednorazowego użytku do współpracy z włóknem laserowym, zapewniający dostęp do górnego odcinka układu moczowego o następujących parametrach: pole widzenia 100°; średnica dystalna 7.4 Fr; średnica zewnętrzna trzonu endoskopu 8,6 Fr; kanał roboczo-irygacyjny 3.6 Fr; kąt odchylenia końcówki 275° w górę i w dół z pustym kanałem roboczym - 274° z włóknem laserowym; trójkąt umożliwiający wprowadzenie narzędzi i włókna laserowego do kanału roboczego z jednoczesnym podłączeniem linii irygacyjnej; całkowita długość 905 mm' długość robocza 670 mm; średnica pętli w części dystalnej 20 mm; waga endoskopu <185 gram (+/- 10%). Kamera wbudowana w końcówkę URS. Ostrość obrazu ustawiana automatycznie. *Dostarczany z adapterem Tuohy Borst, umożliwiającym precyzyjne wprowadzenie włókna laserowego”.

Wyjaśnienie: Nie, wiążące są zapisy SWZ.

Pytanie 2

„Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania sterownika kamery z monitorem posiadający jeden tryb pracy umożliwiający wzmocnienie obrazu w celu zmniejszenia koloru krwi”.

Wyjaśnienie: Zamawiający wyraża zgodę.

Adam Fimiarz

/-/

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu