

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ^(A)

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 29.11.2016 r.

AG.Z.2150.26.3.2016

Dotyczy: odpowiedzi na pytania.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę narzędzi neurochirurgicznych wielorazowego użytku wpłynęły pytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi.

Dotyczy: I Zestaw do kręgosłupa szyjnego.

Pytanie 1: Czy Zamawiający w pozycji nr.5 dopuści do zaoferowania równoważny odgryzacz kostny Kerrison, nierozbieralny z otworami bocznymi w górnej sztancy, bez tłoczniaka (wyrzutni) z racji na fakt, iż w przypadku średnicy narzędzia 1mm nie jest możliwe wyposażyć ww.kleszczy w tłoczniak, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź do pytania 1: NIE.

Pytanie 2: Czy Zamawiający w pozycji nr.6 dopuści do zaoferowania równoważne kleszcze Caspar o dł.160mm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź do pytania 2: TAK.

Pytanie 3: Czy Zamawiający w pozycji nr.7 dopuści do zaoferowania równoważne narzędzie o następujących parametrach: Hak Kocher-Langenbeck o wym.55x11mm lub 70x14mm i dł. 21,5 cm lub Hak Langenbeck o wym.50x11mm i dł. 21cm?

Odpowiedź do pytania 3: TAK.

Pytanie 4: Czy Zamawiający w pozycji nr.11 dopuści do zaoferowania równoważną końcówkę ssaka Frazier(Fergusson) o dł.150mm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź do pytania 4: NIE.

Pytanie 5: Czy Zamawiający w pozycji nr.12 dopuści do zaoferowania równoważne kleszcze do drutu, utwardzone wkładką węglową o dł. 18 cm?

Odpowiedź do pytania 5: TAK.



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Dotyczy: II Zestaw do laminektomii.

Pytanie 6: Czy Zamawiający w pozycji nr.18 dopuści do zaferowania równoważny, kompletny rozwieracz Scoville-Richter, dł.ramion 14 cm, rozwarcie 12,5 cm, o wymiarach łopatek 60x50 (4 zęby) i 60x37mm (3zęby)?

Odpowiedź do pytania 6: TAK.

Pytanie 7: Czy Zamawiający w pozycji nr.19 dopuści do zaferowania równoważne kleszcze Caspar o dł.160mm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź do pytania 7: TAK.

Pytanie 8: Czy Zamawiający w pozycji nr.21 dopuści do zaferowania równoważne kleszcze Caspar o dł.160mm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź do pytania 8: TAK.

Pytanie 9: Czy Zamawiający w pozycji nr.23 dopuści do zaferowania równoważne kleszcze Caspar o dł.160mm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź do pytania 9: TAK.

Pytanie 10: Czy Zamawiający w pozycji nr.28 dopuści do zaferowania równoważny retraktor typu Caspar o szerokość 4mm i dł.24,5 cm?

Odpowiedź do pytania 10: TAK.

Pytanie 11: Czy Zamawiający w pozycji nr.29 dopuści do zaferowania równoważny retraktor automatyczny Weitlaner, 2x3 zęby, pół-ostry, dł.10,5 cm?

Odpowiedź do pytania 11: TAK.

Dotyczy: III Zestaw do dyscektomii.

Pytanie 12: Czy Zamawiający w pozycji nr.35 dopuści do zaferowania równoważny rozwieracz automatyczny do laminektomii Beckmann-Adson (Standard), łamany, pół-ostry, 4x4 zęby, dł. 31 cm?

Odpowiedź do pytania 12: NIE.

Pytanie 13: Czy Zamawiający w pozycji nr.36 dopuści do zaferowania równoważny rozwieracz Beckmann-Eaton, łamany, ostry, 7x7 zęby, dł. 33 cm?

Odpowiedź do pytania 13: NIE.

Pytanie 14: Czy Zamawiający w pozycji nr.38 dopuści do zaferowania równoważne kleszcze Caspar o dł.160mm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź do pytania 14: TAK.

Pytanie 15: Czy Zamawiający w pozycji nr.40 dopuści do zaoferowania równoważne kleszcze Caspar o dł.160mm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź do pytania 15: TAK.

Pytanie 16: Czy Zamawiający w pozycji nr.42 dopuści do zaoferowania równoważne kleszcze Caspar o dł.160mm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź do pytania 16: TAK.

Pytanie 17: Czy Zamawiający w pozycji nr.46 dopuści do zaoferowania równoważny ssak Frazier (Fergusson), regulowany, śr.4mm, dł. 150mm?

Odpowiedź do pytania 17: NIE.

Dotyczy: IV Zestaw do mikrodyscektomii.

Pytanie 18: Czy Zamawiający w pozycji nr.52 dopuści do zaoferowania równoważne kleszcze Caspar o dł.160mm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź do pytania 18: TAK.

Pytanie 19: Czy Zamawiający w pozycji nr.54 dopuści do zaoferowania równoważne kleszcze Caspar o dł.160mm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź do pytania 19: TAK.

Pytanie 20: Czy Zamawiający w pozycji nr.56 dopuści do zaoferowania równoważne kleszcze Caspar o dł.160mm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź do pytania 20: TAK.

Pytanie 21: Czy Zamawiający w pozycji nr.60 dopuści do zaoferowania równoważny ssak Frazier (Fergusson), regulowany, śr.2,5mm, dł. 150mm?

Odpowiedź do pytania 21: NIE.

Pytanie 22: Czy Zamawiający w pozycji nr.61 dopuści do zaoferowania równoważny ssak Frazier (Fergusson), regulowany, śr.4mm, dł. 150mm?

Odpowiedź do pytania 22: NIE.

Pytanie 23: Czy Zamawiający w pozycji nr.62 dopuści do zaoferowania zgryzacz kostny Rottgen-Ruskin, z systemem dźwigni, lekko zakrzywiony, szerokość 6mm, dł. 24 cm?

Odpowiedź do pytania 23: NIE.

Dotyczy: V Zestaw do kraniotomii.

Pytanie 24: Czy Zamawiający w pozycji nr.67 dopuści do zaoferowania równoważny, zgryzacz kostny Stille-Luer, zakrzywiony, szerokość 10mm, dł. 22 cm?

Odpowiedź do pytania 24: TAK.

Pytanie 25: Czy Zamawiający w pozycji nr.69 dopuści do zaoferowania równoważne imadło o następujących parametrach: Imadło Hegar-Vascular, proste, ziarnistość 0,2mm, szerokość pyszczka 1,5mm, utwardzone wkładką węglową TC, ucha złożone, dł. 18 cm lub Imadło De Bakey, proste, ziarnistość 0,3mm, bardzo delikatny wzór, utwardzone wkładką węglową TC, ucha złożone, dł.18 cm, lub Imadło De Bakey, proste, utwardzone wkładką węglową TC, ucha złożone, ziarnistość 0,3, dł. 16 cm?

Odpowiedź do pytania 25: NIE.

Pytanie 26: Czy Zamawiający w pozycji nr.70 dopuści do zaoferowania równoważne imadło do szycia De Bakey, wzór standard, proste, ziarnistość 0,3mm, utwardzone wkładką węglową TC, ucha złożone, dł. 18 cm lub imadło Crile-Wood, proste, utwardzone wkładką węglową TC, ucha złożone, ziarnistość 0,4mm, dł. 18 cm?

Odpowiedź do pytania 26: TAK.

Pytanie 27: Czy Zamawiający w pozycjach nr. 72, 73 i 74 dopuści równoważne ssaki Frazier (Fergusson), regulowane, o dł. 150mm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź do pytania 27: NIE.

Pytanie 28: Czy Zamawiający w pozycji nr.77 dopuści do zaoferowania równoważny haczyk do skalpu ze sprężyną o szerokości 8mm i dł.całkowitej 42,5 cm?

Odpowiedź do pytania 28: TAK.

Pytanie 29: Czy Zamawiający w pozycji nr.78 dopuści do zaoferowania równoważną pęsetę anatomiczną Grunwald-Jansen, bagnetową o dł.19,5 cm?

Odpowiedź do pytania 29: TAK.

Dotyczy: VI Zestaw do kraniotomii.

Pytanie 30: Czy Zamawiający w pozycji nr.80 dopuści do zaoferowania równoważny mikro haczyk neurochirurgiczny, pół-ostry, dł. 23 cm?

Odpowiedź do pytania 30: NIE.

Pytanie 31: Czy Zamawiający w pozycji nr.81 dopuści do zaoferowania równoważny, zgryzacz kostny Stille-Luer, zakrzywiony, szerokość 10mm, dł. 22 cm?

Odpowiedź do pytania 31: TAK.

Pytanie 32: Czy Zamawiający w pozycji nr.83 dopuści do zaoferowania równoważne imadło o następujących parametrach: Imadło Hegar-Vascular, proste, ziarnistość 0,2mm, szerokość pyszczka 1,5mm, utwardzone wkładką węglową TC, ucha złożone, dł. 18 cm lub Imadło De Bakey, proste, ziarnistość 0,3mm, bardzo delikatny wzór, utwardzone wkładką węglową TC, ucha złożone, dł.18 cm lub Imadło De Bakey, proste, utwardzone wkładką węglową TC, ucha złożone, ziarnistość 0,3, dł. 16 cm?

Odpowiedź do pytania 32: NIE.

Pytanie 33: Czy Zamawiający w pozycji nr.84 dopuści do zaferowania równoważne imadło do szycia De Bakey, wzór standard, proste, ziarnistość 0,3mm, utwardzone wkładką węglową TC, ucha złożone, dł. 18 cm lub imadło Crile-Wood, proste, utwardzone wkładką węglową TC, ucha złożone, ziarnistość 0,4mm, dł. 18 cm?

Odpowiedź do pytania 33: TAK.

Pytanie 34: Czy Zamawiający w pozycji nr. 87 dopuści równoważny ssak Frazier (Fergusson), regulowany, o dł. 150mm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź do pytania 34: NIE.

Pytanie 35: Czy Zamawiający w pozycji nr.91 dopuści do zaferowania równoważny haczyk do skalpu ze sprężyną o szerokości 8mm i dł.całkowitej 42,5 cm?

Odpowiedź do pytania 35: TAK.

Dotyczy: VII Zestaw do tylnej jamy czaszki.

Pytanie 36: Czy Zamawiający w pozycji nr.94 dopuści do zaferowania równoważny, zgryzacz kostny Stille-Luer, zakrzywiony, szerokość 10mm, dł. 22 cm?

Odpowiedź do pytania 36: TAK.

Pytanie 37: Czy Zamawiający w pozycji nr.95 dopuści do zaferowania zgryzacz kostny Rottgen-Ruskin, z systemem dźwigni, lekko zakrzywiony, szerokość 6mm, dł. 24 cm?

Odpowiedź do pytania 37: NIE.

Pytanie 38: Czy Zamawiający w pozycji nr.98 dopuści do zaferowania równoważne imadło o następujących parametrach: Imadło Hegar-Vascular, proste, ziarnistość 0,2mm, szerokość pyszczka 1,5mm, utwardzone wkładką węglową TC, ucha złożone, dł. 18 cm lub Imadło De Bakey, proste, ziarnistość 0,3mm, bardzo delikatny wzór, utwardzone wkładką węglową TC, ucha złożone, dł.18 cm lub Imadło De Bakey, proste, utwardzone wkładką węglową TC, ucha złożone, ziarnistość 0,3, dł. 16 cm?

Odpowiedź do pytania 38: NIE.

Pytanie 39: Czy Zamawiający w pozycji nr.99 dopuści do zaferowania równoważne imadło do szycia De Bakey, wzór standard, proste, ziarnistość 0,3mm, utwardzone wkładką węglową TC, ucha złożone, dł. 18 cm lub imadło Crile-Wood, proste, utwardzone wkładką węglową TC, ucha złożone, ziarnistość 0,4mm, dł. 18 cm?

Odpowiedź do pytania 39: TAK.

Pytanie 40: Czy Zamawiający w pozycjach nr. 101 i 102 dopuści równoważny ssak Frazier (Fergusson), regulowany, o dł. 150mm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź do pytania 40: NIE.

Pytanie 41. Dotyczy I. Zestaw do kręgosłupa szyjnego.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania łopatki do rozwieracza szyjnego typu Caspar ostrze boczne pełne szerokość 24mm, wysokość kolejno 40, 45, 50, 60 mm?

Odpowiedź do pytania 41: TAK.

Pytanie 42. Dotyczy I. Zestaw do kręgosłupa szyjnego.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania łopatki do rozwieracza szyjnego typu Caspar ostrze przyśrodkowe pełne szerokość 24mm, wysokość kolejno 40, 45, 50, 60 mm?

Odpowiedź do pytania 42: TAK.

Dot. I Zestaw do kręgosłupa szyjnego

Pytanie 43. Dotyczy poz. 2 i 4:

Czy zamawiający dopuści odgryzacz kostny typu F-S-K o długości 20 cm? Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami zamawiającego.

Odpowiedź do pytania 43: NIE.

Pytanie 44. Dotyczy poz. 7:

Czy zamawiający dopuści hak chirurgiczny typu Langenbeck o wymiarach 60x20 mm i długości ramienia 21 cm? Minimalna różnica w długości nie mniejsza walorów użytkowych narzędzia.

Odpowiedź do pytania 44: NIE.

Pytanie 45. Dotyczy Poz. 12:

Czy zamawiający dopuści szczypce ze stali hartowanej wzmocnione TC do cięcia drutu twardego 1,6mm i miękkiego 2 mm?

Odpowiedź do pytania 45: TAK.

Dot. II Zestaw do laminektomii.

Pytanie 46. Dotyczy Poz. 2,4 i 5:

Czy zamawiający dopuści odgryzacz kostny typu F-S-K o długości 20 cm? Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami zamawiającego.

Odpowiedź do pytania 46: NIE.

Pytanie 47. Dotyczy Poz. 17:

Czy zamawiający dopuści rozwieracz typu Weitlaner o dł. 115 mm, półostrzy? Minimalna różnica w długości nie mniejsza walorów użytkowych narzędzia.

Odpowiedź do pytania 47: TAK.

Dot. III Zestaw do dyscektomii.

Pytanie 48: Dotyczy Poz. 2,4,5:

Czy zamawiający dopuści odgryzacz kostny typu F-S-K o długości 20 cm? Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami zamawiającego.

Odpowiedź do pytania 48: NIE.

Dot. IV Zestaw do mikrodyspektomii.

Pytanie 49. Dotyczy Poz. 2,4,5:

Czy zamawiający dopuści odgryzacz kostny typu F-S-K o długości 20 cm? Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami zamawiającego.

Odpowiedź do pytania 49: NIE.

Pytanie 50. Dotyczy Poz. 16:

Czy zamawiający dopuści zgryzacz kostny typu Ruskin o długości 23 cm? Minimalna różnica w długości nie mniejsza walorów użytkowych narzędzia

Odpowiedź do pytania 50: TAK.

Dot. V Zestaw do kraniotomii.

Pytanie 51. Dotyczy Poz. 5:

Czy zamawiający dopuści Zgryzacz kostny tyłu Luer-Stille, pysk wygięty o długości 22 cm? Minimalna różnica w długości nie mniejsza walorów użytkowych narzędzia.

Odpowiedź do pytania 51: TAK.

Pytanie 52. Dotyczy Poz. 7:

Czy zamawiający dopuści imadło De backey wzmocnione TC o długości 16 cm?

Odpowiedź do pytania 52: TAK, gdy spełnia pozostałe warunki.

Pytanie 53. Dotyczy Poz. 8:

Czy zamawiający dopuści imadło typu Microvascular o długości 18 cm?

Odpowiedź do pytania 53: NIE.

Pytanie 54. Dotyczy Poz. 16:

Czy zamawiający dopuści pęsetę typu Jansen-Grunwald o długości 20 cm?

Odpowiedź do pytania 54: TAK.

Dot. VI Zestaw do kraniotomii

Pytanie 55. Dotyczy Poz. 3:

Czy zamawiający dopuści Zgryzacz kostny tyłu Luer-Stille, pysk wygięty o długości 22 cm? Minimalna różnica w długości nie mniejsza walorów użytkowych narzędzia

Odpowiedź do pytania 55: TAK.

Pytanie 56. Dotyczy Poz. 5:

Czy zamawiający dopuści imadło De backey wzmocnione TC o długości 16 cm?

Odpowiedź do pytania 56: TAK, gdy spełnia pozostałe warunki.

Pytanie 57. Dotyczy Poz. 6:

Czy zamawiający dopuści imadło typu Microvascular o długości 18 cm?

Odpowiedź do pytania 57: NIE.

Dot. VII Zestaw do tylnej jamy czaszki.

Pytanie 58. Dotyczy Poz. 3:

Czy zamawiający dopuści Zgryzacz kostny tyłu Luer-Stille, pysk wygięty o długości 22 cm? Minimalna różnica w długości nie mniejsza walorów użytkowych narzędzia.

Odpowiedź do pytania 58: TAK.

Pytanie 59. Dotyczy Poz. 4:

Czy zamawiający dopuści zgryzacz kostny typu Ruskin o długości 23 cm? Minimalna różnica w długości nie mniejsza walorów użytkowych narzędzia.

Odpowiedź do pytania 59: TAK.

Pytanie 60. Dotyczy Poz. 6:

Czy zamawiający dopuści odgryzacz kostny typu F-S-K o długości 20 cm? Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami zamawiającego.

Odpowiedź do pytania 60: NIE.

Pytanie 61. Dotyczy Poz. 7:

Czy zamawiający dopuści imadło De backey wzmocnione TC o długości 16 cm?

Odpowiedź do pytania 61: TAK, gdy spełnia pozostałe warunki.

Pytanie 62. Dotyczy Poz. 8:

Czy zamawiający dopuści imadło typu Microvascular o długości 18 cm?

Odpowiedź do pytania 62: NIE.

Dotyczy dostawy.

Pytanie 63: Narzędzia medyczne dotyczące wyżej wymienionego przetargu są to narzędzia, które nie zawsze w pełnym asortymencie znajdują się w magazynie producenta w Niemczech. Zwyczajowo termin dostawy tego typu narzędzi wynosi ok.5-6 tygodni od daty wpływu zamówienia.

Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw do 4 tygodni od dnia podpisania umowy?

Odpowiedź do pytania 63: Zgodnie z zaproszeniem do złożenia oferty.

Dotyczy reklamacji.

Pytanie 64: Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu usunięcia szkody oraz naprawy do 14 dni roboczych

Odpowiedź do pytania 64: Zgodnie z zaproszeniem do złożenia oferty.

Dotyczy wymogu stawianego narzędziom.

Pytanie 65: Czy zamawiający dopuści narzędzia potwierdzone specyfikacją materiałową zgodną z DIN 58298:2010-09/EN ISO 7153?

Odpowiedź do pytania 65: Zgodnie z zaproszeniem do złożenia oferty.

Pytanie 66: Czy zamawiający dopuści narzędzia wykonane w najwyższym standardzie technologicznym, potwierdzone zgodnością z aneksem dyrektywy 93/42 EEC , mówiący o zapewnieniu odpowiedniej jakości procesów projektowania, wykonania i dystrybucji narzędzi chirurgicznych według normy ISO 13485/2012 +AC:2012?

Odpowiedź do pytania 66: Zgodnie z zaproszeniem do złożenia oferty.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

(-) lek. med. Andrzej Mielcarek