



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 29 stycznia 2016 r.

AG.ZP.3320.70.00998.15.16

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na **dostawę sprzętu endoskopowego**. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

Pytanie 1 dot. zadania 20, poz. 2:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie szczoteczki jednorazowej do czyszczenia kanałów endoskopowych o długości włosia 5 mm i długości roboczej 230 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Wyjaśnienie:

Nie. Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie 2 dot. zadania 22, poz. 2:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie protez trzustkowych tylko w rozmiarze 7F?

Wyjaśnienie:

Nie. Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie 3 dot. zadania 24, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie balonów do poszerzania zwężeń jelitowych, przelykowych, odźwiernika i żółciowych o długości roboczej 230 cm i średnicy cewnika 7 F? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wyjaśnienie:

Nie. Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie 4 dot. zadania 24, poz. 2;

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie samorozprężalnych stentów przelykowych o długościach 10 cm, 12 cm i 14 cm i zakresie średnic po pełnym rozprężeniu 20-24 mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wyjaśnienie:

Nie. Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie 5 dot. zadania 26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowych pętli do polipektomii o długości roboczej narzędzia 230 cm, średnicy osłonki 2,3 mm oraz średnicy pętli 15



URS is a member of Register of Standards-Próbniaki Ltd.

Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



KOMITET
UPOWAŻCZENIA
KARMIEŃIA
PIERSIĄ



tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

mm, 25mm, 35mm? Dodatkowo posiadające funkcję płynnej rotacji. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wyjaśnienie:

Nie. Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie 6 dot. wzoru umowy § 2 ust. 4

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o następującą zmianę istniejącego zapisu: „Sprzedający będzie rozpatrywał reklamacje jakościowe i ilościowe dotyczące dostaw przedmiotu umowy na swój koszt w ciągu dni od daty zgłoszenia reklamacji. Dopuszcza się zgłoszenie reklamacji za pośrednictwem faksu, z jednoczesnym zwrotem reklamowanego towaru.”

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Pytanie 7 dot. wzoru umowy § 2 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu: „Sprzedający nie może powierzyć wykonania umowy innej osobie lub jednostce (poza przypadkiem wskazania w ofercie podwykonawcy). Ewentualna czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Kupującego (np. cesja wierzytelności i/lub należności ubocznych przysługujących Sprzedającemu na podstawie niniejszej umowy) może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu zgody przez podmiot, który utworzył Kupujący. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Pytanie 8 dot. wzoru umowy § 8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu: „Niewypełnienie warunków umowy przez Sprzedającego, w tym m.in. powtarzające się nieterminowe lub niezgodne z zamówieniem pod względem jakości, asortymentu bądź ilości realizowanie dostawy, a także inne istotne powtarzające się uchybienia w trakcie realizacji umowy, dają podstawę Kupującemu do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. W niniejszej sytuacji ma zastosowanie odpowiednio § 7 ust. 2, 3 i 4.”?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Pytanie 9 dot. zapisów umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy następującego zapisu: „Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 14 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego w fakturze”

Wyjaśnienie:

Nie. Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Pytanie 10

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja, czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa

handlowego?

Wyjaśnienie:

Wobec Zamawiającego **nie** została wszczęta likwidacja i Zamawiający **nie** przekształca się w spółkę prawa handlowego.

Pytanie 11 dot. wzoru umowy § 2 pkt. 1 oraz zapisów SIWZ

Dotyczy terminu dostaw 7 dni, terminu dostaw na cito 48 godzin, terminu uwzględniania reklamacji max. 7 dni. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podane terminy liczone były w dniach roboczych

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Pytanie 12 dot. wzoru umowy § 2 pkt. 1 oraz zapisów SIWZ:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw na cito do 72 godzin – termin liczony w dniach roboczych.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Pytanie 13 dot. zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie drobnego wyposażenia (np. zadanie 18: filtry do ssaka) które nie są wyrobami medycznymi – stawka 23% i tym samym zrezygnuje z konieczności posiadania dla tego przedmiotu zamówienia z dokumentów o których mowa: Dokumenty dopuszczające do obrotu na terytorium RP posiada całe urządzenie ssak do którego jest przeznaczony opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia.

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie 14 dot. w zapisów SIWZ:

Dotyczy terminu dostaw 7 dni. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podany termin liczony był w dniach roboczych?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Pytanie 15 dot. wzoru umowy § 6 pkt. 3 oraz § 12 pkt. 3c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by w okresie obowiązywania umowy stałe pozostały ceny jednostkowe netto, zaś ceny brutto zmieniały się proporcjonalnie do zmiany stawki podatku VAT?.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Pytanie 16 dot. wzoru umowy § 4 pkt. 3.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by w okresie obowiązywania umowy stałe pozostawały ceny jednostkowe netto, zaś ceny brutto zmieniały się proporcjonalnie do zmiany stawki podatku VAT.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Pytanie 17 dot. zadania nr 18

Czy Zamawiający opisując akcesoria do gastrokopu HTQ 160, miał na myśli gastrokop GIF – 1TQ 160?

Wyjaśnienie:

GIF-Q165

Pytanie 18

Ponadto prosimy o podanie informacji czy Zamawiający znajduje się w trakcie przekształcania w spółkę kapitałową.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie jest w trakcie przekształcania się w spółkę kapitałową.

Pytanie 19 dot. zadania 1.

Czy Zamawiający dopuści złożenie osobnej oferty na pozycję 1 Zadania nr 1 (część a i b) osobno, parametry ligatorów zgodne z opisem.

Wyjaśnienie:

Nie. Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie 20 dot. zadania 1.

Czy Zamawiający dopuści złożenie osobnej oferty na pozycję 2 Zadania nr 1 osobno, parametry zestawów zgodne z opisem.

Wyjaśnienie:

Nie. Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie 21 dot. zadania 13.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie protezy samorozprężalnej o długości 5, 6, 7, 8, 9, 10 cm, długość robocza narzędzia 175 cm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Wyjaśnienie:

Nie. Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie 22 dot. zadania 16.

Czy Zamawiający dopuści złożenie osobnej oferty na pozycję 5 Zadania nr 16 i zaoferowanie klipsów o długości ramion 7,5 mm, kąt rozwarcia 90 stopni i 135 stopni do wyboru.

Wyjaśnienie:

Nie. Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie 23 dot. zadania 16.

Czy Zamawiający dopuści złożenie osobnej oferty na pozycję 6 Zadanie nr 16.

Wyjaśnienie:

Nie. Wiążące są zapisy SIWZ..

Pytanie 24 dot. zadania 19.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szczypiec biopsyjnych o długości szczęk 3 mm, łyżeczki z pojedynczymi otworami, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Wyjaśnienie:

Nie. Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie 25 dot. zadania 22.

Czy Zamawiający w pozycji 1 Zadania 22 wymaga zaoferowania protez o średnicy 11,5 F oprócz najczęściej stosowanych protez o średnicach 7F, 8,5 F i 10 F.

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie 26 dot. zadania 26.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pętli o średnicach 10 mm, 15 mm, 25 mm i 32 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Wyjaśnienie:

Nie. Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie 27 dot. zadania 27.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie petli do kanału roboczego 2,8 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Wyjaśnienie:

Nie. Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie 28 dot. zadania 29.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przewodnicy z powierzchnią fałdowaną bez znaczników.

Wyjaśnienie:

Nie. Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie 29 dot. zadania 7

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 7 stentów do zwężeń dwunastnicy i żołądka o długości 6, 9, 12 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Wyjaśnienie:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 30 dot. zadania 9.

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 9 w pozycji 1 a i 1 b zestawów do protezowania o długości 205 cm.

Wyjaśnienie:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 31 dot. zadania 9.

Czy w zadaniu 9 w pozycji 2 c nie nastąpiła omyłka pisarska i pojemność balonu nie powinna wynosić 4,0 cc zamiast 0,4cc.

Wyjaśnienie:

Tak nastąpiła omyłka.

Pytanie 32 dot. zadania 9.

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 9 w pozycji d, w miejsce pierwotnych parametrów, balonów do okluzji dróg o długości 200 cm, średnica cewnika 6,6 F, średnica balonu stopniowana 12-15-18-20 mm, możliwość pracy z przewodnicą 0,035.

Wyjaśnienie:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 33 dot. zadania 9.

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 9 w pozycji 3, zestawu do przezskórnej biopsji dróg

żółciowych z mikroprzewodnikiem z platynową końcówką w rozmiarze 0,018.

Wyjaśnienie:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 34 dot. zadania 9.

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 9 w pozycji 4b możliwości zaoferowania przewodnic do ERCP posiadających tylko średnicę 0,035. Pozostałe parametry zgodnie z wymogami SIWZ.

Wyjaśnienie:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 35 dot. zadania 9.

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 9 w pozycji 3c możliwości zaoferowania przewodnic do ERCP posiadających tylko średnicę 0,018. Pozostałe parametry zgodnie z wymogami SIWZ.

Wyjaśnienie:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 36 dot. zadania 9.

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 9 w pozycji 7a, w miejsce pierwotnych parametrów, szczoteczek cytologicznych do dróg żółciowych bez miękkiego końca, szczotka długości 2,5 cm z włosiem 3 mm cewnik dł. 200 cm na przewodnicy 0,035.

Wyjaśnienie:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

*Lek. med Marek Lipiec
Z-ca Dyrektora
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ds. Lecznictwa*