

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI
IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II
ul. ALEJE JANA PAWŁA II 10
22 – 400 ZAMOŚĆ
tel.: (84) 677 – 33 – 33
faks: (84) 638 – 66 – 69
strona internetowa: www.szpital.zam.pl

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego**

**na dostawę podstawowego sprzętu angiograficznego do sal hybrydowych
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu**

nr sprawy: AG.ZP.3320. 84.19

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera:

1. Opis przedmiotu zamówienia wraz z instrukcją dla wykonawców.
2. Formularz „Oferta wykonawcy”.
3. Wzór oświadczenia wstępnego wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust 1 PZP.
4. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP
5. Wzór umowy.
6. Klauzula RODO

Zamość, dnia 25 listopada 2019 r.

I. Nazwa oraz adres zamawiającego.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana II

Al. Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość

- tel.: 84 677 33 33 – Kancelaria Szpitala

- faks: 84 638 66 69

- adres strony internetowej: www.szpital.zam.pl

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach 7²⁵ - 15⁰⁰

II. Tryb udzielania zamówienia.

1. Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2019 poz. 1843) zwanej dalej „ustawą Pzp” lub „ustawą”.
2. Wartość postępowania nie przekracza równoważności kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz jej aktów wykonawczych jak również Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.).

III. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa podstawowego sprzętu angiograficznego do sal hybrydowych** Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. Ofertę można złożyć na całość przedmiotu zamówienia lub na dane zadanie oddzielnie (zamawiający nie ustanawia maksymalnej liczby części, na które zamówienie może być udzielone temu samemu wykonawcy).

CPV: 33.14.00.00-3, 33111710-1, 33141200-2.

Zadanie 1.

Zestaw Wprowadzający – 1000 szt.

1. długość koszulki w przedziale 10 – 13 cm
 - 1) średnice w zakresie: 5, 6, 7, oraz 10, 12, 14 F
 - 2) w zestawie dilatator, prowadnik zakrzywiony w J
 - 3) koszulka z zastawką hemostatyczną i portem bocznym
 - 4) igła prosta bez mandrynu, 18G, długość 70mm +/-10mm
 - 5) otwór w igle kompatybilny do prowadników 0.035 cala

Warunki techniczne oceniane:

1. łatwość wprowadzania 1-3 pkt
2. brak załamывania się koszulki w trakcie wprowadzania TAK-1pkt , NIE-0 pkt

Zadanie 2.

Długi zestaw wprowadzający – 50 szt.

- długość 24 cm +/-5cm
- średnica 6 – 8 F
- w zestawie dilatator, przewodnik zakrzywiony w J
 - koszulka zbrojona z opłotem metalowym z portem bocznym i zastawką hemostatyczną
 - igła prosta bez mandrynu, 18G, długość 70mm +/-10mm
 - otwór w igle kompatybilny do przewodników 0.035 cala

Zadanie 3.

Prowadniki diagnostyczne stalowe – 150 szt.

1. śr. 0,035" długość 150 ± 15 cm
 - dobra widoczność w skopi
 - stałość konstrukcji, pokrycie teflonem
 - ciągłość materiału zapewniająca bezpieczeństwo zabiegu
 - sztywna część proksymalna
 - odporność na odkształcenia
 - końcówka typu J i proste

Warunki techniczne oceniane:

1. brak załamywania się przy kilkukrotnym wprowadzaniu do naczynia TAK-1 pkt , NIE-0 pkt
2. elastyczność 1-3 pkt

Zadanie 4.

Prowadniki hydrofilne – 1000 szt.

1. Rdzeń w całości wykonany z nitinolu, pokryty poliuretanowym płaszczem z domieszką wolframu.
2. Całość z pokryciem hydrofilnym.
3. Dostępne długości od 150 do 300 cm +/- 10cm
4. Dostępne średnice 0,018"; 0,025"; 0,032"; 0,035"; 0,038"
5. Końcówki: prosta, zagięta, J, dostępny przewodnik typu Bolia, kształtowany,
6. Końcówka elastyczna w dostępnych długościach: 1cm / 3cm / 5cm / 8cm
7. Różne sztywności przewodnika: standard, sztywny.

Zadanie 5.

Prowadniki specjalistyczne o najwyższej sztywności: (Lunder Amplatz) – 60 szt.

Rdzeń zbudowany z litego drutu stalowego ekstra sztywnego lub ultra sztywnego, w części dystalnej taperowany, opłotek stalowy pokryty teflonem, tip przewodnika połączony z rdzeniem drutem bezpieczeństwa. Przewodnik o średnicy 0,035 cala i 0,038 cala oraz długości 145, 180, 260, 300 cm. Giętka, prosta końcówka o długości 3 cm. Końcówka przewodnika giętka w kształcie "J" o promieniu 3 mm w dł. 145cm i 260cm i śr. 0,035", 0,038". Dostępne wersje z miękkim stalowym

oplotem w części dystalnej taperowanej, której można nadać różny kształt. Giętka końcówka o długości 4cm, 7cm. Prowadnik o średnicy 0,035 cala i długości 90cm, 145, 180cm. Końcówka przewodnika prosta lub w kształcie "J" o promieniu 3mm. Prowadnik z podwójnie zakrzywioną końcówką giętką na dystalnym odcinku 4cm. Dostępny przewodnik z rdzeniem typu heavy duty, długa na 1,5cm elastyczna końcówka i wzmocnioną końcówką „J” ze średnicą zagięcia 1,5cm; długość ścięcia 4,5cm; przewodnik o średnicy 0,035" i długościach 145, 180, 260cm.

Zadanie 6.

Mikroprzewodniki do zabiegów endowaskularnych – 120 szt.

- średnica 0,014 cala
- przynajmniej 6 różnych typów do wyboru w dwóch długościach 190 i 300 cm +/- 10cm
- w tym przewodnik o bardzo wysokiej hydrofilności, pokryty polimerem bez oplotu
- odcinek dystalny z dobrą widocznością w skopii, typu J

Warunki techniczne oceniane:

1. dobra manewrowalność 1-3 pkt.

Zadanie 7.

Cewniki diagnostyczne – 1500 szt.

1. Krzywizny: Bentson (1; 2); Berenstein; Cobra (1; 2); Headhunter (1; 3); Hockey Stick; Hook (0,8; 1,0); KA2; Mani; Mikaelsson; Modified Cerebral; Modified Hook (1; 2; 3); Modified Simmons; Motarjeme; Motarjeme Cane; Multipurpose A1; MW2; Newton (1; 2; 3; 4); Osborne; Renal Double Curve; Reuter; RBI; RIM; Shepherd Hook (0,8; 1,0); Simmons (1; 2); Straight Selective; Vertebral; Shepherd Flush; Ultra Bolus Flush; Modified Bolus Flush; Pigtail Flush; Straight Flush; Modified Hook Flush; UAC

Rozmiary: 4F i 5F

Karbowane przejście pomiędzy hubem a szaftem

Końcówka cieniująca w skopii

Zbrojenie stalowym opłotem

Duże światło wewnętrzne gwarantujące wysoki przepływ

Kompatybilne z przewodnikiem 0,035" - 0,038"

Długości cewników 40 cm – 125 cm

Taperowana końcówka ułatwiająca wejście do ostium

Dostępne cewniki do przetok o długości 30 cm i krzywiznach: Pigtail; Cobra 1 Modified; RIM; KA2; Straight; Berenstein

2. długość 125 cm dla kształtów: Headhunter 1, Berenstein, Multipurpose 1, SIM1, SIM2, Vert.

Zadanie 8.

Cewniki diagnostyczne ze znacznikami odległości – 20 szt.

- cewnik diagnostyczny PIG 5F
- możliwość podłączenia strzykawki Luer Lock
- kompatybilne z przewodnikiem 0.035"
- atraumatyczna końcówka dobrze widoczna w skopii
- dobra pamięć kształtu

- odporność na złamania, duża siła podparcia
- jednorodne zbrojenie na całej długości cewnika
- dobra manewrowalność
- długość 90 – 110 cm
- znaczniki co 1 cm, na dł. min. 14 cm

Zadanie 9.

Cewniki diagnostyczne hydrofilne – 100 szt.

- Szeroka gama krzywizn: Bentson (1; 2); Berenstein; Cobra (1; 2); Headhunter 1; KA 2; Mani; Multipurpose; RBI; Simmons (1; 2); Straight Selective; Vertebral
- Pokrycie hydrofilne odporne na ścieranie
- Dostępne rozmiary: 4F i 5F
- Karbowane przejście pomiędzy hubem a szafem ułatwiające posługiwanie się cewnikiem w mokrych rękawiczkach
- Doskonale widoczne w skopii – posiadają końcówkę cieniującą
- Cewniki zbrojone stalowym oplotem
- Kompatybilne z przewodnikiem 0,035" - 0,038"
- Długości cewników 40 cm – 125 cm
- Taperowana końcówka ułatwiająca wejście do ostium

Zadanie 10.

Cewniki diagnostyczne kardio - 100 szt.

- 1) cewnik diagnostyczny, angiograficzny AL1, AL2, PIG
- 2) średnice 5 i 6 F
2. długość 120cm +/- 30cm
3. atraumatyczna końcówka dobrze widoczna w skopii;

Parametry oceniane

1.dobra manewrowalność

1 – 3 pkt.

Zadanie 11.

Zbrojone koszulki naczyniowe wielozadaniowe proste – 200 szt.

Koszule proste (RAABE-możliwość kształtowania końcówki; RB) z cieniującym znacznikiem w części dystalnej koszuli); średnica koszulek 4; 5 ;6; 7; 8; 9F, w przedziale długości: 30, 45, 55, 70 ,90cm. Duże światło wewnętrzne od 0,059" w 4F do 0,126" w 9F.

Zadanie 12.

Zbrojone koszulki naczyniowe wielozadaniowe: do techniki cross over, z krzywiznami dostosowanymi do tt. nerkowych i trzewnych, biodrowych, SFA i goleni – 200 szt.

Koszule z zastawką hemostatyczną Check Flow i portem bocznym; kompatybilne z przewodnikami w

zakresie 0,018", 0,035"; 0,038"; Wykonana z PTFE, spiralne zbrojenie koszulki zapewniające optymalną elastyczność i maksymalną wytrzymałość na skręcania lub zgniatanie, atraumatyczna końcówka z markerem. Dostępna wersja z pokryciem hydrofilnym AQ. Krzywizny: ANL1, ANL2, ANL3; BLKN (z zagięciem 180st.i zagiętym dylatorem)-dostosowana do badania metodą "cross-over"- średnice koszulek: 5; 5,5; 6; 7F; w przedziale długości: 40, 45, 55cm. Krzywizna ANL0: śr. koszulek 4F, 5F w dł. 45cm. Duże światło wewnętrzne od 0,074" w 5F do 0,113" w 8F. Krzywizny ANL dostarczane z podwójnym dylatorem w wersji 0,018"/0,035"; 0,018"/0,038"; Długość 55cm dostępna w wersji z bocznym ramieniem (Y-conector). Koszulki o dużych średnicach: zbudowane z polimeru odpornego na złamania lub teflonowe atraumatyczne, precyzyjne temperowanie koszulki do rozszerzacza, szczelna zastawka hemostatyczna zaopatrzona w system zatraskowy współpracujący z rozszerzaczem oraz boczny kranik. Koniec koszulki zaopatrzonej w cieniodajną opaskę dobrze widoczną w skopi. kompatybilne z przewodnikiem 0,038"; Średnice koszulek: 10F; 12F; 14F; 16F w przedziale dł. 30, 45cm; śr. 18F dla dł. 30cm

Zadanie 13.

Długie koszule do zabiegów na tętnicach szyjnych i mózgowych – 200szt

Koszulki z elastycznym poszerzadłem i hemostatyczną zastawką: bardziej miękkie poszerzadło dla lepszego prowadzenia; zmienne odcinki dla zwiększonej elastyczności; miękka cieniodajna końcówka dystalna; końcówki w dwóch konfiguracjach: prosta-HFANL0 i multipurpose-HFANL1; powłoka hydrofilna; Rozmiary 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12F w zakresie długości 45cm, 55cm, 70cm, 110cm, akceptujące przewodnik 0,035" z zastawką Check Flow. Dostępna wersja z zastawką hemostatyczną Check Flow i portem bocznym; kompatybilne z przewodnikami w zakresie 0,018", 0,035"; 0,038"; Wykonana z PTFE, spiralne zbrojenie koszulki zapewniające optymalną elastyczność i maksymalną wytrzymałość na skręcania lub zgniatanie, atraumatyczna końcówka z markerem. Hydrofilne pokrycie koszulki i poszerzacza, krzywizny: ANL0 - 4F i 5F w dł 90, 110cm; ANL1 - 5F i 6F w dł 90cm. Dostępna koszula w rozmiarze 10, 12F o dł 40cm, 80cm z końcówką prosta (RB). Wersja z bocznym ramieniem (y-conector): kompatybilne z przewodnikami 0,038". Marker na końcu koszulki. Wykonana z PTFE, spiralne zbrojenie koszulki zapewniające optymalną elastyczność i maksymalną wytrzymałość na skręcania lub zgniatanie. Dostępna wersja koszuli do t. szyjnych z atraumatyczną końcówką, z 3lub 2stopniową strefą przejściową redukująca uszkodzenie naczyń. Koszulka wraz z poszerzaczem hydrofilna na całej długości. Ręcznie regulowana 5F, 6F. Długość koszulki: 90cm. Duże światło wewnętrzne: od 0,074" w 5F i 0,087" w 6F. Dostępne Długie koszulki o dużych średnicach: zbudowane z polimeru odpornego na złamania lub teflonowe atraumatyczne, Koniec koszulki zaopatrzonej w cieniodajną opaskę dobrze widoczną w skopii. kompatybilne z przewodnikiem 0,038"; Średnice koszulek: 14F dla dł 80cm; śr, 16F dla dł 70cm,

Zadanie 14.

Strzykawka wysokociśnieniowa do PTCA z manometrem i kranikiem trójdrożnym – 300 szt.

1. skala do 30 ATM
- 1) rotowana męska końcówka
- 2) możliwość wykonania precyzyjnej inflacji i szybkiej deflacji

Warunki techniczne oceniane:

- 1.funkcjonalność (niezawodność mechanizmu blokady) 1 – 3 pkt.
2. obsługa strzykawki jedną ręką TAK-1pkt , NIE-0 pkt

Zadanie 15.

System do usuwania ciał obcych z naczyń krwionośnych – 10 szt.

- Zawartość wymagana: pętla, torker, introduktor i cewnik
- Rozmiar 6F - 7F
- Zakres pracy: 6 – 45 mm
- Długość pętli 120 cm +/- 10cm
- Długość cewnika 100 cm +/- 10cm
- System składający się z połączonych ze sobą pętli nitinolowych
- Duża elastyczność, przeniesienie obrotu 1:1
- Pętle zapewniające doskonałą widoczność w skopii
- Cewnik odporny na załamania i zagięcia z końcówką zagiętą, umożliwiającą sterowanie systemem

Zadanie 16.

Zestawy do zamykania tętnicy w miejscu wkłucia – 10 szt.

- zakres średnic 6 – 8 F
- zamknięcie naczynia szwem

Warunki techniczne oceniane:

1. łatwość użycia (niewielka liczba manewrów koniecznych do wprowadzenia i niewielkie ryzyko popełnienia błędu) 1 – 3 pkt

Zadanie 17.

Zestaw wprowadzający do tętnicy promieniowej – 20 szt.

1. długość w zakresie 10 - 16 cm
2. średnica 5 - 6 F
3. koszulka z portem bocznym i zastawką hemostatyczną
4. dilatator, igła prosta 20G lub 21G, przewodnik prosty 0,021” w zestawie
5. atraumatyczna, odporna na załamania i zagięcia koszulka

Parametr oceniany:

1. odporność na załamania w trakcie wprowadzania 1-3 pkt

Zadanie 18.

Wkłady do strzykawki automatycznej – 800szt.

- Wkłady pasujące do strzykawki automatycznej Marc VII ProVis producent Medrad oraz Marc VII Plus.
- Wkłady o objętości 150ml

Zadanie 19.

Przedłużacze wysokociśnieniowymi do strzykawki wysokociśnieniowej – 800 szt.

- Długości przedłużaczy minimum 200 cm
- Przedłużacz z końcówką Luer Lock męską

- Przedłużacze przezroczyste, miękkie, wytrzymałe co najmniej 1000 psi

Parametry oceniane:

1. miękkość – 1-3 pkt.

Zadanie 20

Zestawy do zamykania tętnicy w miejscu wkłucia - 400

- zakres średnic 6 – 8 F
- wszystkie elementy bioabsorbowalne

Warunki techniczne oceniane:

1. łatwość użycia (niewielka liczba manewrów koniecznych do wprowadzenia i niewielkie ryzyko popełnienia błędu) 1 – 3 pkt
2. Zamawiający informuje, że wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w poszczególnych zadaniach, będzie zobowiązany do utworzenia w siedzibie zamawiającego „Banku sprzętu” będącego przedmiotem zamówienia:
 - dla zadania 1 w ilości 100 szt.
 - dla zadania 7 w ilości 150 szt.
 - dla zadania 11 w ilości 5 szt.
 - dla zadania 12 w ilości 20 szt.
 - dla zadania 13 w ilości 20 szt.w terminie dwóch tygodni licząc od daty zawarcia umowy. Sprzęt dostarczony w ramach „Banku” będzie własnością wykonawcy do chwili wykorzystania go przez zamawiającego, o czym wykonawca niezwłocznie zostanie powiadomiony na piśmie.
3. Zamawiający informuje, że oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia w danym zadaniu. W przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona jako nieodpowiadająca treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia standardy odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia (jest to sprzęt wysokospecjalistyczny) oraz uwzględnił w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia zgodnie z art. 91 ust. 2a ustawy PZP.

IV. Termin realizacji zamówienia - przez okres 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.

V. Warunki udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
 - 1) nie podlegają wykluczeniu;
 - 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
 - a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
 - b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
 - c) zdolności technicznej lub zawodowej – zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

VI. Podstawy wykluczenia.

1. Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu w przypadku wystąpienia przesłanek wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Zamawiający wyklucza również wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1- 3, 8 ustawy Pzp.

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia

1. **Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.**

Wykonawcy winni przedłożyć następujące dokumenty:

1) **oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania** (zwane dalej Oświadczeniem) stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu – załącznik do SIWZ.

a) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, zamieszcza informację o tych podmiotach w Oświadczeniu;

b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, Oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;

c) Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, należy zamieścić informację o podwykonawcach w Oświadczeniu.

2) W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 3 Pzp Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu **oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej**, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – załącznik do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

W przypadku **gdy wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, zamawiający dopuszcza złożenie w/w oświadczenia wraz z ofertą.

2. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.

3. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 2 na potwierdzenie okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy:

6) **odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu o których mowa w rozdziale VII ust. 3 pkt. 1 niniejszej specyfikacji składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia i w takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp musi zostać wykazany przez każdego z wykonawców.

VIII. Dokumenty potwierdzające, że oferowana dostawa odpowiada określonym przez Zamawiającego wymaganiom oraz informacje i oświadczenia, które musi zawierać oferta.

1. Informacje i oświadczenia, które musi zawierać oferta:
 - 1) **Formularz „oferta wykonawcy”** (sporządzony według wzoru stanowiącego do SIWZ).
 - 2) **Oferta cenowa** przygotowana w sposób podany w SIWZ str. 11 i zawierająca wszystkie elementy, o których w nim mowa.
2. Zamawiający informuje, że niezłożenie oświadczeń, informacji określonych w ust. 1 pkt. 1 i 2 spowoduje odrzucenie oferty.
3. Dokumenty potwierdzające, że oferowana dostawa odpowiada określonym przez Zamawiającego wymaganiom:
 - 1) **Karty katalogowe/ ulotki** oferowanego przedmiotu zamówienia.
 - 2) **Charakterystyka techniczno – jakościowa oferowanego przedmiotu zamówienia** z podaniem nazwy handlowej. Charakterystyka musi zawierać co najmniej dane na temat parametrów określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający informuje, że niezłożenie dokumentów określonych w ust. 3 pkt. 1, 2 spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający uprzednio zastosuje art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych – są to dokumenty potwierdzające, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego.
5. Dokumenty określone w ust. 3 wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy.

XI. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w formie pisemnej. Zamawiający dopuszcza niżej wymienione formy porozumiewania się z wykonawcami:
 - 1) faks: numer faksu zamawiającego na który należy kierować korespondencję: 84 638 66 69.
 - 1) droga elektroniczna: adres e-mail na który należy kierować korespondencję: mkawalec@szpital.zam.pl
 - 2) operator pocztowy
 - 3) kurier

- 4) osobiste doręczenie
z zastrzeżeniem, iż oferty, umowy oraz oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale VII i VIII niniejszej specyfikacji (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 2 i 3 ustawy) muszą być przedstawione w formie pisemnej.
2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. W korespondencji do zamawiającego wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.
4. Osobą upoważnioną do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach formalnych jest mgr Marek Kawalec tel. 84 677 33 29.
5. Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt niż wskazany w SIWZ. Oznacza to, że zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny i/ lub osobisty w swojej siedzibie.

X. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XI. Termin związania ofertą.

2. Wykonawca pozostanie związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu rozpocznie się wraz z upływem terminu składania ofert. Co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Oferta wykonawcy, który nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą, zostanie odrzucona.

XII. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu, a zadrukowane strony oferty ponumerowane. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być odpowiednio zabezpieczone np. w oddzielnej kopercie lub teczce. Oferta musi być podpisana przez wykonawcę tj. osobę uprawnioną do reprezentowania firmy (zgodnie z wpisami do akt rejestrowych), bądź osobę upoważnioną przez wykonawcę na piśmie, w tym parafowane wszystkie strony oferty oraz wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany.
3. Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę w imieniu wykonawcy może być przedstawione w formie oryginału bądź kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie lub przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy zgodnie z wpisami do akt rejestrowych. Przedmiotowe pełnomocnictwo musi być złożone wraz z ofertą i stanowi jej integralną część.
4. Dokumenty lub oświadczenia należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem.
5. Za oryginał uważa się oświadczenie lub dokument złożony w formie pisemnej podpisany

- własnoręcznym podpisem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w formie papierowej, za zgodność z oryginałem. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje wykonawca albo podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca - odpowiednio, w zakresie dokumentów/ oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
6. Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów/ oświadczeń, lub złożenie dokumentu/ oświadczenia w niewłaściwej formie spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania (po dokonaniu czynności przewidzianych w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.)
 7. Wszelkie druki, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ są wzorami mającymi ułatwić Wykonawcy złożenie oferty. Dopuszcza się zastosowanie innych druków oświadczeń pod warunkiem, że będą one zawierały wszystkie wymagane w SIWZ informacje.
 8. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 9. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczyć będzie udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
 10. W uzasadnionych przypadkach w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert zamawiający może zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej.
 11. Zamawiający przedłuży określony termin składania ofert jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach oraz zmiany zamieści na stronie internetowej.
 12. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.
 13. Zamawiający nie będzie zwoływał zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Ofertę należy składać w nieprzejrzystych zaklejonych kopertach w sposób uniemożliwiający ich otwarcie bez uszkodzenia. Należy stosować koperty podwójne zewnętrzne i wewnętrzne. Koperta zewnętrzna winna być zaadresowana na Zamawiającego – Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, 22 - 400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10 pok. 248 i powinna być oznakowana następująco: „Przetarg nieograniczony – dostawa **podstawowego sprzętu angiograficznego do sal hybrydowych**). Zadanie nr”. Nie otwierać przed **09 grudnia 2019 r. godz. 12.00**, oraz powinna zawierać nazwę i dokładny adres wykonawcy. Koperta wewnętrzna musi być oznakowana identycznie jak koperta zewnętrzna.
2. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian zostanie przygotowane, opieczetowane i oznaczone w sposób podany wyżej, a wewnętrzna i

zewnątrzną koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami „Zmiana”. Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

3. Oferty mogą być doręczone osobiście lub przesłane pocztą, za pośrednictwem kuriera, z tym że nie będzie brana pod uwagę data stempla pocztowego, oferta w sposób fizyczny musi wpłynąć w wyznaczonym terminie do siedziby zamawiającego. Oferty złożone po wyznaczonym terminie Zamawiający niezwłocznie zwróci wykonawcy.
4. Termin składania ofert upływa dnia **09 grudnia 2019 r. o godz. 11:00.**
5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, w dniu **09 grudnia 2019 r. godz. 12:00, pok. 210.** Otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem Dyrektora SP Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert będą podawane nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące kryteriów oceny ofert.
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
 - 1) kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 - 3) ceny.
7. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
8. Zamawiający będzie poprawiał w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

XIV. Opis sposobu obliczania ceny.

1. Wykonawcy są zobowiązani do zachowania sposobu obliczania ceny (sporządzania oferty cenowej) zgodnie ze wzorem podanym:

Nazwa towaru, numer katalogowy, jednostka miary, ilość, cena jednostkowa netto (bez podatku VAT), stawka podatku VAT, cena jednostkowa brutto (z podatkiem VAT), łączna cena netto pozycji (wynik pomnożenia ilości przez cenę jednostkową netto), łączna cena brutto pozycji (łączna cena netto powiększona o VAT), kwota podatku VAT, producent, kraj pochodzenia. Cena ostateczna za całość przedmiotu zamówienia (suma cen łącznych) musi być podana w wartości netto (bez podatku VAT) i wartości brutto (z podatkiem VAT).

5. Ceny muszą być wyrażone w polskich złotych, i muszą być podane zgodnie z obowiązującym w Polsce systemem monetarnym (zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku).
6. Zamawiający informuje, iż rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone tylko w złotych polskich.
7. Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydadzą się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny.

8. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy.
9. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

XV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów.

1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny:

2. Dla zadania 2,4,5,7-9, 11-13, 15,18, :

- 1) Cena – 100%

Kryterium „Cena” - będzie oceniana na podstawie oferty cenowej. Najwyżej oceniona zostanie oferta o najniższej cenie. Porównywane będą ceny ostateczne brutto za całość przedmiotu zamówienia w danym zadaniu.

Sposób obliczania punktów za kryterium „Cena”: przyjmuje się zasadę poziomu odniesienia - w tym przypadku stosunek ceny minimalnej do ceny oferty badanej. Uwzględniając wartość tego kryterium 100 punktów (1% = 1 pkt) obliczamy przyznaną liczbę punktów dla danej oferty mnożąc wyliczony współczynnik przez wagę kryterium tj. 100 pkt.

3. Dla zadań 1,3,6,10,14,16,17,19,20:

- 1) Cena – 60%
- 2) Ocena techniczna – jakość – 40%

Kryterium „Cena” - będzie oceniana na podstawie oferty cenowej. Najwyżej oceniona zostanie oferta o najniższej cenie. Porównywane będą ceny ostateczne brutto za całość przedmiotu zamówienia w danym zadaniu.

Sposób obliczania punktów za kryterium „Cena”: przyjmuje się zasadę poziomu odniesienia - w tym przypadku stosunek ceny minimalnej do ceny oferty badanej. Uwzględniając wartość tego kryterium 60 punktów (1% = 1 pkt) obliczamy przyznaną liczbę punktów dla danej oferty mnożąc wyliczony współczynnik przez wagę kryterium tj. 60 pkt.

Kryterium „Ocena techniczna - jakość” – będzie oceniana na podstawie złożonych próbek. Najwyżej będzie oceniona oferta, która zaoferuje sprzęt o najwyższej jakości i najlepszych parametrach ocenianych.

W celu przyznania punktów w kryterium oceny ofert „Ocena techniczna – jakość” wykonawca powinien dostarczyć próbki oferowanego przedmiotu zamówienia po 1 szt. próbki do każdego niżej wymienionego zadania:

Zadania :nr 1, nr 3, nr 6, nr 10, nr 14, nr 16, nr 17, nr 19, nr 20.

Próbki będą stanowić integralną część oferty i nie będą podlegały zwrotom. Brak wymaganych próbek spowoduje przyznanie wykonawcy 0 pkt. w danym parametrze ocenianym (próbki nie podlegają uzupełnieniu). Próbki zostaną wykorzystane w praktyce (tj. w trakcie badań i zabiegów) do oceny technicznej, jakości i nie podlegają zwrotowi.

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wykazu dostarczonych próbek. Wykaz powinien zawierać: nazwę i numer zadania, nazwę próbki, nazwę własną próbki stosowaną przez producenta, numer katalogowy, określenie producenta, ilość. Przedmiotowe próbki należy dostarczyć łącznie z ofertą w nieprzekraczalnym terminie wyznaczonym do składania ofert tj. do dnia **09 grudnia 2019 r. godz. 11:00.**

Zasady przyznawania punktów wstępnych:

- ocena będzie następująca: 3 pkt - b. dobry, 2 pkt - dobry i 1 pkt – słaby.
- TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt

Sposób obliczania punktów za kryterium „Ocena techniczna – jakość”: punkty wstępne uzyskane za warunki techniczne podlegające ocenie, będą podstawą do obliczenia punktów porównywalnych. Przyjmujemy zasadę poziomu odniesienia tj. w tym przypadku stosunek oceny oferty badanej (ilość uzyskanych punktów wstępnych przez ofertę badaną) do oceny oferty maksymalnej (największa uzyskana ilość punktów wstępnych). Uwzględniając wartość tego kryterium 40 pkt (1 pkt = 1%) obliczamy liczbę punktów dla danej oferty mnożąc wyliczony współczynnik przez wagę kryterium tj. 40 pkt.

- 4. Za ofertę najkorzystniejszą złożoną w ramach tego przetargu zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów za wszystkie kryteria oceny.**

XVI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
 - a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
 - b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
 - c) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
 - d) unieważnieniu postępowania
3. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 na stronie internetowej.
4. Zamawiający zawrze umowę w terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania faksem lub drogą elektroniczną zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający będzie mógł zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa wcześniej, jeżeli w niniejszym przetargu nieograniczonym zostanie złożona tylko jedna oferta.
5. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy będzie tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy jedynie w przypadkach określonych we wzorze umowy.

XVII. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVIII. Wszystkie istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy są w załączniku do SIWZ - wzór umowy.

XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechaniu czynności do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
 - 1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
 - 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
 - 3) odrzucenia oferty odwołującego;
 - 4) opisu przedmiotu zamówienia;
 - 5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
8. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 ustawy wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
9. Jeżeli zamawiający nie prześle wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
 - 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
 - 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
 - W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. Złożenie oferty wariantowej spowoduje jej odrzucenie jako niezgodnej z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający wymaga by termin płatności wynosił 60 dni od daty otrzymania faktury VAT.