



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

Zamość, dnia 13.03.2023 r.

AT.Z.2150.44.1.2023

Dotyczy: odpowiedzi na pytania.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę elektrod EKG wpłynęły pytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi.

Pytanie 1:

„Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści do zaoferowania elektrody do EKG dla dorosłych j.u. do monitoringu, kształt okrągły, średnica elektrody 43mm, dodatkowo z języczkiem o długości 3mm, podłoże z żelazem stałym, dobrze przylegające do skóry, hipoalergiczne?”

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2:

„Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści do zaoferowania elektrody do EKG dla dorosłych z przeznaczeniem do badań wysiłkowych i badań metodą Holtera, kształt prostokątny zakończony językiem w kształcie trójkąta, rozmiar całkowity elektrody 42 x 56 mm z nacięciem i otworem do mocowania kabla, podłoże z żelazem stałym, dobrze przylegające do skóry, hipoalergiczne?”

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający dopuszcza.

Adam Fimiarez

/-/

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu