



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ^(A)

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Certyfikat nr 51705/B/0001/AK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/AK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/AK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/AK/Po
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/AK/Po
ISO 22000 : 2005



KOMITET
UPRAWNIENIA
KARMIEŃIA
PIERŚMIĄ



tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Pytanie nr 7 : Zadanie nr 2, poz 1. Pokrywa do wózków na odpady, bieliznę:

Uprzejmie prosimy o podanie Producenta oraz model wózków do których Zamawiający chce zakupić pokrywy ?

Odpowiedź :

Wózek do brudnej bielizny : WBB - 02

Pytanie nr 8 : Zadanie nr 1 poz. 4: Siedzisko prysznicowe.

1. Czy Zamawiający dopuści siedzisko prysznicowe wykonane ze stali nierdzewnej.

Odpowiedź : NIE

Pytanie nr 9 : Zadanie nr 3 poz. 3: Lustro.

Czy Zamawiający wymaga aby lustro posiadało zawieszki czy lustro będzie klejone do ściany ?

Odpowiedź :

Zamawiający wymaga aby lustro posiadało zawieszki do mocowania .

Pytanie nr 10 : Zadanie nr 3 poz. 6 . Dozownik do papieru.

Czy Zamawiający dopuści dozownik bez wskaźnika zużycia papieru ? Reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź : NIE

Pytanie nr 11 : Zadanie nr 1 poz. 1 .Łóżko do sali pooperacyjnej .

Czy Zamawiający dopuści bariery zabezpieczające na długości 3/4 leża spełniające normę bezpieczeństwa EN 6061-2-52 ?

Odpowiedź : NIE

Pytanie nr 12 : Zadanie nr 1 poz. 5 . Poręcz ścienna umywalkowa łukowa.

Czy Zamawiający dopuści poręcz ścienną umywalkową łukową uchylną o długości 60 cm ?

Odpowiedź : NIE

Pytanie nr 13 : Zadanie nr 1 poz. 6 . Poręcz ścienna umywalkowa uchylna.

Czy Zamawiający dopuści poręcz ścienną umywalkową uchylną o długości 75 cm ?

Odpowiedź : NIE

Pytanie nr 14 : Zadanie nr 1 poz. 7 . Poręcz umywalkowa kątowna lewa.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na poręcz ścienną umywalkową kątowną lewą 50/70 cm (50 cm w poziomie / 70 cm w pionie) ?

Odpowiedź : TAK

Pytanie nr 15 : Zadanie nr 1 poz. 8 . Poręcz umywalkowa prosta.

Prosimy o podanie długości poręczy umywalkowej prostej.

Odpowiedź :

Długość poręczy umywalkowej prostej 60 cm.

Pytanie nr 16 : Zadanie nr 1 poz. 9 szafa lekarska dwudrzwiowa

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na szafę lekarską na nóżkach, dwudrzwiową

o wymiarach 1900 x 900 x 420 mm?

Odpowiedź : NIE

Pytanie nr 17 : Zadanie nr 1 poz. 10 szafa lekarska jedno drzwiami

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na szafę lekarską na nóżkach, jedno drzwiami o wymiarach

1900 x 600 x 420 mm?

Odpowiedź: Nie