

Zamość, dnia 9 czerwca 2020 r.



AG.ZP.3320.37. .20

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego **na dostawę sprzętu do zabiegów endowaskularnych oraz sprzętu jednorazowego użytku dla Zakładu Radiologii**. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

Pytanie dot. zadania 5:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania w zadaniu nr 5 wkładów w 100% kompatybilnych ze wstrzykiwaczem Spectris Solaris EP MR:

- jednorazowy, sterylny, atestowany przez producenta zestaw wkładów przeznaczony do zastosowania ze wstrzykiwaczem kontrastu Spectris Solaris EP MR składający się z:
 - wkładu o pojemności 65 ml
 - wkładu o pojemności 115 ml
 - ~~- jednego ostrza typu spike dużego, przeznaczonego do nakłucia pojemnika z solą fizjologiczną~~
 - ~~- jednego ostrza typu spike małego, przeznaczonego do fiolki z kontrastem~~
 - dwóch ostrzy typu spike tej samej wielkości (jedno przeznaczone do nakłucia pojemnika z solą fizjologiczną, drugie przeznaczone do fiolki z kontrastem)
 - łącznika niskociśnieniowego o długości 245 cm ± 5 cm z trójnikiem \mp „Y” i jedną zastawką antyzwrotną.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy SIWZ.



KOMITET
UPOWSZECZNIANIA
KARMIENTA
PIERSIĄ



tel. centrala:
84 677 33 33

tel. sekretariat:
84 677 33 00

fax:
84 638 66 69

www.szpital.zam.pl

e-mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP: 922-22-92-491

REGON: 006050134

KRS: 0000021024

PEKAO S.A. | Oddział
w Zamościu

p.o. Dyrektora
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek. med. Marta Węgrzyn – Bąk