



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 23.03.2016 r



Certyfikat nr 0019/2011
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 0020/2011
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/2011
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0021/2011
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011
HACCP



KOMITET
UPOWAŻCZENIA
KARMIEŃIA
PIERSIA

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu

61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

AG.Z.2150.10.1.2016

Dotyczy : odpowiedzi na pytania .

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje , że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę stojaków i taboretów wpłynęły pytania .

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi :

Pytanie nr 1 – dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w zadaniu nr 1 stojaki infuzyjne 5 x obrotowe koła o średnicy 5 cm – dwa z hamulcem oraz nie posiadające zderzaków odbojów ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na stojaki o powyższych parametrach .

Pytanie nr 2-dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w zadaniu nr 1 stojaki infuzyjne z lekką podstawą wykonaną ze stali nierdzewnej lub stali nierdzewnej lakierowanej proszkowo ?

Odpowiedź

NIE

Pytanie Nr 3-dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stojaki infuzyjne z kołami o średnicy 5 cm ?

Odpowiedź

TAK

Pytanie Nr 4-dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stojaki infuzyjne z podstawą wykonaną ze stali gatunku S235 wg EN , malowanej proszkowo ?

Odpowiedź

NIE

Pytanie Nr 5-dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stojaki infuzyjne których maksymalna wysokość po rozłożeniu wynosi 2125 mm ?

Odpowiedź

NIE

Pytanie Nr 6-dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stojaki infuzyjne nie wyposażone w zderaki z tworzywa ?

Odpowiedź

TAK

Pytanie Nr 7-dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stojaki na odpady z kołami o średnicy 5 cm , bez tworzywowych odbojników nad kołami ?

Odpowiedź

TAK

Pytanie Nr 8 – dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania taborety na stelażu ze stali kwasoodpornej z obręczą pod nogi ?

Odpowiedź

NIE

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
(-) *lek.med. Andrzej Mielcarek*