

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ^(A)

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



AG. Z.2150.49 .2 .2016

Zamość 04 08 2016 r

Dotyczy : odpowiedzi na pytanie .

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje , że do zaproszenia do złożenia ofert na dostawę zgrzewarki do rękawów dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego wpłynęły pytania .

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi :

Pytanie : nr 1

Czy Zamawiający zgodzi się odstąpić od wymogu posiadania przez zgrzewarkę zabezpieczenia przed uszkodzeniem napędu ?

Odpowiedź : **NIE**

Pytanie : nr 2

Czy Zamawiający zgodzi się odstąpić od wymogu „siła zgrzewania 100N ” ?

Odpowiedź : **NIE**

Pytanie : nr 3

Czy Zamawiający dopuści zgrzewarkę o temperaturze zgrzewania max. 220* C ?

Odpowiedź : **NIE**



KOMITET
UPOWIASCZANIA
KARMIENIA
PIERSIĄ



tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
000021024

PEKAO S.A. | Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Z-ca DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ds. Administracyjno – Technicznych
mgr inż. Bernarda Petryk