



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia maja 2019 r.

AG.ZP.3320.30. .19



URS is a member of Registrar of Standards (Polish) Ltd.

Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na **dostawę sprzętu endoskopowego dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II**. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień:

Pytanie 1 dot. zadania 36

Czy Zamawiający dopuści do postępowania w zadaniu nr 36 szczoteczkę do czyszczenia kanałów endoskopowych z włosiem nylonowym, jednostronną, jednorazowego użytku, o średnicy 5,5 mm i długości całkowitej 2300 mm, z plastikową końcówką zapobiegającą zarysowaniu kanałów endoskopowych, z możliwością przeciągnięcia przez kanał roboczy o średnicy 2,8 – 4,2 mm, pakowaną pojedynczo w folię blister z oznaczeniem producenta, numerem serii oraz datą przydatności do użycia.

Wyjaśnienie:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający oczekuje w zadaniu nr 36 produktu będącego wyrobem medycznym klasy I?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga produktu zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 2 dot. zadania 38

Czy Zamawiający w zadaniu 38 dopuści wkłady o następujących parametrach:

- wkład workowy o pojemności 2000 ml o okrągłym kształcie pokrywy,
- zawiera zastawkę hydrofobową działającą jako zintegrowany filtr przeciwbakteryjny i ochrona przed przepelnieniem – automatyczne odcięcie ssania po kontakcie zastawki z płynami,
- uszczelniany automatycznie po uruchomieniu ssania
- posiadający uniwersalny dwufunkcyjny port 7,2/12 mm, dający możliwość odsysania standardowego oraz ortopedycznego,
- pokrywa posiadająca port dostępowy o średnicy wewnętrznej 25 mm do wysypywania proszku żelującego w saszetkach,

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Wyjaśnienie SIWZ – AG.ZP 3320.30.19

1



KOMITET
UPOWAŻNIENIA
KARMIENIA
PIERSIĄ



tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:

szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

- uchwyt pętlowy
- bez zawartości PCV

Pod warunkiem, że Wykonawca wyposaży szpital w niezbędny osprzęt taki jak pojemniki oraz uchwyty?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 3 dot. Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy PZP zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiegokolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstaw do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.”

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 4 dot. zadania nr 5

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu nr 5 w pozycji c, cewników do drenażu dróg żółciowych o długości 15 i 25 cm dla rozmiaru 6.3, 8.5, 10.2, 12 Fr oraz o długości 25 cm dla rozmiaru 5, 7, 14 Fr.?

Wyjaśnienie:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5 dot. zadania 6

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu nr 6 w pozycji a, igieł do biopsji cyto – histologicznej dla rozmiaru 23 G tylko o długości 15 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Wyjaśnienie:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6 dot. zadania 6

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu nr 6 w pozycji e, sztywnych przewodników typu Cope, zagięta platynowa końcówka średnica 0,018, długości 60 i 100 cm.

Wyjaśnienie:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7 dot. zadania 14

Czy w zadaniu 14 w pozycji f nie nastąpiła omyłka pisarska i średnica balonów do poszerzania przełyku nie winna wynosić 30 i 35 mm a nie cm.

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza iż średnica balonów do poszerzania przełyku powinna wynosić

30 i 35 mm.

Pytanie 8 dot. zadania 16

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu nr 16 w pozycji a, sztywnych poszerzadeł do dróg żółciowych z cewnikiem w rozmiarze 8.4 i 9.6 FR.

Wyjaśnienie:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9 dot. zadania 16

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu nr 16 w pozycji b, sztywnych poszerzadeł do dróg żółciowych o średnicy 8.4 FR.

Wyjaśnienie:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10 dot. zadania 16

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu nr 16 w pozycji c, sztywnych poszerzadeł do dróg trzustkowych w rozmiarze 6.9 FR.

Wyjaśnienie:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11 dot. zapisów SIWZ

Prosimy o doprecyzowanie terminu składania oferty i próbek.

Wyjaśnienie:

Termin składania ofert i próbek to 30 maja 2019r godz. 11:00

Pytanie 12 dot. zapisów SIWZ

Czy w pakietach 1, 14, 15 i 18 Zamawiający oczekuje 1 sztuki próbek z każdej pozycji.

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie 13 dot. zadania 17

Czy Zamawiający dopuści kleszcze pokryte hydrofilną powłoką redukującą tarcie i ułatwiającą przejście przez kanał roboczy endoskopu?

Wyjaśnienie:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14 dot. zadania 22

Czy Zamawiający dopuści jednorazową pętlę do polipektomii z drutu plecionego, owalną o średnicach 10 mm, 20 mm, 30 mm?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 15 dot. zadania 23

Czy Zamawiający dopuści jednorazową igłę iniekcyjną o średnicy igły 0,5 mm?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 16 dot. zadania 23

Czy Zamawiający dopuści jednorazową igłę iniekcyjną o średnicy igły 0,6 mm?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 17 dot. zadania 23

Czy Zamawiający dopuści długość ostrza 6 mm?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 18 dot. zadania 23

Czy Zamawiający dopuści średnicę korpusu igły 2,4 mm do kanału roboczego o średnicy min. 2,8 mm?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 19 dot. zadania 26

Czy Zamawiający dopuści długość części roboczej 230 cm?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 20 dot. zadania 36

Czy Zamawiający dopuści jednorazową dwustronną szczoteczkę do czyszczenia endoskopów: długość włosia 5 i 10 mm?

Wyjaśnienie:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 21 dot. zadania 36

Czy Zamawiający dopuści długość roboczą 230 cm?

Wyjaśnienie:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 22 dot. zadania 22 poz. a.

Prosimy o dopuszczenie równoważnych pętli z drutu plecionego owalnych, o średnicach: 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, lub / i 35 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Wyjaśnienie:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 23 dot. zadania 23

Prosimy o dopuszczenie równoważnych igieł jednorazowych, sterylnych, dł. robocza 230 cm, śr. igły 0,7 mm, dł. ostrza 5 mm, średnica osłonki igły 2-4 mm do kanału roboczego 2,8 mm, mechanizm długopisowy, z blokadą ostrza „schowane – wysunięte”, osłonka teflonowa odporna na załamania.

Wyjaśnienie:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 24 dot. zadania 35

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawów pokrowców ochronnych zabezpieczających tace do transportu, zawierających:

- 1 pokrowiec oznaczony dwustronnie kolorem czerwonym/zielonym
- 1 pokrowiec przezroczysty

Pakowane sterylnie. Nadmieniamy, że takie rozwiązanie pozwala na zastosowanie jednego pokrowca dla endoskopu sterylnego, a następnie zabezpieczenie użytego endoskopu, a w związku z tym jest rozwiązaniem tańszym zarówno w zakupie, jak i utylizacji.

Wyjaśnienie:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 25 dot. zadania 36

Prosimy o dopuszczenie równoważnych szczotek do czyszczenia kanałów endoskopowych o długości 230 cm, jak wymagany przez Państwa pozostały asortyment endoskopowy, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wyjaśnienie:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 26 dot. zadania 7

Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie stentu samorozprężalnego nitinolowego do jelita grubego o długościach: 8, 10 i 12 cm (zamiast 6, 8 i 10 cm)?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 27 dot. zadania 19

Czy zamawiający zgodzi się na zaferowanie klipsownicy jednorazowego użytku o średnicach rozwarcia 11 mm, 13 mm, 16 mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 28 dot. zadania 22 poz. a

Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie pętli do polipektomii z z drutu plecionego, owalnej o średnicach: 10 mm, 15 mm, 25 mm, 35 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 29 dot. zadania 28

Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie klipsownicy wielorazowej o długości 230 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 30 dot. zadania 36

Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie szczoteczki jednorazowej do czyszczenia kanałów endoskopu o dł. roboczej 230 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Wyjaśnienie:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 31 dot. warunków umowy § 1 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „ ..., odszkodowania, bądź innych świadczeń z tego tytułu, o ile zamówienie nie będzie mniejsze niż 30 % szacunkowej wartości umowy”?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 32 dot. warunków umowy § 2 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw do 72 godzin?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 33 dot. warunków umowy § 3 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „W przypadku, gdy Sprzedający nie będzie dostarczał wyrobu będącego przedmiotem umowy, Kupujący będzie miał prawo dokonać zakupu wyrobu/zamiennika u innego Wykonawcy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy. Jeżeli koszt zakupu będzie wyższy od kosztu zakupu w ramach niniejszej umowy, powstałą różnią zostanie obciążony Sprzedający”

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 34 dot. warunków umowy § 2 ust. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „ ..., w terminie 7 (siedmiu) od dnia uznania reklamacji za zasadną Brak pisemnej odmowy uznania reklamacji w tym terminie uważany jest za uznanie reklamacji za zasadną”?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 35 dot. warunków umowy § 2 ust. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „ ..., po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji należytego wykonania umowy, Kupujący ma prawo zaopatrzenia się w dany asortyment we własnym zakresie, przy czym jeżeli cena nabytego wyrobu będzie wyższa niż od ceny określonej w niniejszej umowie Sprzedający będzie zobowiązany zwrócić Kupującemu różnicę”?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 36 dot. warunków umowy § 3 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „W przypadku, gdy Sprzedający nie będzie dostarczał wyrobu będącego przedmiotem umowy bądź też niezwłocznie nie zaproponuje dostarczenia zamiennika (odpowiednika) wyrobu w sytuacji o której mowa w ust. 1 lub w ust. 2, Kupujący będzie miał prawo dokonać zakupu wyrobu/zamiennika u innego Sprzedawcy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy. Jeśli koszt zakupu będzie wyższy od kosztu zakupu w ramach niniejszej umowy, powstałą różnią zostanie obciążony Sprzedający”?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 37 dot. warunków umowy § 4 ust. 2.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „Wymienione powyżej lub w załączniku do niniejszej umowy ceny nie mogą ulec podwyższeniu do czasu wykonania przedmiotu umowy za wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT, wówczas cena netto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana ceny brutto,”?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 38 dot. warunków umowy § 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu: „Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze.”?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 39 dot. warunków umowy § 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu do projektu umowy: „..., zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 40 dot. warunków umowy § 7 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 0,2 % na 0,1 %?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 41 dot. warunków umowy § 7 ust. 2

Czy Zamawiający doprecyzuje wartość procentową kary umownej?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 42 dot. warunków umowy § 7 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 5 % na 3%?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 43 dot. warunków umowy § 8 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „Niewypełnienie (co najmniej trzykrotne) warunków umowy przez Sprzedającego, w tym m.in. nie terminowe lub niezgodne z zamówieniem pod względem jakości, asortymentu bądź ilości realizowanie dostaw, a także inne istotne powtarzające się uchybienia w

trakcie realizacji umowy, dają podstawę Kupującemu do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy”.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 44 dot. warunków umowy § 10.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu i wprowadzenie go do umowy: Czy Kupujący wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy: „..., o ile zmniejszenie zapotrzebowania nie było większe niż 30 %”?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 45 dot. zadania nr 2

Czy Zamawiający w pozycji „a” dopuści zaoferowanie zestawów wykonanych z przezroczystego silikonu, z linią kontrastującą w RTG, rozmiary 16, 18, 20 Fr.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 46 dot. zadania nr 2

Czy Zamawiający w pozycji „b” dopuści zaoferowanie zgłębników z jednym portem EnFit.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 47 dot. zadania nr 7

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stentów wykonanych z nitinolu, o sztywności zestawu dobranej do wymagań implantacji stentu jelitowego.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 48 dot. zadania nr 9

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stentów wykonanych z nitinolu, zamontowanych na zestawie 6 mm, możliwość repozycjonowania podczas uwalniania dla obu rodzajów stentu, możliwość repozycjonowania po uwolnieniu dla stentu całkowicie pokrywanych, rozmiary 8, 10, 12 i 15 dla obu rodzajów, sztywność zestawu do wprowadzania dobranej do wymagań implantacji stentu przelykowego ułatwiająca przeprowadzenie zabiegu.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 49 dot. zadania nr 10

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stentów o długości 6, 8, 10, 12 cm, wykonanych z nitinolu, sztywność zestawu do wprowadzania dobranej do wymagań implantacji stentu dwunastniczego ułatwiająca przeprowadzenie zabiegu.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 50 dot. zadania nr 12

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie protez umożliwiających protezowanie protezy przez protezę, długości 6, 8 i 10 cm, średnica 8 mm lub 10 mm, średnica aplikatora 7 Fr.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 51 dot. zadania nr 14

Czy Zamawiający w pozycji a, b i c, dopuści zaoferowanie cewników o średnicy 7 Fr – 5,5 Fr.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 52 dot. zadania nr 14

Czy Zamawiający w pozycji d dopuści zaoferowanie cewników o średnicy 7 Fr, średnica balonu 12-15-18 mm.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 53 dot. zadania nr 14

Czy Zamawiający w pozycji e dopuści zaoferowanie cewników o średnicy 7 Fr – 5,5 Fr.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 54 dot. zadania nr 14

Czy Zamawiający w pozycji f dopuści zaoferowanie balonów o średnicy 30 mm i 35 mm, długość robocza 90 cm.

Wyjaśnienie:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 55 dot. zadania nr 18

Czy Zamawiający w pozycji b dopuści zaoferowanie balonów o średnicy zestawu wprowadzającego 7 Fr.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 56 dot. zadania nr 22

Czy Zamawiający w pozycji a dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm i 32 mm, długość robocza 2400 mm.

Wyjaśnienie:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 57 dot. zadania nr 22

Czy Zamawiający w pozycji b dopuści zaoferowanie pętli o długości roboczej 2400 mm.

Wyjaśnienie:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 58 dot. zadania nr 23

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł o średnicy 2,4 mm, blokada dwustopniowa.

Wyjaśnienie:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 59 dot. zadania nr 36

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szczotek o długości 230 cm

Wyjaśnienie:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 60 dot. zadania nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękojeść z mechanizmem działającym w dwóch kierunkach i umożliwiającym precyzyjne uwalnianie podwiązek, z czterema podwiązkami, przedostatnia gumka w innym kolorze, cewnik zakładający, adapter do płukania.

Wyjaśnienie:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 61 dot. zadania nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rękojeść z mechanizmem działającym w dwóch kierunkach i umożliwiającym precyzyjne uwalnianie podwiązek, przedostatnia gumka w innym kolorze, z sześcioma podwiązkami, cewnik zakładający, adapter do płukania.

Wyjaśnienie:

Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie 62 dot. zadania nr 8

Czy Zamawiający dopuści samorozprężalny stent metalowy do dróg żółciowych, zamontowany na zestawie wprowadzającym max 10 F, prosty, bez pętli. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 63 dot. zadania nr 9 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści stent samorozprężalny nitinolowy do przełyku z odkrytymi kołnierzami, pokryty silikonem z dwóch stron. Z możliwością rozwijania i chowania stentu do koszulki, repozycjonowania w czasie jak i po rozłożeniu protezy. Wymagane rozmiary: 8, 10, 12, 14 cm. Cewnik wprowadzający 8 mm współpracujący z prowadnicą 0,035” (wg potrzeb Zamawiającego).

Wyjaśnienie:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 64 dot. zadania nr10

Czy Zamawiający dopuści samorozprężalny stent nitinolowy do nowotworowych zwężeń dwunastnicy i żołądka. Wymagane długości 6, 8, 12 cm (wg potrzeb Zamawiającego). Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wyjaśnienie:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 65 dot. zadania nr 14 poz. a

Czy Zamawiający dopuści balony długość 190 – 210 cm, średnika cewnika 7F, średnica balonu 8 mm, pojemność około 1,5 cc, możliwość pracy z prowadnicą 0,035”

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 66 dot. zadania nr 14 poz. b

Czy Zamawiający dopuści balony długość 190 – 210 cm, średnika cewnika 7F, średnica

balonu 12 mm, pojemność około 3,0 cc, możliwość pracy z prowadnicą 0,035”

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 67 dot. zadania nr 14 poz. c

Czy Zamawiający dopuści balony długość 190 – 210 cm, średnika cewnika 7F, średnica balonu 15 mm, pojemność około 4,0 cc, możliwość pracy z prowadnicą 0,035”.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 68 dot. zadania nr 14 poz. d

Czy Zamawiający dopuści balony długość 190 – 210 cm, średnika cewnika 7F, średnica balonu 12-13, 5-15, 18-19-20 mm, możliwość pracy z prowadnicą 0,035”

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 69 dot. zadania nr 14 poz. e

Czy Zamawiający dopuści balony długość 190 – 210 cm, średnika cewnika 7,0 – 5,0 F, trójkanałowy, średnica balonu 9/12/15, możliwość pracy z prowadnicą 0,035” i podawania kontrastu przed balonem.

Wyjaśnienie:

Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie 70 dot. zadania nr 14 poz. f

Czy Zamawiający dopuści balon stosowany do rozszerzenia przełyku u pacjentów z achalazją: długość 8 cm, średnica 30 cm i 34 cm; długość robocza 100 cm.

a) dwukolorowa, przez co identyfikująca ruch, posiadająca skalę od 5 do 25 cm, system markerów; cieniодajny koniec pokryty hydrofilnie, średnica 0,025”, 0,035”, długość 450-480 cm, koniec prosty lub zagięty.

Wyjaśnienie:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 71 dot. zadania nr 15

Czy Zamawiający pozwoli złożyć osobną ofertę na pozycję a i c i dopuści:

a) Prowadnicę dwukolorową, przez co identyfikująca ruch, cieniодajny koniec pokryty hydrofilnie, średnica 0,025”, 0,035”, długość 450 cm, koniec prosty lub zagięty, prowadnicę dwukolorową, koniec prosty, wolframowy widoczny pod RTG, długość 450 cm, średnica 0,018”.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 72 dot. zadania nr 17

Czy Zamawiający dopuści powłokę teflonową, kompatybilną z kanałem 2,8 mm, kolonoskopowe, gastroskopowe, pediatryczne (średnica 1,8 i 2,3 mm), różnego rodzaju szczęki: z igłą, bez igły, bransze gładkie, bransze ząbkowane, różne pojemności bransz.

Wyjaśnienie:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 73 dot. zadania nr 18 poz. b

Czy Zamawiający dopuści balon uniwersalny do zwężeń, średnica zestawu

wprowadzającego max. 7 F. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 74 dot. zadania nr 19

Czy Zamawiający wymaga klipsownicy jednorazowego użytku z trójpierścieniową rękojeścią?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie 75 dot. wzoru umowy § 4 ust. 2

Czy Kupujący dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 76 dot. wzoru umowy § 7 ust. 1, 2

Czy w celu miarkowania kar umownych Kupujący dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów w § 7 ust. 1, 2:

1. Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kare umowną w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy przedmiotu umowy albo poszczególnych jego części w wysokości 0,2 % wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień zwłoki **jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto opóźnionej części dostawy.**
2. W przypadku nieuzupełnienia towaru w przypadkach reklamacji ilościowych lub nie dokona wymiany na nowy w przypadku reklamacji jakościowych w terminach określonych w § 2 ust. 7 i 9 **w wysokości 0,2 % wartości brutto reklamowanego towaru** za każdy dzień zwłoki w uzupełnieniu lub wymianie, **jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto reklamowanego towaru.**

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 77 dot. zadania 36

Czy Zamawiający dopuści do oceny szczotki o długości roboczej 230 cm, spełniające wszystkie pozostałe wymagania SIWZ.

Wyjaśnienie:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 78 dot. zapisów SIWZ, próbki

Czy nie zaszła omyłka w terminie dostarczenia próbek? W SIWZ ofertę należy złożyć w terminie do 14 maja, a próbki do 7 maja. Prosimy o ujednoczenie i stosowną modyfikację SIWZ.

Wyjaśnienie:

Termin składania ofert i próbek to 30 maja 2019r do godz. 11:00.

Pytanie 79 dot. zapisów SIWZ oraz formularza oferty, punkt 1 oraz wzoru umowy § 2 ust. 2.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę w terminie do 72 godzin w dni robocze w przypadku na cito?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia i treści SIWZ.

Pytanie 80 dot. zadania 13 poz. c.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do wprowadzania protez średnicy 8,5 Fr, wielorazowy, wstępnie złożony zawierający: razem złożone i pakowane 1 cewnik wprowadzający i 1 popychacz, długość robocza 1150 mm, minimalna średnica kanału roboczego 3,2 mm, maksymalna średnica kompatybilnej prowadnicy 0,035”; kompatybilny z protezami średnicy 8,5 Fr? .

Wyjaśnienie:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 81 dot. zadania 13 poz. e

Czy Zamawiający z Zadania nr 13 wydzieli poz. e i utworzy z niego nowe zadanie np. 13 A w celu złożenia konkurencyjnej oferty?

Wyjaśnienie:

Tak zamawiający wydziela poz. e z zadania nr 13 do osobnego zadania, jednocześnie tworzy zadanie nr 39. Obowiązujący opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 39to: Popychacz dł. 160 cm – 170 cm wielorazowego użytku, średnica 5F – 10 szt.

Pytanie 82 dot. zadania 18 poz. a

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jednorazowe trójstopniowe poszerzało balonowe do poszerzania przełyku /odźwiernika/jelit/brodawki Vatera; z załadowaną prowadnicą 0,035” z możliwością usunięcia jej; o różnych średnicach balonu z proksymalnym znacznikiem radiologicznym, radiocieniującą końcówką dystalną oraz środkowy znacznik endoskopowy; balon o owalnym kształcie wykonywany z nylonu o wysokiej przezierności z atraumatyczną końcówką, długość narzędzia 2400 mm?

Wyjaśnienie:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 83 dot. zadania 18 poz. b

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jednorazowe trójstopniowe poszerzało balonowe do poszerzania przełyku /odźwiernika/jelit/brodawki Vatera; z załadowaną prowadnicą 0,035” z możliwością usunięcia jej; o różnych średnicach balonu z proksymalnym znacznikiem radiologicznym, radiocieniującą końcówką dystalną oraz środkowy znacznik endoskopowy; balon o owalnym kształcie wykonywany z nylonu o wysokiej przezierności z atraumatyczną końcówką, długość narzędzia 2400 mm?

Wyjaśnienie:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 84 dot. zadania 19

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie klipsownicy jednorazowej o początkowej rozpiętości ramion 11 mm z możliwością rozwarcia ich do 20 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 85 dot. zadania 19

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane klipsy miały Certyfikat dopuszczenia do wykonania rezonansu magnetycznego u pacjentów z założonym klipsem?

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie 86 dot. zadania 20

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie protez o zwieszanej średnicy wewnętrznej wykonanych z materiału nieprzepuszczającego promieni RTG o kształcie prostym, z zagięciem dwunastniczym lub środkowym w rozmiarach 7-8, 5-10 Fr i długościach od 5 do 15 cm?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 87 dot. zadania 32

Czy nie doszło do omyłki pisarskiej i w ostatniej pozycji Zamawiający miał na myśli zawór gazu -wody?

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie 88 dot. zadania 38

Czy ze względu na fakt, iż jedno niepodzielne opakowanie handlowe zawiera 30 szt. wkładów Zamawiający dopuści zaoferowanie 1080 lub 1110 szt.?

Wyjaśnienie:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 89 dot. zapisów SIWZ.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie asortymentu, który nie jest wyrobem medycznym (stawka VAT 23%) w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 90 dot. zapisów SIWZ.

Czy w przypadku zaoferowania produktu, który nie jest wyrobem medycznym (stawka VAT 23 %) w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, Zamawiający nie będzie wymagał dokumentów wymienionych w SIWZ – deklaracja zgodności CE, certyfikat zgodności?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.