



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

Zamość, dnia 13 września 2023 r.

DZP.3320.55.23

Dotyczy: Wyjaśnienie treści SWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia treść zapytania wraz z wyjaśnieniem treści SWZ opracowanej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę sprzętu endoskopowego**.

Pytanie dot. zadania 43:

„Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie wkładów workowych 2000ml (2l) lub 3000ml (3L) do wyboru przez Zamawiającego, z jednym portem przyłączeniowym - w kierunku pacjenta. Drugi port (do podłączenia źródła ssania) zainstalowany jest w zewnętrznym kanistrze wielorazowego użytku

System który chcemy zaoferować posiada:

- wyposażony w skuteczny filtr przeciwbakteryjny
- zastawkę zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem
- uszczelniany automatycznie po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister - zastawkę zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem
- wkład workowy posiada szeroki port dostępowy dla zasypywania proszku żelującego, który może być dozowany luzem lub bardziej komfortowo w postaci gotowej saszetki.
- króćce przyłączeniowe są obrotowe, kątowe oraz schodkowe dzięki czemu można użyć drenów o różnej średnicy i skierować dren w dowolnym kierunku bez załamywania go.
- zastosowana w produkcji nowoczesna technologia pozwoliła na wytworzenie bezpiecznych wkładów workowych w postaci cienkiej folii, dzięki czemu mogą być konfekcjonowane w postaci sprasowanej.
- jeden uchwyt przy wkładzie pozwalający na swobodne wyjęcie wkładu z pojemnika

Rozwiązanie to pozwoliło radykalnie zaoszczędzić powierzchnię składową zarówno w magazynie jak i na oddziale.

W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się dostarczyć nieodpłatnie na czas związania umową kompatybilne kanistry oraz osprzęt mocujący oraz nieodpłatną pomoc przy montażu”.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie 2 dot. zadania 9:

„Czy zamawiający w zadaniu 9 dopuści samorozprężalny, sterylny stent do dróg żółciowych z możliwością stosowania zarówno w zwężeniach nowotworowych jak i łagodnych, wykonane z drutu nitinolowego z platynolowym rdzeniem zapewniającym dobrą widoczność w obrazie RTG dostępne w wersji pokrywanej, częściowo pokrywanej o średnicy 8, 10mm i długości 6, 8 cm (dla średnicy 8 mm), długość 4, 6, 8 cm (dla średnicy 10 mm) na zestawie wprowadzającym 8.5Fr oraz wersji niepokrywalnej o średnicy 8,10 mm i długości 4, 6, 8, 10 cm na zestawie wprowadzającym 8Fr - kołnierz na obu końcach stentu zapobiegający przemieszczeniu się stentu? System uwalniania zapewnia możliwość otwarcia i ponownego

zamknięcia stentu do ok. 80% jego długości nominalnej, pętla na końcu stentu służąca do zmiany położenia/usunięcia stentu w przypadku nieprawidłowego umieszczenia”.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 12:

„Czy zamawiający w zadaniu 12 dopuści samorozprężalny, sterylny stent do protezowania zwężeń dwunastnicy, wykonany z nitinolu, posiadający kołnierz ograniczający ryzyko migracji, posiadający znaczniki widoczne w obrazie radiologicznym. Dostępne średnice stentów: 22 i 25 mm (27 i 30 mm w kielichu protezy), średnica stentów dwunastniczych: 22 mm (27 mm w kielichu protezy), dostępne długości stentów od 6, 9 i 12 cm. Stenty fabrycznie zamontowane na zestawie wprowadzającym 9Fr lub 10Fr i gotowe do implantacji po wyjęciu z opakowania, kompatybilne z kanałem endoskopu śr. 3,7 mm, z możliwością otwarcia i zamknięcia stentu do 70% jego długości, stent widoczny w całości w promieniach RTG?”.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 13:

„Czy zamawiający w zadaniu 13 dopuści samorozprężalny, sterylny stent do protezowania zwężeń jelitowych, wykonany z nitinolu, posiadający kołnierz ograniczający ryzyko migracji, posiadający znaczniki widoczne w obrazie radiologicznym. Dostępne średnice stentów jelitowych: 22 i 25 mm (27 i 30 mm w kielichu protezy), średnica stentów dwunastniczych: 22 mm (27 mm w kielichu protezy), dostępne długości stentów od 6, 9 i 12 cm. Stenty fabrycznie zamontowane na zestawie wprowadzającym 9Fr lub 10Fr i gotowe do implantacji po wyjęciu z opakowania, kompatybilne z kanałem endoskopu śr. 3,7 mm oraz prowadnicą 0.035”, z możliwością otwarcia i zamknięcia stentu do 70% jego długości, stent widoczny w całości w promieniach RTG?”.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 23:

„Czy zamawiający w zadaniu 23 pozycji 2 dopuści przewodnik do przeznaczonego do stosowania podczas trudnych kaniulacji, z w pełni hydrofilną końcówką roboczą o długości 5 cm, widoczną w obrazie RTG pozwalającą na precyzyjną wizualizację położenia przewodnika. Przewodnica prosta lub zagięta o długości roboczej 450 cm i średnicy 0.025”, o konstrukcji zapewniającej możliwość rotacji i przeniesienia momentu obrotowego w stosunku 1:1 na całej długości narzędzia. - Jagwire Revolution”.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 23:

„Czy zamawiający w zadaniu 23 pozycja 3 dopuści przewodnik przeznaczony do selektywnej kaniulacji przewodów żółciowych i trzustkowych, o rdzeniu przewodnika wykonanym z Trytonu bardzo dobrze widocznym w promieniach RTG o długości roboczej 480 cm i średnicy 0.018”?”.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 24:

„Czy zamawiający w zadaniu 24 pozycja 2 dopuści balon do poszerzenia zwężeń przełyku, odźwiernika, jelita, dróg żółciowych o średnicy 7,5Fr, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?”.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 31:

„Czy Zamawiający w zadaniu 31 dopuści klipsy hemostatyczne jednorazowego użytku, z dwuramiennym klipsem załadowanym do zestawu, obrotowy 360 stopni w obu kierunkach

(pokrętko zapewniające płynny obrót), z możliwością kilkukrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem, współpracujący z kanałem endoskopu o średnicy 2.8 mm, o jednej długości roboczej 235 cm, szerokość rozwarcia ramion klipsa 11 mm i 17 mm? Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem wskazania zawarte w instrukcji obsługi produktu”.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 32:

„Czy Zamawiający w zadaniu 32 dopuści jednorazową igłę iniekcyjną o przekroju w kształcie gwiazdy, wewnętrzny kateter zapewnia niezawodne manewrowanie wewnątrz krętych zmian nawet po załamaniu kateteru igły o średnicy 23G i 25G o max. długości ostrza igły 4 mm lub 6 mm o długości roboczej 240 cm z mechanizmem zabezpieczania położenia igły pozwalającym na zablokowanie ostrza igły wewnątrz osłony?”.

Wyjaśnienie: Zadanie 32 nie dotyczy asortymentu podanego w pytaniu.

Pytanie dot. zadania 40:

„Czy zamawiający w zadaniu 40 dopuści jednorazowe, dwustronne szczotki do czyszczenia kanału endoskopu o długości roboczej narzędzia 240 cm i długości włosia z jednej strony 13 mm i o długości włosia z drugiej strony 120 mm posiadające zabezpieczone końcówki zapobiegające uszkodzeniom kanału endoskopu?”.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 45:

„Czy zamawiający w zadaniu 45 dopuści szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne, uchylne do biopsji stycznych; rozwarcie łyżeczek 6mm, długość robocza narzędzia 160 cm, średnica narzędzia 1,8 mm kompatybilne z minimalnym kanałem roboczym endoskopu 2.0mm?”.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 46:

„Czy Zamawiający w zadaniu 46 dopuści jednorazowe kleszcze biopsyjne, z igłą lub bez igły, z podwójnym systemem cięgieł umożliwiających otwieranie się szczypiec zawsze bez względu na sposób zagięcia; z podwójnymi otworami w szczękach, z funkcją biopsji stycznych. Trzy rodzaje szczęk Standard, Large i Jumbo pokryte hydrofilną powłoką redukującą tarcie i ułatwiającą przejście przez kanał roboczy endoskopu nawet przy jego znacznym zagięciu; średnica szczęk 2.2mm oraz 2.4 mm współpracujące z kanałem roboczym 2.8 mm oraz o średnicy szczęk 2.8 mm współpracujące z kanałem roboczym 3.2 mm, o długość 240 cm; z czarnymi markerami sygnalizacyjnymi?”.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 53:

„Czy zamawiający w zadaniu 53 dopuści sterylne pętle do polipektomii wykonanie z plecionego drutu, kształt okrągły o średnicy otwartej pętli 20, 25, 33 mm, długość robocza narzędzia 240 cm, średnica drutu 0.42mm, średnica zewnętrzna osłonki 2.4 mm, minimalny kanał roboczy 2.8mm, wszystkie pętle posiadające rejestracje zarówno do gorącej jak i do zimnej polipektomii?”.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 54:

„Czy zamawiający w zadaniu 54 punkt 1 dopuści sterylne pętle do polipektomii wykonanie z plecionego drutu, kształt okrągły o średnicy otwartej pętli 10 i 15 mm, długość robocza narzędzia 240 cm, średnica drutu: 0.42 mm średnica zewnętrzna osłonki 2.4 mm, minimalny

kanał roboczy 2.8mm, wszystkie pętle posiadające rejestracje zarówno do gorącej jak i do zimnej polipektomii?”.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 54:

„Czy zamawiający w zadaniu 54 punkt 2 dopuści sterylne pętle do polipektomii wykonane z plecionego drutu, kształt okrągły o średnicy otwartej pętli 10mm, długość robocza narzędzia 240 cm, średnica drutu: 0.42 mm, średnica zewnętrzna osłonki 2.4 mm, minimalny kanał roboczy 2.8 mm, wszystkie pętle posiadające rejestracje zarówno do gorącej jak i do zimnej polipektomii?”.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 55:

„Czy zamawiający w zadaniu 55 punkt 1 dopuści sterylne pętle do polipektomii wykonane z plecionego drutu, kształt heksagonalny o średnicy otwartej pętli 27mm długość robocza narzędzia 240 cm, średnica drutu 0.42 mm, średnica zewnętrzna osłonki 2.4 mm, minimalny kanał roboczy 2.8mm, wszystkie pętle posiadające rejestracje zarówno do gorącej jak i do zimnej polipektomii?”.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 55:

„Czy zamawiający w zadaniu 55 punkt 2 dopuści sterylne pętle do polipektomii wykonane z plecionego drutu, kształt owalny o średnicy otwartej pętli 20mm, długość robocza narzędzia 240 cm, średnica drutu 0.43 mm, średnica zewnętrzna osłonki 2.4 mm, minimalny kanał roboczy 2.8mm, wszystkie pętle posiadające rejestracje zarówno do gorącej jak i do zimnej polipektomii?”.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 60:

„Czy zamawiający w zadaniu 60 dopuści samorozprężalne, stenty do endoskopowego protezowania zwężeń dróg żółciowych, z możliwością stosowania zarówno w zwężeniach nowotworowych jak i łagodnych, wykonane z drutu nitinolowego z platynolowym rdzeniem zapewniającym dobrą widoczność w obrazie RTG oraz z 4 markerami RTG i żółta strefa wizualizacji endoskopowej oraz marker na rękocyfci, wskazujący „punkt bez powrotu” zapewniają precyzję implantacji (możliwość otwarcia stentu do ok. 80% jego długości nominalnej a następnie, w razie konieczności, jego zamknięcie, zmianę pozycji lub całkowite usunięcie), długości: 4, 6 i 8 cm, średnice: 6, 8 i 10 mm, średnica zestawu wprowadzającego 8,5 Fr i 9Fr, dostępne w wersji pokrywanej z możliwością uwalniania go zarówno we współpracy z systemem narzędzi z krótkim przewodnikiem jak i w sposób standardowy z przewodnikiem długim, usuwalny w okresie do 12 miesięcy od momentu implantacji?”.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 26:

„Czy Zamawiający dopuści sfinkterotom trójkanałowy jednorazowego użytku, z mechanizmem płynnego obrotu o 360°. Cięciwa monofilament o długości 20mm, średnica narzędzia 2,0mm z końcówką dystalną zwężoną do 1,75mm, nosek o długości 5mm. Długość narzędzia 1800mm. Kompatybilny z przewodnikiem 0,035". Posiada znaczniki widoczne w obrazie RTG?”.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 26:

„Czy Zamawiający dopuści sfinkterotom trójkanałowy jednorazowego użytku, z mechanizmem płynnego obrotu o 360°. Cięciwa monofilament o długości 20mm, 25mm i 30 mm, średnica narzędzia 2,0mm z końcówką dystalną zwężaną do 1,75mm, nosek o długości 5mm. Długość narzędzia 1800mm. Kompatybilny z przewodnikiem 0,035". Posiada znaczniki widoczne w obrazie RTG?”.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 27:

„Czy Zamawiający dopuści nóż igłowy trójkanałowy jednorazowego użytku; średnica narzędzia 2,0mm, końcówka dystalna o średnicy 1,6 mm, igła o długości 5mm. Długość narzędzia 1800 mm. Kompatybilny z przewodnikiem 0,035". Posiada znaczniki widoczne w obrazie RTG?”.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 31:

„Czy Zamawiający dopuści klipsownicę hemostatyczne z załadowanym, gotowym do użycia klipsem. Funkcja rotacji. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Możliwość załadowania do narzędzia kolejnego klipsa (tego samego producenta) przy zabiegu u jednego pacjenta. Średnica narzędzia 2,6 mm, rozwarcie ramion klipsa 11mm i 16mm, stopień zagięcia ramion klipsa 135 stopni oraz 90 stopni, długość narzędzia 2300 mm. Klipsownica pakowana sterylnie, pojedynczo w pakiety. Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem (warunki opisane w dołączonej instrukcji użytkowania wyrobu)?”.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 32:

„Czy Zamawiający dopuści Klipsownica jednorazowego użytku:

- obrotowa
- możliwość wielokrotnej repozycji klipsa
- z odpowiednią ilością zębów gwarantującą precyzyjny uchwyt tkanki
- stabilność klipsa po jego aplikacji
- system cięgien spiralnych umożliwiający stosowanie w trudno dostępnych miejscach
- szerokość otwarcia klipsa: 11,16 mm
- długość robocza narzędzia 2300mm?”.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 33:

„Czy Zamawiający dopuści jednorazową igłę iniekcyjną, średnica igły 23 G lub 21G, długość igły 4 mm lub 6mm; igła ścięta pod podwójnym kątem, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; długość narzędzia, 2300mm?”.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 36:

„Czy Zamawiający dopuści marker węglowy, jednorazowego użytku, sterylny, stosowany do wstrzyknięcia podśluzówkowego celem odznaczenia miejsca położenia zmiany patologicznej w obrębie przewodu pokarmowego. Opakowanie pojedyncze typu strzykawka luer lock o pojemności 5ml?”.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 37:

„Czy Zamawiający wymaga tuszu węglowego?”.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 40:

„Czy Zamawiający dopuści szczoteczki jednorazowe; dwustronne; do czyszczenia kanałów endoskopu; długość robocza 230cm; długość włosia z jednej strony 5mm, z drugiej strony 10mm, posiadają plastikową końcówkę zapobiegającą zarysowaniu kanału endoskopu?”.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 44:

„Czy Zamawiający dopuści szczypce chwytające jednorazowego użytku, oba ramiona ruchome, ramiona typu szczęki zęb szczura, posiadają funkcję rotacji, długość robocza 230 cm, średnica kanału roboczego 2,8mm?”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 45:

„Czy Zamawiający dopuści szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, powleczone PE, łyżeczki owalne gładkie, rozwarcie łyżeczek 5mm, długość robocza narzędzia 160cm, średnica narzędzia 1,8mm?”.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 46:

„Czy Zamawiający dopuści szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne i owalne z igłą, łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; pojemność łyżeczek 7,6mm³, długość robocza narzędzia 2300mm?”.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 53:

„Czy Zamawiający dopuści jednorazową pętlę do polipektomii, z drutu plecionego o grubości 0,3 mm średnica otwarcia 15mm oraz drutu plecionego o grubości średnicy otwarcia 25mm, 32mm; długość robocza narzędzia 2300mm współpracująca z kanałem endoskopu 2,8mm?”.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 31:

„Czy Zamawiający dopuści klipsownice jednorazowego użytku

-rotacja 360 st.

-możliwość wielokrotnego otwierania i zamykania

- średnica rozwarcia 15 mm

-koniec ramion zagięty

-różne długość robocza 230 cm

- kompatybilne z kanałem 2,8mm”.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 32:

„Czy Zamawiający dopuści klipsownice jednorazowego użytku

- obrotowe

- możliwość wielokrotnego otwarcia i zamknięcia klipsa przed całkowitym jego uwolnieniem

- stabilność klipsa po jego aplikacji

- szerokość otwarcia klipsa: 16 mm

- długość robocza narzędzia 235 cm”.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 33:

„Czy Zamawiający dopuści jednorazowe igły iniekcyjne średnica igły 23, 25, długość igły od 4 do 6mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; długość narzędzia 2300 mm (wg potrzeb zamawiającego)?”.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 40:

„Czy Zamawiający dopuści szczoteczki jednorazowe; dwustronne; do czyszczenia kanałów endoskopu; długość robocza 230cm; długość włosa z jednej strony 5 mm, z drugiej strony 10 mm, posiadają plastikową końcówkę zapobiegającą zarysowaniu kanału endoskopu ?”.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 44:

„Czy Zamawiający dopuści szczypce chwytające jednorazowego użytku, oba ramiona ruchome, ramiona typu szczęki aligatora z zębem szczura, posiadają funkcję rotacji, długość robocza 160 cm, średnica kanału roboczego 2,8mm?”.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 45:

„Czy Zamawiający dopuści szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, powleczone PTFE, łyżeczki owalne gładkie; rozwarcie łyżeczek 5,5 mm, długość robocza narzędzia 160cm, średnica narzędzia 1,8mm-2,0mm?”.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 46:

„Czy Zamawiający dopuści szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne i owalne z igłą; objętość łyżeczek 1,628 mm³, długość robocza narzędzia 2300mm?”.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 53:

„Czy Zamawiający dopuści jednorazowe pętłe do polipektomii - 300szt. (wg potrzeb zamawiającego), z drutu plecionego, owalna, średnica 20 mm, 25 mm, 30 mm; pętla wykonana z drutu plecionego o grubości 0,40 mm; długość robocza narzędzia 230 mm współpracująca z kanałem endoskopu 2,8mm?”.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 54 poz. 1:

„Czy Zamawiający dopuści jednorazowe pętłe elektrochirurgiczne, owalne, średnica 10 i 15 mm; pętłe wykonane z drutu plecionego o grubości 0,40 mm; długość robocza narzędzia 2300 mm?”.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 54 poz. 2:

„Czy Zamawiający dopuści pętłe do polipektomii jednorazowego użytku, owalne, średnica otwarcia 6 mm, możliwość cięcia z użyciem koagulacji lub bez, skalowana rękojeść, długość robocza narzędzia 2300mm?”.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 31:

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie klipsownic o długości wyłącznie 230cm, pozostałe parametry zgodne z opisem produktu zawartym w SWZ”.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 39:

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawów pokrowców ochronnych zabezpieczających tace do transportu, zawierających:

- 1 pokrowiec oznaczony dwustronnie kolorem czerwonym/zielonym,
- 1 pokrowiec przezroczysty.

Pakowane sterylne.

Nadmieniamy, że takie rozwiązanie pozwala na zastosowanie jednego pokrowca dla endoskopu sterylnego, a następnie zabezpieczenie użytego endoskopu, a w związku z tym jest rozwiązaniem tańszym zarówno w zakupie, jak i utylizacji”.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 40:

„Prosimy o dopuszczenie równoważnych szczotek dwustronnych do czyszczenia kanałów endoskopów o długości robocza 230cm, śr. włosa z jednej strony 6mm, z drugiej strony 10 mm, zakończone plastikowymi końcówkami z dwóch stron”.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 53:

„Prosimy o dopuszczenie równoważnych pętli z drutu plecionego o grubości 0,4mm owalnych, o średnicach: 20mm, 25mm, 30mm, 35mm, pozostałe parametry z opisem produktu zawartym w SWZ”.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 54 poz. 1:

„Prosimy o dopuszczenie równoważnych pętli z drutu plecionego o grubości 0,4mm pozostałe parametry zgodne z SWZ, pozostałe parametry z opisem produktu zawartym w SWZ”.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy:

„Pytanie do umowy § 2 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu: Zamówienia będą składane do godziny 13:00. Zamówienia złożone po godzinie 13:00 należy traktować jako złożone w kolejnym dniu roboczym”.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany projektowanych postanowień umowy postulowane przez Wykonawcę. Wiążące pozostają projektowane postanowienia umowy w brzmieniu stanowiącym załącznik do SWZ.

Pytanie dot. załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy:

„Pytanie do umowy § 6 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wskazanie jako podstawy do ustalenia wysokości kary umownej wartość niezrealizowanej części umowy? W przypadku zrealizowania zgodnie z umową znacznej części zamówienia, kara naliczana od całości umowy jest wyraźnie zawyżona”.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany projektowanych postanowień umowy postulowane przez Wykonawcę. Wiążące pozostają projektowane postanowienia umowy w brzmieniu stanowiącym załącznik do SWZ.

Pytanie dot. zadania 7:

„Czy w parametrach ocenianych dla zadania 7 nie nastąpiła omyłka pisarska i mechanizm blokujący typu Mac-Loc nie powinien dotyczyć poz. 2 i 3?”.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 12:

„Prosimy o dopuszczenie z zadaniu 12, stentów samorozprężalnych do zwężeń dwunastnicy o długości 6, 9, 12cm. Pozostałe parametry zgodnie z swz”.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 13:

„Prosimy o dopuszczenie z zadaniu 13, stentów samorozprężalnych do jelita grubego z markerami radiologicznymi tylko na końcach protezy. Pozostałe parametry zgodnie z siwz”.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 21:

„Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 21 w pozycji 1, sztywnych poszerzadeł do dróg żółciowych temperowanym końcem na długości 5 cm”.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 21:

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 21 w pozycji 2, sztywnych poszerzadeł do dróg żółciowych o średnicy 8.4Fr”.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 32:

„Czy Zamawiający dopuści klipsownicy hemostatyczne o rozwarciu 8,11,17 mm, długość robocza 2300 cm, mikroząbki dla lepszego uchwycenia tkanki?”.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 33:

„Czy Zamawiający dopuści igły z przezroczystą osłonką dla lepszej widoczności podczas ewentualnego krwawienia, o grubości 22, 23,25 G i długości igły 4,5,6 mm? Pozostałe parametry bez zmian”.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 40:

„Czy Zamawiający dopuści szczoteczki o średnicy włosia 6/10 mm? Pozostałe parametry bez zmian”.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 44:

„Czy Zamawiający dopuści kleszcze chwytające o długości 230 cm? Pozostałe parametry bez zmian”.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 45:

„Czy Zamawiający dopuści szczypce biopsyjne o rozwarciu 7mm zamiast 5mm? Pozostałe parametry bez zmian”.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 46:

„Czy Zamawiający dopuści szczypce biopsyjne o pojemności 7,46 mm³? Pozostałe parametry bez zmian”.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 53:

„Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii o średnicy 35 mm zamiast 36 mm i grubości drutu 0,47mm? Dodatkowo pętle z funkcją rotacji 360 stopni”.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 54 pozycja 1 oraz 2:

Czy Zamawiający wymaga pętli do polipektomii z funkcją rotacji 360 stopni?”.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 55 poz. 1:

„Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii o kształcie deltoidalnym i owalnym i grubości drutu 0,24 mm, średnica pętli 6, 10, 15 mm, długość robocza 2300 mm. Dodatkowo pętle z funkcją rotacji 360 stopni? Pozostałe parametry bez zmian”.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 55 poz. 2:

„Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii o średnicy pętli 13 i 25 mm, drut o grubości 0,4 mm zapobiega ześlizgiwaniu się tkanki. Dodatkowo pętle z funkcją rotacji 360 stopni? Pozostałe parametry bez zmian”.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 2:

„W zadaniu 2 w pozycji 1 Zamawiający wyspecyfikował zgłębnik gastrostomijny ze specjalną płytką silikonową do mocowania do skóry. Czy Zamawiający miał na myśli zewnętrzną płytkę mocującą wykonaną z silikonu, umożliwiającą trwałe umiejscowienie zgłębnika w stosunku do powłok brzusznych oraz odpowiedni jej kształt, który kieruje położenie zgłębnika na zewnątrz powłok brzusznych pod odpowiednim kątem (około 90 stopni) zapewniając pacjentowi komfort i ułatwiający pielęgnację skóry wokół przetoki? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ”.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 35 poz. 2:

„Czy nie doszło do omyłki pisarskiej w przypadku minimalnej średnicy kanału roboczego i nie powinno być 3,7 mm?”.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 54 poz. 1:

„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pętli z drutu plecionego o grubości 0,47mm zachowując pozostałe parametry bez zmian?”.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 54 poz. 2:

„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pętli do cięcia z użyciem koagulacji lub bez w kształcie heksagonalnym o średnicy otwarcia 10 lub 15 mm (do wyboru przez Zamawiającego) zachowując pozostałe parametry bez zmian?”.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 60:

„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie protezy nitinolowej pokrywanej z krótszym i dłuższym lassem ze złotym znacznikiem przeznaczonym do łatwiejszego usuwania protezy, posiadająca 12 złotych znaczników po 4 na końcach oraz 4 w środkowej części i średnicy 10 mm w części roboczej, 13,5 mm na kołnierzu oraz długości 4, 6, 8, 10 lub 12 cm?”.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zapisów SWZ:

„dotyczy SWZ Rozdz. V Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wyrobu niemedyceznego (stawka vat 23%)
tj. filtry do ssaka w Zadaniu nr 38 poz. 2, który nie posiada dokumentów dopuszczających
do obrotu?”.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 40:

„Szczołeczki jednorazowe, dwustronne, do czyszczenia kanałów endoskopu, długość robocza
230cm; długość włosia z jednej strony 5mm, z drugiej strony 10mm, posiadają plastikową
końcówkę zapobiegającą zarysowaniu kanału endoskopu”.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 46:

„Szczyłpcy biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne i owalne z igłą, łyżeczki
uchylne do biopsji stycznych, pojemność łyżeczek 7,7mm³, długość robocza narzędzia 2300
mm”.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 53:

„Jednorazowa pętla do polipektomii - z drutu plecionego, owalna, średnica 20 mm, 24 mm,
36 mm, pętla wykonana z drutu plecionego o grubości 0.47 mm, długość robocza narzędzia
2300 mm, współpracująca z kanałem endoskopu 2,8 mm”.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 1:

„Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie zestawów z przedostatnią gumką
czarną, pozostałe gumki niebieski”.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 1:

„Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie zestawów z przedostatnią gumką
czarną, pozostałe gumki niebieskie, ilość gumek 6 lub 7 – do wyboru”.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 1:

„Czy Zamawiający dopuści przekazanie na potrzeby postępowania przetargowego dwóch
próbek ligatorów zawierających końcówkę z sześcioma lub siedzioma opaskami”.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 2:

„Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie zgłębnika wykonanego z silikonu,
z linią kontrastującą w RTG, w rozmiarze 12, 14, 18F, 20F, 24 F”.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 2:

„Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie zgłębników z dwoma portami na końcu
bliższym, jeden typu EnFit, drugi do podawania leków”.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 9:

„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stentów wykonanych z ni tinolu, zamontowanych na zestawie wprowadzającym o średnicy maksymalnej 8F, uchwyt umożliwiający uwalnianie lub odzyskiwanie stentu, pętla uchwytowa na stentach pokrywanych całkowicie, cinioidajne znaczniki na końcach i pośrodku stentu, znaczniki graficzne na zestawie wprowadzającym pozwalające uchwycić próg rozprężenia”.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 21:

„Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie balonów o średnicy cewnika 7,0-5,0 F, średnica balonu 8 mm”.

Wyjaśnienie: Zadanie 21 nie dotyczy asortymentu podanego w pytaniu.

Pytanie dot. zadania 21:

„Czy Zamawiający w pozycji 2 i 3 dopuści zaoferowanie balonów o średnicy cewnika 7,0-5,0 F”.

Wyjaśnienie: Zadanie 21 nie dotyczy asortymentu podanego w pytaniu.

Pytanie dot. zadania 21:

„Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie balonu o średnicy cewnika 7 F, średnica balonu 12-15-18 mm”.

Wyjaśnienie: Zadanie 21 nie dotyczy asortymentu podanego w pytaniu.

Pytanie dot. zadania 24:

„Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie balonów o długości 30 mm/ 40 mm, średnica balonu 6 mm lub 8 mm”.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 24:

„Czy zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie balonów o maksymalnej średnicy cewnika 7,5 Fr”.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 27:

„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie noży z igłą nie izolowaną, długość robocza 215 cm, długość igły 6 mm”.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 40:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szczotek o długości włosia 20 mm z każdej strony.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 45:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szczypiec pokrytych PTFE.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 46:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szczypiec o pojemności łyżeczek maksimum 9,5 mm³.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 53:

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie pętli o średnicy 20 mm, 25 mm i 35 mm.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 58:

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaferowanie protez wykonanych z polietylenu typów: zagięcie centralne z dwoma zaczepami na każdym końcu, pojedynczy pigtail z zaczepem dystalnym, średnice protez 5Fr, 7Fr, 8,5Fr, 10 Fr, długości od 3 cm do 15 cm.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 60:

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie protez o średnicy 8 mm (przewężenie 6 mm), 10 mm (przewężenie 8 mm) i 12 mm (przewężenie 8 mm), z lassem o długości 7 cm lub 10 cm.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 40:

„Czy Zamawiający dopuści szczotki jednorazowego użytku długości 250 cm i średnicy szczotki 5 / 10 mm?”.

Wyjaśnienie: Tak.

Krzysztof Polberg

/-/

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu